

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

[leila.rossi@aslbi.piemonte.it](mailto:leila.rossi@aslbi.piemonte.it)

Ponderano, 05 novembre 2019

Prot. n. **30547**

LR/mb

Pubblicazione sul MePa di Consip

A tutti gli operatori economici interessati

**OGGETTO:** Fornitura di n. 3 ecografi e relativi accessori per Chirurgia Vascolare (Lotto 1 – CIG 805914158A), Anestesia e Rianimazione (Lotto 2 – CIG 8059172F1C) e Pronto Soccorso (Lotto 3 – CIG 8059189D24).

- *Chiarimenti* -

Si forniscono i seguenti chiarimenti relativi all'RdO 241804, per la fornitura di quanto in oggetto.

**1. DOMANDA**

- Non riusciamo a scaricare la Tabella Caratteristiche Oggetto di Valutazione del LOTTO 2 da errore.
- Si segnala che l'allegato "Tabella Caratteristiche Oggetto Valutazione Lotto2x.pdf risulta vuoto, pertanto non è possibile scaricarlo.
- Non riusciamo ad aprire il file relativo al lotto.
- C'è un errore di caricamento del file relativo al Lotto2.
- Sulla documentazione di gara il file Tabella caratteristiche oggetto valutazione lotto2 non risulta presente, in fase di download compare una pagina di errore ed il seguente messaggio: "Impossibile trovare il file".

**RISPOSTA**

In data 17/10/2019 è stata pubblicata la  
Tabella\_Caratteristiche\_oggetto\_valutazione\_LOTTO\_2

**2. DOMANDA**

- Si richiede di ricevere le Tabelle Caratteristiche Oggetto Valutazione in formato Excel editabile.
- Si chiede che vengano ripubblicati i seguenti allegati in quanto incompleti e poco leggibili: "Questionario Tecnico Lotto2x" - "Questionario Tecnico Lotto3x"
- Si chiede di poter ricevere i questionari tecnici e Tabella Caratteristiche Oggetto Valutazione in formato excel, poiché i medesimi documenti che allegate al capitolato in formato pdf, richiedete di compilarli utilizzando il vostro formato excel
- Si chiede di ricevere, in formato editabile, i questionari, le offerte economiche e tutti i moduli che sono da compilare.

**RISPOSTA**

In data 23/10/2019 sono stati pubblicati i documenti in formato editabile.

### 3. DOMANDA

Nel documento "Richiesta offerta" vengono richieste oltre all'ecografo e alla stampante B/n: 1 sonda convex ad alta capacità penetrazione, 1 sonda lineare ad alta frequenza, 1 sonda transofagea, 1 sonda lineare microconvex, 1 sonda volumetrica 4D, mentre invece nel documento "Dich tec minima" richiedete: 1 Sonda 2D convex ad alta capacità di penetrazione, 1 Sonda lineare con frequenza di almeno 7 MHz per applicazioni vascolari, 1 Sonda lineare ad alta frequenza ed alta capacità di penetrazione per applicazioni vascolari, 1 Sonda per ecotransesofageo, 1 Sonda lineare tipo microconvex con frequenza di circa 7 MHZ, 1 Sonda volumetrica lineare 4D (se offerta).

Domanda 1) Facendo riferimento al documento "questionario tecnico" immaginiamo di dover sostituire la sonda lineare da 7MHz con sonda convex ad alta capacità di penetrazione.

Domanda 2) sonda volumetrica (se offerta) deve essere vista come un'opzione? Oppure va inserita nell'offerta?

**RISPOSTA** alla Domanda 1)

Per mero errore materiale è stata mantenuta nel documento Dich\_caratt\_tec\_minime\_LOTTO\_1x.pdf nella descrizione la **Sonda lineare con frequenza di almeno 7 MHz per applicazioni vascolari** la medesima è stata correttamente eliminata nel documento Richiesta\_Offerta.pdf

La corrispondenza è pertanto la seguente:

| Dich_caratt_tec_minime_LOTTO_1x.pdf                                                              | Richiesta_Offerta.pdf                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A. 1 Sonda 2D convex ad alta capacità di penetrazione                                            | 1. 1 sonda convex ad alta capacità penetrazione |
| B. 1 Sonda lineare con frequenza di almeno 7 MHz per applicazioni vascolari                      |                                                 |
| C. 1 Sonda lineare ad alta frequenza ed alta capacità di penetrazione per applicazioni vascolari | 2. 1 sonda lineare ad alta frequenza            |
| D. 1 Sonda per ecotransesofageo                                                                  | 3. 1 sonda transofagea                          |
| E. 1 Sonda lineare tipo microconvex con frequenza di circa 7 MHZ                                 | 4. 1 sonda lineare microconvex                  |
| F. 1 Sonda volumetrica lineare 4D (se offerta)                                                   | 5. 1 sonda volumetrica 4D                       |

**RISPOSTA** alla Domanda 2)

La sonda volumetrica lineare 4D non è richiesta nella configurazione a pena di esclusione. La sonda volumetrica lineare 4D viene valutata all'interno dei parametri di cui al punto B-1.3 a cui è attribuito un massimo di 10 punti discrezionali. La presenza della sonda in offerta permetterà l'attribuzione di quota di tali punteggi, la sua assenza limiterà l'attribuzione agli eventuali parametri residui.

Nel caso in cui la sonda volumetrica lineare 4D non fosse offerta (non riceverà pertanto i relativi punti di qualità) può comunque essere presentata in opzione per eventuali acquisti

successivi. Il costo non entrerà nel valore di aggiudicazione così come la prestazione non inciderà sul punteggio qualità.

#### **4. DOMANDA**

- Poiché mepa prevede solo alcuni campi amministrativi per il caricamento dei file, si chiede dove deve essere caricata la restante documentazione amministrativa da Voi richiesta all'Art. 3.A della Lettera d'invito (Ad esempio Cauzione provvisoria, Lettera invito restituita sottoscritta per accettazione, Dichiarazione disponibilità alla prova visione, Dich. impegno a eseguire fornitura entro il 31.12.2019...). Anche per la Documentazione tecnica si chiede se la documentazione tecnica per cui non è previsto un campo su MEPA, si può allegare al Campo denominato QUESTIONARIO TECNICO.
- Si richiede dove inserire la seguente documentazione amministrativa richiesta sulla lettera di invito, non essendoci lo spazio dedicato per l'inserimento: 1) dichiarazioni art. 80; 2) copia lettera di invito controfirmata; 4) dichiarazione apparecchi in prova; 5) certificazione ISO; 6) garanzia provvisoria; 8) passoe; 10) dichiarazione di impegno consegna tassativa.

#### **RISPOSTA**

La documentazione amministrativa per la quale non è previsto un campo dedicato, potrà essere caricata nel medesimo campo del Patto di Integrità.

La documentazione tecnica per la quale non è previsto un campo dedicato, potrà essere caricata nel medesimo campo del Questionario Tecnico, per ogni singolo lotto di partecipazione.

#### **5. DOMANDA**

Lotto 2: relativamente al punto A-1.10 "Macchina e sonde garantite per eventuali cadute accidentali per 36 mesi" presente nell'allegato "requisiti minimi di idoneità" si chiede di confermare trattasi di refuso dal momento che nel "capitolato" agli art. 1 pagina 2 e art. 3 punto C) comma 4 pag. 6 si fa chiaramente riferimento a 12 mesi di garanzia.

#### **RISPOSTA**

**LOTTO 2:** Per l'apparecchiatura si richiede garanzia di 12 mesi.

Per le sonde in particolare si richiede che siano garantite per 36 anche per cadute accidentali (condizione normalmente non coperta dalla garanzia standard); significa che in caso di caduta accidentale e rottura di involucro e cristalli la sonda verrà sostituita in garanzia senza oneri per l'ASL BI.

#### **6. DOMANDA**

Relativamente al punto A-1.13 "sistema di ausilio alla visualizzazione del posizionamento/inserimento dell'ago" presente nell'allegato "requisiti minimi di idoneità" si chiede di confermare che sia sufficiente la sola traccia a monitor per la biopsia.

#### **RISPOSTA**

All'interno della valutazione di qualità è prevista la valutazione dei Tools Specifici. Il "sistema di ausilio alla visualizzazione del posizionamento/inserimento dell'ago" di cui al punto A-1.13 è uno di questi. Ci si aspetta evidentemente che non venga visualizzato semplicemente l'eco dell'ago, ma ci sia un'interfaccia grafica che aumenta le informazioni a

disposizione dell'operatore in modo da semplificare ed aumentare la sicurezza ed ergonomia dell'operazione.

**7. DOMANDA**

E' possibile aprire una sola polizza fideiussoria per la somma dei lotti di partecipazione?

**RISPOSTA**

Si chiede una polizza per ogni Lotto di partecipazione.

**8. DOMANDA**

In relazione ai tempi di consegna, all'articolo 5.7 si richiede consegna entro il 31.12.2019. Per poter garantire il rispetto di quanto richiesto si chiede di indicare il termine ultimo presunto per l'aggiudicazione della procedura.

**RISPOSTA**

In data 12/11/2019, come previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito si procederà, in seduta pubblica telematica, all'apertura dei plichi ed alle operazioni conseguenti; si procederà all'aggiudicazione nel più breve tempo possibile.

**9. DOMANDA**

All'art. 5.13 relativamente al materiale da consegnare in caso di aggiudicazione, viene richiesto in lingua italiana il solo manuale d'uso. All'art. 5.7 vengono altresì richiesti, in lingua italiana, i manuali di service e di manutenzione. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che l'unico manuale da consegnare in lingua italiana sia quello per l'utilizzatore (manuale d'uso).

**RISPOSTA**

Si conferma che trattasi di refuso, l'unico manuale da consegnare in lingua italiana è quello per l'utilizzatore (manuale d'uso).

**10. DOMANDA**

Essendoci una discrepanza tra le sonde richieste nel documento "richiesta di offerta" e quelle richieste nelle "Caratteristiche tecniche minime" si richiede l'esatta configurazione del sistema richiesto.

**RISPOSTA**

Per mero errore materiale è stata mantenuta nel documento Dich\_caratt\_tec minime\_LOTTO\_1x.pdf nella descrizione la **Sonda lineare con frequenza di almeno 7 MHz per applicazioni vascolari** la medesima è stata correttamente eliminata nel documento Richiesta\_Offerta.pdf

La corrispondenza è pertanto la seguente:

| Dich_caratt_tec minime_LOTTO_1x.pdf                                         | Richiesta_Offerta.pdf                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A. 1 Sonda 2D convex ad alta capacità di penetrazione                       | 1. 1 sonda convex ad alta capacità penetrazione |
| B. 1 Sonda lineare con frequenza di almeno 7 MHz per applicazioni vascolari |                                                 |

|                                                                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| C. 1 Sonda lineare ad alta frequenza ed alta capacità di penetrazione per applicazioni vascolari | 2. 1 sonda lineare ad alta frequenza |
| D. 1 Sonda per ecotransesofageo                                                                  | 3. 1 sonda transofagea               |
| E. 1 Sonda lineare tipo microconvex con frequenza di circa 7 MHZ                                 | 4. 1 sonda lineare microconvex       |
| F. 1 Sonda volumetrica lineare 4D (se offerta)                                                   | 5. 1 sonda volumetrica 4D            |

## 11. DOMANDA

Si chiede, in riferimento al Lotto n. 2, se possibile offrire un ecotomografo portatile carrellato con monitor di ampie dimensioni.

### RISPOSTA

Si precisa che il lotto riguarda l'acquisizione di **n.1 ecotomografo multidisciplinare carrellato facilmente movimentabile per attività anestesiological e di terapia antalgica** come visibile nel documento:

#### **Tabella\_Caratteristiche\_oggetto\_valutazione\_LOTTO\_2x.pdf**

In caso di offerta di elementi difforni da quanto richiesto è rinviato all'offerente la dimostrazione, tramite adeguata relazione e durante la prova pratica, della equivalenza delle prestazioni.

L'offerta potrà tecnicamente avvenire con un sistema ecografico comunque configurato purchè rispettoso delle prestazioni richieste sapendo che l'ergonomia del sistema e la dimensione del monitor sono importanti all'interno dei parametri di valutazione qualitativa.

## 12. DOMANDA

Nel documento "Richiesta Offerta" alla voce "LOTTO 2" viene richiesta una sonda lineare superficiale per applicazioni vascolari e parti molli con frequenze non inferiori a 15 MHz. Vista la destinazione d'uso (applicazioni vascolari e parti molli) e l'escursione di frequenze dei nostri trasduttori "Larga Banda multifrequenza" che garantiscono elevate prestazioni a livello superficiale, si chiede di confermare che l'indicazione (superiore ai 15 Mhz) possa essere considerata indicativa e con tolleranza, fermo restando la verifica della commissione dell'adeguatezza di eventuali sonde con frequenza inferiore a 15 MHz.

### RISPOSTA

In caso di offerta di elementi difforni da quanto richiesto è rinviato all'offerente la dimostrazione, tramite adeguata relazione e durante la prova pratica, della equivalenza delle prestazioni.

### **CHIARIMENTI ULTERIORI:**

**LOTTO 1:** si precisa che la sonda microconvex pur se utilizzata per applicazioni vascolari anche di superficie è strutturalmente e tecnicamente una sonda convex

AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

**LOTTO 2:** si precisa che il lotto riguarda l'acquisizione di **n.1 ecotomografo multidisciplinare carrellato facilmente movimentabile per attività anestesilogica e di terapia antalgica** come visibile nel documento:

**Tabella\_Caratteristicheoggetto\_valutazione\_LOTTO\_2x.pdf**

**LOTTO 3:** si precisa che il lotto riguarda l'acquisizione di **n.1 ecotomografo multidisciplinare portatile carrellato per Pronto Soccorso** come visibile nel documento:

**Tabella\_Caratteristicheoggetto\_valutazione\_LOTTO\_3x.pdf**

IL RESPONSABILE DELLA  
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi

