

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**Nominato con D.P.G.R. n. 23 del 7/05/2012**

**Determinazione dell'Amministratore Unico n. 146/Fed/2013 del 30/08/2013**

**OGGETTO: MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS N. 163/06, PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO SOTTOVUOTO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. E A.O.U. DELLA FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 - PIEMONTE NORD-EST S.C.A.R.L.**




Determinazione dell'Amministratore Unico n. 146/Fed/2013 del 30/08/2013

**OGGETTO: MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS N. 163/06, PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO SOTTOVUOTO OCCORRENTI ALLE A.A.S.S.LL. E A.O.U. DELLA FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 - PIEMONTE NORD-EST S.C.A.R.L.**

Premesso che:

- la legge regionale 28 marzo 2012 n. 3, nel definire il nuovo assetto organizzativo del servizio Sanitario Regionale, individua le Federazioni quali soggetti cui attribuire funzioni specifiche, sovraordinate alle attuali Aziende sanitarie, allo scopo di raggiungere, attraverso integrazioni e procedure a scala maggiore, in settori predeterminati, economie, razionalizzazioni, miglior utilizzo delle risorse umane;
- in applicazione della normativa soprarichiamata, in data 16 maggio 2012, è stata costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Federazione Sovrazonale Piemonte 4-Piemonte Nord-Est" tra l'ASL BI, l'ASL NO, l'ASL VC, l'ASL VCO e l'AOU Maggiore della carità di Novara;
- con deliberazioni dei Direttori Generali dell'ASL VCO di Omegna n. 31 del 12/10/2012, dell'ASL VC di Vercelli n. 376 del 29/10/2012, dell'ASL NO di Novara n. 827 del 30/10/2012, dell'A.O.U. di Novara n. 195 del 3/10/2012 e dell'ASL BI di Biella n. 272 del 7/11/2012 è stato approvato il primo programma annuale di gare per l'approvvigionamento di beni e servizi da affidare alla Federazione Sovrazonale Piemonte 4-Piemonte Nord-Est, con indicazione dei rispettivi Responsabili Unici del Procedimento individuati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. operanti per tale ruolo in affidamento funzionale alla predetta Federazione;
- in esecuzione al suddetto piano ed in considerazione del fatto che in esso è previsto l'espletamento in capo al RUP della A.S.L. VC di Vercelli, tra le altre, della procedura di gara per la fornitura di "Sistemi per prelievo sottovuoto", si è ritenuto opportuno indire, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.163/06 del 12/04/2006, con determinazione dell'Amministratore Unico n.104 del 26/06/2013, procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento della fornitura, per un periodo di 36 mesi, di sistemi per prelievo sottovuoto, da aggiudicarsi con i criteri previsti dall'art. 83 del suddetto D.Lgs. n.163/06, cioè a favore delle Ditte che avranno praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base alle indicazioni e ai parametri qualità/prezzo predeterminati nel Capitolato speciale di gara;
- preso atto che la suddetta gara "Sistemi per prelievo sottovuoto" è stata pubblicata sui siti della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte Nord-Est, delle Aziende interessate, oltre che sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e su quotidiani nazionali e locali;

Sede Legale: Via dei Mille,2 - 28100 NOVARA - Tel. 0321- 374581 - Fax 0321- 374562 - PEC: fs.piemontenordest@legalmail.it



Segue determinazione dell'Amministratore Unico n. 146/Fed/2013 del 30/08/2013

- considerato che le Ditte interessate possono richiedere chiarimenti fino al 15° giorno prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 9 settembre 2013;
- preso atto che sono state trasmesse ai componenti il Nucleo Tecnico le richieste di chiarimenti pervenute, relativi alla procedura in oggetto, al fine di valutare i quesiti posti dalle Ditte interessate alla gara;
- preso atto che il Nucleo Tecnico, esaminati i quesiti pervenuti e ritenute valide le eccezioni in essi contenuti, ha ritenuto opportuno modificare il Capitolato come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  
- Vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;
- Vista la L.R. 28 marzo 2012, n. 3;

#### DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni dettagliatamente elencate in premessa, il documento denominato "MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che riporta le variazioni apportate al Capitolato Tecnico della gara "Sistemi per prelievo sottovuoto" e all'allegato n. 5 "Caratteristiche dei prodotti";
- 2) di provvedere alla pubblicazione del suddetto documento "MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA" sui siti della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte Nord-Est e delle Aziende interessate;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24/01/1995, n. 10, stante l'urgenza procedere.

*PER* L'Amministratore Unico  
Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte Nord-Est  
Dott. Stefano GARIANO

*Drsa* *Francesca Bollera*

Allegati:

- 1) Modifiche al Capitolato Speciale di gara



*92*

## ALLEGATO

Determina n 146 /Fed/ 2013 del 30 /08 /2013  
composto da 2 ( due ) facciate dattiloscritte  
compresa la presente

**GARA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVI SOTTOVUOTO DI CAMPIONI BIOLOGICI  
DESTINATI ALLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE  
DELLA FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 - PIEMONTE NORD-EST****MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA****Art. 5 CAPITOLATO TECNICO****5.1 Caratteristiche generali**▫ si legga:

▫ il volume delle provette per la raccolta ematica, delle provette sottovuoto per la raccolta delle urine e del contenitore per le urine si intende indicativo; sono pertanto tollerati scostamenti del 20% in aumento o diminuzione rispetto al volume indicato nell'allegato 5.

▫ anzichè:

▫ il volume delle provette per la raccolta ematica, delle provette sottovuoto per la raccolta delle urine e del contenitore per le urine si intende indicativo; sono pertanto tollerati scostamenti del 10% in aumento o diminuzione rispetto al volume indicato nell'allegato 5.

**5.2 Caratteristiche specifiche dei prodotti**▫ si legga:

Sulle provette contenenti, come additivo, Sodio citrato deve essere indicato il livello di corretto riempimento. Sulle altre provette tale indicazione costituirà parametro preferenziale.

▫ anziché:

Sulle provette contenenti, come additivo, Sodio citrato deve essere indicato il livello di massimo riempimento. Sulle altre provette tale indicazione costituirà parametro preferenziale.

**Allegato 5 al Capitolato Speciale di gara - lotto 1**▫ si legga:

punti 5 e 20 "sterilità" - NO

▫ anziché:

punti 5 e 20 "sterilità" - SI

▫ si legga:

punto 7 "Colori richiesti (obbligatori)" - AZZURRO o AZZURRO TRASPARENTE

▫ anziché:

punto 7 "Colori richiesti (obbligatori)" - azzurro - Ulteriori colori richiesti - azzurro trasparente.