

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO CHIRURGICO PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE E FEMMINILE OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI-NO-VC-VCO E A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA AFFERENTI ALL'AREA DI COORDINAMENTO N° 3.

**DURATA DELLA FORNITURA: MESI 48
NUMERO GARA: 5666175**

ALLEGATO “A”

LOTTO N 1

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre Costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5831802B3E	€ 495.900,00	€ 200,00	€ 9.918,00	€ 35,00

PROTESI PENIENE IDRAULICHE TRICOMPONENTI

Caratteristiche tecniche fondamentali a pena di esclusione dalla gara

- a) Materiale di composizione ad elevata biocompatibilita’ non esclusivamente silicone, sterile e monouso;
- b) Rivestimento esterno contenente antibiotico o in grado di assorbire antibiotico qualora il dispositivo protesico sia immerso in soluzione antibiotica
- c) Due cilindri protesici
- d) Tip extender crurali
- e) Pompa da alloggiare nello scroto ,provvista di sistema di sgonfiaggio del device con semplice pressione di una parte della stessa
- f) Reservoir concepito per essere collocato nello spazio di Retzius o in alternativa in sede intraperitoneale o properitonale
- g) Unico sistema di raccordo pompa serbatoio
- h) Preconnessione del sistema cilindri pompa

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
12	28	1	16		57

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Cilindri protesici: rigidità, resistenza della pressione al piegamento, facilità di impianto, possibilità di disporre di un kit protesico con cilindri di dimensioni ridotte per impianti difficili con fibrosi estesa	15	8
Pompa scrotale: efficienza della pompa in fase di attivazione e disattivazione, facilità di connessione della pompa	10	6
Reservoir: ergonomia tale da essere collocato anche negli spazi sottofasciali, presenza di valvola lock out (anti-sgonfiaggio)	15	8
Rivestimento esterno con antibiotico o in grado di assorbire antibiotico	10	6

LOTTO N 2

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5831818873	€ 34.800,00	€ 200,00	€ 696,00	

PROTESI PENIENE IDRAULICHE TRICOMPONENTI indicate nella SINDROME DEL PENE CORTO

Caratteristiche tecniche fondamentali a pena di esclusione dalla gara

- Materiale di composizione ad elevata biocompatibilità non esclusivamente silicone, sterile e monouso
- Rivestimento esterno contenente antibiotico o in grado di assorbire antibiotico qualora il dispositivo protesico sia immerso in soluzione antibiotica
- Due cilindri protesici con estensibilità controllata in lunghezza e larghezza
- Tip extender crurali
- Pompa da alloggiare nello scroto, provvista di sistema di sgonfiaggio del device con semplice pressione di una parte della stessa
- Reservoir concepito per essere collocato nello spazio di retzius o in alternativa in sede intraperitoneale o properitoneale
- Unico sistema di raccordo pompa serbatoio
- Preconnessione del sistema cilindri pompa

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
4					4

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Cilindri protesici: rigidità, resistenza della pressione al piegamento, facilità di impianto, possibilità' di disporre di un kit protesico con cilindri di dimensioni ridotte per impianti difficili con fibrosi estesa	15	8
Pompa scrotale: efficienza della pompa in fase di attivazione e disattivazione, facilità di connessione della pompa	10	6
Reservoir: ergonomicità tale da essere collocato anche negli spazi sottofasciali, presenza di valvola lock out (anti-sgonfiaggio)	15	8
Rivestimento esterno con antibiotico o in grado di assorbire antibiotico	10	6

LOTTO N 3

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
58318280B6	€ 55.737,00	€ 200,00	€ 1.174,74	

PROTESI PENIENE SOFFICI

Caratteristiche generali del capitolato a pena di esclusione dallo stesso

- due cilindri protesici pieni in puro silicone
- consistenza soffice degli stessi cilindri
- calibro dei cilindri compreso tra 6 e 13 mm circa
- estremità prossimale ritagliabile in base alla misurazione del cc

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
	32		1		33

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Elastomero puro silicone	20	11
Tip estender crurali	5	3
Particolare sofficità	15	8
Possibilità' di disporre nel set di un elastomero di prova	5	3
Facilità nel ritagliare la protesi in base alla misurazione dei cc	5	3

LOTTO N 4

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
58318388F4	€ 5.600,00	€ 200,00	€ 112,00	

PROTESI PENIENE MALLEABILI

Caratteristiche generali del capitolato a pena di esclusione dallo stesso

- a) Sterile
- b) Monouso
- c) Modellabile
- d) Monocomponente costituita da due cilindri
- e) Disponibile in diverse misure

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo annuale per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
4			4		8

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Caratteristiche tecniche della protesi intese anche come: rigidità in assenza di erezione residua, resistenza al piegamento e ridotta memoria di ritorno	30	16
Gamma di misure	10	6
Casistica e risultati clinici	10	6

LOTTO N 5

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5831978C7B	€ 17.280,00	€ 200,00	€ 345,60	

PROTESI TESTICOLARI

Presidio in silicone morbido disponibile in varie misure, con rete di fissaggio.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
20		12	20	20	72

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Facilità di impianto	25	13
Caratteristiche morfologiche e tattili fisiologiche	25	13

LOTTO N 6

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5831998CFC	€ 35.200,00	€ 200,00	€ 704,00	

PACH PER CORPOROPLASTICHE PENIENE

- Materiale altamente biocompatibile
- Completo riassorbimento dopo inosculatione nel tessuto ospite

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
	12		20		32

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Materiale di collagene di vari organi animali con maggiore biocompatibilità risultante da prova di prodotti	30	16
Disponibilità di diverse misure meglio adattabili alle varie necessità	20	11

LOTTO N 7

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
58320106E5	€ 55.200,00	€ 200,00	€ 1.104,00	

DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE LIEVE

Dispositivo aggiustabile mini invasivo per il trattamento dell'incontinenza urinaria maschile da sforzo di tipo lieve in silicone 100% con possibilità di regolazione intraoperatoria ecoguidata.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
4			20		24

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del sistema di impianto	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 8

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5832035B85	€ 26.400,00	€ 200	€ 528,00	

DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE MODERATA

Dispositivo aggiustabile, con sistema di controllo dinamico della pressione di chiusura uretrale mediante serbatoio intraddominale, per compressione uretrale/per uretrale indicato per il trattamento dell'incontinenza urinaria maschile da sforzo di tipo moderato in silicone 100%.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
8					8

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del sistema di impianto	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 9

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5832059F52	€ 442.244,00	€ 200,00	€ 8.844,88	€ 35,00

DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE SEVERA

Dispositivo per compressione uretrale/peri uretrale indicato per il trattamento dell'incontinenza urinaria maschile da sforzo di tipo grave (deficit sfinterico completo), in silicone 100%, definibile come "sfintere artificiale", rivestimento antibiotico della protesi

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
24	12		8		44

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del sistema di impianto	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 10

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5832082251	€ 136.400,00	€ 200,00	€ 2.728,00	

DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE (QUALSIASI GRADO) IN PAZIENTE RADIO TRATTATO

Dispositivo aggiustabile per compressione uretrale/peri uretrale indicato per il trattamento dell'incontinenza urinaria maschile da sforzo successiva a chirurgia pelvica e radioterapia adiuvante, in silicone 100%.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
50		12			62

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia degli aghi del sistema di impianto	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 11

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
58321022D2	€ 334.800,00	€ 200,00	€ 6.696,00	€ 35,00

DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE LIEVE-MODERATA (IN-OUT)

Dispositivo mini invasivo “sling” per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile da sforzo di tipo lieve-moderato, costituito da un kit ad aghi per procedure trasnottatorie IN-OUT tension-free, suburetrale in polipropilene con guida aghi di protezione sub uretrale.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
100	180	28	250		558

SUB – CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del Kit ad aghi	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 12

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5832118007	€ 92.160,00	€ 200,00	€ 1.843,20	

DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE LIEVE MODERATA (OUT-IN)

Dispositivo mini invasivo “sling” per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile da sforzo di tipo lieve-moderato, costituito da un Kit ad aghi per procedure transotturatorie OUT-IN tension-free, suberetrare in polipropilene.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
80	20	52		40	192

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del Kit ad aghi	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 13

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
58321309EB	€ 78.100,00	€ 200,00	€ 1.562,00	

DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE LIEVE MODERATA

Dispositivo mini invasivo “mini sling” per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile da sforzo di tipo lieve moderato, costituito da un Kit ad aghi per procedure tension-free, sub uretrale in polipropilene single incision con manipolo costituito da dispositivo di sgancio del sistema di ancoraggio controllato dall’operatore nel tessuto muscolo fasciale otturatorio.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
20	20	4	90	8	142

SUB – CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del Kit ad aghi	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 14

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5832149999	€ 39.600,00	€ 200,00	€ 792,00	

DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE GRAVE

Dispositivo utilizzabile per il trattamento dell'incontinenza urinaria grave (deficit sfinterico) tipo bulking endoscopico ovvero come agente volumizzante iniettabile, non riassorbibile su guida uretroscopica dedicata non a base di silicone e resistente alla migrazione.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
20	8	8		8	44

SUB – CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del Kit di controllo endoscopico e soddisfazione criteri richiesti come da nomenclatura del lotto	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 15

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5832174E39	€ 95.200,00	€ 200,00	€ 1.904,00	

DISPOSITIVO PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE GRAVE TIPO BULKING CHIRURGICO

Dispositivo di bulking chirurgico modulabile per compressione uretrale/perì uretrale indicato per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile da sforzo di tipo grave (deficit sfinterico completo).

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
4	30				34

SUB – CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del sistema di impianto protesico	30	16
Letteratura scientifica al riguardo	20	11

LOTTO N 16

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5832190B6E	€ 199.680,00	€ 200,00	€ 3.993,60	€ 20,00

DISPOSITIVO PER TRATTAMENTO DEL PROLASSO PELVICO ANTERIORE O POSTERIORE

Dispositivo in polipropilene per il trattamento del prolasso pelvico anteriore o posteriore in alternativa alla tecnica di riparazione fasciale del pavimento pelvico indicato per la riparazione transvaginale mediante l'utilizzo di un kit per unico accesso vaginale con mesh presagomata integrabile dalla paziente con idonei punti di ancoraggio allo scavo pelvico.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
80	100	20	8		208

SUB – CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia del kit ad aghi, maggior porosità della rete intrecciata, ridotto peso rete (g/mq)	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 17

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
58322046FD	€ 98.880,00	€ 200,00	1.977,60	

DISPOSITIVO PER TRATTAMENTO DEL PROLASSO PELVICO PER VIA LAPAROTOMIA E LAPAROSCOPICA

Dispositivo costituito da MESH parzialmente riassorbibile per il trattamento del prolasso pelvico per via laparotomica e/o laparoscopica (intervento di colposacropessia) presagomata in alternativa alla tecnica di riparazione fasciale del pavimento pelvico indicato per il trattamento del prolasso pelvico anteriore e posteriore o totale con mesh preformata da 2 lembi vaginali integrabile dalla paziente in polipropilene.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
25	32	16	30		103

SUB – CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia della rete parzialmente riassorbibile, con maggior porosità della rete intrecciata e soddisfazione dei criteri richiesti come da nomenclatura del lotto	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6

LOTTO N 18

CIG	Importo quadriennale del lotto non superabile (A)	Oltre costi per rischi da interferenza (B)	Cauzione provvisoria 2 % (su A)	Tassa Gara
5832233EE9	€ 63.944,50	€ 200,00	€ 1.278,89	

RIASSORBIBILI PER IL TRATTAMENTO DEL PROLASSO PELVICO

Dispositivo costituito da MESH riassorbibile e disponibile in varie dimensioni.

N° 1 pezzo per campionatura.

Previsione di consumo per 48 mesi:

AOU NOVARA	ASL BIELLA	ASL NOVARA	ASL VC	ASL VCO	TOTALE
	8	40	18	40	106

SUB - CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Ergonomia della rete, elevata porosità dell'intrecciatura	40	21
Letteratura scientifica al riguardo	10	6