



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)

Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**ALLEGATO 3**

**FORNITURA DI SONDE E CATETERI OCCORRENTI ALLE  
AZIENDE AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI  
COORDINAMENTO N. 3**

**PER TUTTI I LOTTI:**

**Le caratteristiche generali e quelle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico devono essere desumibili dalle schede tecniche riferite ai singoli prodotti (dovranno essere evidenziati i punti ove sono descritte) o da espresse dichiarazioni allegate alle schede tecniche.**

**Le caratteristiche che concorreranno alla valutazione dovranno essere descritte sulla presente scheda o indicandone il riferimento al punto specifico della scheda tecnica del prodotto.**

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 1****CRITERI VALUTAZIONE QUALITA'**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	7	
Palloncino idoneo per ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere, deve garantire la forma sterica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere	7	
Valvola di gonfiaggio morbida che consenta un facile inserimento di siringhe	7	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	7	
Le iscrizioni indicanti la misura e il volume del palloncino devono essere preferibilmente impresse in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a punti 18 su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 2****CRITERI VALUTAZIONE QUALITA'**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	7	
Palloncino idoneo per ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere, deve garantire la forma sterica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere	7	
Valvola di gonfiaggio morbida che consenta un facile inserimento di siringhe	7	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	7	
Le iscrizioni indicanti la misura e il volume del palloncino devono essere preferibilmente impresse in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 3****CRITERI VALUTAZIONE QUALITA'**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	7	
Palloncino idoneo per ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere, deve garantire la forma sterica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere	7	
Valvola di gonfiaggio morbida che consenta un facile inserimento di siringhe	7	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	7	
Le iscrizioni indicanti la misura e il volume del palloncino devono essere preferibilmente impresse in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 4****CRITERI VALUTAZIONE QUALITA'**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	7	
Palloncino idoneo per ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere, deve garantire la forma sterica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere	7	
Valvola di gonfiaggio morbida che consenta un facile inserimento di siringhe	7	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	7	
Le iscrizioni indicanti la misura e il volume del palloncino devono essere preferibilmente impresse in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 5****CRITERI VALUTAZIONE QUALITA'**

Caratteristica	Punteggio massimo	Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	7	
Palloncino idoneo per ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere, deve garantire la forma sterica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere	7	
Valvola di gonfiaggio morbida che consenta un facile inserimento di siringhe	7	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	7	
Le iscrizioni indicanti la misura e il volume del palloncino devono essere preferibilmente impresse in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 6****CRITERI VALUTAZIONE QUALITA'**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	7	
Palloncino idoneo per ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere, deve garantire la forma sterica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere	7	
Valvola di gonfiaggio morbida che consenta un facile inserimento di siringhe	7	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	7	
Le iscrizioni indicanti la misura e il volume del palloncino devono essere preferibilmente impresse in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 7****CRITERI VALUTAZIONE QUALITA'**

Caratteristica	Punteggio massimo	Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	7	
Palloncino idoneo per ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere, deve garantire la forma sterica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere	7	
Valvola di gonfiaggio morbida che consenta un facile inserimento di siringhe	7	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	7	
Le iscrizioni indicanti la misura e il volume del palloncino devono essere preferibilmente impresse in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 8****CRITERI VALUTAZIONE QUALITA'**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	7	
Palloncino idoneo per ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere, deve garantire la forma sterica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere	7	
Valvola di gonfiaggio morbida che consenta un facile inserimento di siringhe	7	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	7	
Le iscrizioni indicanti la misura e il volume del palloncino devono essere preferibilmente impresse in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 9**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	14	
Facilità e tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta	14	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 10**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	14	
Facilità e tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta	14	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

*P.I. / Cod. Fisc. 01811110020***LOTTO 11**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	14	
Facilità e tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta	14	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

*P.I. / Cod. Fisc. 01811110020***LOTTO 12**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	14	
Facilità e tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta	14	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 13**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	14	
Facilità e tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta	14	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 14**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	14	
Facilità e tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta	14	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 15**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	14	
Facilità e tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta	14	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 16**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	10	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	8	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	
Scorrevolezza della cannula al momento dell'utilizzo	10	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 17**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	10	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	8	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	
Scorrevolezza della cannula al momento dell'utilizzo	10	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**LOTTO 18**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	10	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	8	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	
Scorrevolezza della cannula al momento dell'utilizzo	10	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 19**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula radiopaca atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	10	
Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile che consenta la connessione con siringhe cono-catetere, tappi per catetere ed eventuali sacche di raccolta	8	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse preferibilmente in modo indelebile	2	
Scorrevolezza della cannula al momento dell'utilizzo	10	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 20**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Con impugnatura tale da permettere una buona presa per il posizionamento e la rimozione del catetere	10	
Qualità di tenuta	20	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 21**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula atraumatica di grandezza e forma adatta per evitare possibili occlusioni	20	
Tenuta punto di raccordo	5	
Le iscrizioni indicanti la misura devono essere impresse in modo indelebile	5	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

*P.I. / Cod. Fisc. 01811110020***LOTTO 22**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Cannula atraumatica e scorrevole	10	
Facilità di somministrazione costante nel tempo	10	
Tenuta della connessione	10	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020**LOTTO 23**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Facilità di inserimento	10	
Palloncini atraumatici e a tenuta	10	
Efficacia del sistema di drenaggio	10	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

*P.I. / Cod. Fisc. 01811110020***LOTTO 24**

<b>Caratteristica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile</b>
Corretta sequenzialità di disposizione dei dispositivi all'interno della vaschetta	15	
Facilità di utilizzo da parte di un solo operatore	15	

Solo le Ditte che raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 18 punti su 30) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.