



S.C. PROVVEDITORATO

tel. 0321 3732263 - fax 0321 3732740

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ESPANSORI ANATOMICI E PROTESI MAMMARIE OCCORRENTE
ALL’A.O.U. “ MAGGIORE DELLA CARITA’ ” DI NOVARA, ALL’A.S.L. BI,
ALL’A.S.L. NO, ALL’A.S.L. VC ED ALL’A.S.L. VCO AFFERENTI ALL’AREA
INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3**

- CHIARIMENTI -

1. Chiarimento n. 1:

In merito alle caratteristiche tecniche relative al lotto n. 1, pt2 di pag 40, si chiede di specificare cosa si intende per “pattern di espansione differenziate”.

1. Risposta a chiarimento n. 1:

Per “pattern di espansione differenziate” si intendono espansori con forme e rigidità differenziate in grado di sviluppare l’espansione in direzione programmata, in modo da espandere conseguentemente la cute.

2. Chiarimento n. 2:

In merito ai sizer (lotto n. 2), si chiede di indicare se gli stessi “devono essere forniti sterili direttamente dal fabbricante in confezione sterile”.

2. Risposta a chiarimento n. 2:

Si conferma quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto e si intende che l’impianto oltre ad essere sterile necessita di un doppio confezionamento, il più interno dei quali è anch’esso sterile, come meglio precisato all’art. 8.3 - pag. 42 “Confezionamento ed etichettatura”.

3. Chiarimento n. 3:

In merito al lotto n. 3, si evidenzia la non corrispondenza dei subcriteri con le caratteristiche minime richieste, si chiede pertanto di rivedere la descrizione di tale lotto.

3. Risposta a chiarimento n. 3:

Si tratta di un refuso. Il terzo sub criterio del lotto n. 3 è in realtà il seguente: “Miglior tipologia dei punti di reperi”. Restano invariate tutte le altre informazioni.



4. Chiarimento n. 4:

In merito ai lotti n. 2 e 3, si rileva un errore nella descrizione dei volumi.

4. Risposta a chiarimento n. 4:

Si tratta di un refuso.

La gamma di volumi del lotto n. 2 è rettificata nel seguente modo: "tra 125 cc e 600 cc o più".

La gamma di volumi del lotto n. 3 è rettificata nel seguente modo: "tra 125 cc e 650 cc o più".

Novara, 05/12/2014

Il R.U.P.
dr. Andrea Chiodi
(firmato in originale)