



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

A mezzo e-mail

Prot **26687** /16/ S.E.P.

Borgomanero, li **30 MAG. 2016**

Ai Direttori
G.D.P. A.O.U. Maggiore della Carità
Dott. Luciano Villarboito

S.O.C. Acquisizione e Gestione Servizi A.S.L. BI
Dott.ssa Leila Rossi

S.C. Provveditorato Economato A.S.L. VC
Dott.ssa Anna Burla

SOC Gestione Forniture e Logistica A.S.L. VCO
Dott. Federico Bonisoli

Loro sedi

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in locazione di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti occorrenti alle aziende A.O.U. Maggiore della Carità, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC e A.S.L. VCO afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento 3. CIG 6533537D48. – Aggiudicazione definitiva.

Allegata alla presente si trasmette, per piena conoscenza e per gli opportuni provvedimenti di competenza, copia della deliberazione del Direttore Generale n. 723 del 24.05.2016 ad oggetto "Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti occorrenti alle Aziende Sanitarie afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 – aggiudicazione definitiva".

Si trasmette, inoltre, copia della seguente documentazione:

- capitolato speciale;
- allegati al capitolato speciale.

La documentazione tecnica, attesa la dimensione della medesima, verrà successivamente e separatamente consegnata, tramite incaricati della scrivente A.S.L. direttamente ai Direttori dei SIMT.

La campionatura dei prodotti offerti, consegnata dalla ditta aggiudicataria secondo quanto previsto dall'art. 17 del capitolato speciale, rimarrà depositata per l'intera durata contrattuale presso il Centro Ricezione Merci del P.O. di Borgomanero e sarà disponibile per ogni verifica ritenuta necessaria.



www.regione.piemonte.it/sanita

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Provveditorato Economato – V.le Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (No)

Direttore: Dott.ssa Antonella Valsesia – Istruttore della pratica: Mora Laura – tel. 0322/848.465 – fax: 0322/844584

e-mail: provveditorato.gare@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Si fa presente che l'ultima delle comunicazioni in ordine all'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 D. Lgs 163/2006 è stata inoltrata alla ditta interessata in data **25.05.2016** e che è attualmente in corso la verifica ex art. 38 in capo alle ditte aggiudicatarie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

(dott. ssa Antonella Valsesia)



www.regione.piemonte.it/sanita

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Provveditorato Economato – V.le Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (No)

Direttore: Dott.ssa Antonella Valsesia – Istruttore della pratica: Mora Laura – tel. 0322/848.465 – fax: 0322/844584

e-mail: provveditorato.gare@asl.novara.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO

NOVARA - Viale Roma, 7

STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO-ECONOMATO

(Sede: Viale Zoppis 10 – 28021 Borgomanero)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

R.G. Numero **723** /DT. Data 24 MAG. 2016

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 D. LGS. N. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA E LA LAVORAZIONE DI EMOCOMPONENTI OCCORRENTI ALLE AA.SS.RR. AFFERENTI ALL'AIC 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.



IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell'esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti pubblici, dall'art. 17 d. Lgs. 165/2001 e nell'ambito delle competenze attribuite dall'atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 926/2008) al Direttore di Struttura complessa dotato di poteri di impegnare l'Azienda verso l'esterno (art. 15-bis, comma I, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento..

Ciò, in osservanza del Regolamento dell'attività provvedimentale dell'A.S.L. di cui alla deliberazione numero 674 del 2015.



Il provvedimento viene iscritto nel

REGISTRO PARTICOLARE

[della S.C. Servizio Provveditorato-Economato]

al NUMERO 77 in data 23 maggio 2016

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 D. LGS. N. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA E LA LAVORAZIONE DI EMOCOMPONENTI OCCORRENTI ALLE AA.SS.RR. AFFERENTI ALL'AIC 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

PROPOSTA ISTRUTTORIA

PREMESSO che l'ASL NO è stata individuata, in sede di programmazione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi delle 5 Aziende Sanitarie afferenti all'AIC 3 relativa all'anno 2014, su proposta del Tavolo di coordinamento sovrazonale (TCS), quale stazione appaltante per l'espletamento della gara relativa alla "Fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti", di interesse per le 5 Aziende afferenti all'AIC 3;

PRESO ATTO pertanto che, questa A.S.L., con determinazione n. 1137 del 31.12.2015 e successiva modifica n. 27 del 13.01.2016, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti occorrenti alle Aziende Sanitarie A.O.U. Maggiore della Carità, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC e A.S.L. VCO, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 per un periodo di mesi 60 con facoltà di opzione dell'estensione del termine di scadenza contrattuale per un ulteriore periodo di mesi 6;

che, con il citato atto n. 1137/2015, è stata approvata la seguente documentazione di gara:

- bando di gara;
- estratto bando di gara;
- capitolato speciale e suoi allegati;

che si è proceduto, pertanto, alla pubblicazione del **bando di gara** su:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2016/S 012-016729 del 19.01.2016;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 7 del 25.01.2016;
- sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici in data 26.01.2016;
- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26.01.2016;
- sito Internet delle Aziende A.O.U. Maggiore della Carità, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC e A.S.L. VCO;

nonché dell'**estratto** su:

- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (nazionale) del 02.02.2016;
- Il Foglio (nazionale) del 02.02.2016;
- La Sesia (locale) del 02.02.2016;
- Il Corriere di Novara (locale) del 04.02.2016;

che si è proceduto, quindi, alle seguenti ulteriori pubblicazioni sul sito dell'A.S.L. NO:

- chiarimenti al Capitolato speciale, forniti a seguito di richieste formulate da Operatori interessati;



DATO ATTO che, come da art. 23 del capitolato speciale, la presente procedura prevede l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

altresì, che la procedura è stata registrata sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ricevendo quale codice identificativo di gara (CIG) il seguente numero: **6533537D48 – CPV 33141613-0**;

che nel termine perentorio di scadenza – giorno **08.03.2016** – è pervenuto il seguente plico, registrato al protocollo:

ditta e indirizzo	n. protocollo A.S.L. NO	data protocollo
Fresenius Kabi Italia S.r.l. Via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)	0011762/16	08.03.2016

DATO ATTO che il Seggio di Gara, nella 1ª seduta pubblica del 11.03.2016, espletava le operazioni di gara, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del CSA “Modalità di svolgimento della gara – Sedute di gara” dettagliatamente riportate nel relativo verbale (**allegato n. 1**), al presente atto;

altresì che la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 469 del 01.04.2016 procedeva, nella seduta riservata del 20.04.2016, alla valutazione della documentazione tecnica e della campionatura ed all'attribuzione dei punteggi degli elementi qualitativi, i cui esiti sono riportati nel verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**allegato 2**);

che il Seggio di Gara, in data 04.05.2016, in seconda seduta pubblica, procedeva all'apertura dell'offerta economica, dando lettura delle singole quotazioni, e dichiarava l'aggiudicazione provvisoria in capo alla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., così come meglio esplicitato nel relativo verbale (**allegato n. 3**);

RITENUTO di approvare le operazioni di gara, quali documentate nei verbali sopra indicati che vengono allegati in copia al presente provvedimento;

VALUTATO di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti occorrenti alle Aziende Sanitarie A.O.U. Maggiore della Carità, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC e A.S.L. VCO alla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., quale unica offerente, alle condizioni economiche di cui all'offerta del 01.02.2016, allegata al verbale del Seggio di gara del 04.05.2016 (allegato 3);

DATO ATTO che la presente fornitura si intende affidata, oltre che alle condizioni di cui all'offerta economica n. GD/CF/eg/416/2016 del 01.02.2016, presentata dalla citata ditta, alle condizioni di cui alla seguente documentazione che, anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Capitolato speciale d'appalto allegato alla deliberazione n. 1137/2015;
- Offerta tecnica presentata in sede di gara dalla citata ditta, in atti;



che, considerata la durata contrattuale prevista per il presente servizio all'art. 3 del Capitolato speciale, pari a **60 mesi**, gli importi presunti relativi alla presente aggiudicazione, I.V.A. esclusa, sono di seguito meglio esplicitati:

Azienda	importo annuo I.v.a. esclusa	importo mesi 60 I.v.a. esclusa
A.O.U. Maggiore	€ 166.805,40	€ 834.027,00
A.S.L. BI	€ 126.030,84	€ 630.154,20
A.S.L. NO	€ 96.058,40	€ 480.292,00
A.S.L. VC	€ 97.856,32	€ 489.281,60
A.S.L. VCO	€ 145.395,96	€ 726.979,80
TOTALE	€ 632.146,92	€ 3.160.734,60

che l'importo complessivo di cui alla presente aggiudicazione comporta un ribasso, rispetto alla base d'asta pari al 16,27%;

che, come già meglio motivato nel citato atto di indizione n. 1137 del 31.12.2015, l'entrata in vigore del recente Decreto del Ministero della Salute del 02.11.2015, che prevede l'utilizzo di nuove metodologie di trasfusione derivanti dall'introduzione dell'obbligo di trasfondere esclusivamente emazie filtrate pre-storage, fa ipotizzare un incremento di spesa rispetto all'anno precedente;

che la spesa sostenuta nell'anno 2015 in merito alla presente fornitura è di seguito meglio esplicitata:

Azienda	importo annuo I.V.A. esclusa	importo annuo I.V.A. inclusa
A.O.U. Maggiore della Carità	(*) € 293.000,00	€ 357.460,00
A.S.L. BI	€ 65.208,00	€ 79.553,76
A.S.L. NO	€ 82.723,97	€ 100.923,24
A.S.L. VC	€ 65.040,00	€ 79.350,00
A.S.L. VCO	€ 126.023,00	€ 153.748,06

(*) la spesa si riferisce all'anno 2014 non avendo l'A.O.U. aggiornato i dati relativi all'anno 2015

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DETERMINA**


- di approvare* le operazioni di gara quali documentate nei verbali che vengono allegati in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegati nn. 1, 2 e 3);
- di procedere*, per quanto esposto in narrativa e ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, all'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti, a favore della ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l., quale unica offerente, alle condizioni economiche di cui all'offerta n. GD/CF/eg/416/2016 del 01.02.2016, allegata al verbale del Seggio di gara del 04.05.2016, per un periodo di mesi 60 (sessanta);



3. *di dare atto* che la presente fornitura si intende affidata alle condizioni di cui alla seguente documentazione che, anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Capitolato speciale allegato alla deliberazione n. 1137/2015;
 - Offerta tecnica presentata in sede di gara dalla citata ditta, in atti;
 - Offerta economica presentata in sede di gara;
4. *di quantificare* in € 3.160.734,60 I.v.a. esclusa (pari ad € 3.856.096,21 I.v.a. 22% compresa), l'importo complessivo presunto di aggiudicazione così di seguito meglio esplicitato:

Azienda	Spesa storica annuale anno 2015 I.v.a. esclusa	Importo di aggiudicazione		
		Annuale I.v.a. esclusa	Durata contrattuale I.v.a. esclusa	Durata contrattuale I.v.a. compresa
A.O.U. Maggiore	€ 293.000,00	€ 166.805,40	€ 834.027,00	€ 1.017.512,94
A.S.L. BI	€ 65.208,00	€ 126.030,84	€ 630.154,20	€ 768.788,12
A.S.L. NO	€ 82.723,97	€ 96.058,40	€ 480.292,00	€ 585.956,24
A.S.L. VC	€ 65.040,00	€ 97.856,32	€ 489.281,60	€ 596.923,55
A.S.L. VCO	€ 126.023,00	€ 145.395,96	€ 726.979,80	€ 886.915,36
Totale appalto		€ 632.146,92	€ 3.160.734,60	€ 3.856.096,21

5. *di dare atto* che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 (efficacia dell'aggiudicazione) e che si provvederà a prenderne atto con successivo provvedimento;
6. *di non applicare* il periodo dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, D.lgs 163/2006, poiché risulta pervenuta una sola offerta e non sono state proposte tempestive impugnazioni del bando;
7. *di dare atto* che la decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avranno inizio successivamente alla stipulazione dello stesso, nei termini di cui all'art. 11, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e che la formalizzazione del contratto avrà luogo separatamente da parte di ciascuna Azienda Sanitaria facente parte dell'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3;
8. *di individuare*, ai sensi dell'art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010, quale Direttore di Esecuzione del Contratto per l'A.S.L. NO, il dott. Giovanni Camisasca, direttore SIMT e Laboratorio Analisi, per la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto;
9. *di dare atto* che le singole Aziende interessate dovranno individuare un Responsabile di Procedimento, (oltre all'eventuale Direttore di Esecuzione del Contratto), in relazione al rapporto contrattuale che si instaurerà, successivamente alla deliberazione di aggiudicazione definitiva, tra essa Azienda ed il Fornitore individuato, con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di collaudo, convalida e verifica della conformità delle prestazioni, in coordinamento con il Direttore di Esecuzione del Contratto, ove nominato;



10. *di dare atto* che, per quanto riguarda l'A.S.L. NO, la spesa derivante dall'affidamento del presente servizio, quantificata presuntivamente in € **480.292,00** I.v.a. esclusa pari ad € 585.956,24 I.V.A. 22% inclusa, sarà a carico dei degli esercizi finanziari anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e che ad essa si farà fronte con la disponibilità prevista dai budget "Acquisto dispositivi medici" e "Canoni per beni strumentali sanitari" rispettivamente iscritti ai conti 3.10.01.64 e 3.10.05.04;
11. *di rinviare* a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa;
12. *di dare atto* che i termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.L.gs n. 321/2002, così come modificato dal D.Lgs n. 192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria"(60 giorni dalla data della accettazione e/o verifica – art. 4 comma 2, lett. d);
13. *di trasmettere* copia del presente atto alle AA.SS.RR. A.O.U. Maggiore, BI, VC e VCO per l'assunzione dei necessari provvedimenti di competenza;
14. *di dare atto* che, per quanto riguarda l'A.S.L. NO, il codice identificativo di gara (CIG) derivato, ricevuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: **6698315865**;
15. *di dare atto* che il presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 31/92 diviene efficace decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'Azienda Sanitaria ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/95;
16. *di sottoporre* il presente atto all'esame del Collegio dei Sindaci ex art. 14, comma 2 lett. B), della Legge Regionale 24 gennaio 1995 n. 10.

Provvedimento emesso in Borgomanero, li 23 maggio 2016

Il dipendente Istruttore

Laura Mora

Il Direttore S.C. Provveditorato-Economato
(Dott.ssa Antonella Valsesia)



ALLEGATO
AL PROVVEDIMENTO R.G. N° 723 IN DATA 24 MAG. 2016

COMPOSTO DA N. SESSANTAQUATTRO FACCIATE



**FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA E LAVORAZIONE DI
EMOCOMPONENTI OCCORRENTI ALLE AA.SS.RR. A.O.U. MAGGIORE DELLA
CARITA', BI, NO, VC E VCO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI
COORDINAMENTO 3.**

CIG 6533537D48.

Seggio di gara (ex art. 25 capitolato speciale) - 1ª seduta pubblica

L'anno duemilasedici il giorno **11** del mese di **marzo**, alle ore 10.00, presso l'aula della Direzione Generale dell'A.S.L. NO di Borgomanero, v.le Zoppis n° 10, alla presenza del Seggio di Gara, composto dai seguenti signori:

- dott.ssa Antonella Valsesia Presidente
- sig. Giuseppe Delgrosso Collaboratore Amministrativo Professionale
I Testimone
- sig.ra Laura Mora Assistente Amministrativo
II Testimone con funzioni di segretario verbalizzante

si è dato corso ai seguenti adempimenti, così come previsto dall'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto:

- presa d'atto del ricevimento dei plichi principali entro il termine stabilito (**08.03.2016**);
- verifica della loro formale regolarità ed esclusione eventuale di quelli non correttamente confezionati o pervenuti oltre i termini prescritti;
- apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B", "C";
- per ciascun concorrente apertura della busta "A" e controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa presentata e conseguente dichiarazione dei concorrenti ammessi alla fase successiva e di quelli esclusi indicando i relativi motivi di esclusione;
- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva, qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali;
- apertura della busta "B" e verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara.

E' presente alle operazioni di gara il rappresentante della ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., dotato di opportuna delega, la cui identità è accertata dal sotto evidenziato documento:

Nominativo rappresentante	ditta	documento	Validità documento
Stefano Perosino	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	Carta d'identità n. AT1535843 rilasciata dal Comune di Alpignano (TO)	03.01.2024

SI PREMETTE

che con Deliberazione dell'ASL NO n° 1137 del 31.12.2015 veniva indetta gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti occorrenti alle Aziende Sanitarie A.O.U. Maggiore della Carità Novara, ASL BI, ASL NO, ASL VC e ASL VCO afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento 3, approvando contestualmente bando, avviso di gara, capitolato speciale e relativi allegati;

Che si è proceduto alla pubblicazione del Bando di gara su:

- sito internet della Committente www.asl.novara.it
- Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE) 2016/S 012-016729 del 19.01.2015;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Vª Serie Speciale, Contratti Pubblici (GURI) n° 7 del 25.01.2016;
- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26.01.2016;
- sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici in data 26.01.2016;

Il Presidente Dott.ssa Antonella Valsesia	Iª Testimone Sig. Giuseppe Delgrosso	IIª Testimone (segretario verbalizzante) sig.ra Laura Mora
--	---	---



dell'estratto di bando su:

- Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici (nazionale) del 02.02.2016
- Il Foglio (nazionale) del 02.02.2016
- Il Corriere di Novara (locale) del 04.02.2016
- La Sesia (locale) del 02.02.2016

nonché della documentazione di gara su:

- sito internet della Committente www.asl.novara.it
- (sotto forma di avviso) sito internet delle Aziende A.O.U. Maggiore, ASL BI, ASL VC e ASL VCO

infine, che si è proceduto, alle seguenti ulteriori pubblicazioni sul sito dell'A.S.L. NO:

- chiarimenti al Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito di richiesta, da parte di Operatori interessati riportati sull'allegato "*Elenco riepilogativo chiarimenti al Capitolato Speciale d'Appalto – Allegato 1*".

Tanto premesso,

L'Autorità presidente del Seggio dà atto che nel termine perentorio di scadenza – giorno **08.03.2016** – è pervenuta la seguente offerta:

ditta e indirizzo	n. protocollo A.S.L. NO	data protocollo
Fresenius Kabi Italia S.r.l. Via Camagre, 41 37063 Isola della Scala (VR)	0011762/16	08.03.2016

Il Presidente fa presente che, in base a quanto stabilito all'art. 22 "*Composizione e trasmissione del plico*" del Capitolato Speciale, all'interno del plico principale dovranno essere contenute le seguenti buste:

- **busta A**, separata e distinta, recante la dicitura "*Documenti amministrativi*", debitamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, contenente la documentazione amministrativa redatta secondo le indicazioni previste all'art. 18 "*Contenuto della busta "A" – Documentazione Amministrativa*" del Capitolato Speciale;
- **busta B**, non trasparente, separata e distinta, recante la dicitura "*Offerta tecnica*", debitamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, contenente la documentazione tecnica redatta secondo le indicazioni previste all'art. 19 "*Contenuto della busta "B" – Documentazione Tecnica*" del Capitolato Speciale;
- **busta C**, non trasparente, separata e distinta, recante la dicitura "*Offerta economica*", debitamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica redatta secondo le indicazioni previste agli artt. 20 "*Contenuto della busta "C" – Offerta economica*" e 21 "*Validità dell'offerta*" del Capitolato Speciale.

A questo punto l'Autorità presidente procede all'apertura dei plichi dopo averne constatato l'integrità, e:

- dà atto che il plico principale della ditta **Fresenius Kabi Italia S.r.l.** presenta il seguente contenuto:
 - ✓ busta A "*Documenti Amministrativi*";
 - ✓ busta B "*Offerta tecnica*";
 - ✓ busta C "*Offerta economica*";
 non trasparenti, debitamente chiuse e sigillate sui lembi di chiusura;
- apre la busta A al fine di esaminare la documentazione in essa contenuta, le cui risultanze sono riportate nell'allegato "*Scheda riepilogativa verifica documentazione busta A - Allegato 2*";
- dà atto che, a seguito della verifica della documentazione presentata, la medesima risulta conforme a quanto richiesto nel Capitolato Speciale;
- dichiara che la sopra evidenziata ditta è ammessa al prosieguo della gara.

Successivamente, il Presidente procede all'apertura della busta B.

Il Presidente Dott. Daniela Valsesia	Il Testimone Sig. Giuseppe Delgrosso	Il Testimone (segretario verbalizzante) sig.ra Laura Mora
---	---	--



Viene effettuata una ricognizione della documentazione tecnica leggendo a voce alta i titoli, di seguito evidenziati, relativi agli elaborati e documenti costituenti l'offerta tecnica.

- > Offerta tecnica;
- > Schede tecniche illustrative dei prodotti offerti;
- > Elenco della campionatura trasmessa;
- > Descrizione tecnica dei requisiti preferenziali, resa su modello Allegato 2;
- > Atto di dichiarazione relativo ai prodotti offerti, reso su modello Allegato 3;
- > Relazione sul servizio di assistenza tecnica full risk;
- > Progetto tecnico corredato da elenco installazioni;
- > Relazione Formazione del Personale;
- > Dichiarazione segreti tecnici e commerciali.

In merito alla dichiarazione relativa a quali, tra le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica, costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da segretezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006), si rileva che *"tutta la documentazione contenuta all'interno della Busta relativa alla parte tecnica è coperta da riservatezza (D.lgs n. 163 del 2006). All'interno infatti sono contenuti documenti relativi a brevetti e a funzionalità esclusive dei monouso e/o apparecchiature proposte"*.

Al termine delle citate operazioni, la busta contenente l'offerta economica, nonché la busta contenente l'offerta tecnica, vengono inserite in due plichi separati i quali vengono sigillati e siglati sui lembi di chiusura dagli stessi componenti del seggio, nonché dal rappresentante della ditta presente alla seduta.

Il Presidente dispone per la custodia dei plichi contenenti le buste B e C in armadio chiuso a chiave, a cura del Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà inoltre atto che, nel termine perentorio di scadenza – giorno **08.03.2016** – la ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha presentato la campionatura, secondo le indicazioni previste all'art. 17 *"Presentazione dei campioni"* del Capitolato Speciale, con il seguente documento di trasporto, e che la medesima è depositata presso il Centro Ricezioni Merci dell'A.S.L. NO, sede di Borgomanero:

Ditta	estremi documento di trasporto	Data consegna presso Centro Ricezione Merci A.S.L. NO
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	350690879 del 19.02.16	25.02.2016

Il Rappresentante della ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. prende visione della bolla di consegna della campionatura per verificare che sulla medesima siano apposti correttamente la data ed il timbro di ricezione della merce.

Appurato quanto sopra, in accordo con il Presidente del Seggio di gara, ritiene di non procedere alla visione della campionatura presentata dalla propria azienda e depositata presso il Magazzino dell'A.S.L. NO.


La seduta termina alle ore 10.45. Il presente verbale si compone di n. 3 (tre) pagine, nonché di n. 2 (due) allegati composti da n. 4 (quattro) pagine complessive, che vengono sottoscritte come segue:

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente (dott.ssa Antonella Valsesia)



Il I Testimone (sig. Giuseppe Delgrosso)



Il II Testimone-Segretario verbalizzante (sig.ra Laura Mora)




**A.S.L. NO**Azienda Sanitaria Locale
di Novara

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara

Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519

www.asl.novara.it

Allegato 1

ELENCO RIEPILOGATIVO CHIARIMENTI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA E LAVORAZIONE DI
EMOCOMPONENTI OCCORRENTI ALLE AA.SS.RR. A.O.U. MAGGIORE DELLA
CARITA', BI, NO, VC E VCO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI
COORDINAMENTO 3. CIG 6533537D48.**

Quesito 1

Pag. 11 del Capitolato di Gara, viene richiesto che “tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana”.

Alla luce della mole di certificazioni da presentare e dal costo molto elevato, si chiede di poter presentare la documentazione (Dichiarazioni di Conformità CE, Certificati CE, Certificato ISO, Certificazioni CEI e simili) in lingua originale, o in alternativa con traduzioni avvalorate da autocertificazione secondo il DPR 445/2000 e s.m.i.

Risposta 1

Non fornire la traduzione giurata delle certificazioni comporta l'impossibilità, da parte della Stazione Appaltante, di pronunciarsi su atti redatti in lingua diversa dall'italiano e ciò equivale a omissione della produzione documentale richiesta.

Quesito 2

“Allegato A” (Domanda di Partecipazione).

Si chiede di precisare la documentazione da allegare a tale modello, in quanto non viene precisato nell'art. 13 del Capitolato di Gara.

Risposta 2

Per documentazione allegata, si intende tutta la documentazione amministrativa prevista all'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto “Contenuto della Busta “A” – Documentazione amministrativa” che dovrà essere inserita nell'apposita Busta A. L'intera documentazione costituisce allegato alla “Domanda di partecipazione” – Allegato A..

In calce a detto allegato, al punto “Elencare i documenti”, dovrà essere riportata una mera elencazione dei documenti inclusi nella Busta A.

Quesito 3

Il Presidente Dott.ssa <i>[firma]</i> Valsesia	Il Testimone Sig. Giuseppe Delgrosso	Il Testimone (segretario verbalizzante) sig.ra. Laura Mora
---	---	---



723

24 MAG. 2016

**A.S.L. NO**Azienda Sanitaria Locale
di Novara

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara

Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519

www.asl.novara.it

“Allegato E” (DUVRI preliminare)

Si chiede di precisare se tale documento debba solamente esser firmato per accettazione o debba anche essere compilato.

Risposta 3

In questa fase di gara si richiede solo la sottoscrizione del documento per accettazione di quanto in esso contenuto.

Quesito 4

Allegato C – Dichiarazione unica stati plurimi: punto h

Viene richiesto di indicare i “contratti per forniture analoghe all’oggetto della gara eseguiti negli ultimi 3 anni”.

Si chiede di precisare se per tale periodo si intende il triennio 2013-2014-2015.

Risposta 4

Si conferma che il periodo di riferimento è il triennio 2013-2014-2015.

Il Presidente
Dott.ssa Laura Valsesia

Il Testimone
Sig. Giuseppe Delgrosso

Il Testimone (segretario verbalizzante)
sig.ra Laura Mora



ALLEGATO 2 – VERBALE I^ SEDUTA PUBBLICA DEL 11.03.2016
“Scheda riepilogativa verifica documentazione busta A”

Contenuto della Busta “A” – Documentazione Amministrativa Cfr. art. 18 Capitolato Speciale	Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Punto 1 Domanda di partecipazione (Allegato A)	Sottoscritta da Giuseppe Degrandi in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato a firma congiunta con Claudio Ferioli in qualità di Procuratore Speciale Richiesta di partecipazione come impresa singola
Punto 2) Documenti sotto evidenziati, timbrati e firmati o siglati per accettazione su ogni foglio: - Capitolato speciale e suoi allegati - Allegato E DUVRI - Note di chiarimento/precisazione degli atti di gara (da 1 a 7)	Capitolato speciale e suoi allegati – timbrati e sottoscritti Allegato G DUVRI – timbrato e sottoscritto Note di chiarimento/precisazione degli atti di gara – timbrate e sottoscritte
Punto 3) Subappalto (Allegato B)	Non dichiarato.
Punto 4) dichiarazione unica (allegato C) lettera a) soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta lettera b) Composizione societaria lettera h) Capacità tecnico professionale – art. 15 punto 3 CSA – Elenco principali forniture analoghe effettuate nel triennio lettera l) punti 16 dichiarazione relativa alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile	Giuseppe Degrandi – Presidente CDA e Amministratore Delegato A firma congiunta con Claudio Ferioli – Procuratore Speciale Fresenius Kabi Italia S.p.a. – socio unico presentato elenco con numero 2 contratti relativi a forniture analoghe all’oggetto della presente gara La ditta dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti o società che si trovano, rispetto all’impresa qui rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente
Punto 5) Dichiarazioni bancarie (art. 15 CSA punto 2) Non anteriore alla data del 08.12.2015	Presentate le seguenti dichiarazioni: - Unicredit del 04.02.2016 - Banco Popolare del 02.02.2016
Punto 6) Ricorso all’avvalimento art. 16 C.S.A. (allegati D1 e D2)	Non dichiarato avvalimento



Contenuto della Busta "A" – Documentazione Amministrativa Cfr. art. 18 Capitolato Speciale	Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Punto 7) Garanzia provvisoria (art. 14 CSA punto b) € 75.500,00 (2%) € 37.750,00 (1%) La garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta"; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.; - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. 	Garanzia fideiussoria n. 460011567621 rilasciata da Unicredit S.p.a. in data 02.02.2016 per un importo di € 37.750,00 riduzione del 50 % per possesso di certificato ISO 9001:2008 previsto pagamento a semplice richiesta, rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, cc., e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cc.
Punto 8) Dichiarazione impegno a rilasciare cauzione definitiva	Presentata all'interno della polizza fideiussoria n. 460011567621 (art. 1)
Punto 9) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato F)	Presentata attestazione di avvenuto sopralluogo debitamente firmata dalle 5 Aziende Sanitarie interessate
Punto 10) Eventuale procura	Allegata copia conforme all'originale della procura speciale Rep. 85893 – Racc. n. 23094 del 07.05.14 - Notaio dott. Lucio Lombardi
Punto 11) Pagamento Tassa CIG 6533537D48 di € 140,00	Assolto
Punto 12) Documento attestante l'attribuzione del "PassOE" da parte del Servizio AVCPass	6910-5783-0103-9388
Punto 13) Patto di integrità, debitamente sottoscritto per accettazione (allegato G)	Presentato timbrato e sottoscritto
Punto 14) In caso di RTI o Consorzio dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguiti da ciascuno dei soggetti associati	//
Punto 15) in caso di RTI o Consorzio già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell' Atto costitutivo del Consorzio	//
Punto 16) in caso di RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti: <ul style="list-style-type: none"> - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006; 	//
Punto 17) in caso di Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre	//





723 24 MAG. 2016
 Azienda Sanitaria Locale Novara
 28100
 di Novara
 P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 -

Tel. 0321 374111 - fax 0321 374519
www.asl.novara.it

FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA E LAVORAZIONE DI EMOCOMPONENTI OCCORRENTI ALLE AA.SS.RR. A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA', BI, NO, VC E VCO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 3.

CIG 6533537D48.

Commissione Giudicatrice - seduta riservata

L'anno duemilasedici il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 09,30, presso l'aula della Direzione Generale dell'A.S.L. NO di Borgomanero, v.le Zoppis n° 10, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore n. 469 del 01.04.2016 e così composta:

- Dott. Giovanni Camisasca – Direttore S.C. Servizio Immunostrafusionale – A.S.L. NO in qualità di Presidente;
- Dott. Perangelo Bescapè – Dirigente Medico S.C. Medicina Trasfusionale – A.O.U. Maggiore della Carità di Novara;
- Dott. Gennaro Mascaro – Direttore S.O.C. Immunoematologia e Servizio Trasfusionale - A.S.L. BI;
- Dott. Raffaele Mari – Dirigente Responsabile S.C. Immunoematologia e Servizio Trasfusionale A.S.L. VC;
- Dott.ssa Roberta Ambrosini – Tecnico di Laboratorio SASD SIMT A.S.L. VCO

È altresì presente la sig.ra Laura Mora, Assistente Amministrativo S.C. Provveditorato-Economato, con funzioni di segretario verbalizzante.

All'atto dell'insediamento, i Commissari rilasciano dichiarazione, in atti, ai sensi dell'art. 47, DPR 445/2000, con la quale attestano l'insussistenza delle cause di esclusione per incompatibilità, di cui all'art. 84, D. Lgs. 163/2006.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 25 "Modalità di svolgimento della gara – Sedute di gara" del Capitolato Speciale d'appalto la Commissione Giudicatrice provvederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative dell'offerta, provvedendo poi ad attribuire i punteggi secondo quanto prescritto all'art. 24 "Elementi valutazione e fattori ponderali".


Il segretario verbalizzante consegna il plico della documentazione tecnica al Presidente della Commissione giudicatrice, il quale constatata l'integrità unitamente agli altri Commissari, procede all'apertura del medesimo.

La Commissione Giudicatrice, procede in seduta riservata, alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., unica offerente nella procedura di gara di cui all'oggetto, dopo aver preso visione della documentazione di gara di stretta competenza tecnica.

La Commissione decide di impostare i propri lavori con la lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta sopra citata al fine di verificare la corrispondenza di quanto presentato dalla medesima con le prescrizioni di gara e con la valutazione della campionatura presentata; le risultanze di tali operazioni vengono di seguito esplicitate.

Verifica della documentazione tecnica richiesta ai sensi dell'art. 19 "Contenuto della busta B Documentazione Tecnica del CSA:

Il Presidente	I Commissari				Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dott. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dott. Perangelo Bescapè	A.S.L. BI Dott. Gennaro Mascaro	A.S.L. VC Dott. Raffaele Mari	A.S.L. VCO Dott.ssa Roberta Ambrosini	Sig.ra Laura Mora





Documentazione richiesta	Presenza
1. elenco analitico di tutta la documentazione tecnica presentata;	Si
2. offerta tecnica Allegato I;	Si
3. schede tecniche originali dettagliate del fabbricante, in lingua italiana o con allegata traduzione, relative ai materiali di consumo offerti	Si
4. schede tecniche originali dettagliate del fabbricante, in lingua italiana o con allegata traduzione, relative alle apparecchiature offerte	Si
5. elenco della campionatura trasmessa suddivisa per voci con l'indicazione dei codici di riferimento dei prodotti;	Si
6. descrizione tecnica dei requisiti preferenziali oggetto di valutazione qualitativa redatta sulla base del modello "Allegato 2";	Si
7. atto di dichiarazione relativo ai prodotti offerti e conforme all'allegato fac-simile (Allegato 3)	Si
8. i termini di consegna degli strumenti proposti e il cronoprogramma relativo ai tempi di installazione, collaudo, validazione ed avviamento a pieno ritmo degli stessi	Si
9. informazioni utili per l'installazione degli strumenti	Si
10. istruzioni per l'uso in lingua italiana;	Si
11. relazione illustrante le modalità di formazione del personale	Si
12. relazione sul servizio di assistenza tecnica full-risk	Si
13. ogni altra informazione o dato utile a definire le caratteristiche, la funzionalità e la destinazione d'uso dei modelli offerti.	Si
14. dichiarazione segreti tecnici e commerciali.	Si

Si procede alle seguenti operazioni:

Verifica caratteristiche minime indispensabili richieste a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 61 del Capitolato Speciale) le cui risultanze sono riassunte nelle tabelle riportate nell'Allegato 1 al presente verbale.

Al termine delle operazioni, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto inerente l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento Qualità, la commissione procede all'esame degli elementi oggetto di valutazione qualitativa ed attribuisce i rispettivi punteggi riportati nella tabella di cui all'Allegato 2 al presente verbale.

La Commissione prende atto che la ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha superato la soglia minima richiesta per il punteggio qualità e pertanto è ammessa alla successiva fase di gara.

Il Presidente	I Commissari				Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dott. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dott. Perangelo Bescapè	A.S.L. BL Dott. Gennaro Mascaro	A.S.L. VC I Dott. Raffaele Mari	A.S.L. VCO Dott.ssa Roberta Ambrosini	Sig.ra Laura Mora





723

24 MAG. 2016

Azienda Sanitaria Locale Novara
28100
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 –

Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

La seduta termina alle ore 11.30. Il presente verbale si compone di n. 3 (tre) pagine, nonché di n. 2 (due) allegati composto da n. 9 (nove) pagine complessive, che vengono sottoscritte come segue:

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente (dott. Giovanni Camisasca)

Il Commissario (dott. Pierangelo Bescapè)

Il Commissario (dott. Gennaro Mascaro)

Il Commissario (dott. Raffaele Mari)

Il Commissario (dott.ssa Roberta Ambrosini)

Il Segretario verbalizzante (sig.ra Laura Mora)



Scheda verifica possesso requisiti minimi

A) Fornitura di materiale monouso

a-1 Sacche quaduple T&B con filtro in linea per emazie concentrate	
Sacca quadrupla Top & Bottom per la raccolta di ml 450 ± 10% di sangue con filtro integrato per la leucodeplezione delle emazie concentrate	Si
Filtro morbido	Si
Residuo leucocitario: 1×10^6	Si
Recupero eritrocitario: $\geq 90\%$	Si
Inibizione trasmissione CMV (dichiarata e convalidata)	Si
Anticoagulante: CPD e soluzione nutriente per conservazione globuli rossi 42 giorni: SAG-M o equivalente conservazione piastrine 5 gg Biocompatibilità tale da consentire la conservazione delle piastrine	Si
Ago da 16 G con protezione irreversibile alla estrazione dello stesso	Si
Sulla linea di prelievo presenza di raccordo per campionamento con camicia per provette sottovuoto preconnessa	Si
Presenza di sistema di sacca di campionamento laterale (≥ 35 ml) per il prelievo di campione addizionale idoneo all'esecuzione di test diagnostici e tale da consentire la deviazione del primo volume di sangue della donazione per garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei campioni biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti (Linea guida del CNS 02 del 07.07.2008)	Si
Il tubo tra l'ago e la sacchetta di campionamento deve essere libero da CPD	Si
Il sistema di sacche deve essere latex-free e sterile	Si
Biocompatibilità tale da consentire la conservazione delle piastrine	Si
Etichette secondo norma di legge	Si
Confezionamento singolo	Si
Presenza di codici di identificazione sui tubati della sacca	Si
Presenza sulle sacche di dati in chiaro con codice a barre del lotto atti a garantire la massima rintracciabilità del prodotto	Si
Compatibilità con scompositori offerti	Si

Il Presidente	I Commissari				Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dott. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dott. Perangelo Bescapè	A.S.L. BI Dott. Gennaro Mascaro	A.S.L. VC Dott. Raffaele Masci	A.S.L. VCO Dott.ssa Roberta Ambrosini	Sig.ra Laura Mora


a.2 Sacche singole da 450 ml CPDA	
In CPD da 450 ml per autodonazione/salassi terapeutici	Sì
Ago 16 G con protezione dell'ago irreversibile alla estrazione dello stesso	Sì
Sulla linea di prelievo presenza di raccordo per campionamento con campana per provette sotto vuoto preconnesso	Sì
Presenza di una piccola sacca di campionamento tra l'ago di prelievo e la camicia, preconnessa con capacità di circa 40 ml	Sì
Il tubo tra l'ago e la sacchetta di campionamento deve essere libero da CPD	Sì
Raccordo per infusione	Sì
Etichette secondo norma legislativa	Sì
Confezione delle sacche: singola	Sì
Latex free e sterile	Sì
Dovranno essere compatibili per l'uso con bilance non proprie	Sì

a.3 Sacche trasferimento emocomponenti	
Sacca in PVC da 600 ml	Sì
Perforatore con tubo compatibile con sistemi di Connessione Sterile	Sì
Latex free e sterile	Sì
Confezionamento singolo	Sì

a.4 Sistemi di frazionamento in minialiquote	
Dispositivo medico con sacche pediatriche per il trasferimento di sangue ed emocomponenti	Sì
Latex free e sterile	Sì
Volume minimo singola sacca 100 ml	Sì
Tubi compatibili con sistemi di connessione sterile	Sì
Confezionamento singolo del kit	Sì

Il Presidente	I Commissari			Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dot. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dot. Perangelo Bescapè	A.S.L./B.P. Dot. Gennaro Mascaro	A.S.L. VC Dot. Raffaele Mari	A.S.L. VCO Dot.ssa Roberta Ambrosini

REGIONE PIEMONTE
A.S.L. NO
Sig.ra Laura Mora
Pagina 2 di 7



a.5 Perforatore forasacca	
Perforatore senza presa d'aria utilizzabile con tutti i tipi di sacche sangue, munito di relativo cappuccio di protezione	Sì
Connessione tipo luerlock	Sì
Tappo in gomma perforabile	Sì
Confezionamento singolo	Sì

a.6 Kit monouso per il pool di buffy-coat con filtro per delecucitare preconnesso	
Sacca principale per la conservazione del concentrato piastrinico di almeno 1.000 ml per la conservazione ottimale delle piastrine almeno a 5 giorni	Sì
Leucociti residui meno di 1×10^6	Sì
Recupero piastrinico maggiore del 85%	Sì
Tubatismi per la connessione alla sacca e alla soluzione conservante compatibili con sistemi di connessione sterile	Sì
Latex free e sterile	Sì
Possibilità di connettere sterilmente fino a 6 BC e la soluzione conservante;	Sì
Confezionamento singolo	Sì
Presenza di sacca di campionamento per l'esecuzione di controlli di qualità	Sì

a.7 Soluzione conservante per pool di buffy-coat	
Soluzione conservante per il concentrato piastrinico in sacca da 300 ml con tubo compatibile con sistemi connessione sterile e apirogena per una conservazione sino a 5 giorni delle piastrine	Sì
Confezionamento singolo	Sì

a.8 Connessioni sterili	
Connessioni sterili da usarsi con il connettore sterile fornito	Sì

Il Presidente	I Commissari				Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dott. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dott. Pierangelo Bescapè	A.S.L. BI Dott. Genaro Mascaro	A.S.L. VC Dott. Raffaele Mari	A.S.L. VCO Dott.ssa Roberta Ambrosini	Sig.ra Laura Mora

B) Apparecchiature in noleggio

b.1 Bilance basculanti per prelievo sacche sangue	
Volume di donazione programmabile prima e durante la procedura	Si
Efficiente movimento basculante per una corretta miscelazione con l'anticoagulante per evitare la formazione di coaguli	Si
Visualizzazione a display durante la procedura del volume raccolto, del flusso medio, della durata della procedura	Si
Allarmi visivo-sonoro di flusso lento, assenza di flusso, di incremento di peso eccessivo e di fine donazione	Si
Interruzione automatica del flusso a volume e/o tempo di donazione raggiunto	Si
Funzionamento a rete o a batteria ricaricabile direttamente dal corpo bilancia	Si
Le bilance devono garantire la verifica di corretto abbinamento tra il codice unità ed il codice delle provette ad essa abbinata e la tracciabilità dell'operatore	Si
Possibilità di acquisizione dati tramite lettore di codice a barre prima e/o dopo le operazioni di prelievo ove previsto dal software	Si
Le bilance basculanti devono essere interfacciate in modo bidirezionale al sistema informatico gestionale del SIMT (allegare lista installato)	Si
Clamp centrale ad apertura e chiusura automatica sul tubo di donazione	Si
Clamp di sicurezza che eviti la fuoriuscita del tubo durante la donazione	Si
Trasferimento via wireless dei dati delle bilance al sistema gestionale del SIMT. Le bilance devono essere collegabili ad un sistema di assistenza remota	Si
Presenza di certificazione, per quanto applicabile, di dispositivi medici classe I secondo direttiva CEE 93/42 e s.m.i	Si
Dotate di carrellino che garantisce una maggiore ergonomia di esercizio	Si
Deve essere in grado di utilizzare qualsiasi tipo di sacca.	Si

Il Presidente	I Commissari				Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dott. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dott. Perangelo Bescapè	A.S.L. BI Dott. Gennaro Mascaro	A.S.L. VC Dott. Raffaele Mari	A.S.L. VCO Dott.ssa Roberta Ambrosini	Sig.ra Anna Mora

b.2 Scompositori automatici per sacche sangue	
Programmabile per la separazione e la preparazione delle componenti ematiche (plasma, buffy-coat, piastrine da singolo buffy-coat, piastrine da PRP, emazie concentrate) in modo completamente automatico	Si
Programmabile per il funzionamento automatico con l'uso di sacche con il filtro in linea	Si
Programmabile per il funzionamento automatico per il lavaggio delle emazie concentrate	Si
Programmabile per il funzionamento automatico per la produzione e filtrazione di concentrati piastrinici da pool di BuffyCoats	Si
Dotato di sensori multilivello atti alla determinazione dell'ematocrito delle emazie concentrate	Si
Dotato di sistema di testine saldanti e bloccanti programmabili per ogni linea di connessione agli emocomponenti .	Si
Deve essere in grado di utilizzare qualsiasi tipo di sacca e configurazione (convenzionali, Top&Bottom, sacche con filtro in linea integrato, kit pool di piastrine) in modo automatico	Si
Dotato di bilance per il rilevamento dei pesi di tutti gli emocomponenti	Si
Possibilità di pesate multiple nel corso della stessa procedura	Si
Processo di separazione completamente automatico	Si
Regolazione fine dei volumi degli emocomponenti	Si
Dotazione di lettore a codice a barre	Si
Possibilità di importazione-espportazione dei dati per la consultazione dei processi relativi ad ogni separazione	Si
Gli scompositori devono essere interfacciati al sistema informatico gestionale del SIMT in modo bidirezionale (allegare elenco lista installato in Italia)	Si
Allarmi di procedura segnalati all'operatore	Si
Gli scompositori devono essere collegati ad un sistema di assistenza remota	Si

Il Presidente	I Commissari				Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dott. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dott. Perangelo Bescapè	A.S.L. BI Dott. Gennaro Mascaro	A.S.L. VC Dott. Raffaele Mari	A.S.L. VCO Dott.ssa Roberta Ambrosini	Sig.ra Laura Mora

b.3 Saldatori da banco	
Elevata efficienza	Sì
Autocalibrazione dei tubi da 1 mm a 6 mm di diametro	Sì
Saldatura dei tubi di diverse misure	Sì
Le saldature devono consentire la separazione a strappo con integrità del tubo dell'emocomponente e sicurezza dell'operatore	Sì
Indicazioni sulla saldatura in corso	Sì
Pratico e di facile pulizia	Sì
Corredato di tutto quanto necessario per il loro corretto e sicuro utilizzo	Sì

b.4 Saldatori portatili	
Peso ed ingombro ridotti	Sì
Le saldature devono consentire la separazione a strappo con integrità del tubo dell'emocomponente e sicurezza dell'operatore	Sì
Pratico e di facile pulizia	Sì
Indicazione sullo stato di carica delle batterie e della saldatura in corso	Sì
Presenza di certificazione, per quanto applicabile, di dispositivi medici classe I secondo direttiva CEE 93/42 e s.m.i.	Sì
Corredato di tutto quanto necessario per il loro corretto e sicuro utilizzo	Sì

b.5 Strippatore automatico	
Funzionamento a batteria ricaricabile e dotato di batteria di ricambio	Sì
Leggero e maneggevole	Sì
Rotelle regolabili a seconda del diametro del tubo da strappare	Sì
Corredato di tutto quanto necessario per il loro corretto e sicuro utilizzo	Sì

b.6 Strippatore manuale	
Pinza spremi tubo manuale	Sì
Corredato di tutto quanto necessario per il loro corretto e sicuro utilizzo	Sì

b.7 Stazione filtrante	
Utilizzabile per sistemi di filtrazione convenzionale e sistemi in-line per sangue intero e per globuli rossi	Sì
Presenza di almeno 45 postazioni di filtrazione indipendenti	Sì
Dotato di ganci per il posizionamento sacche	Sì
Ripiani con movimento automatico e indipendente	Sì

Il Presidente	I Commissari				Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dott. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dott. Perangelo Bescapè	A.S.L. BI Dott. Gennaro Mascaro	A.S.L. VC Dott. Raffaello Mari	A.S.L. VGO Dott.ssa Roberta Ambrosini	Sig.ra Anna Mora

b.8 Dispositivi per connessione sterile	
Controllo automatico saldatura in corso	Si
Monitor per il controllo delle saldature in corso	Si
Il sistema deve avere la possibilità di effettuare più saldature senza interruzione del lavoro	Si
Possibilità di effettuare la saldatura di tubi di diverse misure in automatico	Si

Software di gestione e tracciabilità delle operazioni svolte su bilance e scompositori	
Deve consentire la completa tracciabilità dei dati provenienti dalle bilance e dagli scompositori	Si
Interfacciamento bidirezionale e collegamento wireless con il sistema di gestione dei SIMT per il trasferimento dei dati con possibilità di importazione dei dati per la consultazione dei processi relativi alla separazione	Si
Conformità alla normativa CEI 64.5 o 66.5 per tutte le apparecchiature offerte ove applicabile	Si
Conformità alla direttiva 93/42/EC o 98/79/EC su apparecchiature e dispositivi ove applicabile	Si

Software per il controllo di qualità degli emocomponenti prodotti in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente e dai requisiti di accreditamento del SIMT	
Emocomponenti registrabili: <ul style="list-style-type: none"> • Emazie concentrate prive di buffy coat • Concentrati piastrinici da pool di buffy coat • Concentrati piastrinici da aferesi • Plasma fresco congelato • Emazie concentrate da aferesi • Emazie lavate e filtrate 	Si
Dovrà permettere la visualizzazione, in tempo reale, dei prodotti non conformi a quanto indicato;	Si
Dovrà permettere l'analisi dei dati inseriti considerando tutte le variabili che influiscono nel processo di produzione degli emocomponenti (es. centro prelievo, emocomponenti, centrifuga-scompositore-abbattitore utilizzato);	Si
Dovrà permettere l'analisi dei valori di media e deviazione standard dei parametri di interesse clinico analizzati con i controlli di qualità;	Si
Dovrà permettere l'analisi delle non conformità dei prodotti	Si

Campi registrabili:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N° Buffy coat ✓ Plt ✓ Swirling ✓ PH ✓ Proteine totali ✓ Fattore VIIIc ✓ Aspetto ✓ Esito controllo di sterilità
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Data ✓ N° Unità ✓ Ematocrito ✓ Globuli rossi ✓ Peso ✓ Wbc ✓ Emoglobina ✓ Emolisi 	

Il Presidente	I Commissari				Il segretario verbalizzante
A.S.L. NO Dott. Giovanni Camisasca	A.O.U. Maggiore Dott. Perangio Bescapè	A.S.L. BI Dott. Gennaro Mascaro	A.S.L. VC Dott. Raffaele Mari	A.S.L. VCO Dott.ssa Roberta Ambrosini	Sig.ra Lupa Mora



Tabella riepilogativa attribuzione punteggi elemento Qualità

CRITERI	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	
	Giudizio	P.f.i
A. MATERIALE MONOUSO		
A.1 Requisiti preferenziali materiale monouso		
PUNTI TOTALI 6		
A.1.1 Presenza di barriera meccanica tra il raccordo fra ago e sistema di campionamento (rif. Art. a.1) PUNTI 2	Buono	1,50
A.1.2 Impugnatura trasparente della cannula dell'ago per una migliore visione della venipuntura (rif. Art. a.1) PUNTI 1	Ottimo	1,00
A.1.3 Massima capacità filtrante e massimo recupero eritrocita rio (rif. Art. a.1) PUNTI 3	Ottimo	3,00
A.2 Risultanze prove pratiche sacche		
PUNTI TOTALI 7		
A.2.1 Capacità di penetrazione dell'ago PUNTI 1	Buono	0,75
A.2.2 Ergonomia dell'ago per l'operatore PUNTI 1	Ottimo	1,00
A.2.3 Qualità, robustezza e resistenza delle sacche di raccolta PUNTI 2	Buono	1,50
A.2.4 Compatibilità ed adattabilità delle sacche alle apparecchiature in uso (centrifughe) PUNTI 2	Buono	1,50
A.2.5 Presenza dispositivo di recupero sangue residuo nei filtri PUNTI 1	Buono	0,75
B. APPARECCHIATURE		
B.1 Requisiti preferenziali bilance		
PUNTI TOTALI 10		
B.1.1 Possibilità di avvisi di allarme luminosi PUNTI 2	Ottimo	2,00
B.1.2 Tastierina comandi aggiuntiva rialzata dal corpo bilancia o altro sistema per maggiore ergonomia di esercizio PUNTI 2	Ottimo	2,00
B.1.3 Segnalatore visivo e/o acustico per l'individuazione a distanza degli allarmi e della fine donazione PUNTI 2	Ottimo	2,00
B.1.4 Supporto fisico per lettore di codici a barre PUNTI 1	Buono	0,75
B.1.5 Indicazioni visive e luminose per il donatore PUNTI 1	Buono	0,75
B.1.6 Capacità di implementazione del software a leggere e confrontare più bar-code PUNTI 1	Buono	0,75
B.1.7 Adattabilità ai protocolli di lavoro in uso presso il SIMT PUNTI 1	Buono	0,75



CRITERI	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	
	Giudizio	P.ti
B.2 Requisiti preferenziali scompositori		
PUNTI TOTALI 12		
B.2.1 Dotato di dispositivi frontali regolabili separatamente per ottimizzare volumi, flussi e contaminazione eritrocitaria e leucocitaria PUNTI 2	Buono	1,50
B.2.2 Possibilità di rottura in automatico del brake-off PUNTI 2	Buono	1,50
B.2.3 Possibilità di eliminazione in automatico dell'aria presente sulla sacca del plasma PUNTI 2	Buono	1,50
B.2.4 Presenza di un dispositivo automatico in grado di trasferire la soluzione conservante nella sacca dei GRC con contemporaneo priming del filtro nei sistemi di sacche con filtro preassemblato PUNTI 1	Buono	0,75
B.2.5 Presenza di un riduttore di flusso programmabile per ridurre il rischio di inquinamento del plasma PUNTI 1	Buono	0,75
B.2.6 Display a colori con indicazione in chiaro delle istruzioni per l'operatore PUNTI 1	Buono	0,75
B.2.7 Brevi tempi di separazione PUNTI 2	Buono	1,50
B.2.8 Adattabilità ai protocolli di lavoro in uso presso il SIMT PUNTI 1	Buono	0,75
B.3 Requisiti preferenziali saldatore portatile		
PUNTI TOTALI 12		
B.3.1 Durata minima batteria per almeno 300 saldature PUNTI 1	Buono	0,75
C. ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA		
C.1 Corso di formazione del personale in loco PUNTI 1	Ottimo	1,00
C.2 Tempistiche d'intervento dell'assistenza tecnica su chiamata PUNTI 1	Sufficiente	0,50
C.3 Modalità e frequenza dell'assistenza tecnica periodica e preventiva PUNTI 1	Buono	0,75
C.4 Assistenza tecnica – numero verde PUNTI 1	Buono	0,75
TOTALE		32,75

Soglia minima richiesta per il punteggio qualità: 21 punti

Giudizio Sintetico	Coefficienti
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,5
Scarso	0,25
Gravemente insufficiente	0



**FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA E LAVORAZIONE DI
EMOCOMPONENTI OCCORRENTI ALLE AA.SS.RR. A.O.U. MAGGIORE DELLA
CARITA', BI, NO, VC E VCO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI
COORDINAMENTO 3.**

CIG 6533537D48.

Seggio di gara (ex art. 25 capitolato speciale) - 2^a seduta pubblica

L'anno duemilasedici il giorno **04** del mese di **maggio**, alle ore 14.30, presso l'aula della Direzione Generale dell'A.S.L. NO di Borgomanero, v.le Zoppis n° 10, alla presenza del Seggio di Gara, composto dai seguenti signori:

- dott.ssa Antonella Valsesia Presidente
- sig. Giuseppe Delgrosso Collaboratore Amministrativo Professionale
I Testimone
- sig.ra Laura Mora Assistente Amministrativo
II Testimone con funzioni di segretario verbalizzante

si è dato corso ai seguenti adempimenti:

- presa d'atto e lettura del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 20.04.2016 sulla valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative dell'unica offerta della ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. con l'attribuzione dei relativi punteggi;
- apertura della busta "C" sigillata, contenente l'offerta economica della sola ditta ammessa e lettura dei prezzi;
- aggiudicazione provvisoria in capo all'unico concorrente partecipante.

L'Autorità presiedente richiama i seguenti verbali:

1. **verbale del 11.03.2016**, relativo alle sotto evidenziate operazioni, dal quale risulta che entro il termine perentorio di scadenza è pervenuta una sola offerta, presentata dalla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., e che la citata ditta è stata ammessa al prosieguo della gara:
 - apertura del plico principale e verifica della presenza al suo interno delle buste "A", "B", "C";
 - apertura delle buste "A" e "B" ed esame volto alla verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa e dell'accertamento della documentazione tecnica presentata;
2. **verbale del 20.04.2016**, relativo alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice di valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative e di attribuzione dei punteggi dell'elemento qualità:
 - l'offerta presentata dalla ditta ha totalizzato un punteggio tecnico di 32,75 che risulta superiore alla metà più uno del punteggio massimo attribuibile (punti 21); la ditta pertanto, risulta ammessa alla fase successiva;

Quindi, l'Autorità presiedente:

- fa constatare l'integrità della busta "C" e provvede all'apertura della stessa, verificando che, come richiesto all'art. 20 "Contenuto della busta C – Offerta economica" della lex specialis, di cui al CSA, l'Offerente abbia compilato in ogni sua parte lo schema di offerta economica riportando le singole quotazioni in esso contenute;
- dà lettura delle quotazioni indicate nell'unica offerta economica presentata, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- dà atto che, vista la presenza di una sola offerta, si prescinde dall'attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo e non si procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta;
- dichiara l'aggiudicazione provvisoria in capo alla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l.




723

24 MAG. 2016

La seduta termina alle ore 15.00. Il presente verbale si compone di n. 2 (due) pagine, nonché di n. 1 (un) allegato composto da n. 10 (dieci) pagine, che vengono sottoscritte come segue:

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente (dott.ssa Antonella Valsesia)




Il I Testimone (sig. Giuseppe Delgrosso)



Il II Testimone-Segretario verbalizzante (sig.ra Laura Mora)







CIG 6533537D48

Il sottoscritto GIUSEPPE DEGRANDI nato a TORINO il 23/03/1963 in qualità di PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO

A FIRMA CONGIUNTA CON

Il sottoscritto CLAUDIO FERIOI nato a CERTO (PE) il 02/12/1958 in qualità di PROCURATORE SPECIALE

SCALA (VI) C.A.P. 37063 via CAMAGRE N° 41 tel. 045/6649497 e sede amministrativa in ISOLA DELLA SCALA (VI) C.A.P. 37063 via CAMAGRE N° 41 Tel. 045/6649311 Fax 045/6649497 e sede amministrativa in ISOLA DELLA SCALA (VI) C.A.P. 37063 via CAMAGRE N° 41 Tel. 045/6649311 Fax 045/6649497 E-mail tender-
i@fresenius-habit.com (PEC: tender-i@fresenius-habit.com) (PEC: tender-i@fresenius-habit.com) (PEC: tender-i@fresenius-habit.com) Codice fiscale 03524050238 Partita I.v.a. 03524050238

DICHIARA

che "la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusa di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dal capitolato d'oneri da essa rappresentati" (ivi compresa la fornitura di personal computer e relativi software) e di accettarle senza condizione o riserva alcuna nonché di mantenere i prezzi fissi ed invariati per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta".


OFFERTA N° GD/CF/ep/416/2016 del 01/02/2016

Rif. Post.	Descrizione Minifilto monoposto (tabella A art. 61. CSA)	U.M.	Azienda	Talabagno assistito presunto affetto all'U.M.	Freddaggio di intrin contrattile presunto affetto all'U.M.	Prezzo unitario espresso in euro	Prezzi unitari in lettere	Importo annuo per Azienda	Importo di intrin contrattile per Azienda (G)	Importo (mesi)
			A.O.U. Mangliere	9200	46000			€ 83.720,80	€ 418.600,00	
			A.S.L. BI	9000	45800			€ 81.900,00	€ 409.500,00	
n.1	Stecche quadropic T&B con filtri in linea per emazie concentrate	N.	A.S.L. NO	5510	27650	€ 9,10	Novemmo/10	€ 50.333,00	€ 251.615,00	
			A.S.L. VC	6900	34500			€ 62.790,00	€ 313.950,00	
			A.S.L. VCO	11000	55000			€ 108.100,00	€ 540.500,00	
TOTALE PER ARTICOLO								IMPORTO ANNUO: € 378.835,80	IMPORTO DURATA: € 1.894.165,00	
								Trecentotantatremilaottocentotrentacinque euro/00	Unamilionetrecentomilanovecentotrentacinquemilatrecentatrentacinque euro/00	

Leggibilità del documento (art. 20, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2013

7 2 3

2 4 MAG. 2016



Handwritten signature
GIUSEPPE DEGRANDI
 PRESIDENTE
 AMMINISTRATORE DELEGATO

Handwritten signature
FRESENIUS KABI ITALIA SRL
CLAUDIO FERIOI
 Procuratore Speciale

Segue Allegato II


Rif. voce	Descrizione Materiale (tabella art. 61, C.S.A.)	U.M.	Azienda	Fabbisogno annuale presunto (tabella art. 61, U.M.)	Fabbisogno durante contratto (tabella art. 61, U.M.)	Prezzo unitario espresso in euro	Prezzo valente in lettere	Importo annuo per Azienda (tabella art. 61, U.M.)	Importo durata contrattuale per Azienda (tabella art. 61, U.M.)
a.2	Sacche singole da 450 ml CPDA	N.	A.O.U. Maggiore A.S.L. BI A.S.L. NO A.S.L. VC A.S.L. VCO	360 1000 700 600 500	1800 5000 3500 3000 2500	€ 4,20	Quattrocuro/20	€ 1.512,00 € 4.200,00 € 2.940,00 € 2.520,00 € 2.100,00	€ 7.560,00 € 21.000,00 € 14.700,00 € 12.600,00 € 10.500,00
OTALE PER ARTICOLO									
a.3	Sacche trasferimento emocomponenti	N.	A.O.U. Maggiore A.S.L. BI A.S.L. NO A.S.L. VC A.S.L. VCO	600 1000 100 100 100	3000 5000 500 500 500	€ 1,90	Un euro/90	€ 1.140,00 € 1.900,00 € 190,00 € 190,00 € 190,00	€ 5.700,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00
OTALE PER ARTICOLO									
a.4	Statini di frazionamento in multipli	N.	A.O.U. Maggiore A.S.L. BI A.S.L. NO A.S.L. VC A.S.L. VCO	200 600 100	1000 3000 500	€ 9,00	Nove euro/00	€ 1.800,00 € 5.400,00 € 900,00	€ 9.000,00 € 27.000,00 € 4.500,00
OTALE PER ARTICOLO									
a.5	Perforatore foramanti	N.	A.O.U. Maggiore A.S.L. BI A.S.L. NO A.S.L. VC A.S.L. VCO	100 300 200	500 1500 1600	€ 2,40	Due euro/40	€ 240,00 € 720,00 € 480,00	€ 1.200,00 € 3.600,00 € 2.400,00
OTALE PER ARTICOLO									
a.6	Kit menuso per il pool di buffy-coat con filtro per delearcitare preconsenso	N.	A.O.U. Maggiore A.S.L. BI A.S.L. NO A.S.L. VC A.S.L. VCO	2200 500 300 600 300	11000 2500 1500 3000 1500	€ 13,50	Tredici euro/50	€ 29.700,00 € 6.750,00 € 4.050,00 € 8.100,00 € 4.050,00	€ 148.500,00 € 33.750,00 € 20.250,00 € 40.500,00 € 20.250,00
OTALE PER ARTICOLO									
IMPORTO DURATA: Settimanale in euro: € 7.200,00 Settimanale in euro: € 7.200,00 Costo per unità in euro: € 148.500,00 Costo per unità in euro: € 33.750,00 Trattata in euro: € 20.250,00 Verifica in euro: € 40.500,00 Quantità in euro: € 20.250,00 IMPORTO DURATA: € 263.250,00 Dedicato in euro: € 263.250,00									



Descrizione Minerale monopolo art. 1 (indefn. A. art. 61. CSN)	UM	Azienda	Fabbisogno annuale preveduto (in all.UM)	Fabbisogno durante contratto (in all.UM)	Prezzo unitario espresso in lire	Prezzo unitario in lettere	Importo annuo per Azienda	Importo durata contrattuale per Azienda (in lire)
1.7 Soluzione conservante per pool di buffy-coat	N.	A.O.U. Maggiore	2200	11000	€ 3,70	Trecento/70	€ 8.140,00	€ 40.100,00
		A.S.L. BI	500	2500			€ 1.650,00	€ 9.250,00
		A.S.L. NO	300	1500			€ 1.140,00	€ 3.250,00
		A.S.L. VC	600	3000			€ 2.200,00	€ 11.300,00
		A.S.L. YCO	300	1500			€ 1.100,00	€ 3.300,00
TOTALE PER ARTICOLO								
1.8 Connessioni sterili	N.	A.O.U. Maggiore	17600	85000	€ 1,20 (a commisione)	Un euro/20 (a commisione)	€ 20.928,00	€ 102.000,00
		A.S.L. BI	5000	25000			€ 6.000,00	€ 30.000,00
		A.S.L. NO	2000	10000			€ 2.400,00	€ 12.000,00
		A.S.L. VC	4000	20000			€ 4.800,00	€ 24.000,00
		A.S.L. YCO	3500	17500			€ 3.000,00	€ 15.000,00
TOTALE PER ARTICOLO								
TOTALE GENERALE ANNUALE ARTICOLO (Somma totali annuali per articolo)							€ 508.935,00	
TOTALE GENERALE DURATA CONTRATTUALE ARTICOLI (Somma totali durata contrattuale per articolo)							€ 2.544.675,00	

Chiquette totomilinoventatrentacinque euro/00

Duemilioni duecentocinquantaquattro euro/00



Giuseppe Scavacchi
 GIUSEPPE SCAVACCHI
 PRESIDENTE
 TITOLO DI AMMINISTRATORE
 RESPONSABILE

Timbro e Firma AMMINISTRATORE


Data 01/02/2016

Segue Allegato H

Descrizione apparecchiature (tabella B art. 67 CSA)	U.M.	Azienda	Quantitativo strumenti previsti	Canone mensile in lire per singola apparecchiatura	Canone mensile in lire per singola apparecchiatura	Canone mensile per singola Azienda	Canone annuo per singola Azienda	Mesi durata contrattile	Importo durata contrattile - singolo Azienda (max 60)
b.6 Strippatori manuali	N.	A.O.U. Maggiore A.S.L. BI A.S.L. NO A.S.L. VC	10 5 6 2	€ 1,80	Un euro/80	€ 14,00 € 9,00 € 10,80 € 1,60 € 18,00	€ 216,00 € 198,00 € 129,60 € 43,20 € 216,00	60	€ 1.080,00 € 310,00 € 648,00 € 216,00 € 1.080,00
TOTALE		A.S.L. VCO	10				CANONE ANNUALE: € 59,40 Cinquantannove euro/40	60	CANONE DURATA: € 3.564,00 Trentacinque mila seicentotrenta euro/60
b.7 Stazioni di filtrazione	N.	A.O.U. Maggiore A.S.L. BI A.S.L. NO A.S.L. VC A.S.L. VCO	1 3	€ 95,96	Novantacinque euro/96	€ 95,96 € 287,88	€ 1.151,52 € 1.414,56	60	€ 5.757,60 € 17.372,80
TOTALE		A.S.L. VCO					CANONE ANNUALE: € 383,84 Trentotto mila trecentoventi euro/84	60	CANONE DURATA: € 23.030,40 Ventitré mila seicentotrenta euro/40
b.8 Dispositivi per connessione aereali	N.	A.O.U. Maggiore A.S.L. BI A.S.L. NO A.S.L. VC A.S.L. VCO	2 2 2 2 2	€ 119,87	Centodiciannove euro/87	€ 239,74 € 239,74 € 239,74 € 239,74 € 239,74	€ 2.876,88 € 2.876,88 € 2.876,88 € 2.876,88 € 2.876,88	60	€ 14.384,40 € 14.384,40 € 14.384,40 € 14.384,40 € 14.384,40
TOTALE		A.S.L. VCO					CANONE ANNUALE: € 14.384,40 Quattordicimila trecentoquarantotto euro/40	60	CANONE DURATA: € 71.922,00 Settantuno mila novecentoventi due euro/60

TOTALE GENERALE ANNUALE APPARECCHIATURE	€ 123.211,92	Centotrentadue mila duecentotrenta euro/92
TOTALE GENERALE DURATA CONTRATTUALE APPARECCHIATURE	€ 616.049,60	Seicentosedici mila duecentotrenta euro/60

TOTALE GENERALE ANNUALE	€ 632.146,90	Seicentotrentadue mila duecentotrenta euro/90
TOTALE GENERALE DURATA CONTRATTUALE APPALTO TOTALE GENERALE DURATA CONTRATTUALE	€ 3.160.734,60	Tremilioneicentotessantimila settecentotrentaquattro euro/60



GIUSEPPE DEGRANDI
AMMINISTRATORE DELEGATO

FREMIUS RADI ITALIA SMI
CLAUDIO FERRELLI
RUBINICAPRI SPECIALIST

01 FEB 2016




Scrive allegato 11


NO. In Migliore	ASIS. P.I.	ASIS. I.N.	ASIS. V.C.	ASIS. V.G.
€ 146.412,00 Contropartita di bilancio quattrecentocinquanta euro/00	€ 108.240,00 Contropartita di bilancio diecentocinquanta euro/00	€ 61.733,00 Storno di bilancio centotrenta euro/00	€ 82.000,00 Ottanta euro/00	€ 110.530,00 Centodieci euro cinquanta euro/00
€ 20.393,40 Ventimila euro/40	€ 17.790,84 Diecisette mila seicento euro/84	€ 34.323,40 Trentaquattro mila dieci euro/40	€ 15.856,32 Quindici mila seicento euro/32	€ 34.843,96 Trentaquattro mila dieci euro/96
€ 166.805,40 Centosessantasei mila ottocento euro/40	€ 126.030,84 Centocentocinquanta migliaia euro/84	€ 96.050,40 Novecento mila cinquanta euro/40	€ 97.856,32 Novecento mila ottocento euro/32	€ 145.395,96 Centocinquanta migliaia euro/96
€ 732.060,00 Settecentocinquanta migliaia euro/00	€ 541.200,00 Cinquantaquattro mila duecento euro/00	€ 308.663,00 Trecentoottantotto migliaia euro/00	€ 410.000,00 Quattrocento mila euro/00	€ 532.750,00 Cinquecentoquarantotto migliaia euro/00
€ 101.967,00 Centomilinoventisei migliaia euro/00	€ 88.594,20 Ottantotto mila cinquecento euro/20	€ 171.627,00 Centosettantamila seicento euro/00	€ 79.281,60 Settantanove mila seicento euro/60	€ 174.229,80 Centocinquanta migliaia euro/80
€ 834.027,00 Ottocentocinquanta migliaia euro/00	€ 630.154,20 Seicentotrenta migliaia euro/20	€ 480.292,00 Quattrocentottanta migliaia euro/00	€ 489.281,60 Quattrocentottanta migliaia euro/60	€ 726.979,40 Settecentocinquanta migliaia euro/40

Descrizione apparecchiature (Tabella B art. 20 CSA)	Contiene il servizio di assistenza tecnica full-time (art. 20 CSA punto 7.2)	Contiene il servizio di ripristino sull'ivan in full-time (art. 20 CSA punto 7.3)	Valore commerciale dello strumento offerto (art. 20 CSA punto 8)
b.1 Bilance basculanti per prelievo sacche sangue e relativo interfacciamento al sistema gestionale del SIMT	€ 40,11 Quarantuno euro/11	€ 14,34 Quindici euro/34	COD. 9029611: € 4.200,00 (Quattromila duecento euro/00) COD. 9029671: € 1.032,00 (Millecento trentadue euro/00) COD. M687051SP: € 600,00 (Seicento euro/00) COD. M9A40571: € 420,00 (Quattrocentoventi euro/00) COD. 9028341: € 700,00 (Settecento euro/00) COD. VA000101: € 3.000,00 (Tremila euro/00) COD. VA000990: € 1.000,00 (Mille euro/00) COD. B100514: € 10.000,00 (Diecimila euro/00) COD. B100594: € 11.000,00 (Undicimila euro/00) COD. 9023501: € 35.000,00 (Trentacinquemila euro/00) COD. 9028931: € 1.200,00 (Mille duecento euro/00) COD. 9025511: € 2.500,00 (Diecimila cinquecento euro/00) COD. 9025521: € 3.000,00 (Tremila euro/00) COD. 9025531: € 180,00 (Centottanta euro/00) COD. B101166: € 300,00 (Trecento euro/00) COD. M689401: € 300,00 (Trecento euro/00) COD. M674791: € 300,00 (Trecento euro/00) COD. VA000101: € 3.000,00 (Tremila euro/00) COD. VA000990: € 1.000,00 (Mille euro/00) COD. B100503: € 16.000,00 (Diecimila sei euro/00) COD. B100514: € 10.000,00 (Diecimila euro/00) COD. B101022: € 12.000,00 (Dodici mila euro/00) € 3.360,00
b.2 Scoppiatori automatici per sacche sangue e relativo interfacciamento al sistema gestionale del SIMT	€ 170,79 Centosettantamila novecento euro/79	€ 64,28 Seicentotrenta euro/28	COD. 9023501: € 35.000,00 (Trentacinquemila euro/00) COD. 9028931: € 1.200,00 (Mille duecento euro/00) COD. 9025511: € 2.500,00 (Diecimila cinquecento euro/00) COD. 9025521: € 3.000,00 (Tremila euro/00) COD. 9025531: € 180,00 (Centottanta euro/00) COD. B101166: € 300,00 (Trecento euro/00) COD. M689401: € 300,00 (Trecento euro/00) COD. M674791: € 300,00 (Trecento euro/00) COD. VA000101: € 3.000,00 (Tremila euro/00) COD. VA000990: € 1.000,00 (Mille euro/00) COD. B100503: € 16.000,00 (Diecimila sei euro/00) COD. B100514: € 10.000,00 (Diecimila euro/00) COD. B101022: € 12.000,00 (Dodici mila euro/00) € 3.360,00
b.3 Soldatori da banco	€ 24,91 Ventiquattro euro/91	€ 8,90 Ottocento euro/90	Tremila duecento sessantamila euro/00
b.4 Soldatori portatili	€ 20,45 Ventiquattro euro/45	€ 7,31 Sette euro/31	Tremila duecento euro/00
b.5 Strippatore elettrico	€ 17,69 Diecisette euro/69	€ 6,33 Sette euro/33	Diecimila euro/00
b.6 Strippatore manuale	€ 1,33 Un euro/33	€ 0,47 Zerocento euro/47	€ 250,00 Diecimila euro/00
b.7 Stazioni di filtrazione	€ 70,69 Settantuno euro/69	€ 23,27 Ventitré euro/27	COD. B101384: € 12.500,00 (Dodici mila cinquecento euro/00) COD. B101385: € 1.600,00 (Mille seicento euro/00) COD. B101383: € 900,00 (Novecento euro/00)
b.8 Dispositivi per la pulizia di un'acque	€ 081,30 Ottocentocinquanta euro/30	€ 31,37 Trenta euro/37	€ 20.000,00 Ventimila euro/00


 COORDINATORE GENERALE
 PIAZZA GARIBOLDI, 10
 00185 ROMA (RM)
 TELEFONO 06/47801111
 FAX 06/47801112
 E-MAIL: info@scsa.it
 WWW.SCSA.IT

Timbro e Firma dell'AMMINISTRATORE DELEGATO

 AMMINISTRATORE DELEGATO
 PIAZZA GARIBOLDI, 10
 00185 ROMA (RM)
 TELEFONO 06/47801111
 FAX 06/47801112
 E-MAIL: info@scsa.it
 WWW.SCSA.IT

liquidata a
 via, da applicare a tutte le operazioni riportate in offerta (art. 20 CSA, punto 9) 22%
 osti relativi alla società (COMPASSIVI) (art. 20 CSA, punto 10) equivalente al 2% (€ 63.214,69 - Scatti a remissione quattrotrecento euro/69)



24 MAG. 2016

FRESENIUS KABI ITALIA SRL
 VIA CAMAGRE, 41 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) -
 Tel. 045/6649311 - Fax 045/6649497 - E-mail tender-it@fresenius-kabi.com - PEC: tender-it@fki-srl.legalmail.it
 C.F./P.IVA 03524050236

GETTO: "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti occorrenti alle Aziende Sanitarie A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC ed A.S.L. VCO, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3".
 CIG 6533537D48
 Numero gara: 6286962

Fornitura di materiale monouso

Posizione	Nome commerciale / Descrizione	Codice FORNITORE	Codice PRODUTTORE	CONFITO	Q.tà ANNUALI (Complessive)	Q.tà PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA (Complessive)
a.1	CompoFlow Select® Premium - Sacca QUADRUPLA T&B per la raccolta sangue con filtro morbido in linea per la leucodeplezione dei GRC. Dotata di capsula CompoFlow® e sistema campionamento sangue.	CQ32250	CQ32250	PRIMARIO: 1 pz. SECONDARIO (pz. per cartone): 24 pz.	3.430	17.150
a.2	CompoFlex® - Sacca SINGOLA per la raccolta sangue intero dotata di raccordo per infusione liquidi e sistema per campionamento sangue.	T2109	T2109	PRIMARIO: 1 pz. SECONDARIO (pz. per cartone): 30 pz.	3.160	15.800
a.3	BioBag RBC 600 mL - Sacca da 600 ml in PVC con perforatore, per trasferimento emocomponenti.	A3AB0020	A3AB0020	PRIMARIO: 1 pz. SECONDARIO (pz. per cartone): 100 pz.	1.900	9.500
a.4	BioBag PAEDI 4S - Sistema per il frazionamento di aliquote di emocomponenti, composto da 4 sacche da 100 ml cad.	A3AB0010	A3AB0010	PRIMARIO: 1 pz. SECONDARIO (pz. per cartone): 50 pz.	900	4.500
a.5	PERFORATORE PER SACCA CON TAPPO PERFORABILE.	A2DH0020	A2DH0020	PRIMARIO: 1 pz. SECONDARIO (pz. per cartone): 150 pz.	500	2.500
a.6	CompoStop® Flow-Flex T&B	CT52600	CT52600	PRIMARIO: 1 pz. SECONDARIO (pz. per cartone): 30 pz.	3.750	18.750
a.7	Composol PS - Soluzione conservante per piastrina	E2083	E2083	PRIMARIO: 1 pz. SECONDARIO (pz. per cartone): 18 pz.	3.750	18.750
a.8	Counter CompoDock® - Scheda da 500 connessioni sterili per connettore sterile CompoDock®.	9028701	9028701	Una scheda da 500 connessioni	30.500 connessioni (61 schede)	152.500 connessioni (305 schede)
Offerta GD/CF/eg/416/2016						
ISOLA DELLA SCALA (VR), 01/02/2016						

del pre...
ANDI
 PRESIDENTE
 AMMINISTRATORE DELEGATO

FRESENIUS KABI ITALIA SRL
CLAUDIO FERRO
 Procuratore



723

24 MAG. 2016


FRESENIUS KABI ITALIA SRL
 VIA CAMAGRE, 41 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) -
 Tel. 045/6649311 - Fax 045/6649497 - E-mail tender-it@fresenius-kabi.com - PEC: tender-it@fki-srl.legalmail.it
 C.F./P.IVA 03524050238


OGGETTO: "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti occorrenti alle Aziende sanitarie A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC ed A.S.L. VCO, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3".

CIG 6533537D48
 Numero gara: 6286962

Apparecchiature in noleggio

Posizione	Nome commerciale / Descrizione	Codice FORNITORE	Codice PRODUTTORE	Q.ta PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA (Complessive)
b.1	Compoguard® Data - Bilancia basculante elettronica per donazione. Complete di: - n. 48 Barcode scanner con Auto-Sense (Cod. 9029671) - n. 48 Batteria al Litio (Cod. M687051SP) - n. 48 Carrello Porta Bilancia (Cod. M9AA0571) - n. 8 Kit per trasmissione dati RF per PC con alimentatore e cavo (Cod. 9028341) - n. 8 Personal Computer (Cod. VA000101) - n. 8 Monitor (Cod. VA000090) - n. 8 CompoNet - Servizio di Assistenza in Remoto, Connessione protetta tramite linea ADLS dedicata (Cod. B100514) - n. 8 Interfacciamento BIDIREZIONALE per Bilance da Donazione serie CompoGuard® (Cod. B100504)	9029611	9029611	48
b.2	COMPOMAT® G 5 - Scompositore automatico per emocomponenti e software per la gestione dei dati di scomposizione. Completi di: - n. 19 Lettore codici a barre (Cod. 9028931) - n. 19 Bilancia inferiore (Cod. 9025511) - n. 19 Bilancia superiore (Cod. 9025521) - n. 19 Supporto per filtro (Cod. 9025531) - n. 19 Filter Holder Pooling kit BioP flex (Cod. B101165) - n. 19 WLAN Stick (antenna per collegamento wireless) (Cod. M689401) - n. 6 Access point per PC (Cod. M674791) - n. 6 Personal Computer (Cod. VA000101) - n. 6 Monitor (Cod. VA000090) - n. 6 Interfacciamento BIDIREZIONALE per Scompositore CompoMat® G5 (Cod. B100503) - n. 6 CompoNet - Servizio di Assistenza in Remoto, Connessione protetta tramite linea ADLS dedicata (Cod. B100514) - n. 6 Sistema informatico per il controllo di qualità degli emocomponenti " Blood Quality Control 2" (Cod. B101022)	9025501	9025501	19
b.3	CompoSeal Universal® - Saldatore automatico da tavolo.	9024061	9024061	19
b.4	CompoSeal Mobilea® II - Saldatore Portatile per Tubi Medicali a Radiofrequenza.	9027011	9027011	16
b.5	TUBE STRIPPER AST-2 - Strippatore elettrico.	B101079	877.709.029	12
b.6	Pinza Spremitubo Manuale.	6R4452	6R4452	33
b.7	FILTRALIFT® - Stazione a supporto della filtrazione di emocomponenti. Completi di: - n. 4 Compressore (Cod. B101385) - n. 4 Supporto compressore (Cod. B101383)	B101384	B101384	4
b.8	CompoDock S2® - Dispositivo per connessioni sterili.	9028651	9028651	10
	Offerta GD/CF/eg/416/2016			
	ISOLA DELLA SCALA (VR), 01/02/2016			


 CLAUDIO FERIOLI
 PROCURATORE SPECIALE


 AMMINISTRATORE DELEGATO

FRESENIUS KABI ITALIA SRL
 CLAUDIO FERIOLI
 Procuratore Speciale



723

24 MAG. 2016


Cognome FERIOLI
 Nome CLAUDIO
 nato il 02/12/1958
 (atto n. 213 P. 1 S. A 1958)
 a CENTO (FE)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CENTO (FE)
 Via VIA MAESTRA GRANDE 3/1 XII MORELLI
 Stato civile _____
 Professione DIRIGENTE
CONVOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura 172
 Capelli _____
 Occhi CASTANI
 Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare: [Signature]
CENTO (FE) 24/05/2015

impronta del dito indice sinistro

NO STATO
 Funzionario Delegato
 [Stamp]

SCADENZA 02/12/2025
 Diritti 6
AV 4229248

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 CENTO (FE)

CARTA D'IDENTITA

N° AV 4229248

DI
FERIOLI
CLAUDIO

[Signature]
 GIUSEPPE DEGRANDI
 PRESIDENTE
 AMMINISTRATORE DELEGATO

[Signature]
 FRESINIUS KANI ITALIA SRL
 CLAUDIO FERIOLI
 Procuratore Speciale



AFFARI GENERALI

**FOGLIO ADEMPIMENTI
- EFFETTI -**

• Il presente provvedimento è esecutivo:

Giorno inizio esecutività _____

dal giorno della sua iscrizione nel Registro Generale

dalla data in esso provvedimento indicata

- PUBBLICAZIONE -

Al presente provvedimento è stata data pubblicità legale, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, L. 69/2009, tramite pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ad iniziare dal giorno 3 GIU. 2016



**AFFARI GENERALI E LEGALI
IL RESPONSABILE
Dirigente Amministrativo
(*dot. Etanidio Teruggi*)**

- COMUNICAZIONI -

Provvedimento trasmesso in copia alle sottospecificate Strutture aziendali

V.D. COLLEGIO SINDACALE
 SEF

AFGE
 COGEST
 DEA
 SPP
 DASSSI
 SERT
 CCPS
 DI/N
 SPRESAL
 DADS
 Tutte SS.

SPER
 CED
 FO
 MC
 PASSSI
 DSMI
 DI/A
 DP
 SIAV
 DMED
 Tutte SS.AA.

STP
 SITRA
 FT
 SSEPI
 PRCAE
 DMI
 DI/B
 SISP
 Tutti Distretti
 DCHIR
 Tutti SS.SS.

SEP
 DMPO
 GOCSS
 CIE
 SML
 AIP
 DI/GT
 SIAN
 DRIAB

ALTRI DOTT. CAMISASCA - SIMT - LABORATORIO ANALISI

L'oggetto del presente provvedimento viene inoltrato al Collegio Sindacale per rendere edotto, quest'ultimo, della sua adozione

