

Ditta concorrente

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.
 - consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.

DICHIARA

che i prodotti offerti (*indicare gli estremi*)

	descrizione: Lotto 1)	modello	produttore
4	riunito/tavolo di procedura;		
3	poltrona paziente a movimentazione elettrica;		
1	poltrona paziente a movimentazione elettrica (con schienale a movimentazione		
4	sgabello operatore su rotelle piroettanti;		
3	sistema video SD - Standard Definition;		
4	braccio portamonitor orientabili;		
4	caschetto fotoforo a LED con batteria ricaricabile senza fili		

possiedono le seguenti caratteristiche:

	REQUISITI MINIMI DI IDONEITA'	Rispondere unicamente SI oppure NO	Si documentino sinteticamente le risposte compilando sul medesimo file Excel. Nel caso si vogliano evidenziare approfondimenti nella documentazione allegata, devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc.)
	Caratteristiche generali minime essenziali a pena di esclusione		
A-1	Caratteristiche del riunito/tavolo di procedura con bracci portamonitor - senza scaldaspecchi, sistema di aspirazione, siringa per lavaggio ed altri accessori se non diversamente specificato		
A-1.1	Dimensioni indicative: circa 110 cm di sviluppo orizzontale		
A-1.2	cassettiera		
A-1.3	piani di appoggio apparecchiature		
A-1.4	trasformatore e multipresa per collegamento apparecchiature		
A-1.5	ampio piano di lavoro (in materiale resistente e sanitizzabile con i comuni disinfettanti e comunque con quelli a base di cloro)		
A-1.6	supporto per N°3 fibre ottiche rigide e flessibili protette con tubi plexiglass, ed eventuale supporto per aspiratore		
A-1.7	supporto fisso per caschetto fotoforo (uno per ciascun lato)		
A-1.8	struttura in acciaio verniciato		
A-1.9	movimentabile su rotelle		
A-1.10	braccio ruotabile portamonitor con attacco VESA		
A-2	Caratteristiche poltrona paziente a movimentazione elettrica TIPO 1 (per 3 quantità)		
A-2.1	poltrona a movimentazione elettrica (sollevamento)		
A-2.2	ruotabile a 360°		
A-2.3	schienale completamente reclinabile		
A-2.4	poggiatesta/piedi sollevabile		
A-2.5	braccioli mobili per facilitare l'accesso da parte del paziente		
A-2.6	rivestimento in tessuto liscio e facilmente sanificabile		
A-3	Caratteristiche poltrona paziente a movimentazione elettrica TIPO 2 (per 1 quantità)		
A-3.1	poltrona a movimentazione elettrica (sollevamento)		
A-3.2	ruotabile a 360°		
A-3.3	schienale completamente reclinabile con movimentazione elettrica		
A-3.4	poggiatesta/piedi sollevabile		
A-3.5	braccioli mobili per facilitare l'accesso da parte del paziente		
A-3.6	rivestimento in tessuto liscio e facilmente sanificabile		
A-4	SGABELLO operatore su rotelle piroettanti (per 4 quantità)		
A-4.1	elevabile in altezza (non a vite)		
A-4.2	rivestimento in tessuto liscio e facilmente sanificabile		
A-4.3	base di sicurezza a 5 razze		
A-5	SISTEMA video SD - Standard Definition (per 3 quantità)		
A-5.1	sistema di videoacquisizione con telecamera in Standard Definition (SD) da integrare al riunito		

A-5.2	telecamera SD con processore e software ed hardware di gestione e archiviazione immagini (con adeguata capacità di memorizzazione - almeno di un 1 Tb) e attacco standar per oculare di ottiche rigide e flessibili		
A-5.3	monitor a colori da montare su supporto a braccio rotante del riunito (23" circa) eventualmente touch screen		
A-5.4	mouse e tastiera wireless		
A-5.5	fonte luce led adeguata per attività endoscopica con ottiche rigide e flessibili corredata di attacco standard Storz e Olympus		
A-6	Caschetto fotoforo a LED con batteria ricaricabile senza fili (a caschetto) (per 2 quantità)		

Firma del legale rappresentante della Ditta
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)