

Ditta concorrente

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.
- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.

DICHIARA

che i prodotti offerti (*indicare gli estremi*)

	descrizione Lotto 2	modello	produttore
	Colonna per videoendoscopia per Otorinolaringoiatria		
n. 1	sistema video Full HD - Hight Defition		

possiedono le seguenti caratteristiche:

	REQUISITI MINIMI DI IDONEITA'	Rispondere unicamente SI oppure NO	Si documentino sinteticamente le risposte compilando sul medesimo file Excel. Nel caso si vogliano evidenziare approfondimenti nella documentazione allegata, devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc.)
	Caratteristiche generali minime essenziali a pena di esclusione		
A-1	sistema video Full HD - Hight Definition (N°1) su colonna carrellata		
A-1.1	sistema di videoacquisizione in definizione Full HD con telecamera;		
A-1.2	telecamera con processore e software ed hardware di gestione e archiviazione immagini (con adeguata capacità di memorizzazione - almeno di un 1 Tb) e attacco standard per oculare di ottiche rigide e flessibili		
A-1.3	monitor a colori da montare su supporto a braccio rotante del carrello (21" circa) eventualmente touch screen		
A-1.4	fonte luce led adeguata per attività endoscopica con ottiche rigide e flessibili corredata di attacco standard Storz e Olympus		
A-1.5	il sistema nel suo insieme dovrà essere adatto per l'effettuazione anche di videolaringostroboscopia (non saranno parte della fornitura le ottiche rigide/flessibili)		

Firma del legale rappresentante della Ditta
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)