

**Struttura Semplice Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, li 16/10/2018

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 SISTEMI MULTIFUNZIONALI PER LA CHIRURGIA OCULARE DEL SEGMENTO ANTERIORE E POSTERIORE CON TECNOLOGIA PER LA FACOEMULSIFICAZIONE E VITRECTOMIA, N. 1 SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE IMMAGINI 3D, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (CIG 7585959367). **Precisazioni e riapertura termini.**

Come comunicato con nota prot. 20277 del 11/09/2018, visto quanto disposto dal TAR Piemonte con l'ordinanza N. 784/2018 REG RIC del 10/10/2018 -già pubblicata sul sito aziendale che di seguito si richiama- si forniscono le seguenti precisazioni tecniche.

Precisazione n. 1: *[Caratteristiche tecniche minime - Capitolato speciale art. 2.3.1] Apparecchiatura - punto A-02: pedale di controllo, programmabile e multifunzione*

Si precisa che "non deve per forza trattarsi di un pedale unico", che saranno "accettate soluzioni in grado di rispondere in maniera equivalente ai requisiti formali definiti dal capitolato speciale" e che "caratteristica vincolante dell'intero sistema è la possibilità per il chirurgo di visualizzare autonomamente sull'immagine su cui sta lavorando i parametri operativi del facovitrectomo e, allo stesso modo, la possibilità di operare autonomamente a mezzo di pedale, o di qualunque sistema che non comporti l'uso delle mani, anche sulla qualità dell'immagine visualizzata e sul sistema di avvio e al resto della registrazione." (ordinanza TAR Piemonte N. 784/2018 REG RIC del 10/10/2018 pag. 3 e 4)

Precisazione n. 2: *Caratteristiche tecniche minime - Capitolato speciale art. 2.3.1] Modulo di visualizzazione 3D e archiviazione immagini - punto E-05 N° 8 Occhiali o sistemi operatore per la visualizzazione tridimensionale*

Si precisa che l'offerente può "partecipare proponendo, in sostituzione del monitor, altro sistema per la visualizzazione tridimensionale, di cui al cod. E-05 'n° 8 Occhiali o sistemi operatore per la visualizzazione tridimensionale'" e che "A nulla rileva che si tratti di uno schermo 3D o di occhialini o di caschetto [...] restando valido il principio dell'equivalenza funzionale più volte richiamato negli atti di gara". (ordinanza TAR Piemonte N. 784/2018 REG RIC del 10/10/2018 pag. 3 e 4).

Conseguentemente, nel comunicare che restano invariate tutte le altre condizioni previste dagli atti di gara e che non saranno accettate ulteriori richieste di chiarimento, si informa che il nuovo termine per la presentazione delle offerte é fissato alle ore **16:00 del giorno 05/11/2018**.

Seguirà ulteriore comunicazione relativa alla data di apertura dei plichi principali.

LR/EM

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi

