REGIONE PIEMONTE

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 806 in data 10/08/2018

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI BIELLA, NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA (VB), NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

REGIONE PIEMONTE

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

Determinazione n. 806 in data 10/08/2018

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI BIELLA, NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA (VB), NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione del Direttore generale n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con determinazione della S.C. Amministrazione e Controllo n. 18 del 31/07/2017, è stata recepita la programmazione sovrazonale delle attività di approvvigionamento di beni e servizi delle Aziende Sanitarie afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 per il biennio 2017-2018;
- fra le procedure sovrazonali programmate per cui l'ASL BI svolgerà le funzioni di Stazione appaltante vi è la fornitura e la manutenzione degli ausili tecnici per disabili;

ATTESO che:

- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l'obbligo – ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 15, comma 13, lett. d, D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime;
- per le acquisizioni in parola è attivo dal 14/07/2016 sul portale di CONSIP S.p.A. il Sistema dinamico di acquisizione di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili, con scadenza 13/06/2019, per cui è possibile attivare un Appalto Specifico nell'ambito di detto Sistema Dinamico, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 50/2016, per gli acquisti di valore superiore ad € 40.000,00, è richiesto alle Stazioni appaltanti il possesso di apposita qualificazione, che tuttavia nel periodo transitorio si intende soddisfatta mediante l'iscrizione all'anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012, n. 221;

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

Determinazione n. 806 in data 10/08/2018

- l'ASL BI è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il codice 0000191504;

CONSIDERATO che questa Azienda deve pertanto procedere all'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB);

DATO ATTO che:

- la S.S. Logistica e Acquisti, in collaborazione con le Strutture e le Aziende Sanitarie interessate ha predisposto il Capitolato d'oneri e i relativi allegati (Allegato n. 1), fra cui il Capitolato tecnico;
- la durata prevista dell'appalto è di 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni;
- è proposto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, in quanto i beni e i servizi in parola presentano caratteristiche standardizzate definite dalla normativa di settore;
- la procedura è suddivisa nei seguenti lotti ad aggiudicazione separata:

Lotto	*Denominazione*	*CIG*	*Importo base asta (IVA e oneri di sicurezza esclusi)*
1	ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti	7598286FF3	€ 2 867 000.00 (= € 1 720 000.00 + € 1 147 000.00 rinnovo)
2	ausili per il superamento di barriere verticali	7598301C55	€ 639 000.00 (= € 383 000.00 + € 256 000.00 rinnovo)
3	servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici	759831798A	€ 5 090 000.00 (= € 3 054 000.00 + € 2 036 000.00 rinnovo)
		TOTALE	€ 8 596 000.00

EVIDENZIATO che per il Lotto 3 è stata prevista l'opzione di consulenza di un tecnico ortopedico per ciascuna Azienda Sanitaria (fino ad un massimo di 250 ore annue ciascuna) per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione, per un importo complessivo stimato pari ad € 110 000.00 (= € 66 000.00 + € 44 000.00 rinnovo) al netto di IVA;

RITENUTO di adottare determina a contrarre e indire apposita gara mediante il Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

Determinazione n. 806 in data 10/08/2018

D E T E R M I N A:

1) di assumere, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB), nell'ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili, per la durata di 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, prevedendo i seguenti Lotti ad aggiudicazione separata:

Lotto	*Denominazione*	*CIG*	*Importo base asta (IVA e oneri di sicurezza esclusi)*
1	ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti	7598286FF3	€ 2 867 000.00 (= € 1 720 000.00 + € 1 147 000.00 rinnovo)
2	ausili per il superamento di barriere verticali	7598301C55	€ 639 000.00 (= € 383 000.00 + € 256 000.00 rinnovo)
3	servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici	759831798A	€ 5 090 000.00 (= € 3 054 000.00 + € 2 036 000.00 rinnovo)
			€ 8 596 000.00

2) di approvare il Capitolato d'oneri e i relativi allegati (Allegato n. 1), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che verranno integrati con gli elementi necessari ai fini dell'attivazione dell'Appalto Specifico;

3) di dare atto che per il Lotto 3 è stata prevista l'opzione di consulenza di un tecnico ortopedico per ciascuna Azienda Sanitaria (fino ad un massimo di 250 ore annue ciascuna) per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione, per un importo complessivo stimato pari ad € 110 000.00 (= € 66 000.00 + € 44 000.00 rinnovo) al netto di IVA;

4) di attivare, per le acquisizioni in parola, un Appalto Specifico nell'ambito del citato Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

5) di prorogare l'attuale fornitura e il servizio di manutenzione di ausili tecnici fino ad aggiudicazione della presente procedura;

6) di dare atto che, nelle more dell'approvazione del Regolamento, verrà accantonata ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in apposito fondo, una risorsa finanziaria in misura non superiore al 2% delll'importo a base di gara e pari ad € 171 920.00;

7) di pubblicare gli atti di gara sul sito informatico aziendale in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità;

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

Determinazione n. 806 in data 10/08/2018

8) di individuare la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 D.Lgs. 50/2016;

9) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

REGIONE PIEMONTE

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 806 in data 10/08/2018

IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'ASL BI DI BIELLA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI BIELLA, NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA (VB), NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI 4
1.1 Premessa 4
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 4
1.3 Responsabile del procedimento 5
1.4 Il Sistema 5
1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico 6

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
2.1 Oggetto 6
2.2 Durata del procedimento e del contratto 7
2.3 Opzioni e rinnovi 8

3. INVITO 8

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9

5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO 10
5.1 Classe di ammissione 10
5.2 Avvalimento 11

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 12

7. CONTENUTO DELL'OFFERTA 13
7.1 Documentazione amministrativa 13
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 14
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 16
7.4 Pagamento del contributo all'ANAC 19
7.5 Documentazione relativa all'avvalimento 19
7.6 Subappalto 20
7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni 20
7.8 Patto d'integrità 21
7.9 Soccorso Istruttorio 22

8. OFFERTA ECONOMICA 22

9. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 23

10. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA 24

11. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI 24

12. AGGIUDICAZIONE 25
12.1 Criterio di aggiudicazione 25
12.2 Ulteriori regole e vincoli 25
12.3 Fase di aggiudicazione 25
12.4 Apertura offerte economiche 26
12.5 Anomalia 27

13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 28

14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE 30

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 30

16. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 31

16.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto 31

16.2 Polizza assicurativa 31

17. ACCESSO 31

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 31

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32

20. GESTORE DEL SISTEMA 32

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016, indetto dall'ASL BI di Biella (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB), in: n. 3 lotti, come da determina a contrarre n. xxx del xx/xx/2018 pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL BI **https://aslbi.piemonte.it**, nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili, pubblicato sulla GUUE S-115 e sulla GURI 70 e oggetto di "Avviso" del 05/06/2017 e pubblicato sul sito **www.consip.it** e **www.acquistinretepa.it.**

Il luogo di svolgimento del servizio e di consegna della fornitura è presso i territori di competenza delle Aziende Sanitarie sopra indicate codice NUTS ITC12, ITC13, ITC14, ITC15.

Lotto	CIG		codice NUTS
1	7598286FF3	ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti	ITC12, ITC13, ITC14, ITC15
2	7598301C55	ausili per il superamento di barriere verticali	ITC12, ITC13, ITC14, ITC15
3	759831798A	servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici	ITC12, ITC13, ITC14, ITC15

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'AS comprende:

- Lettera di invito;
- Capitolato d'oneri (il presente documento);
- Capitolato tecnico generato dal Sistema e appendici (Allegato A);
- DUVRI per il lotto 3 (Allegato B);
- Condizioni generali di appalto ai fini del DUVRI per il lotto 3 (Allegato C);
- Patto di integrità (Allegato 1);
- sono a disposizione del concorrente i seguenti modelli dichiarativi:
    - dichiarazione aggiuntiva (Allegato 2)
    - dichiarazione di avvalimento (Allegato 3),
    - allegato dichiarazione del subappaltatore (Allegato 4)
    - dichiarazione DUVRI per lotto 3 (Allegato 5)
    - offerta economica opzione lotto 3 (Allegato 6).

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito **www.acquistinretepa.it** nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito **www.agid.gov.it**. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet **www.acquistinretepa.it** è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata

digitalmente.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul surrichiamato sito.

1.3 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della Struttura Semplice Logistica e Acquisti dell'ASL BI di Biella.

1.4 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

a) l'invio della lettera d'invito,
b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili con la presentazione della "*Domanda di ammissione*" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'AS a mezzo PEC.
L'*"Offerta"* deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

***

Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.
L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che

riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell'"*Offerta"* è indispensabile per gli operatori economici:

- essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinchè siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito o agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.

1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno xx giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC **approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it** .
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 Oggetto

La presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto avente ad oggetto le categorie merceologiche indicate nel Capitolato Tecnico alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa

allo stesso Appalto Specifico.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Descrizione dei lotti

Numero Lotto	Categoria merceologica	Base d'asta
1	ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti	€ 2 867 000.00 (= € 1 720 000.00 + € 1 147 000.00 rinnovo)
2	ausili per il superamento di barriere verticali	€ 639 000.00 (= € 383 000.00 + € 256 000.00 rinnovo)
3	servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici	€ 5 090 000.00 (= € 3 054 000.00 + € 2 036 000.00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 *CIG 7598286FF3*

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.00.
L'appalto è finanziato con fondi di bilancio propri delle Aziende Sanitarie.

Lotto n. 2 *CIG 7598301C55*

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.00.
L'appalto è finanziato con fondi di bilancio propri delle Aziende Sanitarie.

Lotto n. 3 *CIG 759831798A*

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 266 000.00 (= € 160 000.00 + € 106 000.00 rinnovo) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso, che saranno suddivise in parti eguali fra le Aziende Sanitarie contraenti.
L'appalto è finanziato con fondi di bilancio propri delle Aziende Sanitarie.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari all'80% dell'importo a base d'asta.

2.2 Durata del procedimento e del contratto

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs.n. 50/2016, il termine del procedimento è di 6 mesi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all'esito della presente procedura, è di 36 mesi decorrenti, per ogni singola Azienda Sanitaria, dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

2.3 Opzioni e rinnovi

Opzione lotto 3: è previsto il servizio opzionale di consulenza di un tecnico ortopedico per ciascuna Azienda Sanitaria (fino ad un massimo di 250 ore annue ciascuna) per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione, per un importo complessivo massimo stimato pari ad € 110 000.00 (= € 66 000.00 + € 44 000.00 rinnovo) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. In particolare, la revisione dei prezzi sarà ammessa, a seguito di richiesta motivata scritta della Ditta, a partire dal secondo anno contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta stessa da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, previa istruttoria in base alle seguenti condizioni:

- se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati risultanti dall'ISTAT;
- in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le variazioni dell'indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Tale variazione verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a:

- lotto 1: € 3 727 100.00
- lotto 2: € 830 700.00
- lotto 3: € 7 026 000.00

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

3. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la/e

categoria/e merceologica/e oggetto dell'AS, a prescindere dalla classe di ammissione di appartenenza, al momento dell'invio della lettera di invito.
Resta fermo che coloro che appartengono a una classe di ammissione inferiore a quella richiesta dovranno, a pena di esclusione, partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento, come descritto nei paragrafi successivi.
Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.
La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.
Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all'Impresa ausiliaria.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammessi allo SDAPA al momento dell'invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande, nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").
Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA Ausili tecnici per persone disabili al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 5.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Fermo restando quanto precede vale quanto segue.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la

medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

5.1 Classe di ammissione

A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella "Classe di ammissione" indicata per ciascun lotto nella tabella che segue o in una Classe di ammissione ad essa superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando Istitutivo, come indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo:

Lotto	Classe di ammissione
1	C
2	B
3	E

B) In caso di partecipazione in forma aggregata, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.
Tutte le imprese facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le Consorziate indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 lett. a) e b) del bando istitutivo.
In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare nel loro complesso nella "Classe di Ammissione" richiesta.

Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di Appalto Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il valore del fatturato delle consorziate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziate indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

*

Rimane inteso che, quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L'operatore economico in possesso di requisiti superiori potrà partecipare alla presente procedura.

Come previsto nel paragrafo 6 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all'AS, la classe di ammissione dell'operatore economico è quella individuata, a seguito di ammissione o modifica dati, al momento dell'invio della lettera di invito.

Resta inteso altresì che, a pena di esclusione:

- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste;**
- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti**;
- coloro che appartengono ad una "Classe di ammissione" inferiore a quella richiesta potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2.

5.2 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Tuttavia, a pena di esclusione dall'AS, come previsto al punto 5.1.2 del Capitolato d'oneri del bando

istitutivo, l'avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito solo se l'ausiliaria ha conseguito l'ammissione allo SDAPA alle categorie merceologiche oggetto dell'Appalto Specifico prima dell'invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata. Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena **l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'OFFERTA si compone dei seguenti documenti:

1. *Documentazione amministrativa,* che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 7.1;
2. *Offerta economica* autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "**Invio"** dell'offerta **medesima**.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha inviato un'OFFERTA potrà ritirarla (un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata);
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura.**

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

***

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

***

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. CONTENUTO DELL'OFFERTA

7.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente *Documentazione amministrativa*:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 7.2);
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 7.3);
3. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (di cui al successivo paragrafo 7.4);
4. Passoe di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

5. eventuale documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo paragrafo 7.5);
6. eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al successivo paragrafo 7.6);
7. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 7.7);
8. patto di integrità (di cui al successivo paragrafo 7.8);
9. **lotto 3**: dichiarazione DUVRI (Allegato 5);
10. **lotto 3**: dichiarazione di disponibilità a fornire n. 2 magazzini, come richiesto nel Capitolato tecnico (Allegato A).

7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs.n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare. Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, l'offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, indicare la **terna dei subappaltatori** con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del Sistema (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al subappalto; si rinvia a quanto precisato al paragrafo 7.6 per i documenti da produrre;
- l'informativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

La Dichiarazione verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:

i) scaricata e salvata sul proprio pc;
ii) sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla

mandataria/capogruppo/organo comune;

- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.

In ragione dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 50/2016 dal D. Lgs. n. 56/2017, gli offerenti (operatore singolo, ogni impresa membro di RTI o Consorzi ordinari, Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) e ogni Impresa consorziata indicata come esecutrice e se del caso ogni ausiliaria che non abbiano eseguito a Sistema il rinnovo dati e prima della presentazione dell'offerta dovranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri conforme all'Allegato 2 al presente Capitolato d'oneri nell'ambito della quale dovranno essere rese tra le altre le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, lett. b-bis), 2, 3, 5, lett. a), f-bis), l), del suddetto decreto.

7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta deve essere corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base del singolo lotto e precisamente di importo pari a:
   lotto 1: € 57 340.00,
   lotto 2: € 12 780.00,
   lotto 3: € 101 800.00,
   salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria e documenti a corredo"*.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BIVERBANCA S.p.A. – Ufficio Tesoreria Enti, Via Carso, 15 – 13900 Biella, IBAN IT22Z0609022308000008000088, indicando come causale: "Garanzia provvisoria gara CIG *[indicare il CIG del lotto di riferimento]*;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

***

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione "Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7.4 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	7598286FF3	€ 140.00
2	7598301C55	€ 80.00
3	759831798A	€ 200.00

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC":*

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento **in contanti** – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso **bonifico bancario** internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

7.5 Documentazione relativa all'avvalimento

In caso avvalimento, in conformità all'articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale documentazione relativa all'avvalimento*", le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento "Modello di dichiarazione di avvalimento", Allegato 3 al presente Capitolato d'Oneri:

a) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per

impegnare il concorrente attestante il ricorso all'avvalimento e l'identità dell'ausiliaria;

b) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante
   - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
   - la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;

c) **Originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o **copia autentica notarile** del **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere **determinato nell'oggetto**, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

7.6 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre subappaltatori (si veda quanto previsto al paragrafo 7.2)**.**

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all'AS.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Pertanto, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovranno essere prodotti a Sistema

- tanti documenti, conformi all'Allegato 4 al presente Capitolato d'Oneri, contenenti, tra l'altro, le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori;
- Passoe dei subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate*", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto

costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

7.8 Patto d'integrità

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica

della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, l'ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato 6) che dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dalla Ditta concorrente.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7.9 Soccorso Istruttorio

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla "dichiarazione sostitutiva di partecipazione", ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione

appaltante, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, un'Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.
Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:

a) **i valori economici richiesti** (da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con 2 (due) decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale. Ad esempio (in caso di arrotondato al secondo decimale): 21,214 viene arrotondato a 21,21;

b) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi** di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

d) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a** 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;

e) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Dovranno essere inoltre allegati all'offerta economica i seguenti documenti:

- **per i lotti 1 e 2**: schede tecniche degli ausili offerti;
- **per il lotto 3:**
    - progetto tecnico operativo con indicazione di: ubicazione dei magazzini, numero di operatori da impiegare con relativa qualifica, numero e tipologia di automezzi da utilizzare per lo svolgimento del servizio;
    - offerta economica (Allegato 6) relativa al servizio opzionale di consulenza di un tecnico ortopedico per ciascuna Azienda Sanitaria (fino ad un massimo di 250 ore annue ciascuna) per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione.

***

9. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

10. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA

Ferme restando le modalità di produzione della Documentazione amministrativa di gara di cui ai precedenti paragrafi l'operatore economico potrà – in alternativa alla produzione puntuale per singolo Lotto - compilare e inviare l'offerta e la Documentazione Amministrativa di Lotto, di cui ai precedenti paragrafi, in una forma massiva secondo la procedura che segue.

L'operatore economico in caso di partecipazione a più Lotti dovrà: *i)* scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal Sistema (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; *ii)* inserire i dati richiesti; *iii*) allegare a Sistema il documento medesimo così come compilato.

Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.

Inoltre, **si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito.**

L'operatore economico potrà, altresì, procedere al caricamento massivo della documentazione amministrativa e di offerta relativa ai singoli Lotti abbinando, successivamente, ciascun documento al Lotto e alla sezione a cui si riferisce.

I dati e i documenti immessi a Sistema in modalità massiva potranno essere modificati accedendo per singolo Lotto alle apposite sezioni del Sistema.

Tale modalità è descritta più dettagliatamente nel materiale di supporto pubblicato su sito **www.acquistinretepa.it**.

11. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Nel caso di partecipazione a più Lotti rispetto al fatturato il concorrente dovrà rientrare nella classe di ammissione prevista per il Lotto di più alto valore posto a base d'asta, tra quelli per i quali si presenta

offerta.
In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà produrre tante offerte economiche quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.
Nel caso di partecipazione a più Lotti aventi ad oggetto diverse categorie merceologiche, il concorrente dovrà rientrare nella "Classe di ammissione" prescritta per ogni categoria.
La Stazione appaltante provvederà ad aggiudicare al concorrente unicamente i lotti per i quali risulti in possesso dei requisiti della/e classe di ammissione prescritta e come sopra individuata per la relativa categoria merceologica.

12. AGGIUDICAZIONE

12.1 Criterio di aggiudicazione

Ciascun Lotto della presente procedura verrà aggiudicato, previa verifica di conformità (per lotti 1 e 2: sulla base delle schede tecniche prodotte; per il lotto 3: sulla base del progetto tecnico operativo presentato) secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto si tratta di beni e servizi le cui caratteristiche sono standardizzate, definite dalla normativa di settore.
Il fornitore per ciascun Lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto.
Il fornitore in relazione a ciascun lotto, dovrà indicare a Sistema il valore espresso in euro, in modalità solo in cifre con 2 (due) cifre decimali.
Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.
L'Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore più basso.

12.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito **www.acquistinretepa.it**.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche il RUP procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l'esclusione per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte prive della qualificazione necessaria o inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

12.3 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.

Durante la prima seduta aperta al pubblico il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) per ogni Lotto è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) al sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 e all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e) della citata norma.
   Si precisa che il calcolo sarà successivamente eseguito solo nel caso in cui il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque come stabilito dall'art. 97, comma 3 bis; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.**

Successivamente il RUP procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente CDO;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7.9;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.

12.4 Apertura offerte economiche

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente per singolo Lotto il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.

In seguito all'esame delle offerte economiche, in caso di parità in graduatoria, si chiederà un rilancio con le modalità che saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa o all'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

12.5 Anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.

***

13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Comprova

La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato specifico, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell'invio della lettera di invito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell'invio della lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore minimo di fatturato della "Classe di ammissione" richiesta per la partecipazione all'Appalto Specifico, per ogni Lotto per il quale si presenta offerta.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore di fatturato minimo della/e Classe/i di ammissione richiesta/e per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni categoria merceologica.

***

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

***

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

***

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato dalle singole Aziende Sanitarie con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a xxxxx. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto e alla registrazione dei verbali delle sedute redatti in forma pubblica amministrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole e del paragrafo ____ del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione"* ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo ____ del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip.

La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all'AS deve essere approvata da Consip prima dell'invio della lettera di invito.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla stazione appaltante:

nel termine di 15 giorni la seguente documentazione:

a) documentazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, ove tali informazioni non siano state acquisite in precedenza dalla stazione appaltante;
b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 16.1 del presente Capitolato d'Oneri.
d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 16.2 del presente Capitolato d'Oneri;

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).
In caso di mancata produzione di quanto richiesto, la Stazione appaltante provvederà ad aggiudicare il lotto in questione al secondo classificato nella graduatoria e all'incameramento della garanzia provvisoria.

16. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

16.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia.
La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

16.2 Polizza assicurativa

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che possa derivare a ciascuna Azienda Sanitaria contraente e a terzi – assistiti, dipendenti, fornitori, visitatori ed altri – a causa o in relazione all'espletamento del servizio, anche per l'operato e la condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La Ditta aggiudicataria, oltre alle coperture assicurative obbligatorie ai sensi delle vigenti leggi, si impegna a stipulare le seguenti polizze mantenendole per tutta la durata della concessione, incluse eventuali proroghe:

- polizza contro furto, incendio e tutti i rischi diretti e materiali, ad eccezione del dolo, a copertura degli ausili tecnici ed in genere ogni bene oggetto di contratto con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente; gli eventuali scoperti e/o franchigie devono es-sere integralmente indennizzati/risarciti dall'aggiudicatario;
- polizza RCT/RCO con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, con i limiti di € 1.500.000,00 per persona e di € 1.500.000,00 per danni a cose.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, ogni Azienda Sanitaria contraente dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni costo, risarcimento o responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo la Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio.
Inoltre ogni Azienda Sanitaria contraente non sarà responsabile dei danni, diretti o indiretti, che la Ditta aggiudicataria dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda Sanitaria stessa.

17. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro della sede legale di ogni Azienda Sanitaria contraente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

20. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è l'ASL BI di Biella, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito **www.acquistinretepa.it** risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo ____ e seguenti del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Allegato A	Capitolato Tecnico
Allegato B	DUVRI lotto 3
Allegato C	Condizioni generali d'appalto lotto 3

Allegato 1	Patto d'integrità
Allegato 2	Dichiarazione aggiuntiva (facoltativa)
Allegato 3	Dichiarazione di avvalimento (facoltativa)
Allegato 4	Dichiarazione subappaltatori (facoltativa)
Allegato 5	Dichiarazione DUVRI per lotto 3
Allegato 6	Offerta economica opzione lotto 3

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Appalto Specifico – Prima Parte

Appalto specifico "Fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB)"
ID Negoziazione: **2027754**
Codice univoco IPA: UF601J

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	8720000
Durata del contratto (n° mesi)	60
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	3

DETTAGLIO LOTTI

N°LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	Ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti	7598286FF3	2.867.000,00
2	Ausili per il superamento di barriere verticali	7598301C55	639.000,00
3	Servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici	759831798A	

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	1
Denominazione	Ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti
CIG	7598286FF3
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilita' e per la casa
N° articoli	66
Totale base d'asta	2.867.000,00

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio pieghevole (COD. 12.22.18.003)
Quantità: **315**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio pieghevole
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Pieghevole
Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza di ±50 mm)
Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore: - piccole di diametro ≤200 mm o, in alternativa, - medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza sul diametro ruote medie di ±50 mm)
Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Schienale e seduta	Si	Valore unico ammesso	Imbottiti
Ruotine di transito	Si	Valore unico ammesso	Necessarie per consentire il movimento dell'ausilio con le ruote grandi posteriori estratte (ad es. nei casi di accesso in ascensore o di transito in passaggi stretti)
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Rivestimento impermeabile, lavabile, non infiammabile	Si	Lista di scelte	No Si
Seduta e schienale	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio rigido - Ruote posteriori medie (COD. 12.22.18.006-1)
Quantità: **180**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio rigido - Ruote posteriori medie
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Rigido

Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza di ±50 mm)
Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore, piccole di diametro ≤200 mm
Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Schienale	Si	Valore unico ammesso	Imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Sedile	Si	Valore unico ammesso	Rigido e imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Seduta e schienale realizzati con materiale impermeabile, lavabile, resistente fuoco	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio rigido con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi (COD. 12.22.18.006-2)
Quantità: **480**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio rigido con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Rigido
Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse grandi di diametro >= 500 mm con gommatura pneumatica provviste di anello corrimani di spinta
Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore, piccole di diametro ≤200 mm

Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Schienale	Si	Valore unico ammesso	Imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Sedile	Si	Valore unico ammesso	Rigido e imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Ruotine di transito	Si	Valore unico ammesso	Necessarie per consentire il movimento dell'ausilio con le ruote grandi posteriori estratte (ad es. nei casi di accesso in ascensore o di transito in passaggi stretti)
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Rivestimento impermeabile, lavabile, non infiammabile	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio basculante - Ruote posteriori medie (COD. 12.22.18.009-1)
Quantità: **170**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio basculante - Ruote posteriori medie
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Basculante
Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza di ±50 mm)
Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore, piccole di diametro ≤200 mm
Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabile in altezza e profondita'
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di

			stazionamento
Schienale	Si	Valore unico ammesso	Imbottito regolabile in inclinazione, realizzato in materiale e facilmente lavabile, con appoggiatesta regolabile in altezza
Sedile	Si	Valore unico ammesso	Rigido e imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Fiancate o spondine	Si	Valore unico ammesso	Con lato interno imbottito
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Seduta e schienale realizzati con materiale impermeabile, lavabile, resistente fuoco	Si	Lista di scelte	No Si
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Divaricatori imbottiti, regolabili ed estraibili (COD. 12.22.91.324)
Quantità: **10**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi (COD. 12.22.18.009-2)
Quantità: **25**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti

			autonomi
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Basculante
Ruote posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse grandi di diametro >= 500 mm con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi, in posizione posteriore
Ruote anteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore, piccole di diametro ≤200 mm
Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabile in altezza e profondita'
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Schienale	Si	Valore unico ammesso	Imbottito regolabile in inclinazione, realizzato in materiale e facilmente lavabile, con appoggiatesta regolabile in altezza
Sedile	Si	Valore unico ammesso	Rigido e imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Fiancate o spondine	Si	Valore unico ammesso	Con lato interno imbottito
Ruotine di transito	Si	Valore unico ammesso	Necessarie per consentire il movimento dell'ausilio con le ruote grandi posteriori estratte (ad es. nei casi di accesso in ascensore o di transito in passaggi stretti)
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Braccioli imbottiti ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Materiale seduta/schienale	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Divaricatori imbottiti, regolabili ed estraibili (COD. 12.22.91.324)
Quantità: **25**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Letti articolati elettrici ad altezza fissa (COD. 18.12.10.003)
Quantità: **255**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico ad altezza fissa (COD. 18.12.10.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico ad altezza fissa con quattro ruote piroettanti di diametro >= 100 mm
Struttura di supporto munita di due testiere	Si	Valore unico ammesso	Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera u una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete e' collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Acciaio cromato; Acciaio verniciato; Acciaio cromato e verniciato
Ruote	Si	Valore unico ammesso	Piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione
Fondo	Si	Valore unico ammesso	Articolato a tre snodi a regolazione elettrica
Tipologia movimentazione	Si	Valore unico ammesso	Comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento
Portata del letto	Si	Valore unico ammesso	Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero >= 135 kg per il "Paziente"e >= 170 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Si	Lista di scelte	SI NO
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Si	Lista di scelte	NO SI
Batteria tampone per discesa attuatore in assenza di corrente	Si	Lista di scelte	NO SI
Letto elettrico con altezza della	Si	Lista di scelte	NO

rete compresa tra un minimo di 40 cm e un massimo di 80 cm da terra a filo rete, come da norma specifica (su richiesta)			SI
Variazione di altezza rete letto +/- 10 cm (su richiesta)	Si	Lista di scelte	NO SI
La movimentazione tramite pulsantiera deve consentire di comandare sia testiera che pediera	Si	Lista di scelte	SI NO
Movimentazione elettrica combinata di trendelenburg e anti-trendelenburg (funzione bloccabile da tastiera)	Si	Lista di scelte	SI NO
Letto smontabile per facilitarne il trasporto e l'installazione	Si	Lista di scelte	SI NO
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006)
Quantità: **20**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sponda per letto
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Cuscini in fibra cava siliconata (COD. 04.33.03.003)
Quantità: **3630**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cuscino in fibra cava siliconata (COD. 04.33.03.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Cuscino costituito da una sacca in tessuto traspirante, asportabile, in genere, trapuntato che contiene la fibra cava all'interno di uno o piu' canali per garantire la necessaria resistenza e in filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticita'; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (>= 12 den) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo) e lo spessore della parte interna dovra' essere compreso tra

			6 e 9 cm ed oltre
Denaraggio [denari]	Si	Valore unico ammesso	>= 12
Sacca	Si	Valore unico ammesso	Sacca di tessuto traspirante, trapuntata per evitare spostamenti della fibra, ricoperta da una fodera
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo –realizzata in tessuto fuoco ritardante - (generalmente con cerniera). Realizzata con materiale antiscivolo e/o con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
Caratteristiche delle dimensioni	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino dovra' essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sara' utilizzato; la prescrizione indichera' le misure prima di procedere all'acquisto
Formato cuscino [cm x cm]	Si	Nessuna regola	
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Spessore fibra [cm]	Si	Lista di scelte	>= 6 >= 9
Il cuscino dovrà essere fornito in almeno 5 differenti misure standard (Larghezza-Profondità)	Si	Lista di scelte	NO SI
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Cuscini compositi con fluidi automodellanti (alta prevenzione) (COD. 04.33.03.012)

Quantità: **370**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) (COD. 04.33.03.012)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Cuscino costituito da una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile, contenente materiale espanso o altri materiali polimerici, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio-trocanterica (per impedire lo

			scivolamento in avanti della persona), puo' essere conformata una conca di appoggio per le cosce; si compone di inserti di fluidi automodellanti in quantita' e densita' da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i rischi di decubito
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco ritardante - (generalmente, con cerniera). Realizzata con materiale antiscivolo e/o con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
Spessore cuscino nella parte più bassa [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 4
Caratteristiche delle dimensioni	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino dovra' essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sara' utilizzato; la prescrizione indichera' le misure prima di procedere all'acquisto
Formato cuscino [cm x cm]	Si	Nessuna regola	
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Disponibile in almeno due spessori (alto e basso profilo)	Si	Lista di scelte	NO SI
Il cuscino dovrà essere fornito in almeno 5 differenti misure standard (Larghezza-Profondità)	Si	Lista di scelte	NO SI
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Cuscini a bolle d’aria (o celle) con strutture a micro-interscambio (completo di pompa di gonfiaggio (alta prevenzione)) (COD. 04.33.03.015)
Quantità: **250**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d’aria (o celle) con strutture a micro-interscambio (completo di pompa di gonfiaggio (alta prevenzione)) (COD. 04.33.03.015)

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d’aria (o celle) con strutture a micro-interscambio (completo di pompa di gonfiaggio costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile; e' realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno; composto da celle di forma e disposizione apposita per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantita' variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ècomposto da canali di collegamento tra le celle che facilitano il micro-interscambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l’effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco ritardante - (generalmente, con cerniera). Realizzata con materiale antiscivolo e/o con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
Spessore cuscino [cm]	Si	Valore unico ammesso	Compreso tra 5 e 8
Canali di collegamento tra le celle	Si	Valore unico ammesso	Presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento
Caratteristiche delle dimensioni	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino dovra' essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sara' utilizzato; la prescrizione indichera' le misure prima di procedere all'acquisto
Formato cuscino [cm x cm]	Si	Nessuna regola	

Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Disponibile in almeno due spessori: alto profilo (9-12 cm) e basso profilo (5-8 cm)	Si	Lista di scelte	NO SI
Il cuscino dovrà essere fornito in almeno 5 differenti misure standard (Larghezza-Profondità)	Si	Lista di scelte	NO SI
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Cuscini a bolle d’aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (COD. 04.33.03.018)
Quantità: **40**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d’aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (COD. 04.33.03.018)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) costituito da due o piu' settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile; e' realizzato in neoprene e composto da celle pneumatiche telescopiche (6 cm di altezza); dispone di valvole di gonfiaggio per settori differenziati; completo di fodera rimovibile antiscivolo e di pompa di gonfiaggio; indicato anche nei casi in cui occorre compensare asimmetrie e obliquita' per la diversa regolazione della pressione dei due distinti settori. La prescrizione ne indichera' le misure prima di procedere all'acquisto. Il cuscino dovra' avere uno spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo) anche nei cuscini a basso profilo di altezza.
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l’effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco

			ritardante - (generalmente, con cerniera). Realizzata con materiale antiscivolo e/o con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
Spessore cuscino [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 6
Canali di collegamento tra le celle	Si	Valore unico ammesso	Presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento
Caratteristiche delle dimensioni	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino dovra' essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sara' utilizzato; la prescrizione indichera' le misure prima di procedere all'acquisto
Formato cuscino [cm x cm]	Si	Nessuna regola	
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Disponibile in almeno due spessori: alto profilo (9-12 cm) e basso profilo (6-8 cm)	Si	Lista di scelte	NO SI
Il cuscino dovrà essere fornito in almeno 5 differenti misure standard (Larghezza-Profondità)	Si	Lista di scelte	NO SI
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Materasso ventilato in espanso composito (COD. 04.33.06.006)

Quantità: **330**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso ventilato in espanso composito, costituito da una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) contenente materiali di diversa densita' per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee. Il materasso e' costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato (almeno 14 cm) e densita' idonea a sorreggere il

			peso dell'assistito conformandosi ad esso e consentendo l'alloggiamento delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo). Tali strati devono essere differenziati in modo da avere le maggiori portanze nelle zone che sopportano piu' peso del corpo e viceversa.
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Spessore [cm]	Si	Lista di scelte	>= 14 >= 15 >= 18
Bordi laterali compatti per favorire il trasferimento	Si	Lista di scelte	Si' No
Utilizzo di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria di spessore ≥5 cm	Si	Lista di scelte	Si' No
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120

Lotto 1 - Materasso in fibra cava siliconata (COD. 04.33.06.009)
Quantità: **140**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso in fibra cava siliconata costituito da una sacca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti della persona e realizzata in tessuto traspirante contenente fibra cava a uno o piu' canali per garantire la necessaria resilienza e con filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticita'. La fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (>= 14 denari) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo). Lo spessore deve essere compreso tra 10 e 14 cm e la quantita' di fibra deve essere di peso non inferiore a 4,5 Kg. La

			lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120
Denaraggio [denari]	Si	Valore unico ammesso	>= 14
Sacca	Si	Valore unico ammesso	Sacca di tessuto traspirante e trapuntata per evitare spostamenti della fibra
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Quantità di fibra [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 4,5
Spessore dello strato di fibra [cm]	Si	Valori compresi tra	>=10||<=14
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Materassi in fibra cava siliconata ad inserti asportabili (COD. 04.33.06.012)
Quantità: **45**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso in fibra cava siliconata costituito da un rivestimento esterno in cotone che contiene diversi segmenti (non inferiore a 13), rivestiti di cotone traspirante, lavabile in lavatrice fino a 70°. I segamenti si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantita' non inferiore 5,5 Kg e di valori di denaraggio costanti non inferiore a 16 denari. La fibra deve essere cava, a uno o piu' canali (per una idonea resilienza) e siliconata in filo continuo (per evitare l'ammassamento e mantenere costanti caratteristiche di elasticita'). Inoltre la fibra deve essere presente in quantita' idonea a sorreggere il peso dell'utente consentendo la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee, evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo).
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120
Denaraggio [denari]	Si	Valore unico ammesso	>= 16
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, con separatori per mantenere in loco i cilindri
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Quantità di fibra [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 5,5
Presenza di materiale espanso sagomato, per alloggiare gli elementi, che interagisca con la fibra per migliorare le	No	Lista di scelte	NO SI

caratteristiche e l'efficacia dell'ausilio			
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Materassi a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) (COD. 04.33.06.015)
Quantità: **1100**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso ad aria costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali, rivestito esternamente da una fodera. L'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione connessi ad una pompa di alimentazione (Compressore elettrico) che consente il gonfiaggio di alcuni segmenti e contemporaneamente lo sgonfiaggio di altri in modo regolabile relativamente al peso dell'assistito (ciclo alternato). Realizzato in materiale plastico, assente di metalli pesanti. Lo spessore del materasso deve essere non inferiore a 12 cm.
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120
Resistente alla fiamma	Si	Valore unico ammesso	SI
Ciclo alternanza [minuti]	Si	Valore unico ammesso	>= 5
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Spessore materasso gonfio [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 12
Spessore materiale plastico [mm]	Si	Lista di scelte	>= 0,3 >= 0,4
Compressore dotato di meccanismo di regolazione della pressione in funzione del peso del paziente	Si	Lista di scelte	Si' No
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Materassi ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o piùvie (con pompa di gonfiaggio) (COD. 04.33.06.018)

Quantità: **3620**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o piu' vie costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari. Gli elementi sono collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in modo regolabile e programmabile [cosiddetto ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min] in relazione al peso e alle dimensioni dell'assistito.
Pompa regolabile	Si	Valore unico ammesso	La pompa di regolazione deve permettere diverse regolazioni per adeguarsi al peso dell'utente. Il ciclo deve assicurare un tempo di sgonfiaggio, con la conseguente riduzione delle pressioni di contatto, almeno pari al tempo di gonfiaggio
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120
Resistente alla fiamma	Si	Valore unico ammesso	SI
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Spessore materasso gonfio [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 12
Spessore materiale plastico [mm]	Si	Lista di scelte	>= 0,3 >= 0,4
Tipologia pressione	Si	Valore unico ammesso	Il compressore deve garantire piu' regolazioni di gonfiaggio. L'ausilio e' dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo piu' stabile o di sistema idoneo a garantire la stabilita' dell'ausilio posizionato sopra il normale materasso. Lo spessore del materasso deve essere non inferiore a 12 cm.
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Letti a due manovelle con ruote (COD. 18.12.07.006)
Quantità: **425**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle con ruote (COD. 18.12.07.006)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle, a regolazione manuale, con quattro ruote piroettanti di diametro >= 100 mm
Struttura di supporto munita di due testiere	Si	Valore unico ammesso	Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera u una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete e' collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato
Ruote	Si	Valore unico ammesso	Piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione
Fondo	Si	Valore unico ammesso	Articolato a due snodi (tre posizioni)
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata
Meccanismo manovella	Si	Valore unico ammesso	Con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima
Portata letto	Si	Valore unico ammesso	Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero >= 135 kg per il "Paziente"e >= 220 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI
Manovelle	Si	Valore unico ammesso	Pieghevoli e rientranti
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Si	Lista di scelte	NO SI
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Letti a due manovelle senza ruote (COD. 18.12.07.003)
Quantità: **1215**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle senza ruote

			(COD. 18.12.07.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle, a regolazione manuale, senza ruote
Struttura di supporto munita di due testiere	Si	Valore unico ammesso	Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera u una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete e' collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato
Fondo	Si	Valore unico ammesso	Articolato a due snodi (tre posizioni)
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata
Meccanismo manovella	Si	Valore unico ammesso	Con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima
Portata del letto	Si	Valore unico ammesso	Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero >= 135 kg per il "Paziente"e >= 170 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI
Manovelle	Si	Valore unico ammesso	Pieghevoli e rientranti
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Si	Lista di scelte	NO SI
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Si	Lista di scelte	NO SI
Variazione di altezza rete letto +/- 10 cm (su richiesta)	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006)
Quantità: **2405**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sponda per letto
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Aste solleva-persona con base (COD. 18.12.91.003)
Quantità: **985**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Asta solleva-persona con base
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Sedie a comoda senza ruote (complete dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.003)
Quantità: **130**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda senza ruote (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con dispositivo WC, senza ruote [comprende COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006; 09.12.91.009; 09.12.91.012]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio Acciaio plastificato inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Schienale regolabile in inclinazione (COD. 09.12.91.003)	Si	Valore unico ammesso	SI
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Posizionabile sul WC	Si	Valore unico ammesso	SI
Appoggiagambe (COD. 09.12.91.006)	Si	Valore unico ammesso	Regolazione in altezza e dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)
Prolunga dello schienale (COD. 09.12.91.012)	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l’igiene personale dell’assistito

Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015)
Quantità: **110**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cinghia a bretellaggio
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018)
Quantità: **5**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Pelotte toracali
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Paio
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.006)
Quantità: **110**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.006)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile

			dall'accompagnatore [comprende COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006; 09.12.91.009; 09.12.91.012]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio plastificato inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Schienale regolabile in inclinazione (COD. 09.12.91.003)	Si	Valore unico ammesso	SI
Ruote	Si	Valore unico ammesso	4 ruote piroettanti di diametro >= 100 mm, di cui 2 con freno
Tipologia supporti ruota	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Posizionabile sul WC	Si	Valore unico ammesso	SI
Appoggiagambe (COD. 09.12.91.006)	Si	Valore unico ammesso	Regolazione in altezza e dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)
Prolunga dello schienale (COD. 09.12.91.012)	Si	Valore unico ammesso	SI
Pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza ed estraibili o ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.012)
Quantità: **5**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI

Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.012)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda per doccia/water ad autospinta con due ruote posteriori grandi munite di freni e di anello corrimano con diametro >= 500 mm [comprende COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006; 09.12.91.009; 09.12.91.012]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti|Rigidi Imbottiti e rigidi
Schienale regolabile in inclinazione (COD. 09.12.91.003)	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia ruote anteriori (ruote piccole)	Si	Valore unico ammesso	2 ruote anteriori piroettanti di diametro >= 100 mm, con freni
Tipologia ruote posteriori (ruote grandi)	Si	Valore unico ammesso	2 ruote posteriori grandi munite di freni e di anello corrimano con diametro >= 500 mm
Tipologia supporti ruota	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota anteriori fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Appoggiagambe (COD. 09.12.91.006)	Si	Valore unico ammesso	Regolazione in altezza e dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)
Prolunga dello schienale (COD. 09.12.91.012)	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a	Si	Lista di scelte	NO SI

cellule chiuse, idrorepellenti			
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Sgabello per WC (COD. 09.12.12.003)
Quantità: **5**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sgabello per WC (COD. 09.12.12.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sgabello WC con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotato di braccioli e posizionabile sopra la tazza WC.
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan
Presenza di braccioli	Si	Valore unico ammesso	SI
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Gambe regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	SI 4 o piu' altezze fisse
Braccioli regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	NO SI
Telaio pieghevole	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Rialzi rimovibili morbidi per WC ad altezza fissa (COD. 09.12.15.003)
Quantità: **65**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Rialzo rimovibile morbido per WC ad altezza fissa (COD. 09.12.15.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa, lavabile e disinfettabile. Seduta del dispositivo realizzato in materiale morbido. Applicabile sopra la maggior parte dei WC.

Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Idrorepellente, lavabile, disinfettabile e antiruggine
Coperchio, braccioli sostegno	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di ancoraggio	Si	Valore unico ammesso	Dotato di fissaggi laterali (staffe regolabili in larghezza) o sistema autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del WC dalla parte inferiore sagomata
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in materiale morbido, anatomica con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Compatibilità	Si	Valore unico ammesso	Applicabile direttamente sulla struttura e adattabile a tutti i WC
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Rialzi rimovibili morbidi per WC ad altezza regolabile (COD. 09.12.15.006)
Quantità: **50**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Rialzo rimovibile morbido per WC ad altezza regolabile (COD. 09.12.15.006)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Rialzo rimovibile morbido per WC ad altezza regolabile, lavabile e disinfettabile. Dispositivo regolabile in altezza (fissabile in tre posizioni). La seduta del dispositivo deve essere realizzata in materiale morbido, Applicabile sopra la maggior parte dei WC. In alcuni modelli e' prevista la possibilita' di una leggera inclinazione in avanti per facilitare la seduta e l'alzata.
Regolazione in altezza rialzo [mm] (range)	Si	Lista di scelte	da 40 mm a 60 mm da 80 mm a 110 mm da 130 mm a 150 mm
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Idrorepellente, lavabile, disinfettabile e antiruggine
Coperchio, braccioli sostegno	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di ancoraggio	Si	Valore unico ammesso	Dotato di fissaggi laterali (staffe regolabili in larghezza) o sistema autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del WC dalla parte inferiore sagomata.
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in materiale morbido, anatomica con foro di evacuazione

			aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Compatibilità	Si	Valore unico ammesso	Applicabile direttamente sulla struttura e adattabile a tutti i WC
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Deambulatore con quattro puntali rigido (COD. 12.06.03.003)
Quantità: **10**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore rigido con appoggio al terreno, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole
Materiale struttura rigida	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
Puntali di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Quattro puntali di appoggio completi di tappi antiscivolo alla base
Dimensioni deambulatore	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Impugnature anatomiche	Si	Lista di scelte	SI NO
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Stampelle canadesi antibrachiali, con puntale di appoggio regolabile inferiormente (COD. 12.03.06.003)
Quantità: **320**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Stampella con appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile) e puntale di appoggio ad alto attrito in gomma, regolabile nella parte inferiore
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 100
Disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura	Si	Valore unico ammesso	SI
Impugnatura	Si	Valore unico ammesso	Anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Stampelle canadesi antibrachiali, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore (COD. 12.03.06.006)
Quantità: **125**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Stampella con appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile) e puntale di appoggio ad alto attrito in gomma, regolabile nella parte inferiore, con ammortizzatore
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>=100
Disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura	Si	Valore unico ammesso	SI
Impugnatura	Si	Valore unico ammesso	Anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Tripodi (COD. 12.03.16.003)
Quantità: **60**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tripode regolabile con puntali di appoggio al terreno ad alto attrito
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>=100
Impugnatura	Si	Valore unico ammesso	Anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Quadripodi (COD. 12.03.16.006)
Quantità: **30**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Quadripode regolabile con puntali di appoggio al terreno ad alto attrito
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>=100
Impugnatura	Si	Valore unico ammesso	Anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo
Ampiezza base d'appoggio	Si	Valore unico ammesso	Larga;Stretta
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Letti articolati elettrici con regolazione elettrica dell'altezza (COD. 18.12.10.009)
Quantità: **165**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico con regolazione elettrica dell'altezza (COD. 18.12.10.009)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico, con quattro ruote piroettanti di diametro >= 100 mm e con regolazione elettrica dell'altezza
Struttura di supporto munita di due testiere	Si	Valore unico ammesso	Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera u una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete e' collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Acciaio cromato; Acciaio verniciato; Acciaio cromato e verniciato
Base	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate

Ruote	Si	Valore unico ammesso	Piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione
Fondo	Si	Valore unico ammesso	Articolato a tre snodi a regolazione elettrica
Tipologia movimentazione	Si	Valore unico ammesso	Comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento
Portata del letto	Si	Valore unico ammesso	Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero >= 135 kg per il "Paziente"e >= 220 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Si	Lista di scelte	SI NO
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Si	Lista di scelte	NO SI
Batteria tampone per discesa attuatore in assenza di corrente	Si	Lista di scelte	NO SI
Letto elettrico con altezza della rete compresa tra un minimo di 40 cm e un massimo di 80 cm da terra a filo rete, come da norma specifica (su richiesta)	Si	Lista di scelte	NO SI
La movimentazione tramite pulsantiera deve consentire di comandare sia testiera che pediera	Si	Lista di scelte	SI NO
Movimentazione elettrica combinata di trendelenburg e anti-trendelenburg (funzione bloccabile da tastiera)	Si	Lista di scelte	SI NO
Letto smontabile per facilitarne il trasporto e l'installazione	Si	Lista di scelte	SI NO
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Aste solleva-persona con base (COD. 18.12.91.003)

Quantità: **35**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Asta solleva-persona con base
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006)

Quantità: **60**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI

Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sponda per letto
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Sedie a comoda senza ruote (COD. 09.12.03.003)
Quantità: **440**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda senza ruote (COD. 2.21.03.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con dispositivo WC, senza ruote [comprende COD. 09.12.91.009]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio Acciaio plastificato inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Posizionabile sul WC	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015)
Quantità: **10**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cinghia a bretellaggio
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018)
Quantità: **10**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Pelotte toracali
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Paio
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti (COD. 12.06.09.003)
Quantità: **805**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore a sedile su quattro ruote piroettanti, con coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve, con freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, con regolazione della base in altezza, con telaio pieghevole
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
Dimensioni deambulatore	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
Piano di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Piano morbido di appoggio con funzione di sedile per riposo
Cestino o borsa porta oggetti amovibile	Si	Valore unico ammesso	SI
Gancio porta-borse	Si	Valore unico ammesso	SI
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Diametro delle quattro ruote in gomma [mm]	Si	Lista di scelte	>=200 >=220
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	SI NO
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Impugnature anatomiche	Si	Lista di scelte	SI NO
Presenza sostegno dorsale	Si	Lista di scelte	NO

			SI
Presenza porta-bastone	Si	Lista di scelte	NO SI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Deambulatore con due ruote e due puntali (COD. 12.06.06.003)
Quantità: **1750**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore con due ruote anteriori e due puntali posteriori di appoggio al terreno completi di tappi antiscivolo alla base, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
Dimensioni deambulatore	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Diametro ruote anteriori in gomma antitraccia [mm]	Si	Lista di scelte	>=60 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Ruote anteriori piroettanti in gomma antitraccia (su richiesta)	Si	Lista di scelte	SI NO
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Impugnature anatomiche	Si	Lista di scelte	SI NO
Marca	Si	Nessuna regola	

Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti (COD. 12.06.12.003)
Quantità: **25**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti di cui due con freni
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidita')
Impugnature	Si	Valore unico ammesso	Anatomiche e regolabili in inclinazione e larghezza
Piano di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Diametro delle quattro ruote piroettanti [mm]	Si	Lista di scelte	>=60 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	SI NO
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari (COD. 12.06.12.006)
Quantità: **35**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari e quattro ruote piroettanti, di cui le due ruote posteriori dotate di freno di stazionamento e con telaio pieghevole
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidita')
Ascellari di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Girevoli e regolabili in altezza
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Diametro delle quattro ruote piroettanti [mm]	Si	Lista di scelte	>=60 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	SI NO
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Presenza del sedile	Si	Lista di scelte	NO SI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Deambulatore con quattro ruote da interni (COD. 12.06.06.006)
Quantità: **115**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore scorrevole su

			quattro ruote, di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti, che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, con freno di emergenza e stazionamento che agisca direttamente sulle ruote lineari, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
Dimensioni deambulatore	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Diametro ruote anteriori piroettanti in gomma antitraccia [mm]	Si	Lista di scelte	>=80 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	NO SI
Impugnature anatomiche	Si	Lista di scelte	SI NO
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza (COD. 12.06.03.006)
Quantità: **25**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole

Materiale struttura articolata	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
Puntali di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Quattro puntali di appoggio completi di tappi antiscivolo alla base
Dimensioni deambulatore	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
Sistema graduato sulle altezze	Si	Valore unico ammesso	SI
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Impugnature anatomiche	Si	Lista di scelte	SI NO
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Carrozzine ad autospinta sulle ruote posteriori, leggere (COD. 12.22.03.006)

Quantità: **380**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Pieghevole, realizzato in lega leggera ad alta resistenza
Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse grandi di diametro >= 500 mm ad estrazione rapida dotate di perno spostabile in piu' posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta
Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piccole piroettanti di diametro ≤200 mm in posizione anteriore con forcella spostabile in piu' posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Materiale seduta/schienale	Si	Valore unico ammesso	Peso massimo in configurazione standard 16 Kg
Peso ausilio	Si	Valore unico ammesso	Peso massimo in configurazione standard 16 Kg
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Rivestimento impermeabile, lavabile, non infiammabile	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Prolunghe dello schienale o schienale regolabile (COD. 12.22.91.709)
Quantità: **35**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Cuscinetti per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 12.22.91.712)
Quantità: **70**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Tavoli con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 12.22.91.715)
Quantità: **55**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Pedane elevabili a richiesta (destra, sinistra o entrambe) (COD. 12.22.91.718)
Quantità: **60**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Carrozzine ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevoli (COD. 12.22.03.003)
Quantità: **3235**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Pieghevole
Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse grandi di diametro >= 500 mm con gommatura pneumatica provviste di anello corrimani di spinta

Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Nessuna regola	
Appoggiagambe	Si	Nessuna regola	
Appoggiapiedi	Si	Nessuna regola	
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Schienale e seduta	Si	Valore unico ammesso	Imbottiti, realizzati in materiale resistente fuoco e facilmente lavabili
Larghezza seduta [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente fuoco	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Cuscinetti per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 12.22.91.712)
Quantità: **15**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Tavoli con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 12.22.91.715)

Quantità: **570**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Pedane elevabili a richiesta (destra, sinistra o entrambe) (COD. 12.22.91.718)
Quantità: **90**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Prolunghe dello schienale o schienale regolabile (COD. 12.22.91.709)
Quantità: **75**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Sedili girevoli per vasca da bagno (COD. 09.33.03.015)
Quantità: **205**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedile girevole per vasca da bagno (COD. 09.33.03.015)

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ausilio progettato per consentire l'uso della vasca a soggetti non in grado di stare in piedi e con difficoltoso controllo del tronco anche da seduti. Predisposto con seduta antiscivolo e idrorepellente e con staffe che impediscono lo scivolamento sui bordi della vasca. La rotazione del sedile di 360°deve avere una leva con funzione di fermo di sicurezza. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	ABS Acciaio cromato Acciaio inox 304 Acciaio verniciato Acciaio zincato Alluminio
Forma seduta	Si	Valore unico ammesso	A doghe o Ergonomica
Materiale seduta	Si	Valore unico ammesso	HDPE (polietilene ad alta densita') o Plastica o Plastica stampata o Polipropilene o Poliuretano
Braccioli di contenimento	Si	Valore unico ammesso	Altezza minima dalla seduta non inferiore a 24 cm
Portata minima [Kg]	Si	Lista di scelte	100 120 130 150
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall’accompagnatore (COD. 09.12.03.006)
Quantità: **115**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedie a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall’accompagnatore (COD. 09.12.03.006)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore [comprende COD. 09.12. 91.009]
Struttura telaio resistente	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente

umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)			riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio Acciaio plastificato inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Ruote	Si	Valore unico ammesso	4 ruote piroettanti di diametro >= 100 mm, di cui 2 con freno
Tipologia supporti ruota	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza ed estraibili o ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Posizionabile sul WC	Si	Valore unico ammesso	SI
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015)

Quantità: **5**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cinghia a bretellaggio
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018)

Quantità: **5**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Pelotte toracali

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Paio
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (COD. 09.12.03.012)

Quantità: **10**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (COD. 09.12.03.012)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda per doccia/water ad autospinta con due ruote posteriori grandi munite di freni e di anello corrimano con diametro >= 500 mm [comprende COD. 09.12.91.009]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Tipologia ruote anteriori (ruote piccole)	Si	Valore unico ammesso	2 ruote anteriori piroettanti di diametro >= 100 mm, con freni
Tipologia ruote posteriori (ruote grandi)	Si	Valore unico ammesso	2 ruote posteriori grandi munite di freni e di anello corrimano con diametro >= 500 mm
Tipologia supporti ruota	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota anteriori fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Tipologia pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI

Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI

Lotto 1 - Sollevatori mobili ad imbracatura, elettrici, con imbracatura standard (COD. 12.36.03.006)
Quantità: **670**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile con sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile e dotato di caricabatteria, con struttura di sostegno adeguata ai carichi da sollevare, con base regolabile in larghezza tramite leva manuale, munito di braccio di sollevamento con aggancio per i sistemi di sostegno, previsti per questo specifico ausilio, e indicati come "Aggiuntivi". I sistemi di sostegno dovranno essere forniti nella tipologia e misura indicati dal medico prescrittore.
Diametro delle ruote piroettanti [mm]	Si	Valore unico ammesso	<=100
Ruote posteriori munite di freno attivabile a piede	Si	Valore unico ammesso	SI
Pulsantiera elettrica (azionabile tramite comando che permette alla persona di allontanarsi dall'assistito)	Si	Valore unico ammesso	SI
Avviso luminoso di batteria quasi scarica	Si	Valore unico ammesso	SI
Pulsante di emergenza	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di abbassamento di emergenza	Si	Valore unico ammesso	Il sollevatore deve possedere un sistema che garantisce l'abbassamento di emergenza del braccio di sollevamento. Tale sistema deve permettere, nel caso di malfunzionamento del sollevatore, il riposizionamento dell'utente in condizioni di sicurezza
Pacco batteria estraibile senza manutenzione	Si	Valore unico ammesso	SI
Altezza della base da terra [cm]	Si	Lista di scelte	>15 <=15
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=130 >=150
Sicurezza antischiacciamento	Si	Lista di scelte	No Si
Carica batterie, alloggiato all'interno del sollevatore, provvisto di dispositivo che	Si	Lista di scelte	No Si

segnala lo stato di carica della batteria (acustico o luminoso o entrambi)			
Dispositivo che segnala, con avviso acustico, lo stato di batteria quasi scarica	Si	Lista di scelte	No Si
Sollevatore facilmente smontabile per il trasporto: braccio di sollevamento e base devono essere predisposte per potersi separare	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Lotto 1 - Imbracature a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe (COD. 12.36.21.009)
Quantità: **60**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Struttura regolabile	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in tessuto resistente al fuoco, idrorepellente e facilmente lavabile a caldo
Ulteriori misure disponibili: S, XXL	Si	Lista di scelte	No Si
Imbracatura provvista di fascia avvolgente dorsale con imbottitura, con fasce di sostegno imbottite.	Si	Lista di scelte	No Si

Lotto 1 - Imbracature ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe), complete di stecche di irrigidimento (COD. 12.36.21.006)
Quantità: **135**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Struttura regolabile	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in tessuto resistente al fuoco, idrorepellente e facilmente lavabile a caldo
Ulteriori misure disponibili: S, XXL	Si	Lista di scelte	No Si
Imbracatura provvista di poggiatesta completo di stecche di irrigidimento facilmente estraibile, con sostegno lombare.	Si	Lista di scelte	No Si

Lotto 1 - Imbracature standard ad anelli (a capo libero), senza testiera che faciliti la presa ed il trasporto della persona (COD. 12.36.21.003)
Quantità: **365**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Struttura regolabile	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in tessuto resistente al fuoco, idrorepellente e facilmente lavabile a caldo
Ulteriori misure disponibili: S, XXL	Si	Lista di scelte	No Si
Imbracatura provvista di sostegno lombare	Si	Lista di scelte	No Si

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	2
Denominazione	Ausili per il superamento di barriere verticali
CIG	7598301C55
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilita' e per la casa
N° articoli	5
Totale base d'asta	639.000,00

Lotto 2 - Montascale mobili a cingoli, per carrozzina (COD. 18.30.08.009)
Quantità: **140**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli, per

			carrozzina (COD. 18.30.08.009)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli con aggancio per carrozzine con ruote posteriori di diametro >= 600 mm
Base	Si	Valore unico ammesso	In metallo recante cingoli dentati ad alto attrito in gomma antisdrucciolevoli, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina. Le staffe regolabili dovranno adattarsi al modello di carrozzina indicato, nell'ordinativo di fornitura, dall'Amministrazione
Comandi	Si	Valore unico ammesso	Comandi di marcia (avanti, indietro). Pulsante di arresto (Stop di emergenza)
Chiave	Si	Valore unico ammesso	Chiave di accensione/arresto
Motore	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
Pendenza	Si	Valore unico ammesso	Possibilita' di superare pendenze fino a 35°(70%) con presenza di indicatore di pendenza
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di movimentazione di emergenza	Si	Valore unico ammesso	Sistema che in caso di guasto sulla scala permette di muovere l'ausilio a velocita' ridotta
Poggiatesta e cintura di sicurezza fissata al telaio	Si	Valore unico ammesso	SI
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Si	Lista di scelte	>= 10 >= 20
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Si	Lista di scelte	>= 130 >= 150
Peso complessivo montascale [kg]	Si	Lista di scelte	<= 55 <= 45
Batteria sigillata senza manutenzione	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema di ruote ausiliarie per un più facile spostamento in piano	Si	Lista di scelte	NO SI
Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie	Si	Lista di scelte	NO SI
Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥tre piani	Si	Lista di scelte	NO SI
Accumulatore e carica batteria	Si	Lista di scelte	NO

incorporati nel mezzo			SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 100 x 100 >= 100 x 100
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 2 - Montascale mobili a cingoli, per carrozzina con ruote piccole (COD. 18.30.08.009)
Quantità: **5**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli, per carrozzina con ruote piccole (COD. 18.30.08.009)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli con aggancio per carrozzine con ruote piccole
Base	Si	Valore unico ammesso	In metallo recante cingoli dentati ad alto attrito in gomma antisdrucciolevoli, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina. Le staffe regolabili dovranno adattarsi al modello di carrozzina indicato, nell'ordinativo di fornitura, dall'Amministrazione
Comandi	Si	Valore unico ammesso	Comandi di marcia (avanti, indietro). Pulsante di arresto (Stop di emergenza)
Chiave	Si	Valore unico ammesso	Chiave di accensione/arresto
Motore	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
Pendenza	Si	Valore unico ammesso	Possibilita' di superare pendenze fino a 35°(70%) con presenza di indicatore di pendenza
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di movimentazione di emergenza	Si	Valore unico ammesso	Sistema che in caso di guasto sulla scala permette di muovere l'ausilio a velocita' ridotta
Poggiatesta e cintura di sicurezza fissata al telaio	Si	Valore unico ammesso	SI
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Si	Lista di scelte	>= 10 >= 20
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Si	Lista di scelte	>= 130 >= 150

Peso complessivo montascale [kg]	Si	Lista di scelte	<= 55 <= 45
Batteria sigillata senza manutenzione	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema di ruote ausiliarie per un più facile spostamento in piano	Si	Lista di scelte	NO SI
Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie	Si	Lista di scelte	NO SI
Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥tre piani	Si	Lista di scelte	NO SI
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 100 x 100 >= 100 x 100
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 2 - Montascale mobill a cingoli, per carrozzina con pedana funzionale (COD. 18.30.08.009)
Quantità: **5**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli, per carrozzina con pedana funzionale (COD. 18.30.08.009)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli con pedana polifunzionale
Base	Si	Valore unico ammesso	In metallo recante cingoli dentati ad alto attrito in gomma antisdrucciolevoli, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina. Le staffe regolabili dovranno adattarsi al modello di carrozzina indicato, nell'ordinativo di fornitura, dall'Amministrazione
Comandi	Si	Valore unico ammesso	Comandi di marcia (avanti, indietro). Pulsante di arresto (Stop di emergenza)
Chiave	Si	Valore unico ammesso	Chiave di accensione/arresto
Motore	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
Pendenza	Si	Valore unico ammesso	Possibilita' di superare pendenze fino a 35°(70%) con presenza di

			indicatore di pendenza
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di movimentazione di emergenza	Si	Valore unico ammesso	Sistema che in caso di guasto sulla scala permette di muovere l'ausilio a velocita' ridotta
Poggiatesta e cintura di sicurezza fissata al telaio	Si	Valore unico ammesso	SI
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Si	Lista di scelte	>= 10 >= 20
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Si	Lista di scelte	>= 130 >= 150
Peso complessivo montascale [kg]	Si	Lista di scelte	<= 75 <= 65
Batteria sigillata senza manutenzione	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema di ruote ausiliarie per un più facile spostamento in piano	Si	Lista di scelte	NO SI
Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie	Si	Lista di scelte	NO SI
Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥tre piani	Si	Lista di scelte	NO SI
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 100 x 100 >= 100 x 100
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 2 - Montascale a ruote, a sedile (COD. 18.30.08.003)
Quantità: **35**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote, a sedile (COD. 18.30.08.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote con poltroncina, dotata di braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza. Inoltre deve essere munito di un dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini con alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm)
Movimentazione	Si	Valore unico ammesso	Base di mobilita' con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm)

Dispositivo di inserimento automatico del freno motore o dispositivo di arresto automatico a bordo scalino	Si	Valore unico ammesso	SI
Dispositivo elettrico di segnalazione e di blocco automatico nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente	Si	Valore unico ammesso	SI
Motore	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
Comandi elettrici di salita/discesa e chiave di arresto-abilitazione	Si	Valore unico ammesso	SI
Cintura di sicurezza fissata al telaio	Si	Valore unico ammesso	SI
Comandi, a uomo presente, posti in posizione di comando del mezzo	Si	Valore unico ammesso	SI
Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante Stop di emergenza)	Si	Valore unico ammesso	SI
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Si	Valore unico ammesso	SI
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Si	Lista di scelte	>= 10 >= 15
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Si	Lista di scelte	>= 120 >=150
Peso complessivo montascale [kg]	Si	Lista di scelte	<= 65 <= 55
Batteria sigillata senza manutenzione	Si	Lista di scelte	NO SI
Montascale riducibile senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI
Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥tre piani	Si	Lista di scelte	NO SI
Regolazione dell'altezza del timone o della posizione di comando del mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 85 x 85 >= 85 x 85
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 2 - Montascale a ruote, per carrozzina (COD. 18.30.08.006)
Quantità: **5**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote, per carrozzina (COD. 18.30.08.006)

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote per carrozzina munito di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini con alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm)
Struttura	Si	Valore unico ammesso	Con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza
Movimentazione	Si	Valore unico ammesso	Base di mobilita' con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm)
Dispositivo di inserimento automatico del freno motore o dispositivo di arresto automatico a bordo scalino	Si	Valore unico ammesso	SI
Dispositivo elettrico di segnalazione e di blocco automatico nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente	Si	Valore unico ammesso	SI
Motore	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
Comandi elettrici di salita/discesa e chiave di arresto-abilitazione	Si	Valore unico ammesso	SI
Cintura di sicurezza fissata al telaio	Si	Valore unico ammesso	SI
Comandi, a uomo presente, posti in posizione di comando del mezzo	Si	Valore unico ammesso	SI
Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante Stop di emergenza)	Si	Valore unico ammesso	SI
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Si	Valore unico ammesso	SI
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Si	Lista di scelte	>= 10 >= 15
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Si	Lista di scelte	>= 130 >= 150
Peso complessivo montascale [kg]	Si	Lista di scelte	<= 45 <= 35
Batteria sigillata senza manutenzione	Si	Lista di scelte	NO SI
Fornito a richiesta, senza oneri aggiuntivi, con accessori che permettano l'adattamento a tutte le carrozzine	Si	Lista di scelte	NO SI
Montascale riducibile senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI

Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥tre piani	Si	Lista di scelte	NO SI
Regolazione dell'altezza del timone o della posizione di comando del mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 85 x 85 >= 85 x 85
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	3
Denominazione	Servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici
CIG	759831798A
Categoria/e di ammissione	Servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili
N° articoli	24

Lotto 3 - Gestione degli ausili (nuovi e di riciclo) CON messa a disposizione del magazzino
Quantità: **1**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome del servizio	Si	Valore unico ammesso	Gestione degli ausili (nuovi e di riciclo) con messa a disposizione del magazzino
Descrizione attività di gestione ausili nuovi e degli aggiuntivi	Si	Valore unico ammesso	Attivita' di ricevimento degli ausili terapeutici e degli aggiuntivi nuovi, messa a disposizione di spazi necessari per il ricovero degli stessi ausili e relativa immatricolazione, compresi gli oneri di gestione del sistema informativo
Descrizione attività di gestione ausili di riciclo	Si	Valore unico ammesso	Messa a disposizione di spazi necessari per il ricovero degli ausili di riciclo, della connessa gestione logistica tutta, compresi gli oneri di gestione dei fuori uso e del sistema informativo
Interfacciamento con Software dell'Amministrazione	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia e quantità ausili	Si	Valore unico ammesso	L'elenco degli ausili e' specificato nell'allegato alla documentazione di gara
Tempi di avvio del servizio di ricevimento e consegna degli ausili nuovi [giorni lavorativi]	Si	Lista di scelte	>= 60 < 60
Tempi di avvio del servizio di ritiro, sanificazione e riconsegna degli ausili di riciclo [giorni lavorativi]	Si	Lista di scelte	>= 180 < 180
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio

Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Installazione e istruzione (sollevatori e montascale)
Quantità: **6060**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Attivita' di installazione e istruzione all'uso e alla gestione degli ausili
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile realizzato mediante sistema oleo-dinamico o meccanico, sollevatore mobile realizzato mediante sistema a bassa tensione alimentato a batteria, montascale
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Manutenzione preventiva montascale
Quantità: **190**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Manutenzione preventiva montascale
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Montascale (18.30.12.003, 18.30.12.006); Montascale a cingoli con pedana (18.30.12.003); Montascale a ruote con aggancio carrozzina (18.30.12.006)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento letti e sponde
Quantità: **19920**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed

			immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Letto regolabile manualmente (18.12.07.003, 18.12.07.006); Letto regolabile manualmente con base manuale regolabile (18.12.07.003 e 18.12.07.006 + 18.12.12.106); Letto articolato elettrico (18.12.10.003); Letto articolato elettrico con base elettrica regolabile (18.12.10.003 + 18.12.12.103); Supporti per alzarsi dal letto (12.30.09.103); Sponde per letto (18.12.27.103) e Sponde universali
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento montascale
Quantità: **370**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Montascale (18.30.12.003 e 18.30.12.006)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Manutenzione preventiva sollevatori
Quantità: **670**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Manutenzione preventiva sollevatori
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile realizzato mediante sistema oleo-dinamico o meccanico (12.36.03.003); Sollevatore mobile realizzato mediante sistema a bassa tensione alimentato a batteria (12.36.03.006)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ritiro di ausilio singolo
Quantità: **1623**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ritiro di un solo ausilio con codice dominante e dei relativi aggiuntivi dal domicilio del paziente o da altro luogo indicato dall'Amministrazione
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Tempi di ritiro del dispositivo dal domicilio del paziente [giorni]	Si	Lista di scelte	>= 10 < 10

Lotto 3 - Ritiro di ausili multiplo
Quantità: **5527**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ritiro di due o piu' ausili con codice dominante e dei relativi aggiuntivi dal domicilio del paziente o da altro luogo indicato dall'Amministrazione
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Tempi di ritiro dei dispositivi dal domicilio del paziente [giorni]	Si	Lista di scelte	>= 10 <10

Lotto 3 - Consegna di ausilio singola
Quantità: **1526**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Trasporto e consegna di un solo ausilio con codice dominante e dei relativi aggiuntivi presso il domicilio del paziente o presso altro luogo indicato dall'Amministrazione
Tempi di consegna del dispositivo al domicilio del	Si	Lista di scelte	>= 7 <7

paziente [giorni lavorativi]			
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Consegna di ausili multipla
Quantità: **4487**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Trasporto e consegna, nel medesimo giorno, di due o piu' ausili con codice dominante e dei relativi aggiuntivi richiesti anche su ordini di consegna multipli presso il domicilio del paziente o presso altro luogo indicato dall'Amministrazione
Tempi di consegna dei dispositivi al domicilio del paziente [giorni lavorativi]	Si	Lista di scelte	>= 7 <7
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Consegna di aggiuntivo singolo
Quantità: **249**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Trasporto e consegna di aggiuntivi quali sponde, supporti per alzarsi dal letto, etc. presso il domicilio del paziente o presso altro luogo indicato dall'Amministrazione
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento cuscini
Quantità: **195**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati

			sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Cuscini (03.33.03.003, 03.33.03.006, 03.33.03.009); Cuscini (03.33.03.012, 03.33.03.015, 03.33.03.018)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento stabilizzatori
Quantità: **400**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Stabilizzatori per statica (03.48.21.003, 03.48.21.081 e 03.78.09.003)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento ausili utilizzati con due braccia
Quantità: **195**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Ausili utilizzati con due braccia (12.06.03.003, 12.06.03.006, 12.06.06.003, 12.06.09.003, 12.06.09.006, 12.06.09.009, 12.06.09.012, 12.06.09.015)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento passeggini
Quantità: **100**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Passeggini (12.27.03.003 e 12.27.03.006)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento carrozzine
Quantità: **12880**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Carrozzine (12.21.03.003, 12.21.03.006, 12.21.03.009, 12.21.06.003, 12.21.06.006, 12.21.09.003, 12.21.09.006); Carrozzine (12.21.06.033, 12.21.06.036, 12.21.06.039, 12.21.06.042, 12.21.06.045); Carrozzine (12.21.06.060)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento carrozzine elettriche
Quantità: **35**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Carrozzine elettriche (12.21.27.006, 12.21.27.009)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento sistemi di postura
Quantità: **200**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Sistemi di postura modulari e su misura (18.09.39.003, 18.09.39.006, 18.09.39.012, 18.09.39.015, 18.09.39.018, 18.09.39.021, 18.09.39.024, 18.09.39.027, 18.09.39.030, 18.09.39.033 e 18.09.39.036)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento seggioloni
Quantità: **1435**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed

			immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Seggioloni (18.09.18.012 e 18.09..18.003)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento materassi
Quantità: **8855**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Materassi (03.33.06.003, 03.33.06.006, 03.33.06.009, 03.33.06.012, 03.33.06.015); Materassi (03.33.06.018, 03.33.06.021); Materassi (03.33.06.021) - Lesioni II stadio; Materassi (03.33.06.021) - Lesioni III stadio
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento sedia per WC e doccia
Quantità: **555**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Sedia per WC e doccia (09.12.03.003) e Sedia girevole per vasca da bagno
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento rialzi WC
Quantità: **35**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Rialzo stabilizzante per WC (09.12.24.003); Rialzo per WC
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Ricondizionamento sollevatori
Quantità: **3130**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile realizzato mediante sistema oleo-dinamico o meccanico (12.36.03.003); Sollevatore mobile realizzato mediante sistema a bassa tensione alimentato a batteria (12.36.03.006)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

Lotto 3 - Installazione e istruzione (stabilizzatori, carrozzine elettriche, motocarrozzine, seggioloni, sistemi di postura, materassi e letti)
Quantità: **7965**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Attivita' di installazione e istruzione

			all'uso e alla gestione degli ausili
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Stabilizzatori per statica, carrozzine elettriche, motocarrozzine, seggioloni, sistemi di postura modulari e su misura, materassi, letto regolabile manualmente, letto articolato elettrico
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

Appalto Specifico – Seconda Parte

CAPITOLATO TECNICO DELL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'ASL BI DI BIELLA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI BIELLA, NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA (VB)

1. LOTTI 1 E 2

1.1 TIPOLOGIA DEGLI AUSILI E DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE

Gli ausili da acquistare dalle AA.SS.LL. nel periodo di vigenza contrattuale, oggetto di fornitura a somministrazione sono analiticamente indicati nell'allegato “Fabbisogno” al presente Capitolato.

Le quantità sono indicative e potranno essere modificate in aumento o in diminuzione, in relazione alle reali necessità.

1.2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

Le Ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ampiezza geografica, le caratteristiche territoriali e l’ubicazione dei luoghi ove dovrà avvenire la consegna ed il ritiro dei prodotti, al fine di tenerne conto nella previsione dello svolgimento del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.

Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.

Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa.

Qualora venga individuato un tipo o un modello di dispositivo non incluso negli elenchi sopraccitati ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto nel nomenclatore stesso, l’A.S.L. autorizza il dispositivo all'assistito e corrisponde alla Ditta fornitrice una remunerazione non superiore al prezzo di aggiudicazione per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato. La differenza di prezzo sarà a carico dell'assistito.

I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno di 60 mesi (=36 + 24 mesi), sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quelli che l'Azienda chiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

L'A.S.L. si riserva anche il diritto di cessare in qualsiasi momento gli acquisti a suo giudizio insindacabile.

1.3 PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi l'appalto sarà conferito a titolo di prova al fine di consentire alle AA.SS.LL. di valutare concretamente:

1. le modalità operative di effettuazione del servizio da parte delle Strutture individuate della Ditta aggiudicataria;
2. la rispondenza dei prodotti forniti a quanto richiesto con le schede tecniche.

In caso di valutazione negativa da parte delle strutture individuate dalle singole aziende su uno o entrambe i casi sopraelencati, ciascuna A.S.L. potrà recedere dal rapporto ex art. 1341 e art. 1373 c.c., in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di giorni trenta da inoltrarsi alla Ditta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento riservandosi la facoltà di affidare l'appalto alla Ditta che in sede di gara abbia presentato la seconda offerta più conveniente.

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo delle forniture già eseguite sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto; si procederà inoltre ad introitare, a titolo di ristoro, il 20% della cauzione definitiva, fatti salvi eventuali maggiori danni.

1.4 DESCRIZIONE DEGLI AUSILI

Gli ausili oggetto della fornitura sono ricompresi nei seguenti lotti distinti:

LOTTO 1:

1. AUSILI ANTIDECUBITO
2. AUSILI PER L'EVACUAZIONE
3. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE
4. CARROZZINE
5. SOLLEVATORI
6. LETTI

LOTTO 2:

1. AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI

1.5 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Gli ausili dovranno essere nuovi di fabbrica, essere iscritti nel Repertorio dei Dispositivi Medici come previsto dal D.M. 20.02.2007 ed avere le caratteristiche tecniche indicate nel D.M. 332/99 e nelle schede "Requisiti Ausilio" allegate al presente capitolato.

Tali requisiti si intendono minimi e obbligatori.

I prodotti forniti dovranno possedere ogni certificazione, attestazione, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti e dovranno, salvo casi di documentata impossibilità, essere obbligatoriamente dotati di fustella asportabile con codice a barre (PARAF o EAN) al fine del pagamento della fattura.

Tutti gli ausili offerti dovranno avere la garanzia di legge.

A ciascun prodotto dovrà essere allegato il manuale d'uso in lingua italiana.

I dispositivi consegnati dovranno corrispondere esattamente a quelli offerti in fase di gara.

Qualora, nel periodo di vigenza del contratto un articolo aggiudicato venga sostituito da altro più recente, sarà facoltà dell'A.S.L. accettare la fornitura del nuovo prodotto corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara.

Qualora per impedimenti oggettivi la Ditta aggiudicataria non potesse fornire i dispositivi offerti, l'eventuale marca e modello del dispositivo proposto in sostituzione dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Struttura competente di ciascuna A.S.L.. La valutazione sulla richiesta di sostituzione sarà ad insindacabile giudizio della A.S.L..

L'A.S.L. potrà richiedere all'aggiudicataria di fornire altre tipologie di prodotti che si adattino ad eventuali particolari esigenze dell'assistito, nonché altre tipologie di prodotti che verranno inseriti nel Nuovo Nomenclatore Tariffario.

La fornitura dovrà sempre essere rispondente al Nomenclatore Tariffario in vigore.

Il prezzo per questo tipo di fornitura sarà da concordare di volta in volta durante il periodo contrattuale.

1.6 CONSEGNA DEI PRODOTTI

La fornitura dei prodotti verrà richiesta dal Distretto dopo aver verificato l'indisponibilità degli stessi presso i magazzini dell'A.S.L.

La Ditta aggiudicataria, laddove richiesto e prima della consegna e comunque nei modi e nei tempi dettati da ogni singola A.S.L., dovrà provvedere alla marcatura dell'ausilio con idoneo sistema di difficile asportazione riportante il n° di inventariazione evidenziato sull'ordine di acquisto apponendo sull'ausilio, in un punto non asportabile e non soggetto a logorio, una targhetta identificativa, secondo fac-simile, che riporti il numero di inventario assegnato dall'A.S.L. (se previsto) con i seguenti dati:

numero di inventario, oltre a numero di matricola, data, mese, anno di consegna.

N. inventario A.S.L. ……..
Numero di matricola ……..
Data, mese, anno ……../……./……

La targhetta dovrà essere preferibilmente in metallo per le attrezzature, mentre per i cuscini e i materassi dovrà essere utilizzato per l'etichetta (di tipo adesivo) il materiale più opportuno.

I numeri e le indicazioni sulla targhetta dovranno essere impressi in modo visibile ed indelebile.

Le spese di imballo, trasporto, montaggio, installazione e marcatura sono a carico del fornitore; la consegna dovrà avvenire al domicilio del paziente; in caso di richiesta specifica la stessa potrà essere effettuata presso le sedi dei Distretti richiedenti.

La consegna si intende comprensiva delle seguenti azioni:

- trasporto del dispositivo nuovo fino al domicilio del paziente o in altro luogo espressamente indicato (ad es. struttura di ricovero) sulla base di ordinativo dell' Ufficio Distrettuale competente;

- installazione e messa in servizio;

- formazione e informazione dell'utente;

- consegna all'utente del numero verde per attivare la manutenzione correttiva (a guasto).

Il servizio di consegna avverrà ad esclusivo rischio e responsabilità della Ditta aggiudicataria che dovrà inoltre provvedere, utilizzando il proprio personale competente, ad eventuali adeguamenti del dispositivo secondo le indicazioni del prescrittore.

La consegna direttamente al domicilio del paziente dovrà essere effettuata con mezzi privi di contrassegni che possano identificare la patologia del paziente medesimo; la trasgressione di questa prescrizione comporta il pagamento del risarcimento danni al cittadino offeso.

I prodotti dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta; la Ditta aggiudicataria si impegna ad evadere le richieste che rivestono carattere di urgenza entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.

Il materiale consegnato dovrà comprendere i manuali d'uso e di assistenza (in lingua italiana).

Il fornitore darà al paziente, e/o eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato.

Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela, sottoscriverà la copia della bolla che dovrà essere allegata alla fattura trasmessa all'A.S.L. ai fini del pagamento.

Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allegherà alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura (ex art. 4 co. 9 D.M. 332/99).

Ai fini del collaudo, da effettuarsi, a cura dell' A.S.L., entro venti giorni dalla data di consegna, sarà compito del fornitore, entro il termine di tre giorni lavorativi, comunicare all'A.S.L. prescrittrice la data di consegna o di spedizione del dispositivo.

Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti corrispondente alla prescrizione, il fornitore sarà tenuto ad apportare le opportune variazioni; trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'A.S.L., il collaudo si intenderà effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento (ex art. 4 co. 10 D.M. 332/99).

I prodotti forniti dovranno possedere, al momento della consegna, la garanzia di perfetta funzionalità nei termini non inferiori a quanto stabilito dal D.M. 332/99 per ciascuna categoria di dispositivi.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergessero vizi o difetti di fabbricazione, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore che dovrà sostituirla con altra corrispondente a quanto prescritto, entro 48 ore dalla contestazione.

Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'Azienda Sanitaria potrà procedere immediatamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni spesa o danno.

Il materiale contestato dovrà in ogni modo essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario l'Azienda ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, sia non corrispondente ai requisiti prescritti e tale da legittimarne la svalutazione, l'Azienda Sanitaria ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore del bene consegnato.

1.7 GENERALITÀ

Ogni installazione e messa in servizio dovrà essere effettuata da tecnici competenti in rapporto al compito che devono svolgere.

Ogni installazione e messa in servizio dovrà avvenire, in base alle peculiarità dei dispositivi, secondo le seguenti modalità:

- nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e secondo le istruzioni del costruttore di montaggio e installazione;
- adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori ed evitare danni a beni e a persone;
- messa in servizio a regola d'arte assicurando la piena compatibilità con gli impianti e le condizioni ambientali esistenti nel luogo di installazione;
- con pulizia finale e ritiro degli imballaggi.

1.8 ELETTROMEDICALI

Se il dispositivo è un elettromedicale la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:

- prova di accettazione secondo CEI 62-122 (con verifica di sicurezza elettrica secondo CEI EN 62353);
- utilizzare spine idonee alla presa del locale, con cavi separabili di impedenza inferiore a 0.1 ohm, senza utilizzare alimentazioni elettriche di fortuna (triple, prolunghe, ciabatte, riduzioni etc.);

Nel caso si riscontrassero evidenti carenze sull'impianto elettrico o su altre condizioni ambientali, che compromettano la sicurezza in rapporto all'installazione dei dispositivi, la

Ditta aggiudicataria non installerà il dispositivo; in questo caso entro tre giorni dovrà essere informato delle carenze riscontrate l'Ufficio Distrettuale competente.

In tutti gli altri casi, la Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire congiuntamente alle bolle di consegna all'Ufficio Distrettuale competente, un VERBALE DI INSTALLAZIONE comprendente le seguenti voci:

- dichiarazione che sono stati consegnati apparecchi nuovi in perfette condizioni di igiene, efficienza, funzionalità e sicurezza;
- dichiarazione che l'installazione e la messa in servizio sono stati effettuati come da capitolato;
- dichiarazione che la formazione e informazione dell'utente sono state effettuate come da capitolato;
- esito della verifica di sicurezza elettrica secondo CEI-62353.

La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla S.O.S. Ingegneria Clinica, o ad altra eventuale Struttura concordata con ogni AA.SS.LL., in formato pdf e via mail la documentazione di cui al presente punto 5.9.

1.9 MONTASCALE

Oltre a quanto sopra specificato la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:

- verificare la compatibilità tra montascale, scala e altre condizioni ambientali presenti;

- verificare la compatibilità tra montascale, carrozzina ed eventuali accessori di quest'ultima;

- prove pratiche di utilizzo alla presenza delle persone da formare.

1.10 FORMAZIONE E INFORMAZIONE ALL'UTENTE - GENERALITÀ

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare al paziente e utente idonea formazione e informazione con particolare riguardo a:

- consegna delle istruzioni d'uso in italiano (D.lgs. 46 24/02/97 art. 5 comma 4 e allegato I punto 13);
- procedure di utilizzo corretto del dispositivo;
- rischi specifici connessi all'uso del dispositivo;
- per elettromedicali di classe 1 informazioni specifiche su eventuali rischi elettrici;
- obbligo di utilizzarlo secondo le istruzioni d'uso del costruttore;
- provvedimenti di emergenza da adottare in caso di guasto e malfunzionamento;
- procedure di attivazione della manutenzione correttiva (a guasto)

1.11 GENERALITÀ MONTASCALE

Oltre a quanto sopra, per i montascale, la Ditta aggiudicataria dovrà adempiere a quanto segue:

- Formazione di tutte le persone individuate per l'uso dell'apparecchio consegnato. La/e persone da formare dovranno essere preventivamente segnalate dall'utente o da suo delegato, all'Ufficio Distrettuale competente e dovranno essere presenti alla consegna del montascale.
- Dovranno essere effettuati due richiami formativi, il primo entro 3 mesi dalla consegna e il successivo entro un anno con obbligo di segnalazione di eventuale non uso e/o scorretto uso non superabile con la formazione.
- La formazione e informazione, nonché i richiami formativi, dovranno comprendere prove pratiche di utilizzo.
- E' obbligo della Ditta aggiudicataria non consegnare il montascale qualora le condizioni ambientali e/o la capacità dell'utente/care giver al termine della formazione non siano giudicate idonee a garantire sufficienti standard di sicurezza.

  In questo caso entro tre giorni dovrà essere informato delle carenze riscontrate l'Ufficio Distrettuale competente ed il montascale ritirato senza aggravio di spesa per l'A.S.L.
- E' facoltà della Ditta aggiudicataria effettuare i richiami in concomitanza delle manutenzioni preventive, purchè sia presente personale idoneo alla formazione.

1.12 GENERALITÀ MANUTENZIONE

In sede di presentazione dell'offerta economica la Ditta dovrà tenere conto del fatto che tutti gli ausili forniti necessiteranno di manutenzione e tempestiva riparazione per tutto il periodo della garanzia. Ogni intervento di manutenzione correttiva e preventiva, dovrà essere attestato da foglio di lavoro, controfirmato dal paziente cui l'ausilio é in carico e trasmesso all'Ufficio Distrettuale competente.

E' fatto divieto all'Utente ed a persone esterne alla Ditta aggiudicataria o suoi incaricati, di manomettere in qualunque modo le apparecchiature date in consegna.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria o ai suoi incaricati di percepire compensi economici dagli utenti, fatta eccezione per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia stato causato dal cattivo utilizzo da parte dell'utente stesso. In tale evenienza la Ditta aggiudicataria, prima di effettuare l'addebito, farà opportuna segnalazione all'Ufficio Distrettuale competente.

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere effettuato da tecnici competenti in rapporto al compito che devono svolgere.

Per garantire la tempestività del servizio dovrà essere indicato un numero telefonico (Numero Verde) per le chiamate di assistenza.

La Ditta aggiudicataria é tenuta a garantire, per tutto il periodo di garanzia, la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi forniti.

1.13 GARANZIA

Per i dispositivi forniti la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare per un periodo non inferiore a 24 mesi:

- copertura della garanzia da vizi e difetti di fabbricazione;
- copertura della garanzia sul funzionamento per tutti i guasti non imputabili a mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d'uso, incuria e simili.

1.14 MANUTENZIONE PREVENTIVA

Per tutto il periodo della garanzia dovrà essere assicurata da parte della Ditta Aggiudicataria la manutenzione preventiva dei dispositivi, presso il domicilio del paziente, comprensiva delle parti di ricambio necessarie, come da piano di manutenzione previsto dal costruttore sulla documentazione annessa. La Ditta dovrà avvertire il paziente/utente con adeguato anticipo di ogni visita di manutenzione preventiva. La periodicità sarà come da piano di manutenzione previsto dal costruttore. Per gli elettromedicali alimentati a rete dovrà essere effettuata verifica periodica secondo CEI 62-122.

1.15 MANUTENZIONE CORRETTIVA (A GUASTO)

Dovrà essere effettuata sui dispositivi forniti e per tutto il periodo della garanzia.

La segnalazione del guasto (CHIAMATA) avverrà da parte dell'Utente tramite numero verde.

La Ditta Aggiudicataria, nel succitato periodo, dovrà provvedere a tutti gli interventi che si rendessero necessari per garantire la perfetta funzionalità degli apparecchi. Dovrà pertanto essere garantita la sostituzione dei pezzi, parti o accessori che risultassero difettosi, a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. Dovrà essere assicurata la disponibilità agevole ed in tempi rapidi, di pezzi di ricambio idonei, secondo le indicazioni della documentazione annessa del costruttore.

L'intervento di manutenzione al domicilio del paziente dovrà avvenire entro 48 ore dalla segnalazione e, se necessario, deve essere assicurato il dispositivo sostitutivo entro lo stesso tempo; la manutenzione dovrà garantire la piena corrispondenza ai requisiti igienici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

1.16 CONTROLLI E PENALI

Il monitoraggio della corretta esecuzione sarà effettuato dal personale A.S.L. preposto, attraverso controlli a campione da attuarsi nelle forme ritenute più opportune nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora le AA.SS.LL. ravvisassero inadempienze, rispetto al piano delle manutenzioni programmate, ai tempi o all'esecuzione degli interventi manutentivi, sarà applicata una penale pari al 5% del valore del bene.

1.17 REPORTISTICA INFORMATIZZATA

L'Appaltatore renderà disponibile su supporto informatico una reportistica mensile, entro il giorno 10 del mese successivo, per il monitoraggio delle forniture effettuate.

In particolare saranno resi disponibili report riguardanti i seguenti aspetti riassuntivi:

- elenco riassuntivo delle forniture effettuate nel periodo, suddivise per Distretti, contenente:
  anagrafica paziente, data ordine, data consegna, tipologia di ausilio, numero di inventario e relativo costo (esportabile in formato MS EXCEL).

Con cadenza annuale è altresì richiesto il riepilogo dei pazienti destinatari delle forniture suddivisi per distretto e per tipo di ausilio.

La proprietà dei dati trattati, quali l'anagrafica dei pazienti, le movimentazioni e i costi, sarà delle AA.SS.LL. appaltanti.

Ai fini del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria viene nominata, limitatamente alle funzioni attribuite, quale responsabile del trattamento dei dati personali relativi agli assistiti e, come tale, è tenuta alla precisa osservanza degli obblighi contenuti nella predetta legge.

1.18 ORDINI E CONSEGNE

Le consegne al domicilio saranno richieste dagli operatori distrettuali tramite fax o via informatica (e-mail o inserimento diretto sul sistema informativo).

I documenti di consegna, firmati dall'utente o da altra persona addetta all'assistenza dello stesso dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire ai competenti Uffici delle AA.SS.LL. per il controllo di regolare esecuzione, nonché per la liquidazione delle fatture emesse.

1.19 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

I dipendenti della Ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

Le AA.SS.LL. possono richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la Ditta deve curare che il proprio personale:

- vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento. Quest'ultimo dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità prot. 100 / SC/PS/ 315697 del 31.10.1991;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;

- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito del servizio al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Responsabile della struttura aziendale competente o ad un suo incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto, che le segnalerà al Servizio competente delle AA.SS.LL., le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti che dipendenti delle AA.SS.LL., per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

2. LOTTO 3

2.1 Condizioni e modalità di erogazione del servizio

Le ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ampiezza geografica, le caratteristiche territoriali e l'ubicazione dei luoghi ove dovrà avvenire la consegna ed il ritiro dei prodotti, al fine di tenerne conto nella previsione dello svolgimento del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.

Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.

Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

a) servizio di manutenzione, consegna e ritiro dei presidi (protesi, ortesi ed ausili) in dotazione alle AA.SS.LL. BI, NO, VC e VCO dell'area Interaziendale di Coordinamento 3;

b) servizio opzionale di consulenza di un tecnico ortopedico per ciascuna delle AA.SS.LL..

2.2 Creazione di due magazzini

Il recupero iniziale avverrà, previo accordo con ciascuna A.S.L., presso i magazzini dell'attuale ditta fornitrice o altri magazzini indicati dalle AA.SS.LL., a totale cura e spese della nuova ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, successivamente presso il domicilio degli assistiti; solo nel caso di

recupero dell'ausilio presso il domicilio dell'assistito sarà riconosciuto il corrispettivo offerto dalla ditta aggiudicataria per il servizio di ritiro e consegna. Entro tale termine la ditta aggiudicataria si farà parimenti carico del trasferimento sul proprio database di gestione di tutte le informazioni rilevabili dal sistema informativo dell'attuale ditta fornitrice circa le attrezzature ritirate e in manutenzione presso la medesima.

Si precisa che tutti i dati di cui trattasi sono di proprietà delle singole AA.SS.LL., così come di seguito specificato al punto 2.6; pertanto la ditta aggiudicataria si renderà disponibile, al termine dell'appalto, alla trasmissione dei dati medesimi, previo accordo con ogni singola A.S.L., alla nuova ditta aggiudicataria.

2.3 Gestione dei magazzini

L'immagazzinamento e lo stoccaggio dovrà avvenire in adeguati spazi.

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, idonea documentazione (pianta 1:100) dei locali che all'uopo verranno utilizzati per lo scopo con relativo indirizzo di ubicazione. Tali locali dovranno essere muniti della dichiarazione che gli stessi risultano già liberi per l'espletamento del servizio ed in regola con le normative vigenti nel settore.

Gli stessi locali dovranno rispettare gli aspetti igienico sanitari tali da garantire il mantenimento del livello di igienizzazione attuato al momento della sanificazione, sino alla consegna degli ausili agli utenti. Inoltre i predetti locali dovranno assicurare la sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/2008.

I magazzini devono essere ubicati:

- n.ro 1 sul territorio delle AA.SS.L. BI e VC;
- n.ro 1 sul territorio delle AA.SS.LL. NO e VCO.

La ditta aggiudicataria dovrà censire tutti gli ausili presi in carico con inserimento nel database del software applicativo (Protes o altro applicativo in uso presso ciascuna A.S.L.), fornito anche alle AA.SS.LL. per le attività di competenza; nel caso in cui le AA.SS.LL. non intendano avvalersi di tali applicativi la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla creazione di un database comune disponibile tramite WEB (per la gestione del magazzino) con l'elenco dei beni inventariati di proprietà delle rispettive AA.SS.LL.; tale database deve essere quotidianamente aggiornato e consultabile (e con possibilità di estrazione di dati) dalle AA.SS.LL. in modo indipendente con accesso protetto.

Il database dovrà contenere come set minimo i seguenti dati: indicazione dell'A.S.L. di appartenenza, numero di inventario A.S.L./matricola corrispondente, codice ISO, marca e modello, prezzo acquisto I.V.A. esclusa (valore di acquisizione a nuovo), codice fiscale assistito, data consegna e data ritiro.

La ditta aggiudicataria dovrà immagazzinare tutti gli ausili in carico in spazi adeguati con apposite separazioni atte a distinguere le seguenti aree di attività (processo della disponibilità del bene):

a) area sanificazione;

b) area manutenzione/officina;

c) area stoccaggio materiale ritirato (in attesa di sanificazione/manutenzione);

d) area materiale sanificato pronto per la consegna (appositamente protetto e riparato dalla polvere);

e) area dismissione – ciclo di vita del bene (identificato da: matricola A.S.L. ; codice ISO e date operazioni; dalle diverse assegnazioni ad assistiti (consegne e ritiri) e data di dismissione); si precisa che tale area dovrà comunque essere collocata all'interno della sede operativa e tassativamente non in luoghi aperti nei quali gli ausili in attesa di essere dismessi (dismissione effettuata previo parere favorevole delle AA.SS.LL.), potrebbero ulteriormente deteriorarsi.

Tutti gli ausili una volta rigenerati e sanificati dovranno essere imballati con materiale plastico trasparente.

2.4 Inventariazione

La ditta aggiudicataria avrà cura di provvedere, a proprie spese, all'inventariazione dei beni presi in carico (quelli che verranno ritirati e recuperati dal magazzino dell'attuale affidatario, quelli che saranno ritirati dai domicili), apponendo sull'ausilio, in un punto non asportabile e non soggetto a logorio, una targhetta identificativa, secondo fac-simile, che riporti il numero di inventario assegnato dall'A.S.L. (se previsto) con i seguenti dati:

- beni ritirati dal magazzino e dai domicili: numero di inventario (o comunque numero progressivo univoco di identificazione), oltre a numero di matricola, data, mese, anno di consegna, se rilevabili dal bene

N. inventario A.S.L. ……
Numero di matricola ……..
Data, mese, anno ……../……./……

La targhetta dovrà essere preferibilmente in metallo per le attrezzature.

I numeri e le indicazioni sulla targhetta dovranno essere impressi in modo visibile ed indelebile; in caso di sostituzione della parte su cui inizialmente sia stata applicata la targhetta, i medesimi numeri dovranno essere impressi sulla targhetta applicata alla parte sostituita.

La ditta aggiudicataria dovrà tenere aggiornati in tempo reale, gli elenchi dei beni in carico.

I dati relativi all'inventariazione dovranno essere trasmessi mensilmente al competente Settore di ciascuna A.S.L. (foglio Excel con le seguenti colonne: matricola, N° inventario, descrizione del bene, marca. Modello, codice ISO, data inserimento).

In particolare la ditta aggiudicataria avrà cura di tenere sempre aggiornato:

_ l'elenco informatizzato dei beni in deposito e al domicilio dei pazienti in qualità e quantità che dovrà essere messo a disposizione delle AA.SS.LL. su supporto informatico;

_ la gestione informatizzata dei codici di inventario assegnati dalle AA.SS.LL.;

_ il quantitativo delle scorte minime necessarie ad una evasione puntuale di tutte le richieste, con particolare cura per i beni di prima necessità (letti, materassi antidecubito, comode, deambulatori);

_ il dato sulle giacenze e i relativi codici di inventario assegnati dalle AA.SS.LL. dovranno sempre essere disponibili, aggiornati ed accessibili per via informatica al personale competente delle AA.SS.LL. attraverso l'alimentazione dell'applicativo "Protes" o altro applicativo in uso presso ciascuna A.S.L. o, nel caso ciascuna A.S.L. non intendesse utilizzare tali applicativi, tramite connessione web;

_ la scheda di ogni ausilio con indicazione degli interventi effettuati, dei tempi impiegati, e dei costi dei ricambi;

_ report statistico relativo a tutti gli ausili suddivisi per tipologia contenente i dati di cui sopra.

Per ciascun bene inventariato deve essere sempre disponibile la localizzazione del bene stesso all'interno delle aree di attività di cui sopra (Punto "CREAZIONE DEI MAGAZZINI") o in alternativa i dati identificativi afferenti l'assegnazione del bene stesso.

All'interno di ogni magazzino dovrà essere mantenuta la distinzione e la separazione dei cespiti di proprietà di ciascuna A.S.L. dislocati presso la ditta aggiudicataria.

2.5 Consegna o ritiro al domicilio dell'assistito dell'ausilio

La consegna degli ausili ricondizionati sarà effettuata dalla ditta aggiudicataria direttamente al domicilio degli assistiti su richiesta dei competenti uffici (distretti) di ciascuna A.S.L. .

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, per domicilio deve intendersi il luogo in cui si stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi, la consegna dovrà essere effettuata nel luogo in cui si trova effettivamente l'assistito e quindi anche al di fuori del territorio della A.S.L. richiedente, senza alcun onere aggiuntivo.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con mezzi e dipendenti propri alla consegna dei presidi tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; nei casi di particolare urgenza e gravità, accertata dai competenti Uffici, la ditta aggiudicataria si impegnerà a consegnare l'ausilio entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta esclusivamente all'utente o al care giver o altro familiare presente presso il domicilio. E' vietata la consegna a indirizzo diverso o a persone diverse da quelle indicate. I mezzi dovranno essere privi di contrassegni che possano identificare la patologia del paziente. La trasgressione di questa prescrizione può comportare un pagamento del risarcimento danni al cittadino offeso.

Il dispositivo consegnato dovrà essere pronto all'uso; all'atto della consegna la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, se necessario, adeguare o modificare l'ausilio secondo le indicazioni dello specialista utilizzando il proprio personale qualificato (tecnico ortopedico) per le personalizzazioni di ausili di cui all'elenco, istruire il paziente o suo famigliare sull'utilizzo degli ausili consegnati e sulle procedure di pulizia degli stessi con contestuale consegna di istruzioni scritte (manuale d'uso in lingua italiana) per l'utilizzo del bene e per l'assistenza; inoltre accerterà l'idoneità dei locali a contenere gli ausili stessi; in caso di ausili quali sollevatori e montascale la ditta dovrà effettuare un sopralluogo preventivo per accertare l'idoneità dei locali e dei percorsi, senza oneri a carico delle AA.SS.LL. committenti.

Il personale qualificato che accede al domicilio dell'utente dovrà essere munito di idoneo cartellino di identificazione. La ditta aggiudicataria fornirà alle AA.SS.LL. l'elenco del personale che potrà effettuare i servizi di ritiro/consegna.

In sede di offerta dovrà essere dimostrata la qualificazione del personale impiegato per la consegna/ritiro tramite certificazione del titolo di studio, frequenza di corsi specifici (anche interni) o altro.

In caso di consegna/ritiro al medesimo utente di più articoli (es. letto, sponde, materasso, ecc.) dovrà essere addebitata all'ASL una unica tariffa di trasporto.

I documenti di consegna ed i rapporti di riparazione/ manutenzione dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire all'Ufficio competente di ciascuna A.S.L. per il controllo di regolare esecuzione.

Sarà cura della ditta aggiudicataria informare le AA.SS.LL., con nota scritta, nel caso in cui vengano rilevate:

- incompatibilità ambientale, igienico sanitaria e di sicurezza all'utilizzo dell'ausilio richiesto;
- utilizzo scorretto o improprio dell'ausilio fornito.

Il ritiro dell'ausilio presso il domicilio dell'assistito dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell' ufficio competente.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di segnalare in modo chiaro ed esauriente, con modalità concordate con le AA.SS.LL., sia in caso di consegna che di ritiro di ausili, che il servizio viene fornito a titolo gratuito e che pertanto nessun onere è a carico dell'assistito.

La consegna/ritiro degli ausili deve avvenire sempre previo accordo telefonico con il paziente o suo incaricato, con appuntamento concordato tramite i numeri telefonici forniti dalle AA.SS.LL.

2.6 Revisione, manutenzione, sanificazione degli ausili riutilizzabili e rottamazione

Tutti gli ausili e i presidi una volta ritirati dovranno essere "rigenerati" e dovrà essere stilata apposita scheda tecnica di manutenzione con gli interventi fatti, la tipologia degli eventuali pezzi sostituiti, data di revisione e sanificazione, codice nomenclatore tariffario, numero inventario e costo degli interventi effettuati.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione, riparazione, ricondizionamento, disinfezione e sostituzione di eventuali parti di ricambio degli ausili. Gli ausili ritirati dovranno essere pronti all'uso entro 10 giorni di calendario dal momento del ritiro, per una nuova consegna a seconda del fabbisogno dell'utenza.

Qualora l'intervento di riparazione sommato a ricondizionamento e disinfezione superi il 50% del costo previsto nella gara di acquisto degli ausili di cui agli allegati 1, 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi (DM 27 agosto 1999 – n. 332) o, se non previsto, di quello indicato dallo stesso per il medesimo ausilio nuovo, la Ditta dovrà evidenziarlo alla Struttura individuata da ciascuna A.S.L., con apposito preventivo di spesa dettagliato al fine delle valutazioni di competenze e per stabilire l'opportunità di procedere alla rottamazione.

La necessità e la convenienza delle riparazioni il cui costo sia superiore al 50% di quello previsto per l'acquisto di un prodotto nuovo sarà valutata in contraddittorio con un funzionario incaricato di ciascuna A.S.L. .

Alla segnalazione di costo di riparazione superiore al 50% dell'ausilio a nuovo, la ditta aggiudicataria proporrà la dismissione dell'ausilio con sua conseguente rottamazione. Il contraddittorio con le AA.SS.LL. dovrà essere eseguibile e tracciabile tramite applicativo informatico. Alla conferma di definitivo collocamento in fuori uso, sarà onere della ditta aggiudicataria procedere, su indicazione delle AA.SS.LL., alla rottamazione ed allo smaltimento degli ausili rendendo la necessaria ed idonea documentazione alle AA.SS.LL. medesime del centro di raccolta cui sono stati conferiti.

Degli ausili dismessi potranno essere recuperati parti in buono stato a norma per il riutilizzo da utilizzare quali ricambi per il ricondizionamento di ulteriori ausili di proprietà dell'A.S.L. di competenza; di questo dovrà essere fornito idoneo elenco aggiornato su richiesta di ciascuna A.S.L. .

Il numero degli ausili dichiarati fuori uso non potrà superare il 20% del numero complessivo di ausili ritirati dai pazienti.

A ciascun ausilio rigenerato e consegnato dovrà essere allegata una dichiarazione di sanificazione con l'indicazione del prodotto sanificante utilizzato che dovrà risultare registrato presso il Ministero della Salute.

La manutenzione sarà effettuata sulla base dei costi indicati nell'allegato listino prezzi; il prezzo di assegnazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale del servizio, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Capitolato Speciale.

La ditta aggiudicataria deve garantire per un periodo di almeno sei mesi l'affidabilità degli ausili sottoposti a revisione, eventuali interventi occorrenti all'ausilio in tale periodo di garanzia non daranno pertanto luogo ad oneri per le AA.SS.LL.; tutte le riparazioni e manutenzioni dovranno essere effettuate a regola d'arte e nel rispetto del marchio CE con pezzi di ricambio originali o con pezzi di ricambio di identiche caratteristiche di forma e durata (delle quali dovrà essere conservata la documentazione tecnica che potrà essere richiesta dalle AA.SS.LL.) o tramite attività tecniche/riparative che riportino la specifica caratteristica dell'ausilio alle caratteristiche di produzione e comunque sicure e nel rispetto della normativa vigente (ad esempio è possibile

effettuare la saldatura dei supporti per i pistoni dei letti elevabili in altezza, tale attività deve essere effettuata da un operatore saldatore certificato con attrezzature idonee ed in grado di effettuare una saldatura equivalente a quella iniziale dopo che il supporto danneggiato sia stato sostituito).

In caso di richiesta di accessori aggiuntivi di ausili in deposito (**personalizzazione**), la relativa fornitura potrà avvenire, qualora gli stessi non siano previsti nell'allegato "A" e previa autorizzazione delle AA.SS.LL., applicando lo sconto inserito in offerta sulle tariffe indicate nel Nomenclatore Tariffario relativamente agli ausili aggiuntivi previsti dall'elenco 1 del Nomenclatore stesso, mentre per quanto riguarda l'elenco 2 del medesimo Nomenclatore dovranno essere applicate le tariffe dell'appalto di fornitura ausili in corso.

Riparazione di ausili in attuale utilizzo:

- in caso di manutenzione/riparazione di un ausilio in utilizzo la ditta aggiudicataria dovrà fornire un ausilio sostitutivo ed equivalente **entro 24 ore**, o prelevandolo da magazzino, o in caso di assenza prelevandolo da sua propria scorta;
- nell'ottica della miglior efficienza del servizio, l'operatore che si recherà al domicilio di un assistito per risolvere una richiesta di riparazione di un ausilio in attuale utilizzo dovrà disporre degli strumenti e dei ricambi più comuni per poter eventualmente effettuare una riparazione direttamente a casa dell'assistito (p.es. sostituzione di una ruota, di una pedana, di un fianchetto, dei gommini di treppiedi, di una manopola etc.).

2.7 Informatizzazione

L'informatizzazione del magazzino ed il collegamento via web con gli Uffici competenti per ciascuna A.S.L. dovrà consentire di conoscere in ogni momento l'esatta disponibilità dei beni, la quantità e la tipologia degli ausili stoccati e tutte le informazioni circa le attrezzature fornite, ritirate e le relative manutenzioni.

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare direttamente Protes o altro programma individuato dalle AA.SS.LL.. Qualora qualsiasi ASL singolarmente non intendesse avvalersi di tali applicativi la ditta aggiudicataria dovrà munirsi di applicativo da utilizzare via WEB.

Gli applicativi in questione dovranno essere utilizzati per l'effettuazione delle seguenti attività differenziabili per Distretto ed interrogabili per identificativo paziente, medico prescrittore, identificativi ausilio (codice prontuario, codice inventario, marca, modello, matricola, data consegna):

- visualizzazione ausili disponibili a magazzino;
- prescrizione e prenotazione ausili;
- prescrizione aggiuntivi;
- visualizzazione consegne/ritiri con bolle di consegna/ritiro, annotazioni, verbali firmati da pazienti o care giver, collaudi;

- preventivi di riparazione con le informazioni necessarie ad una piena valutazione della decisione di riparare/sostituire (dettaglio e costi delle singole attività di riparazione – sostituzioni, verniciature, saldature, disinfezione, aggiuntivi, valore dell'ausilio a nuovo nella configurazione richiesta);
- contraddittorio di riparazione e fuori uso;
- anagrafica prodotto corredata di: codice nomenclatore, due immagini identificative (frontale e laterale con risoluzione zoomabile), caratteristiche principali – marca, modello, matricola, manuale di utilizzo in italiano, dimensioni minime del vano per il passaggio, dimensioni tipiche (utili all'individuazione del prescrittore) dell'ausilio – larghezza seduta, altezza, dimensione ruote, etc;
- storico manutentivo e di utilizzo, storico rapporti di consegna e verbali di collaudo.

Tutte le query effettuate dovranno essere esportabili su foglio elettronico (MS EXCEL); a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni richieste, suddivise per Distretti di competenza, sono:

- elenco ausili ricondizionati disponibili con inventario e matricola e loro valorizzazione ai fini contabili (esportabile in formato MS EXCEL);
- elenco ausili consegnati con inventario, matricola, dati anagrafici e data consegna (esportabile in formato MS EXCEL);
- elenco ausili ritirati con dati anagrafici e data ritiro (esportabile in formato MS EXCEL);
- conferma consegne effettuate (esportabile in formato MS EXCEL);
- conferma ritiri effettuati (esportabile in formato MS EXCEL);
- elenco ausili cessati (esportabile in formato MS EXCEL);
- ulteriori elaborazioni statistiche volte ad indagare aspetti specifici dell'attività di riciclo dei presidi da magazzino.

Laddove non sia disponibile una sezione/campo di PROTES, o altro programma utilizzato dalle AA.SS.LL., per la visualizzazione delle informazioni richieste, dette informazioni dovranno comunque essere disponibili sul software in utilizzo dalla ditta aggiudicataria e il personale delle AA.SS.LL. dovrà essere messo in grado di accedervi per l'effettuazione delle attività tecnico/amministrative.

Nel corso di validità del contratto la ditta aggiudicataria è altresì tenuta ad adeguare, senza oneri aggiuntivi, il sistema gestionale ad eventuali variazioni dei sistemi informativi delle AA.SS.LL. e/o della Regione Piemonte e alle eventuali variazioni delle disposizioni di riferimento.

La proprietà dei dati trattati quali: anagrafica dei pazienti, movimentazioni e costi, sarà delle AA.SS.LL. e rimarrà tale sia che l'applicativo sopra definito sia installato sul sistema informatico/informativo delle AA.SS.LL.., sia che rimanga installato sul sistema informativo della ditta aggiudicataria e sia accessibile tramite connessione internet o di altro tipo.

Ai fini del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., la ditta aggiudicataria viene nominata, limitatamente alle funzioni attribuite, quale responsabile del trattamento dei dati personali relativi agli assistiti e, come tale, è tenuta alla precisa osservanza degli obblighi contenuti nella predetta legge.

2.8 Ordini e consegne

Le consegne ed i ritiri al domicilio saranno richiesti dagli operatori distrettuali tramite via informatica (e-mail o inserimento diretto sul sistema informativo) o eventualmente via fax.

I documenti di consegna/ritiro, firmati dall'utente ed i rapporti di manutenzione dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire, unitamente alla fattura ed anche in supporto informatico, ai competenti Uffici delle AA.SS.LL. per il controllo di regolare esecuzione, nonché per la liquidazione delle fatture emesse e comunque registrati sul software di gestione.

2.9 Controllo delle prestazioni e provvedimenti conseguenti

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il controllo dell'esatto e puntuale espletamento del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché sul livello delle prestazioni rese, sarà effettuato, mediante analisi dei dati disponibili sul sistema informativo e mediante ispezioni al magazzino della ditta aggiudicataria o al domicilio dell'assistito, avvalendosi di personale delle AA.SS.LL. allo scopo incaricato.

Per rendere efficace tale attività, la ditta aggiudicataria dovrà conservare per un minimo di una settimana i ricambi sostituiti in modo che possano essere visionabili in contraddittorio con gli incaricati delle AA.SS.LL. .

Nel caso la ditta aggiudicataria non fosse in grado di eseguire per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel presente capitolato, le AA.SS.LL. avranno il diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata secondo quanto previsto all'art. 17, nonché previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di propria fiducia, a libero mercato, addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero stati eseguiti regolarmente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che le AA.SS.LL. riterranno opportune in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

2.10 - Consulenza di un tecnico ortopedico "opzionale" per le AA.SS.LL.

La ditta aggiudicataria in giorni concordati dovrà garantire ad ogni A.S.L. che aderirà all'opzione la consulenza, fino ad un massimo di 250 ore annue per ciascuna A.S.L., di un tecnico ortopedico qualificato per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno

opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione; tale consulenza dovrà avvenire o presso il domicilio del paziente o presso le sedi ambulatoriali di prescrizione da identificarsi presso il presidio ospedaliero dell'Azienda o presso i Poliambulatori territoriali, in collaborazione con la Struttura individuata da ciascuna A.S.L. che verranno di volta in volta comunicati.

Inoltre, il tecnico ortopedico avrà il compito di certificare la rispondenza degli ausili/presidi richiesti, in base a quanto previsto dalle norme di legge in vigore per gli ausili di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato (D.M. 332/1999 art. 1 comma 2).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo avrà compiti di :

- supervisione a codificazione ausili da acquisire a magazzino;
- supervisione a misurazione ausili;
- collaborazione con la presenza di medici fisiatri e/o di tecnici fisioterapisti per:
    - consegna a domicilio di ausili complessi da adattare al paziente;
    - prova ed adattamento strutturale a domicilio o in ASL di ausili complessi;
    - spiegazione e dimostrazione di funzionamento a domicilio di ausili complessi (basculanti, sollevatori, standing, carrozzine elettriche, montascale);
    - valutazione per idoneità montascale alle caratteristiche strutturali dell'abitazione;
    - verifica della possibilità di riparazione o integrazione con aggiuntivi di ausili complessi per l'età evolutiva o per pazienti affetti da disabilità maggiore, loro adattamento ad un nuovo paziente.

La ditta aggiudicataria è obbligata ad effettuare tale servizio (se richiesto) il cui costo verrà corrisposto dalle AA.SS.LL. in ottemperanza a quanto offerto in sede di gara.

Si precisa che tale opzione non verrà considerata ai fini della valutazione dell'offerta economica per l'aggiudicazione.

2.11 Condizioni di fornitura

Le AA.SS.LL. si riservano entro un periodo di 6 mesi dall'inizio effettivo della fornitura di valutare i risultati raggiunti dalla ditta aggiudicataria; in caso di esito negativo si procederà alla risoluzione unilaterale del contratto senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti od indennizzi ad eccezione del pagamento delle forniture già eseguite. In caso di esito positivo la prova si intenderà superata.

2.12 Norme relative al personale

Tutto il personale impiegato nel servizio rimane sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria.

I dipendenti della ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

Le AA.SS.LL. possono richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- vesta decorosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento. Quest'ultimo dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità prot. 100 / SC/PS/ 315697 del 31.10.1991;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito del servizio al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Responsabile della struttura aziendale competente o ad un suo incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto, che le segnalerà al servizio competente delle AA.SS.LL., le anormalità che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- è fatto divieto di effettuare qualsiasi proposta commerciale agli utenti finali.

2.13 Protocollo Trasparenza

Come anticipato, la ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La ditta aggiudicataria è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia essi utenti che dipendenti delle AA.SS.LL., per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Si precisa altresì che la ditta aggiudicataria s'impegna ad assumersi tutte le responsabilità relative al personale da adibire al servizio oggetto del presente Capitolato, che dovrà essere costituito da persone capaci e fisicamente idonee, nel rispetto del C.C.N.L. e in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e provviste di assicurazione.

In particolare la ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi idi lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da altro contratto

collettivo applicabile, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se la ditta aggiudicataria non aderisse alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino al loro rinnovo.

La ditta aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta delle Aziende contraenti, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare l'elenco del personale adibito al servizio. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato qualora si verifichino nuovi inserimenti, riguardo ai quali, entro una settimana dagli stessi, devono essere fornite da parte della ditta aggiudicataria alle AA.SS.LL., unitamente alla documentazione di entrata in servizio di nuovo personale, tutte le certificazioni sopra riportate e allo stesso modo devono essere fornite le dimissioni del personale uscente.

La ditta aggiudicataria è tenuta a designare un suo rappresentante o incaricato con funzione di Responsabile del servizio, il cui nominativo e recapito telefonico deve essere segnalato alle AA.SS.LL. per tutti gli aspetti riguardanti il servizio oggetto del presente Capitolato; avrà il compito di controllare il corretto svolgimento del servizio stesso e l'osservanza da parte del personale dipendente della ditta aggiudicataria stessa delle prescrizioni del presente Capitolato.

2.14 DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08, il committente ha l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività delle AA.SS.LL. e le lavorazioni oggetto del presente appalto. A tal fine verrà elaborato, con la ditta aggiudicataria, subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare per l'eliminazione delle predette interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

In via preliminare si allega al presente capitolato la bozza del DUVRI che riporta le informazioni di base sui principali vincoli di sicurezza e operativi nonché sui rischi di interferenza riferiti all'oggetto dell'appalto che si presupponga possano avvenire durante l'esecuzione delle lavorazioni. Tale documento è stato elaborato sulla base della realtà dell'A.S.L. BI. Subito dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio, ciascuna A.S.L. in collaborazione con la ditta aggiudicataria procederà alla stesura definitiva di un DUVRI specifico durante un incontro con le parti interessate.

La ditta aggiudicataria si impegna sin da ora a collaborare con le AA.SS.LL. in questo senso anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara (compilazione dei relativi Allegati).

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere all'**assicurazione** del proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali sarà esposto nello svolgimento dell'attività comprese nel servizio oggetto del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria sarà altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare a beni o persone nello svolgimento delle attività comprese nel Servizio oggetto del presente Capitolato.

In considerazione delle responsabilità della ditta aggiudicataria sopra riportate, nonché con le precisazioni di cui al successivo art. 7, dovrà pertanto presentare, prima dell'inizio del servizio, **copia di idonea polizza assicurativa,** che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose; la mancata presentazione delle coperture assicurative comporterà la revoca dell'aggiudicazione. In tali ipotesi si disporrà la decadenza dall'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla seconda ditta in graduatoria.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dall'apposita nota stilata dagli uffici competenti in materia dell'Amministrazione di ogni singola A.S.L.. Qualora la ditta aggiudicataria, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ogni A.S.L. resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Impresa aggiudicataria stessa.

2.15 Responsabilità della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria risponde dei danni arrecati alle AA.SS.LL. nell'esercizio delle sue mansioni in caso di accertata negligenza, imperizia, imprudenza.

La ditta aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività che possono eventualmente derivare da danni diretti e/o indiretti causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando le AA.SS.LL. da qualsivoglia responsabilità, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte delle AA.SS.LL., anche in conseguenza di furti.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad adottare durante l'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate per il servizio degli utenti, nonché di terzi. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima ditta, quanto delle AA.SS.LL. o di terzi, o di utenti delle AA.SS.LL. assegnatari degli ausili protesici di cui al presente Capitolato, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine la ditta dovrà stipulare

idonea **polizza assicurativa** che deve avere un limite massimale di almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro, senza alcuna franchigia a carico delle AA.SS.LL., unico sia per danni a persone, che a cose per sinistro, che tiene indenne le AA.SS.LL. e terzi per qualsiasi danno dovesse occorrere nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto.

La polizza dovrà prevedere espressamente i danni causati alle strutture, ai locali e ai dipendenti delle AA.SS.LL. nonché agli utenti o a terzi. Le AA.SS.LL. dovranno essere considerate terzo a tutti gli effetti.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì a rifondere i beni oggetto di furto, smarrimento etc nonché di eventuali ulteriori danneggiamenti causati ai beni medesimi.

Copia della polizza dovrà essere consegnata alle AA.SS.LL. prima dell'inizio del servizio. Tutto il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve operare sotto l'esclusiva direzione e responsabilità della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto e loro successive modificazioni.

2.16 Penalità

In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e delle modalità di esecuzione del servizio definite in sede contrattuale, alla ditta aggiudicataria potrà essere applicata una penale pari a € 200,00 per ogni infrazione accertata, elevabile fino a € 300,00 in caso di recidiva.

Nel caso, invece, di ritardato avvio del servizio rispetto ai termini stabiliti potrà essere applicata per ogni giorno di ritardo una penale di € 300,00 per i primi 15 giorni consecutivi e di € 400,00 per i successivi 15 giorni, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto per inadempienza con incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento dei danni subiti.

Le AA.SS.LL. si riservano il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti mediante un Gruppo di lavoro trasversale e pluriprofessionale.

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate le penalità di seguito elencate, previa contestazione dell'addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, potrà essere applicata una penale di € 1.000,00;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, potrà essere applicata una penale di € 2.000,00;

- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi delle AA.SS.LL., le AA.SS.LL. medesime potranno applicare una penale pari a € 1.000,00;

In caso di segnalazioni di inadempimenti, le AA.SS.LL. comunicheranno, nel più breve tempo possibile, al rappresentante della ditta aggiudicataria quanto emerso; le AA.SS.LL. e il rappresentante della ditta aggiudicataria effettueranno, immediatamente, un sopralluogo congiunto con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato sopralluogo, per cause direttamente o indirettamente, imputabili alla ditta, si potrà dare immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà delle AA.SS.L.L, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della ditta aggiudicataria.

2.17 Riservatezza dei dati

Il servizio oggetto della presente gara relativo alla gestione dei servizi dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/03 n.196 relativo al "Codice privacy".

La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il suo personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

2.18 Danni a persone e cose

La ditta aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale della ditta.

La ditta aggiudicataria, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle AA.SS.LL., in contraddittorio con i rappresentanti della ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta aggiudicataria, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle AA.SS.LL., senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Per quanto oggetto di tale materia si rimanda all'art. 7.

2.19 Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se ed in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria verranno detratti dal computo mensile. La ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

2.20 Termine del contratto

Alla scadenza del contratto, la ditta è impegnata a garantire il passaggio graduale, per un periodo di almeno 20 giorni, delle consegne ad eventuale altra ditta. Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperasse, le AA.SS.LL. si riservano la facoltà di incamerare parte o l'intero deposito cauzionale della ditta cessante, salvo danni maggiori per i quali le AA.SS.LL. si riservano ogni altra forma di rivalsa.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Regione Piemonte
Via Marconi, 23 - 13900 BIELLA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 10/09/2014

Codice documento: 582

Denominazione appalto: **Manutenzione, consegna e ritiro dei presidi (protesi, ortesi ed ausili) in dotazione ASL BI**

Ditta/e appaltatrice/i:

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto del documento

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misura da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza.Tale documento sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi
Il documento si articola nei seguenti punti:
- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.
Il documento viene trasmesso a tutti i soggetti responsabili interressati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto ivi compresi eventuali subappaltatori.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

1.3 Criteri di valutazione

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della commitenza, può determinare:
- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente;
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti dalle lavorazioni dell'appaltatore.

I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo).
Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al

minimo grado possibile.
Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.
La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:
- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

2. SOGGETTI DELL'APPALTO

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

2.1 Ditte appaltatrici

2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica di appalto oggetto di questo documento è il seguente:

- S.C. Acquisizione e gestione servizi

2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento

Il servizio ha per oggetto la gestione, l'invetariazione, la manutenzione, l'informatizzazione, il magazzinaggio temporaneo, la consegna ed il ritiro a domicilio dei presidi (protesi, ortesi e ausili) di proprietà dell'ASL BI (e dell'ASL di NO, VC e VCO).
Nello specifico il servizio comprende le seguenti prestazioni:
1) CREAZIONE DI DUE MAGAZZINI:
il recupero iniziale del materiale avverrà presso i magazzini dell'attuale ditta fornitrice o altri magazzini indicati dalle ASL, successivamente presso il domicilio dei pazienti. La merce ritirata dovrà essere portata in due magazzini della ditta dove gestirà l'immagazzinamento e lo stoccaggio dei presidi.
2) INVENTARIAZIONE:
la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'inventariazione di tutti i beni presi in carico.
3) CONSEGNA O RITIRO AL DOMICILIO DELL'ASSISTITO DELL'AUSILIO:
la consegna dell'ausilio ricondizionato sarà effettuata dalla ditta aggiudicataria direttamente al domicilio dell'assistito.

4) REVISIONE, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE DEGLI AUSILI RIUTILIZZABILI E ROTTAMAZIONE:
tutti gli ausili e i presidi, una volta ritirati, dovranno essere "rigenerati" : la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione, riparazione, ricondizionamento disinfezione e sostituzione di eventuali parti di ricambio.
5) CONSULENZA DI UN TECNICO ORTOPEDICO:
E' prevista anche la consulenza di un tecnico ortopedico qualificato per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione.Tale consulenza dovrà avvenire o presso il domicilio del paziente o presso le sedi ambulatoriali dell'ASL, o presso i poliambulatori, o presso il presidio ospedaliero; sarà proprio questa fase, il principale oggetto di analisi nel presente documento in relazione ai rischi di interferenza che si generano.

Per il dettaglio delle prestazioni vedere il capitolato di gara.
Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere opportunamente segnalate in dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Gli ambienti interessati dai lavori saranno i domicili dei pazienti, magazzini di pertinenza della Ditta e tutte le aree ASL BI dove sarà chiamato a svolgere la propria consulenza il tecnico ortopedico specializzato:
- sedi ambulatoriali Distretti 1 e 2;
- Poliambulatori territoriali Distretti 1 e 2;
- reparti Presidio Ospedaliero sito a Ponderano Via Ippocrate, 7

Non è previsto l'utilizzo di locali spogliatoi e locali deposito.
Si potranno usufruire dei servizi igienici all'interno dei vari stabili dell'azienda.
Per le comunicazioni interne/esterne la Ditta prevede di utilizzare apparecchi cellulari propri, in caso di emergenza sono disponibili anche apparecchi fissi all'interno della struttura.

3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

E' previsto l'intervento di personale dipendente della ditta appaltatrice.
In caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmette il presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito.

3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

La durata dell'appalto è di 3 anni a partire dall'effettivo inizio del servizio.
I lavori sono caratterizzati da interventi di durata temporale limitata che si ripetono con cadenza programmata. La durata complessiva del programma dei lavori è definita dal contratto di appalto a cui si rimanda per i dettagli.

3.5 Attrezzature utilizzate

Per la consegna ed il trasporto dei presidi verranno utilizzati automezzi specifici.
In caso di trasporto delle attrezzature è possibile l'uso di carrelli o altri ausili meccanici.

3.6 Prodotti chimici utilizzati

Il servizio prevede l'uso di prodotti chimici per la sanificazione e la disinfezione dei presidi; l'appaltatore dovrà fornire al committente l'elenco dei prodotti e le relative schede di sicurezza previste dalla legge vigente, per la relativa valutazione dei rischi di interferenza e per poter stabilire le misure di prevenzione e protezione che verranno integrate nel presente documento.

3.7 Individuazione delle fasi più critiche

Ai fini di un rischio di interferenza si individua la fase relativa alla consulenza del tecnico ortopedico che prevede lo svolgimento del servizio anche all'interno delle strutture ASL.
Sarà consegnato, altre al presente documento, una informativa sui rischi presenti nelle strutture ASL riguardante anche nello specifico il Nuovo Ospedale, tali documenti dovranno essere presi in visione da tutti gli operatori coinvolti in questo tipo di servizio.

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno

essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.
Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, repari/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'inacricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
  > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
  > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
  > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli del reparto/servizio

4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Fattore di rischio: **Agenti biologici**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari,ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda ed in ogni caso là dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialnmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc. Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei seguenti settori: Malattie infettive, DEA, Blocco	Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di limitazione di accesso ai locali del reparto. L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela. In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni: - recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto; - rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria. Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio.
In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia).

Una delle possibili fonti di agenti biologici a trasmissione ematica è rappresentato da eventuali contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti.

Dovranno essere adottate tutte le misure di protezione (personali e comportamentali) per ridurre il rischio di contaminazione con sangue durante la sanificazione delle attrezzature eventualmente contaminate.
Alla fine di ogni trattamento, i presidi oggetto dell'intervento dovranno essere riportati ai livelli di sicurezza ideali (la ditta concorderà con la committenza le varie fasi di lavorazione che intenderà attuare per garantire il massimo livello di sicurezza dei presidi trattati).

Fattore di rischio: **Agenti chimici**

Analisi del rischio

All'interno dell' A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici.
Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.
In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.
Nell'ambito del nuovo ospedale di Biella, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:
- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro trasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia, cardiologia)
- farmacia,
- officine (vernici, malte, colle, solventi).

Si segnala inoltre che all'interno dell'ospedale vengono utilizzati in vari reparti gas medicali (ossigeno, aria medicale, anidride carbonica) distribuiti tramite impianti centralizzati e tramite bombole in pressione.
Nel cortile esterno del nuovo ospedale sono ubicati e segnalati da apposita cartellonistica:
- il deposito di gas medicinali posto interamente all'esterno, sulla zona retrostante l'isola tecnica (confine Est del complesso ospedaliero)
- Il deposito di sostanze infiammabili è ubicato nel piano seminterrato del corpo satellite soprannominato day-hospital est

In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antiblastici. I farmaci antiblastici vengono preparati in un apposito locale ubicato presso la Farmacia Ospedaliera e la cui somministrazione avviene presso i seguenti reparti (in

Misure di prevenzione e protezione

E' necessario prestare la massima attenzione a non interferire con l'attività sanitaria in corso. Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale di reparto, o al personale tecnico incaricato di seguire i lavori.
Durante l'utilizzo dei prodotti chimici pericolosi devono essere adottate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Alla fine di ogni trattamento, i presidi oggetto dell'intervento dovranno essere riportati ai livelli di sicurezza ideali (la ditta concorderà con la committenza le varie fasi di lavorazione che intenderà attuare per garantire il massimo livello di sicurezza dei presidi trattati).

ordine di intensità di utilizzo):
- Day Hospital Oncologia
- Medicina interna
- Pneumologia
- Urologia
- Malattie Infettive
- Pediatria
- Nefrologia
- Geriatria
- Camere Paganti.

Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:
- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali.

Il rischio indotto dall'appaltatore è invece legato ai prodotti chimici utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale rischio di interferenza deve essere preventivamente segnalata al personale incaricato di seguire i lavori ai fini di una immediata valutazione.
E' inoltre da considerarsi l'eventuale rischio insorgente dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre ditte appaltatrici.

Fattore di rischio: **Apparecchi di sollevamento**

Analisi del rischio

Esiste la possibilità di utilizzo di ascensori montalettighe a servizio dei vari padiglioni o fabbricati delle singole aziende sanitarie.
E' necessario pertanto richiamare i principi per un corretto utilizzo degli stessi con particolare riferimento alle portate di massimo carico prescritte e indicate in ogni impianto elevatore aziendale.

Misure di prevenzione e protezione

Durante l'uso degli impianti di sollevamento (es. ascensori, montacarichi, ecc.) ai fini del trasporto di materiali o apparecchiature,che può avvenire previa autorizzazione da parter dell'ASL BI, bisogna sempre prestare attenzione a non superare mai la portata massima dei singoli apparecchi indicata dall'apposita targa all'interno della cabina.
Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine degli impianti di sollevamento prestare attenzione anche:
- ad eventuali dislivelli ("scalini") che possono accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il piano di sbarco;
- a non urtare con le attrezzature mobili (letti, barelle) la porta, la cabina ed altre parti degli impianti di sollevamento per evitare incidenti e/o danni all'impianto e alle attrezzature.

Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito pulsante ed attenda con calma l'intervento.
Durante il trasporto di eventuale materiale pericoloso, all'interno di ascensori e montacarichi, è assolutamente vietata la presenza di utenti/dipendenti. Utilizzare solo gli ascensori indicati dal servizio responsabile dell'esecuzione dell'appalto.

Fattore di rischio: **Attrezzature in pressione**

Analisi del rischio

Si segnala che sono dislocate presso i vari reparti del presidio ospedaliero ed in alcune sedi esterne, bombole in pressione contenenti gas (ossigeno, azoto, elio, ecc…); tali bombole possono essere ancorate a parete, montate su carrelli di medicazione o direttamente a pavimento all'interno delle camere di degenza.
In alcune strutture ed in particolare nel presidio ospedaliero sono installati alcuni apparecchi a pressione con cui non è prevista interferenza a meno che ciò non sia richiesto dallo specifico intervento oggetto dell'appalto. In tal caso il rischio correlato è un rischio specifico per la ditta appaltatrice.

Misure di prevenzione e protezione

Nonostante le bombole siano depositate in aree dedicate e anche in vari reparti/servizi dell'ASL idoneamente ancorate e segnalate, bisogna prestare la massima attenzione durante il passaggio in tali aree onde evitare urti e cadute delle stesse al fine di prevenire rischi di schiacciamenti e traumi. Tale accorgimento è indispensabile per prevenire anche conseguenti rischi di esplosioni e incendi.

Fattore di rischio: **Incendio**

Analisi del rischio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.
Gli interventi tecnici di qualsiasi genere sono una potenziale sorgente di innesco a causa di talune lavorazioni che comportano un utilizzo di sostanze infiammabili

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:
- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).
Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:
- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :
non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.
- Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.
E' stata consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere preso in visione

	dal singolo lavoratore di questa Ditta che opererà all'interno dell'A.S.L. BI. Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza. Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

Fattore di rischio: **Interfacciamento con impianti tecnologici**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
In caso di utuilizzo di impianti elettrici aziendali per il funzionamento di apparecchiature elettriche.	Il personale ASL BI incaricato di seguire i lavori indicherà alla Ditta che esegue i lavori i punti dell'alimentazione ove è possibile allacciarsi ove ciò risulti necessario ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni.

Fattore di rischio: **Investimento da parte di attrezzature in movimento**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
All'interno del Nuovo Presidio Ospedaliero la movimentazione di materiale avviene tramite attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari,ecc…) , anche la movimentazione di persone avviene tramite attrezzature su ruote (letti, barelle,ecc); il transito soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento; il rischio è ipotizzabile nel caso in cui vi sia, nell'area di transito dell'operatore, la contestuale movimentazione di materiali su mezzi o altre attrezzature. Il trasporto da parte dell'appaltatore di materiali all'interno del presidio, viceversa, è una fonte di rischio per il personale ASL BI e l'utenza della struttura. Anche le aree esterne di tutti le strutture ASL, sono zone di passaggio di numerose autovetture e automezzi.	Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. All'interno dell' ospedale e delle altre strutture, la conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori. Prestare la massima attenzione in concomitanza del passaggio di persone e al trasporto di materiali su particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione. Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista (portata di carico, altezza, larghezza, ecc…). Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate.

Fattore di rischio: **Radiazioni ionizzanti**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
In caso si rendesse necessario un intervento presso locali particolari dove esiste la possibile esposizione a radiazioni ionizzanti perché sono presenti apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti. Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero: - Radiologia diagnostica - Urologia - Ortopedia - Traumatologia - Cobaltoterapia - Medicina nucleare - T.A.C. - Radioterapia con acceleratore lineare Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto. Le areee a rischio di potenziale esposizione, denominate zone controllate e sorvegliate, sono	In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta appaltatrice è richiesto l'accesso in locali classificati ai fini del rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti come zone sorvegliate o controllate, ciò potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione. Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria.

indicate da apposita cartellonistica che riporta il simbolo del rischio radiologico.

Fattore di rischio: **Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici**

Analisi del rischio

In caso si rendesse necessario un intervento presso locali particolari dove esiste la possibile esposizione a radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici perché sono presenti apparecchiature e sostanze emettenti. Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti/servizi:
- Servizio di rieducazione funzionale presso il Poliambulatorio di Biella, seminterrato (marconiterapia, radarterapia, laser)
- Servizio di rieducazione funzionale presso Paruzza di Cossato,(magnetoterapia a bassa frequenza, radarterapia)
- Reparto di oculistica, c/o ospedale (laser)
- Blocco Operatorio, c/o ospedale (laser, elettrobisturi, sterilizzatrice al plasma)
- Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), c/o ospedale.

I valori di intensità di campo magnetico misurati nel servizio di RMN sono disponibili presso l'Esperto Responsabile della Sicurezza (c/o Fisica Sanitaria) o presso il SPP.

Misure di prevenzione e protezione

L'accesso alle aree dove sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti è soggetta ad autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dell'area.
E' stata consegnata una documentazione informativa che riporta i reparti/servizi ove è presente un rischio da radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici e le necessarie precauzioni da adottare prima di intervenire in una zona a rischio; tali informazioni dovranno essere prese in visione dal singolo lavoratore di questa Ditta che opererà all'interno dell'A.S.L. BI.
Il personale che dovrà accedere al servizio di RMN dovrà essere informato e formato sui rischi relativi e dovrà conseguire una specifica idoneità da parte del proprio medico competente. In ogni caso, l'accesso al servizio di RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del responsabile del servizio e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc. E' inoltre necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite da parte dei dirigenti e preposti del servizio.

Fattore di rischio: **Scivolamento e caduta**

Analisi del rischio

Il rischio di scivolamento e caduta è presente durante l'esecuzione di attività svolte su superfici di calpestio rese sdrucciolevoli da agenti atmosferici o scivolose per la presenza di umidità o acqua superficiale o dopo il lavaggio di pavimenti. Inoltre un generico rischio di caduta è dovuto alla presenza di scale.

Misure di prevenzione e protezione

Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente prevede (segnaletica di avvertimento, D.P.I. E procedure di sicurezza specifiche)
Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la segnalazione di pavimenti bagnati.
Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature antinfortunistiche).
Tutte le scale utilizzate dovranno essere a norma di legge (vedi UNI EN 131)
e dovranno essere utilizzate con la massima attenzione e precauzione da parte di personale idoneo.

Fattore di rischio: **Taglio e puntura da attrezzature di lavoro**

Analisi del rischio

Il rischio di interferenza può essere individuato in due situazioni distinte:
- abbandono accidentale di materiale tagliente (es. chiodi, vetri, ecc..) nelle aree di lavoro;
- possibile presenza di presidi sanitari potenzialmente contaminati (es. aghi) accidentalmente abbandonati nelle aree di lavoro (vedere "Rischio Biologico").

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione durante le operazioni da svolgere, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dalla normativa vigente.

4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuzione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.
Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.
Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.

ALLEGATO 1

Specifiche minime per la formulazione di contratto d'appalto o contratto d'opera ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

Le presenti "condizioni generali d'appalto" costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

1 L'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008.

2 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.
Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni interne emesse dall'azienda committente il lavoro.

3 L'azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad esempio DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti).

4 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l'osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 del sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche partecipando a riunioni di coordinamento.

5 L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi.

6 L'azienda appaltatrice si assume l'obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni contratto, a comunicare all'azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall'azienda appaltatrice al fine di **garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza** delle maestranze dell'impresa appaltatrice.

7 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.

8 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo specifico appalto

ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi.

9 Per tutto quanto precede, l'azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice.
Anche per quanto sopra esposto, l'azienda appaltatrice si assume l'onere di tutte le necessarie coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell'inizio dei lavori.

10 L'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

Per l'IMPRESA
(timbro e firma)

……

Allegato_06_Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto ..... in qualità di .....

della Società ..... con sede legale in .....

Via..... codice fiscale/P.IVA .....

partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori .....

(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: .....)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

La tua **Salute**, il nostro **Impegno**

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per l'ASL BI

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

La tua **Salute**,
il nostro **Impegno**

FACSIMILE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO PER _____ CONTENENTE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, ammessa al Sistema Dinamico di acquisizione per _____ ed invitata a presentare offerta nel presente AS, con domicilio indicato nella domanda di ammissione/modifica dati, di seguito denominata "**Impresa**",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ed in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- stante le modifiche apportate dal d.lgs. n. 56/2017 al d. lgs. n. 50/2016 ed alla luce di quanto previsto nel Capitolato d'Oneri;
- ai fini della partecipazione alla presente procedura

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che:

a) ha i seguenti **procuratori generali**

nome_____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____ _____ ;

ovvero

non ha **procuratori generali**

b) ha i seguenti soggetti, che rivestivano la posizione sopra indicata, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento di presentazione dell'offerta;
(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell'incarico)

_____

_____

ovvero

non ha soggetti, che rivestivano la posizione sopra indicata, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento di presentazione dell'offerta;

2) che:

per nessun soggetto tra quelli indicati al punto 1 a) e b), sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

oppure

i soggetti indicati al punto 1 a) e b) per i quali sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono:

_____

_____

(In caso di condanne, ***indicare****:*

a) dati identificativi delle persone condannate;

b) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i motivi di condanna;

c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione,

d) ***se pertinente****, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e se sono state adottate misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.*

Chiarire se applicabile l'art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

PRODURRE IN COPIA I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA**)**

3) che:

nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. già indicati in fase di ammissione e/o modifica dati non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b bis), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

oppure

i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. già indicati in fase di ammissione e/o modifica dati per i quali sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono i seguenti:

_____

(In caso di condanne, ***indicare****:*

a) dati identificativi delle persone condannate;

b) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e i motivi di condanna;

c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione,

d) ***se pertinente****, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e se sono state adottate misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.*

Chiarire se applicabile l'art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

PRODURRE IN COPIA I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA**)**

4) che, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. indicati in fase di ammissione e/o modifica dati e nella presente dichiarazione, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);

5) che l'impresa conferma quanto dichiarato in sede di ammissione e/o modifica dati; in ragione di quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, a far data dal 20 maggio 2017, l'Impresa precisa che

- l'Impresa non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

oppure

- che l'impresa si trova in una delle fattispecie di cui all'art.80 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiara di fornire, in allegato, tutti i documenti ed ogni informazione atti a dimostrare che detta situazione è risolvibile senza l'esclusione;

6) che l'Impresa non ha presentato nella procedura e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera f bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7) (*ove presenti*) che i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sopra indicati al punto 1, lett. a e b) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo stati vittime dei surrichiamati reati,

hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella documentazione relativa alla lettera di invito, che qui si intende integralmente trascritto;

9) che le informazioni sopra riportate sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;

10) di essere a conoscenza che la Committente si riserva il diritto di procedere verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

11) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la Committente escluderà l'Impresa dalla procedura di AS e, ove la stessa fosse accertata dopo la sottoscrizione del contratto, potrà risolverlo di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. ed eventualmente escutere la garanzia definitiva.

_____, li _____

Firma _____
Sottoscritta digitalmente

ALLEGATO ___

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

*(**si ricorda che**:*

- *alle dichiarazioni di avvalimento deve essere allegato (e quindi inserito nell'apposita sezione del sistema dedicata all'avvalimento) ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti di cui questi è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; si ricorda che come prescritto dal Capitolato d'oneri **il contratto dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;***
- ***l'ausiliaria deve essere un'impresa già ammessa allo SDA ed invitata all'AS**.*

FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE

Spett.le

_____

<*stazione appaltante*>

Il sottoscritto_____ Legale Rappresentante/Procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura del concorrente _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A. - che il concorrente _____, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella lettera di invito e nella documentazione della procedura si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, del soggetto di seguito specificato;

B. – che i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti:

1)_____ ;

2)_____;

C. – che le generalità dell'impresa ausiliaria (**che è stata già ammessa allo SDAPA e che ha ricevuto la lettera di invito)**, della quale si avvale per i suddetti requisiti, da questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

Impresa _____ Legale Rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura _____ sede legale in: Via _____ Comune _____ C.A.P. _____ Codice Fiscale n. _____ Partita I.V.A. n. _____ iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ al n._____ in data _____;

_____, li _____

_____ (firmato digitalmente dal concorrente)

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le

_____

<*stazione appaltante*>

Il sottoscritto_____ Legale Rappresentante/Procuratore dell'ausiliaria, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, con sede legale in Via _____ Comune _____ C.A.P. _____ CF n. _____ P. I.V.A. n. _____ Posta Elettronica Certificata _____, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA _____ al n. _____ in data _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che l'Impresa è stata ammessa in data _____ al Sistema dinamico della pubblica amministrazione per Ausili tecnici per persone disabili nella categoria _____ (*indicare categoria*) classe _____(*indicare classe*) ed ha ricevuto la lettera di invito per partecipare alla presente iniziativa;
2. che l'Impresa possiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, così come prescritti dalla lettera di invito e nella documentazione della procedura, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso all'appalto specifico di seguito indicati _____ _____ (*es. in caso di requisiti economici indicare le commesse e specificare gli importi IVA esclusa)*
3. che l'Impresa si obbliga, nei confronti dell'offerente e della stazione appaltante <*se del caso* e della Committente> a fornire i predetti requisiti dei quali questi è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante <*se del caso* e della Committente> in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
4. che l'Impresa non partecipa a sua volta allo stesso Appalto Specifico, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato d'Oneri relativo alla presente iniziativa che qui si intende integralmente trascritto;
6. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dall'Appalto Specifico e la stazione appaltante escuterà la garanzia provvisoria, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la stazione appaltante escuterà la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

_____, li _____

Firma

_____

(firmato digitalmente dall'Impresa ausiliaria)

ALLEGATO ____

FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

<NB nella compilazione del documento non cancellare i campi che non interessano ma barrarli>

Spett.le

_____

<*stazione appaltante*>

DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000 NELL'APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLO SDA _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, con sede in _____ Via _____, CAP _____, tel . _____ pec _____, in qualità di subappaltatore del concorrente _____ di seguito denominata "**Impresa**",

***

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, per attività di _____ e rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003

Ovvero non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

<se del caso inserire requisiti soggettivi di esecuzione _____>

2. che questa Impresa (*compilare solo il campo di pertinenza, cancellare i campi che non interessano per assenza delle relative cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice; vedere il comunicato ANAC 8.11.2017*):

a) ha un'amministrazione affidata ad un **Amministratore Unico**, nella persona di:
nome _____ cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla

carica: _____;

b) ha un'amministrazione affidata ad un **Consiglio di Amministrazione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (*indicare i dati di tutti i consiglieri specificando a quali di essi è stata conferita la legale rappresentanza dell'Impresa)*
nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(es. presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere...),* nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____ ;
nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(es. presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere...),* nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____ ;

b1) ha i seguenti procuratori generali
nome_____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____., nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____ _____ ;
ovvero
non ha procuratori generali

b2) ha i seguenti institori
nome_____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____., nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____ ;
ovvero
non ha institori

c) (*compilare solo se esistente*) ha un sistema di amministrazione che prevede un **Collegio sindacale** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i sindaci)
nome _____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ (es. presidente del Collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente), nominato il _____ fino al _____;
nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ (es. presidente del Collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente), nominato il _____ fino al _____;

c1) ***(****compilare, solo se esistente, alternativamente alla dichiarazione di cui alla precedente lettera)* ha un sistema di amministrazione che prevede un **Comitato per il controllo sulla gestione**

composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i componenti)

nome _____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____, nominato il _____ fino al _____;

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ , nominato il _____ fino al _____;

d) (*compilare, solo se esistente, alternativamente alle dichiarazioni di cui alla precedenti lettere b) e c) ovvero c1)*)

ha un sistema di amministrazione che prevede un **Consiglio di gestione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (*indicare i dati di tutti i consiglieri)*

nome _____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(presidente del consiglio di gestione, consigliere...),* nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(es. presidente del consiglio di gestione, consigliere...),* nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

ha un sistema di amministrazione che prevede un **Consiglio di sorveglianza** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (*indicare i dati di tutti i consiglieri)*

nome _____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(presidente del consiglio di sorveglianza, consigliere...),* nominato il _____ fino al _____;

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(es. presidente del consiglio di sorveglianza consigliere...),* nominato il _____ fino al _____ ;

e) (*compilare solo se esistente*) ha **soggetti muniti di poteri di rappresentanza**, **di direzione o di controllo** (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) di cui all'art. 80 comma 3, d.lgs. n. 50/2016: (*indicare i dati e ripetere tante volte quanto necessario*)

nome_____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____., nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____ ;

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____ nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri : _____

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____ nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i

seguenti poteri : _____

f) ha i seguenti **Direttori tecnici**:
(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell'incarico)

_____

_____

ovvero
non ha Direttori tecnici

g) (*compilare solo se esistente)* il **socio unico** o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) è/sono il/i

- _____ *(in caso di socio unico o di maggioranza* ***persona fisica****, indicare dati anagrafici, codice fiscale, residenza della persona fisica)* _____,
- _____*(nel caso del socio di maggioranza o socio unico* ***persona giuridica*** *indicare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, residenza degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.)* _____

h) ha i seguenti soggetti, che rivestivano una o più delle posizioni sopra indicate alle lettere da a) a g) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa; *(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell'incarico)*

_____

_____

ovvero
non ha soggetti, che rivestivano le cariche sopra indicate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa;

i) ha i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi, che figurano nel libro soci dell'Impresa:
…….. … %
…….. … %
totale 100 %

l) nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa, ha acquisito integralmente la società _____ (*ovvero* un ramo della società _____), in seguito ad un'operazione societaria di _____ (*cessione d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria*) del _____ con efficacia dal _____ *(si indichi la data dell'operazione intercorsa, la data di efficacia dell'operazione societaria, le società coinvolte)*

che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa i seguenti soggetti della società cedente, fusa o incorporata:
(con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi – si indichi nominativo, dati anagrafici, codice fiscale e carica sociale. Le cariche ed i ruoli rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle di cui al precedente punto 2 lett. da a) a h) del presente fac simile);
_____(*nominativo*) _____(*dati anagrafici)*_____*(ruolo)*
_____(*nominativo*) _____(*dati anagrafici)*_____*(ruolo)*
ovvero
che nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa, non si è verificata alcuna cessione d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria;

3. che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In particolare:

A. Motivi legati a condanne penali ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
L'operatore economico e i soggetti che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 prima elencati, ivi inclusi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente punto 2, lett. l):

- sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati elencati all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D. Lgs. n. 50/2016, con sentenza pronunciata da non più di cinque anni o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
  SI □ **NO** □

In caso affermativo, produrre in copia i provvedimenti di condanna e comunque, indicare:

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 e i motivi di condanna;
b) dati identificativi delle persone condannate;
c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione, indicare la durata del periodo di esclusione
_____
d) ***se pertinente***, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui all'art. 80 comma 3.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning") (articolo 80, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016)?

SI □ **NO** □

In caso affermativo, descrivere le misure adottate, specificando, in particolare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

SI □ **NO** □

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi

SI □ **NO** □

3) in entrambe le ipotesi 1) e 2) sopra individuate, i soggetti che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente punto 2 lett. l):

- hanno risarcito interamente il danno? **SI** □ **NO** □
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? **SI** □ **NO** □

4) in entrambe le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati.

_____

(*Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016*)

B. Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

1) L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016 ?

SI □ **NO** □

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning") (articolo 80, comma 7, D.lgs. 50/2016)?

SI □ **NO** □

In caso affermativo:

1) l'operatore economico:

ha risarcito interamente il danno? **SI** □ **NO** □

si è impegnato formalmente a risarcire il danno? **SI** □ **NO** □

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? **SI** □ **NO** □
(*Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016*)

3) L'operatore economico si trova in **<u>una delle seguenti situazioni</u>** oppure è sottoposto ad un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:

a) Fallimento **SI** □ **NO** □

In caso affermativo, il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del _____

b) liquidazione coatta **SI** □ **NO** □

c) concordato preventivo **SI** □ **NO** □

d) concordato con continuità aziendale **SI** □ **NO** □

<u>In caso affermativo rispetto alla lettera d),</u> è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del _____

<u>Nei casi di cui alla lettera a) e d)</u> precisare se è stato previsto l'avvalimento ed in tal caso indicare i dati dell'impresa ausiliaria _____. Quest'ultima dovrà produrre apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di iscrizione nella camera di commercio per attività oggetto dell'Appalto specifico.

(***Si precisa che l'operatore economico deve produrre tutti i provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 110 del d. lgs. n. 50 del 2016).***

4) L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali** di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016?

SI □ **NO** □

In caso affermativo l'operatore economico, deve fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito e le eventuali misure di autodisciplina e, in particolare che:

- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
- ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?

(*Produrre tutta la documentazione relativa all'illecito professionale ed i provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 co. 8, d.lgs. 50/16*)

5) L'operatore economico **è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi** legato alla sua

partecipazione alla presente procedura (articolo 80, comma 5, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016)?

SI □ **NO** □

In caso affermativo, *fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi nonché, in caso di conflitto d'interessi non diversamente risolvibile, tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. n. 50/2016*.

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016)?

SI □ **NO** □

In caso affermativo, *fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza*:

_____

L'operatore economico **può confermare di:**

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza dei motivi di esclusione?

SI □ **NO** □

non aver occultato tali informazioni

SI □ **NO** □

C. Motivi di esclusione previsti dall'articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n. 50/2016.

1) Sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016)?

SI □ **NO** □

2) L'operatore economico **si trova in una delle seguenti situazioni** ?

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, comma 5, lettera f);

   SI □ **NO** □

1bis ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f bis)?

SI □ **NO** □

1ter è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?

SI □ **NO** □

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g del D. Lgs. n. 50/2016);

SI □ **NO** □

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa* (art. 80, comma 5, lett. h del D. Lgs. n. 50/2016);

SI □ **NO** □

In caso affermativo:

- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:___
- la violazione è stata rimossa? **SI** □ **NO** □

4. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ?

□ **SI** □ **NO** □ **oppure non è tenuta al rispetto per le seguenti motivazioni _____**

5. che i soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera l):

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

SI □ **NO** □

oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

SI □ **NO** □

ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).

SI □ **NO** □

(nota: *La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*).

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)

   SI □ **NO** □

   In caso affermativo, *fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui sono state adottate le misure di autodisciplina o self-cleaning nonché tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016*.

D. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti della stazione appaltante e _____<*indicare la Committente se esistente*> ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 che hanno cessato il proprio rapporto con la stazione appaltante e _____<*indicare la Committente se esistente*> da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei confronti dell'impresa poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui sopra;

E. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

F. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

_____, li _____

Firma _____

(sottoscrizione digitalmente dal subappaltatore)

Allegato_04_Dichiarazione_DUVRI_DLgs_81-2008_art26

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto.

Il sottoscritto: _____

In qualità di: _____

Della Ditta: _____

al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea documentazione):

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato);

_____

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

_____

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (fornire anche un recapito telefonico/e-mail)

_____

4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l'esecuzione del contratto:

_____

5. Tipo e caratteristiche dell'intervento oggetto del contratto:
   (specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di coordinamento).

_____

_____

_____

_____

_____

6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori:

7. Informazioni dettagliate :

- sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l’esecuzione del contratto

- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare

- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di sicurezza)

- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono adottare

8. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.)

Per l'IMPRESA
(timbro e firma)

……

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :…….

In qualità di : ……..

della Ditta: ……..

DICHIARO

- Di aver preso visione e accettare quanto previsto all'art. 2.7 (Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro) del Capitolato speciale di gara e relativi documenti:
  - Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella", reperibile sul sito web www.aslbi.piemonte.it, sezione Modulistica/ Approvvigionamento di beni
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, la Ditta:

_____

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione del contratto di interesse.

Timbro e firma

……

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)

Ditta offerente:	
Lotto n.:	**3**

Offerta di prezzo per servizio opzionale di consulenza di un tecnico ortopedico

A) Servizio di consulenza

	qualifica	ore di lavoro annue complessive	costo orario (IVA esclusa)	costo annuo	note	costo 5 anni
Servizio di consulenza	tecnico ortopedico	1.000		€ 0,00		
Totale servizio di consulenza 5 anni						

IVA	22%