

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

**ha assunto la seguente determinazione:**

Determinazione n. 722 in data 09/07/2019

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E STAMPANTI LASER - CIG 777969790D. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VERIS S.R.L. DI CAMBIANO. IMPORTO EURO 147.380,00 OLTRE IVA

Determinazione n. 722 in data 09/07/2019

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E STAMPANTI LASER - CIG 777969790D. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VERIS S.R.L. DI CAMBIANO. IMPORTO EURO 147.380,00 OLTRE IVA

**IL RESPONSABILE**

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti nell'Atto Aziendale 2015;
- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- con Deliberazione n. 318 del 02/08/2018 sono stati autorizzati gli investimenti 2018 finanziati con contributi in conto esercizio e con fondo di riserva per plusvalenze da reinvestire;
- con Determinazione n. 116 del 01/02/2019 è stata indetta procedura aperta tramite RdO sul MePa di Consip per l'affidamento della fornitura di n. 2 ecografi carrellati, n. 3 sonde ecografiche per ciascun ecografo, n. 1 stampante laser a colori per ciascun ecografo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuta procedura più idonea alle esigenze di questa Amministrazione;

PRESO ATTO che:

- entro il termine previsto, ore 16,00 del giorno 21/02/2019, è pervenuta offerta dalle seguenti Ditte:

B.E.S.T. s.r.l. – Saluzzo CN

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – Milano

HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. – Milano

SIPAR s.r.l. – Cernusco sul Naviglio MI

VERIS s.r.l. – Cambiano TO

Determinazione n. 722 in data 09/07/2019

- il giorno 22/02/2019, in seduta aperta al pubblico, alle ore 10,00, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti, si è proceduto all'apertura delle offerte, come da verbale "Apertura documentazione amministrativa e tecnica" allegato alla presente;
- tutta la documentazione amministrativa e tecnica pervenuta risulta conforme a quanto richiesto nei documenti di gara;
- con determinazione n. 295 del 14/03/2019 è stato costituito l'organismo tecnico incaricato delle valutazioni qualitative e di conformità dell'offerta tecnica per la fornitura di ecografi ostetrico-ginecologici, sonde e stampanti;
- l'Organo Tecnico si è riunito, come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in data 27/03/2019 per definire le tempistiche e le modalità di svolgimento della prova/visione prevista a pena di esclusione;
- con note inviate a mezzo pec alle Ditte partecipanti e conservate agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, così come previsto nella lettera di invito al paragrafo 4.2, è stata chiesta la consegna in prova/visione delle apparecchiature complete degli accessori richiesti e nella medesima configurazione d'offerta;
- tutte le Ditte hanno consegnato l'apparecchiatura per la prova, ad eccezione della Ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. di Milano come da nota del 23/04/2019;
- la Ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. di Milano risulta pertanto esclusa dal prosieguo della procedura di gara come previsto da lettera di invito al paragrafo 4.2;
- l'Organo Tecnico, come da verbali allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, si è riunito nelle seguenti date: 27/03/2019, 06/05/2019; 08/05/2019;
- i punteggi definitivi relativi alla valutazione qualitativa risultano essere i seguenti:

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.p.A.	B.E.S.T. s.r.l.	SIPAR s.r.l.	VERIS s.r.l.
49	43,8	38,8	68,2

- risulta esclusa dal prosieguo la Ditta SIPAR s.r.l., non avendo raggiunto la soglia minima di sufficienza qualitativa di punti 40.

## Determinazione n. 722 in data 09/07/2019

- con nota protocollo 14970 del 07/06/2019 pubblicata sulla piattaforma MePa di Consip è stata comunicata la data, 12/06/2019, dello svolgimento delle operazioni previste al paragrafo 4.4 della lettera di invito, come da verbale del funzionario istruttore allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 19/06/2019 sono state approvate le offerte economiche ed è pertanto risultata la seguente graduatoria:

Ditta	Punteggio tecnico	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio complessivo
SIPAR s.r.l.	Offerta esclusa	---	---	---
HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A.	Offerta esclusa	---	---	---
VERIS s.r.l.	68,20	€ 147.380,00 offerta n. 501.am.19 del 21/02/2019	24,39	92,59
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.	49,00	€ 127.000,00 offerta n.19.G.48.WH. E_am del 21/02/2019	28,30	77,30
BEST s.r.l.	43.80	€ 119.800,00 offerta PM/Ip del 18/02/2019	30	73,80

## RITENUTO pertanto:

- di aggiudicare alla Ditta VERIS s.r.l., che ha raggiunto il punteggio complessivo (qualità+prezzo) più alto, la fornitura di che trattasi, come da offerta n. 501.am.19 del 21/02/2019, per complessivi Euro 147.380,00 oltre IVA;

Determinazione n. 722 in data 09/07/2019

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

**D E T E R M I N A:**

- 1) di approvare i verbali del 27 marzo, del 6 e dell'8 maggio 2019 dell'Organo Tecnico allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il verbale del 22/02/2019 di apertura documentazione amministrativa e tecnica" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il verbale del 12/06/2019 di apertura delle offerte economiche allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare la seguente graduatoria dalla quale risulta che la Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano ha totalizzato il punteggio complessivo (qualità+prezzo) più alto:

Ditta	Punteggio tecnico	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio complessivo
SIPAR s.r.l.	Offerta esclusa	---	---	---
HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A.	Offerta esclusa	---	---	---
VERIS s.r.l.	68,20	€ 147.380,00 offerta n. 501.am.19 del 21/02/2019	24,39	92,59
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.	49,00	€ 127.000,00 offerta n.19.G.48.WH. E_am del 21/02/2019	28,30	77,30
BEST s.r.l.	43,80	€ 119.800,00 offerta PM/lp del 18/02/2019	30	73,80

Determinazione n. 722 in data 09/07/2019

- 5) di affidare conseguentemente alla Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano (TO) la fornitura degli ecografi ostetrico ginecologici, sonde e stampanti laser come descritti nell'offerta n. 501.am.19 del 21/02/2019 allegata alla presente in parte integrante e sostanziale, le cui condizioni di seguito si riassumono:

Q.tà	Descrizione	Codice	Prezzo unitario	Prezzo totale
n. 2	Ecografo carrellato dotato di tre sonde	PHILIPS EPIQ 5W	€ 40.000,00	€ 80.000,00
n. 2	Sonda endovaginale volumetrica a larga banda e multifrequenza	3D9-3v FUS8710	€ 6.500,00	€ 13.000,00
n. 2	Sonda convex a larga banda multifrequenza	C9-2 FUS8734	€ 6.500,00	€ 13.000,00
n. 2	Sonda convex volumetrica 3D/4D	V6-2 FUS8711	€ 6.500,00	€ 13.000,00
n. 2	Stampante laser a colori	LaserJet Brother HL-3140CW	€ 190,00	€ 380,00
n. 2	Stic cardiaco	MODULO STIC NUSV611	€ 1.500,00	€ 3.000,00
n. 2	Modulo di rappresentazione tomografica delle diverse sezioni che compongono il volume	MODULO 3D/4D	€ 4.500,00	€ 9.000,00
n. 2	Gestione delle immagini volumetriche con diversi tipi di rendering e ricostruzione multi planare	Q-App GI 3DQ NUSV668	€ 1.500,00	€ 3.000,00
n. 2	Sonda lineare ad alta frequenza per diagnostica ostetrica	eL18-4 FUS8725	€ 6.500,00	€ 13.000,00
			TOTALE IVA esclusa	€ 147.380,00

- CIG 777969790D;
- importo complessivo della fornitura: Euro 147.380,00 oltre IVA, di cui oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto pari ad Euro 150,00;

---

Determinazione n. 722 in data 09/07/2019

- garanzia: 12 mesi;
  - formazione del personale tecnico come previsto al paragrafo 5.12 della lettera di invito;
  - fatturazione e pagamento dei corrispettivi: come previsto al paragrafo 5.13 della lettera di invito;
- 6) di dare atto che alla scadenza del periodo di garanzia (12 mesi) l'A.S.L. si riserva la facoltà di attivazione del contratto di manutenzione full risk come segue:
- costo contratto assistenza tecnica full risk anno per sistema Epiq come da configurazione offerta: Euro 8.250,00 oltre IVA;
  - costo contratto assistenza tecnica full risk per 7 anni per sistema: Euro 57.750,00 oltre IVA;
  - costo contratto assistenza tecnica full risk per 7 anni per n. 2 sistemi: Euro 115.500,00 oltre IVA
- 7) di attribuire l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 147.230,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 32.390,60) ed in totale Euro 179.620,60 al budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 2019 - conto 1.12.04.11 “Attrezzature sanitarie”;
- 8) di attribuire l'onere di Euro 150,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 33,00) ed in totale Euro 183,00 al budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 2019 – conto di conto economico 03101081 - altri rimborsi, assegni e contributi vari;
- 9) di escludere, per le motivazioni in premessa, qui integralmente richiamate:
- la Ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. di Milano, per la mancata presentazione della campionatura come previsto da lettera di invito al paragrafo 4.2;
  - la Ditta SIPAR s.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI) per il mancato raggiungimento della soglia minima di sufficienza qualitativa come previsto da lettera di invito al paragrafo 4;
- 10) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l'inserimento dei beni nel patrimonio dell'Azienda e alla S.S. Ingegneria Clinica per le attività di competenza;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it) – sezione “Bandi di gara/Bandi”;
- 12) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

**DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI**

Determinazione n. 722 in data 09/07/2019

IL RESPONSABILE


ROSSI LEILA

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

**PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI  
DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E  
STAMPANTI LASER - CIG 777969790D  
Apertura offerte economiche**

In data 12/06/2019 alle ore 09:30, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, il funzionario istruttore, Sig.a Monica Baldi, procede allo svolgimento delle operazioni previste dalla lettera di invito al paragrafo 4.4.

Vengono attribuiti i punteggi di cui al verbale dell'Organo Tecnico dell'8/05/2019.

A seguire vengono aperte le buste contenenti le offerte economiche le cui risultanze di seguito si riassumono:

Ditta	Punteggio tecnico	Offerta economica
VERIS s.r.l.	68,20	€ 147.380,00 offerta n. 501.am.19 del 21/02/2019
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.	49,00	€ 127.000,00 offerta n.19.G.48.WH.E_am del 21/02/2019
BEST s.r.l.	43.80	€ 119.800,00 offerta PM/lp del 18/02/2019

La seduta termina alle ore 14:18.

Ponderano, 12 giugno 2019


Monica Baldi 

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA****PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI  
DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E  
STAMPANTI LASER – CIG 777969790D****Apertura documentazione amministrativa e tecnica**

In data 22/02/2019 alle ore 10:04, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, si procede all'apertura dei plichi principali contenenti la documentazione amministrativa e tecnica presentati dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto.

Sono presenti:

Per l'ASL BI:

- Sig.a Monica Baldi – Collaboratore amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti,
- Sig. Fabrizio Crestani – Collaboratore amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti
- Sig.a Guglielminotti Contin Luisa – Collaboratore amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti,

**PREMESSO CHE:**

1. con determinazione n. 116 dell' 1/02/2019, ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016, è stata indetta procedura aperta tramite RdO sul MePa di Consip per l'affidamento della fornitura di n. 2 ecografi carrellati, n. 3 sonde ecografiche per ciascun ecografo, n. 1 stampante laser a colori per ciascun ecografo, da aggiudicare a lotto unico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016 e Linee guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016), risultante dall'esame comparato di elementi di valutazione tecnico qualitativa ed economica espressa in centesimi (qualità punti 70/100 – prezzo punti 30/100 – soglia di sufficienza: 40 punti);
2. in data 01/02/2019 è stata pubblicata sul portale MePa di Consip l'RdO n. 2213733 per la fornitura in oggetto con termine ultimo di presentazione offerte il 21/02/2019, ore 16:00
3. il provvedimento di indizione, in ossequio al principio di trasparenza, è stato pubblicato sul sito aziendale [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it) nella sezione "Bandi di gara/Avvisi" in data 01/02/2019;
4. alla scadenza del termine previsto dagli atti di gara per la presentazione delle offerte sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte:
  - B.E.S.T. s.r.l. – Saluzzo (CN);
  - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. - Milano
  - HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. – Milano;
  - SIPAR s.r.l. – Cernusco sul Naviglio (MI);
  - VERIS s.r.l. – Cambiano (TO)
5. la documentazione richiesta al paragrafo 3, è la seguente:


**A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" composta da:**

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI BIELLA

- 1) **Dichiarazione** attestante il permanere delle condizioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00) in capo a tutti i soggetti previsti al comma 3 del citato articolo, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata) già dichiarata in sedi di adesione al bando MEPA;
- 2) **Copia** della presente lettera d'invito firmata per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);
- 3) **Dichiarazione** allegata alla presente lettera d'invito di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/08 - (Allegato\_1-Dichiarazione\_DLgs\_81-2008\_art. 26);
- 4) **Dichiarazione** sulla disponibilità a presentare i modelli proposti in prova/visione, ai sensi dell'art. 4.2;
- 5) **Copia della** certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo certificazione ISO;
- 6) **garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, di € 2.950,82, con validità di almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta, da prestarsi a scelta dell'offerente:

- in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'ASL BI,
- nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 1/09/1993, n. 385.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere corredata **a pena di esclusione** dall'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di fideiussione, essa dovrà contenere:


- **a pena di esclusione** l'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo aggiudicato, IVA esclusa, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

Si applicano le disposizioni dell'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016 per la riduzione della cauzione; in tal caso l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia alternativamente:

- copia semplice della certificazione di qualità in corso di validità corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

Non sono ammesse garanzie fidejussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

- 7) **Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta - (Allegato\_2- Patto\_integrita);
- 8) **PASSOE (se previsto)** rilasciato dall'ANAC ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC.
- 9) **Relativamente** al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, la ditta offerente è tenuta a comunicare, secondo il modello allegato - (Allegato\_03- Dichiarazione\_flussi\_finanziari):
  - Il nr. di conto dedicato;
  - Le relative coordinate bancarie;
  - Le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare sul conto.

La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.

Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.

**B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA" comprendente:**


- 1) **Dichiarazione** di possesso delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti da fornire (Allegato\_04\_Dich\_caratt\_tecniche\_minime);
- 2) **Relazione**, resa in forma di dichiarazione, in cui vengono evidenziate e dettagliate le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione;
- 3) **dichiarazione di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici** in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 20/02/2007 (Allegato\_05\_Dichiarazione\_registrazione\_Repertorio\_dispositivi\_medici);

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

- 4) **copia delle certificazioni previste dalle direttive comunitarie in vigore sui dispositivi medici** (Direttiva 14/06/1993, n. 93/42/CEE e ss.mm.ii.), se non reperibili nel Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della Salute;
- 5) **questionario tecnico, timbrato e firmato** (Allegato\_06\_Questionario Tecnico);
- 6) **materiale illustrativo e tecnico** dei prodotti offerti;

6. si procede quindi all'apertura dei plichi presentati dalle citate Ditte;


7. tutta la documentazione amministrativa e tecnica pervenuta risulta conforme a quanto richiesto.


La seduta termina alle ore 15:15..


La documentazione sarà riposta in un armadio chiuso a chiave c/o la S.S. Logistica e Acquisti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ponderano, 22 febbraio 2019

Monica Baldi 

Fabrizio Crestani 

Luisa Guglielminotti Contin 

**SEDE LEGALE**

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)  
*Ospedale degli Infermi*  
Tel. 015-15151 Fax. 015-15153914  
[www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it)  
P.I./Cod. Fisc. 01810260024

Ponderano li, 06/05/2019

**S.S. Logistica e acquisti**

c.a. Dr.ssa Leila Rossi

c.a. sig.ra Monica Baldi

**OGGETTO:** "PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E STAMPANTI LASER - CIG 777969790D."

**- VERBALE DI ANALISI DOCUMENTAZIONE TECNICA OFFERTE -**


In riferimento alla procedura in oggetto il giorno 06/05/2019 l'Organo Tecnico formato dalla dr.ssa Manuela Rosa, la dr.ssa Cinzia Sesia ed il dott. Davide Gallina, si è riunito presso i locali del Blocco Parto all'interno dell'Ospedale degli Inferm.

La seduta è iniziata alle ore 10:00 con l'analisi della documentazione tecnica e degli esiti delle prove delle apparecchiature presentate in gara; sono state portate in prova le apparecchiature offerte dalle seguenti ditte:

- **GE HEALTHCARE** modello **Voluson S10 Expert**: Inizio prove 02/04/2019
- **BEST** modello **WS80 ELITE**: Inizio prove 09/04/2019
- **SIPAR** modello **APLIO a450**: Inizio prove 15/04/2019
- **VERIS** modello **EPIQ**: Inizio prove 15/04/2019

La ditta **HITACHI** non ha portato in prova alcuna apparecchiatura; poiché tale condizione è indispensabile per la partecipazione alla gara, la valutazione non sarà effettuata nel prosieguo.

In collaborazione con gli specialist ed il personale della ditta offerente, la prova si è svolta per ciascuna apparecchiatura con le seguenti modalità:



E' stata verificata la presenza di tutti gli elementi portati in prova rispetto a quanto richiesto alle offerenti con lettera del:

- **GE HEALTHCARE** del 27/03/2019 prot N°8431
- **BEST** del 28/03/2019 prot N°8603
- **SIPAR** del 28/03/2019 prot N°8606
- **VERIS** del 29/03/2019 prot N°8758
- **HITACHI** del 19/04/2019 prot N°10911

Tutte le apparecchiature sono state utilizzate nella routine clinica presso gli ambulatori di ecografia ostetrico/ginecologica in Piastra B cercando di stressare le caratteristiche per individuare limiti e punti di forza di ciascun ecografo.

- Sono stati esaminati i casi prenotati approfondendo tutte le modalità di funzionamento bi e tridimensionali, l'analisi dei flussi ed i rendering utilizzando tutte le sonde ed i software a disposizione.

Per l'apparecchiatura SAMSUNG presentata in demo dalla ditta BEST si segnala l'assenza del sistema di continuità di alimentazione in grado di implementare la funzione di stand-by richiesta al punto A-3.2 delle caratteristiche tecniche a pena di esclusione.


Risulta documentazione di offerta che la configurazione offerta in gara presenta tale modulo, pertanto si ritiene di proseguire la valutazione sub giudice di verifica all'apertura delle buste economiche in cui la configurazione è esplicitata.

La sessione si è conclusa alle 12:00.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I membri dell'Organo Tecnico.


dr.ssa Manuela Rosa



dr.ssa Cinzia Sesia



dott. Davide Gallina





**SEDE LEGALE**

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)  
*Ospedale degli Infermi*  
Tel. 015-15151 Fax. 015-15153914  
[www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it)  
P.I./Cod. Fisc. 01810260024

Ponderano li, 08/05/2019

**S.S. Logistica e acquisti**

c.a. Dr.ssa Leila Rossi

c.a. sig.ra Monica Baldi

**OGGETTO:** "PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E STAMPANTI LASER - CIG 777969790D."

**- VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI -**

In riferimento alla procedura in oggetto il giorno 08/05/2019 l'Organo Tecnico formato dalla dr.ssa Manuela Rosa, la dr.ssa Cinzia Sesia ed il dott. Davide Gallina, si è riunito presso i locali del Blocco Parto all'interno dell'Ospedale degli Infermi.

La seduta è iniziata alle ore 08:00 con l'analisi qualitativa e l'attribuzione dei punteggi delle apparecchiature presentate in gara; sono state presentate dalle ditte offerenti le seguenti apparecchiature:

- **GE HEALTHCARE** modello **Voluson S10 Expert**
- **BEST** modello **WS80 ELITE**
- **SIPAR** modello **APLIO a450**
- **VERIS** modello **EPIQ**

Di seguito si riporta l'esito dell'analisi dei parametri di qualità definiti nel Capitolato Speciale di Gara in relazione alla documentazione tecnica ed alle prove effettuate.


	<u>Caratteristiche prestazionali - P.ti: 70</u>	<i>puteaggio parziale</i>	
B-1	Qualità dell'imaging 2D (ad esempio: Imaging B-mode stabile con massima risoluzione spaziale ad elevati frame rate, fattore di ingrandimento dell'immagine senza perdita di risoluzione, risoluzione, funzioni di ottimizzazione, focalizzazione, ect) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	18	Discrezionale
B-2	Qualità della funzione Doppler (Color, Power, Power Direzionale, Doppler spettrale) - precisione dei contorni, sensibilità ai flussi lenti, etc.) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	17	Discrezionale
B-3	Prestazioni dell'imaging volumetrico (modalità di visualizzazione, rendering, fluidità dell'immagine, utilizzo delle diverse funzionalità doppler, etc.) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	9	Discrezionale
B-4	Ergonomia complessiva del sistema (gestione delle funzioni di routinario impiego, manualità del sistema anche in riferimento alle sonde)	9	Discrezionale
B-5	Stic cardiaco (presenza o assenza)	3	Tabellare
B-6	Modulo di rappresentazione tomografica delle diverse sezioni che compongono il volume (presenza o assenza)	3	Tabellare
B-7	Gestione delle immagini volumetriche con diversi tipi di rendering e ricostruzione multiplanare (presenza o assenza)	5	Tabellare
B-8	Sonda lineare ad alta frequenza per diagnostica ostetrica (indicativamente almeno da 12 Mhz) (presenza o assenza)	6	Tabellare

Per ciascun offerente rispondente ai requisiti minimi di idoneità, le valutazioni hanno previsto l'attribuzione per ciascun parametri dei seguenti giudizi sintetici e la conseguente individuazione del peso corrispondente.

Si evidenzia che i tre commissari hanno formulato all'unanimità i giudizi da attribuire a ciascun parametro per le differenti offerte.

Coefficiente	Giudizio sintetico
	Ottimo (O)
1	
0,8	Più che adeguato (AA)
0,6	Adeguato (A)
0,4	Parzialmente adeguato (PA)
0,2	Scarsamente adeguato (SA)
0	Non adeguato (NA)


Di seguito si riportano le tabelle con i giudizi ed i pesi espressi per ciascuna parametro e ciascuna offerta.



<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-1 Qualità dell'imaging 2D (ad esempio: Imaging B-mode stabile con massima risoluzione spaziale ad elevati frame rate, fattore di ingrandimento dell'immagine senza perdita di risoluzione, risoluzione, funzioni di ottimizzazione, focalizzazione, ect) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Sarà preferita l'offerta complessiva in grado di dare la possibilità all'ecografista di effettuare una migliore e più rapida diagnosi tramite le apparecchiature proposte.	<b>Peso</b>
<b>GE HEALTHCARE</b>	Sufficiente capacità risolutiva nei singoli segmenti, nell'insieme le prestazioni non sono completamente adeguate al livello richiesto	0,4
<b>BEST</b>	Immagine sufficientemente contrastate ma non sempre immediatamente intuitive	0,4
<b>SIPAR</b>	Immagine con contrasti non netti che non permette un'immediata ed intuitiva individuazione dell' strutture	0,4
<b>VERIS</b>	Ottima ed istantanea capacità risolutiva	1

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-2 Qualità della funzione Doppler (Color, Power, Power Direzionale, Doppler spettrale) - precisione dei contorni, sensibilità ai flussi lenti, etc.) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Sarà preferita l'offerta complessiva in grado di dare la possibilità all'ecografista di effettuare una migliore e più rapida diagnosi tramite le apparecchiature proposte.	<b>Peso</b>
<b>GE HEALTHCARE</b>	Per quanto valida, non del tutto adeguata alle prestazioni richieste	0,4
<b>BEST</b>	Scarsa e non esaustiva risoluzione nella identificazione del microcircolo	0,2
<b>SIPAR</b>	Scarsa e non esaustiva risoluzione nella definizione del microcircolo	0,4
<b>VERIS</b>	Eccellente in tutte le funzioni, particolarmente precisa nel microcircolo	1

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-3 Prestazioni dell'imaging volumetrico (modalità di visualizzazione, rendering, fluidità dell'immagine, utilizzo delle diverse funzionalità doppler, etc.) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Sarà preferita l'offerta complessiva in grado di dare la possibilità all'ecografista di effettuare una migliore e più rapida diagnosi tramite le apparecchiature proposte.	<b>Peso</b>
<b>GE HEALTHCARE</b>	Immagine dall'immediata interpretazione agevolata da modelli ricostruttivi pratici	1
<b>BEST</b>	Immagine dall'immediata interpretazione agevolata da modelli ricostruttivi pratici	1
<b>SIPAR</b>	Insufficiente risoluzione dei dettagli	0,2
<b>VERIS</b>	Immagine dall'immediata interpretazione agevolata da modelli ricostruttivi pratici	1



<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-4 Ergonomia complessiva del sistema (gestione delle funzioni di routinario impiego, manualità del sistema anche in riferimento alle sonde)	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Sarà preferita l'offerta complessiva che metta l'ecografista nelle condizioni di operare con la massima ergonomia tramite le apparecchiature proposte.	<b>Peso</b>
<b>GE HEALTHCARE</b>	Ottima praticità d'uso	1
<b>BEST</b>	Valida praticità d'uso	0,8
<b>SIPAR</b>	Nell'insieme adeguato, ma non soddisfacente praticità d'uso della sonda convex	0,6
<b>VERIS</b>	Più che adeguata e completa funzionalità, ma complessa collocazione dei comandi	0,8

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-5 Stic cardiaco (presenza o assenza)
<b>Criterio di attribuzione</b>	3 punti attribuiti in presenza della funzionalità specifica (operativa e completa); 1,5 punti per presenza su di una sola macchina; 0 punti in assenza.
<b>GE HEALTHCARE</b>	Presente
<b>BEST</b>	Presente
<b>SIPAR</b>	Presente
<b>VERIS</b>	Presente

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-6 Modulo di rappresentazione tomografica delle diverse sezioni che compongono il volume (presenza o assenza)
<b>Criterio di attribuzione</b>	3 punti attribuiti in presenza della funzionalità specifica (operativa e completa); 1,5 punti per presenza su di una sola macchina; 0 punti in assenza.
<b>GE HEALTHCARE</b>	Presente
<b>BEST</b>	Presente
<b>SIPAR</b>	Presente
<b>VERIS</b>	Presente

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-7 Gestione delle immagini volumetriche con diversi tipi di rendering e ricostruzione multiplanare (presenza o assenza)
<b>Criterio di attribuzione</b>	5 punti attribuiti in presenza della funzionalità specifica (operativa e completa); 2,5 punti per presenza su di una sola macchina; 0 punti in assenza.
<b>GE HEALTHCARE</b>	Presente
<b>BEST</b>	Presente
<b>SIPAR</b>	Presente
<b>VERIS</b>	Presente


<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-8 Sonda lineare ad alta frequenza per diagnostica ostetrica (indicativamente almeno da 12 Mhz) (presenza o assenza)
<b>Criterio di attribuzione</b>	6 punti attribuiti in presenza della funzionalità specifica (operativa e completa); 3 punti per presenza su di una sola macchina; 0 punti in assenza.
<b>GE HEALTHCARE</b>	Presente
<b>BEST</b>	Presente
<b>SIPAR</b>	Presente
<b>VERIS</b>	Presente

A fronte dei pesi per ciascun parametro discrezionale sono stati calcolati i punteggi attribuiti a ciascun offerente; per i parametri tabellari sono stati attribuiti direttamente i punteggi sulla base dei criteri.

La somma dei punteggi è infine stato rapportata a 70 ed approssimata alla terza cifra decimale.

I punteggi definitivi risultano come da schema inserito di seguito.

	<i>Caratteristiche prestazionali - P.ti: 70</i>	<i>puteggio parziale</i>	GE HEALTHCARE		BEST		SIPAR		VERIS	
			Pesi	Punti	Pesi	Punti	Pesi	Punti	Pesi	Punti
B-1	Qualità dell'imaging 2D	18	0,4	7,2	0,4	7,2	0,4	7,2	1	18
B-2	Qualità della funzione Doppler	17	0,4	6,8	0,2	3,4	0,4	6,8	1	17
B-3	Prestazioni dell'imaging volumetrico	9	1	9	1	9	0,2	1,8	1	9
B-4	Ergonomia complessiva del sistema	9	1	9	0,8	7,2	0,6	5,4	0,8	7,2
B-5	Stic cardiaco	3	Presente	3	Presente	3	Presente	3	Presente	3
B-6	Modulo di rappresentazione tomografica delle diverse sezioni che compongono il volume	3	Presente	3	Presente	3	Presente	3	Presente	3
B-7	Gestione delle immagini volumetriche con diversi tipi di rendering e ricostruzione multiplanare	5	Presente	5	Presente	5	Presente	5	Presente	5
B-8	Sonda lineare ad alta frequenza per diagnostica ostetrica	6	Presente	6	Presente	6	Presente	6	Presente	6
	<b>TOTALE</b>	70		49		43,8		38,2		68,2
	<b>TOTALE Rapportato a 70 (e approssimato al terzo decimale)</b>			<b>50,293</b>		<b>44,956</b>				<b>70</b>



La sessione si è conclusa alle 08:30.


Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I membri dell'Organo Tecnico.

dr.ssa Manuela Rosa



dr.ssa Cinzia Sesia



dott. Davide Gallina




**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI BIELLA

**PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI  
DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E  
STAMPANTI LASER - CIG 777969790D**

In data 27/03/2019 alle ore 08:10, presso la Sala riunioni della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, si è riunito l'Organismo Tecnico nominato con determinazione dirigenziale n. 295 del 14/03/2019.

Sono presenti tutti i componenti:

Dott. Davide Gallina- Dirigente Medico

Dott.ssa Manuela Rosa - Dirigente Medico

Dott.ssa Sesia Cinzia - Dirigente Medico

E' altresì presente l'Ing. Alberto Petti Responsabile dell'Ingegneria Clinica.

E' stata brevemente illustrata all'Organo Tecnico la procedura di gara indetta per l'affidamento della fornitura di che trattasi, ponendo particolare attenzione al paragrafo 4 della lettera di invito riguardante la modalità di aggiudicazione e le valutazioni qualitative o di conformità che dovranno essere effettuate.

Inoltre, come indicato al paragrafo 4.2 della lettera di invito, l'organo tecnico procederà alla prova/visione delle apparecchiature complete degli accessori richiesti e nella medesima configurazione d'offerta.

Sono pertanto state stabilite le tempistiche delle prove e le modalità di svolgimento, in particolare è richiesta la presenza dello specialist per tutta la durata della prova.

A seguire sono state comunicate all'Organo Tecnico le caratteristiche oggetto di valutazione e la ripartizione dei punteggi come segue:

- **Caratteristiche oggetto di valutazione.**

L'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, fino ad un massimo complessivo di **punti 70**, sarà effettuata dall'organo tecnico mediante una valutazione dei parametri riportati nella tabella sottostante, connessi all'oggetto dell'appalto e attinenti alle caratteristiche ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze oggetto del presente Capitolato.


<i>cod.</i>	<i>Criterio di valutazione</i>	<i>Sub criteri di valutazione</i>	<i>Punti D MAX</i>	<i>Punti Q MAX</i>	<i>Punti T MAX</i>
B-1	Qualità dell'imaging 2D (ad esempio: Imaging B-mode stabile con massima risoluzione spaziale ad elevati frame rate, fattore di ingrandimento dell'immagine senza perdita di risoluzione, risoluzione, funzioni di ottimizzazione, focalizzazione, ect) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	Sarà preferita l'offerta complessiva in grado di dare la possibilità all'ecografista di effettuare una migliore e più rapida diagnosi tramite le apparecchiature proposte.	18		
B-2	Qualità della funzione Doppler (Color, Power, Power Direzionale, Doppler spettrale) - precisione dei contorni, sensibilità ai flussi lenti, etc.) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	Sarà preferita l'offerta complessiva in grado di dare la possibilità all'ecografista di effettuare una migliore e più rapida diagnosi tramite le apparecchiature proposte.	17		
B-3	Prestazioni dell'imaging volumetrico (modalità di visualizzazione, rendering, fluidità dell'immagine, utilizzo delle diverse funzionalità doppler, etc.) anche attraverso la fornitura di moduli dedicati al miglioramento dell'imaging	Sarà preferita l'offerta complessiva in grado di dare la possibilità all'ecografista di effettuare una migliore e più rapida diagnosi tramite le apparecchiature proposte.	9		
B-4	Ergonomia complessiva del sistema (gestione delle funzioni di routinario impiego, manualità del sistema anche in riferimento alle sonde)	Sarà preferita l'offerta complessiva che metta l'ecografista nelle condizioni di operare con la massima ergonomia tramite le apparecchiature proposte.	9		
B-5	Stic cardiaco (presenza o assenza)	3 punti attribuiti in presenza della funzionalità specifica (operativa e completa); 1,5 punti per presenza su di una sola macchina; 0 punti in assenza.			3
B-6	Modulo di rappresentazione tomografica delle diverse sezioni che compongono il volume (presenza o assenza)	3 punti attribuiti in presenza della funzionalità specifica (operativa e completa); 1,5 punti per presenza su di una sola macchina; 0 punti in assenza.			3

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



**AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI BIELLA**

<i>cod.</i>	<i>Criterio di valutazione</i>	<i>Sub criteri di valutazione</i>	<i>Punti D MAX</i>	<i>Punti Q MAX</i>	<i>Punti T MAX</i>
B-7	Gestione delle immagini volumetriche con diversi tipi di rendering e ricostruzione multiplanare (presenza o assenza)	5 punti attribuiti in presenza della funzionalità specifica (operativa e completa); 2,5 punti per presenza su di una sola macchina; 0 punti in assenza.			5
B-8	Sonda lineare ad alta frequenza per diagnostica ostetrica (indicativamente almeno da 12 Mhz) (presenza o assenza)	6 punti attribuiti in presenza della funzionalità specifica (operativa e completa); 3 punti per presenza su di una sola macchina; 0 punti in assenza.			6

Soglia di sufficienza qualitativa: 40 punti

Al termine è stata consegnata la documentazione tecnica pervenuta.

La seduta si è conclusa alle ore 9,00.

Letto approvato e sottoscritto:

Dott. Davide Gallina \_\_\_\_\_

Dott.ssa Manuela Rosa \_\_\_\_\_

Dott.ssa Sesia Cinzia \_\_\_\_\_