

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE

SCARPETTA STEFANO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

OGGETTO: GARA AIC 3: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. GARA 6377212. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CIG 663917655A RTI SERVICE MED S.P.A./PLURIMA S.P.A., LOTTO 2) 6639181979 DITTA ARJOHUNTLEIGH S.P.A.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1.801.067,75 (IVA ESCLUSA).

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

OGGETTO: GARA AIC 3: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. GARA 6377212. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CIG 663917655A RTI SERVICE MED S.P.A./PLURIMA S.P.A., LOTTO 2) 6639181979 DITTA ARJOHUNTLEIGH S.P.A.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1.801.067,75 (IVA ESCLUSA).

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n° 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L.BI, in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con determina n. 14 del 23/12/2016 della S.C. Amministrazione e Controllo è stata indetta e conseguentemente avviata procedura aperta comunitaria per l'affidamento della "Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, all'A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3- articolata in due lotti (Lotto 1 CIG 663917655A, Lotto 2 CIG 6639181979) ad aggiudicazione separata, per la durata complessiva di 5 anni (comprensiva di rinnovo di 2 anni), per un importo a base d'asta di € 3.553.000,00 (IVA esclusa);
- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i relativi atti: schema bando, schema di contratto, Capitolato speciale di gara e documenti ad essi correlati e relative condizioni contrattuali, indicanti le caratteristiche tecniche minime dei beni da acquisire, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione delle offerte, predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti in collaborazione con la S.S. Ingegneria Clinica, nel rispetto del D. Lgs 50 del 18/04/2016;
- ai fini dell'individuazione della migliore offerta, come risultante dagli atti di gara sopra richiamati, è stato individuato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016, risultante dall'esame comparato di elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed economica espressi in centesimi con la seguente ponderazione:
 - a) qualità: punti 50/100
 - b) prezzo: punti 50/100
- il bando di gara, con scadenza per la ricezione delle offerte fissata alle ore 16:00 del giorno 15/02/2017, è stato pubblicato come segue:

-	in forma integrale:	sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28/12/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 09/01/2017;
-	per estratto:	sui quotidiani a diffusione nazionale: "Gazzetta Aste e Appalti pubblici" e

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

	"Italia Oggi" il 12/01/2017; sui quotidiani a diffusione locale: "La Stampa-Edizione Locale" e l'"Eco di Biella" il 12/01/2017;
-	sul sito aziendale, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 23/12/2016;
-	sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte in data 10/01/2017;

- in seguito alle richieste di chiarimento pervenute entro i termini previsti dal Capitolato speciale di gara (ore 13.00 del giorno 30/01/2017) da parte delle Ditte partecipanti, il Responsabile unico del procedimento di gara, con nota prot. n. 2923/17 del 07/02/2017, ha fornito le relative risposte che sono state pubblicate in pari data sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it e poi recepite con determina n. 13 del 16/05/2017;
- con determina n. 17 del 25/07/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice competente per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte prodotte dalle Ditte partecipanti, secondo i criteri motivazionali previsti dagli atti di gara;
- con determina n. 36 del 13/11/2017, in seguito all'apertura di plichi principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa (busta "A") e tecnica (busta "B"), presentati dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto, si è proceduto a quanto segue:
 - approvare il verbale di gara dell'Ufficiale Rogante n° 2737 di repertorio del 21/02/2017 relativo all'apertura dei plichi principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica della procedura aperta di che trattasi;
 - ammettere al prosieguo della gara, per le motivazioni riportate nel citato provvedimento, tutte le ditte partecipanti, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara, a pena di esclusione, agli artt. 3.4 - Condizioni di partecipazione (artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016), 3.4.1 - Requisiti di capacità economica e finanziaria e 3.4.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 d.lgs. 50/2016), di seguito elencate:
 - 1) ArjoHuntleigh S.p.A. di Roma (Lotto 1 e 2);
 - 2) MedicAir Italia S.r.l. di Pogliano Milanese (Lotto 1);
 - 3) Medi-H_Art S.r.l. di Peschiera Borromeo (Lotto 1 e 2);
 - 4) RTI - Sapio Life S.r.l. (Mandataria) di Monza e Euro Ausili (Mandante) di Legnano (Lotto 1);
 - 5) RTI - Service Med S.p.A. (Mandataria) di Milano e Plurima S.p.a. (Mandante) di Milano (Lotto 1);
 - 6) RTI - Zuccato HC S.r.l. (Mandataria) di Verona e OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.r.l. (Mandante) di Venaria Reale (Lotto 1);
 - 7) Sanacilia S.r.l. di Roma (Lotto 1);

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

- il richiamato provvedimento di ammissione è stato comunicato alle ditte concorrenti e pubblicato sul sito aziendale;

PRESO ATTO:

- del verbale dell'Ufficiale Rogante n. 2777 del 19/01/2018 di Repertorio, allegato al presente provvedimento a parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), relativo all'apertura delle offerte economiche, dal quale emerge quanto segue:

- 1) la Commissione Giudicatrice, riunitasi nei giorni 18/10/2017, 30/10/2017, 08/11/2018, 10/11/2017, 27/11/2017 e 29/11/2017, come risultante dai relativi verbali, ha proceduto alla formulazione del seguente punteggio finale in merito alle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti:

LOTTO	Ditta	Punteggio normalizzato
1) Sistema a pressione alternata e/o bassa pressione continua d'appoggio (Sottolotto A e B)	ArjoHuntleigh S.p.A.	43,520
	RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a.	50
2) Sistema a cessione d'aria	ArjoHuntleigh S.p.A.	50
	Medi-H_Art S.r.l.	31,333

- 2) la Commissione Giudicatrice, relativamente al Lotto 1, ha assegnato alle seguenti ditte un punteggio al di sotto della soglia di sufficienza qualitativa prevista dal Capitolato Speciale di gara, mentre la ditta Sanacilia S.R.L. di Roma non è stata valutata in quanto il prodotto offerto è risultato non in possesso di caratteristica tecnica minima a pena di esclusione:

- MedicAir Italia S.r.l.	punti 20,315
- Medi-H-Art S.r.l.	punti 24,331
- RTI SAPIOLIFE S.r.l. e EURO AUSILI S.r.l.	punti 10,901
- R.T.I. ZUCCATO HC S.r.l. e OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	punti 3,776

- 3) in seguito all'apertura delle offerte economiche ammesse alla fase finale della gara è stata formulata la seguente graduatoria:

LOTTO	Ditta		prezzo offerto	punti prezzo	punti qualità	punti totali
Pressione alternata e/o a bassa	1°	RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a	€ 1.750.359,75	50	50	100

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

pressione continua d'appoggio	2°	ArjoHuntleigh S.p.A	€ 1.800.727,25	48,601	43,520	92,121
Cessione d'aria	1°	ArjoHuntleigh S.p.A.	€ 50.708,00	40,311	50	90,311
	2°	Medi-H_Art S.r.l.	€ 40.882,00	50	31,333	81,333

RILEVATO che, a conclusione del procedimento di verifica della congruità dell'offerta che presentano carattere anormalmente basso ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016, le giustificazioni fornite dal costituendo RTI Service Med S.p.a./ Plurima S.p.a., per il Lotto 1, e ArjoHuntleigh S.p.a, per il Lotto 2, appaiono nel complesso accoglibili e sufficienti a giustificare le offerte, per cui le stesse possono essere dichiarate congrue e sostenibili, come risultante dal relativo verbale datato 22/03/2018, allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere come segue:

- di approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 1. n. 2777 dell'Ufficiale Rogante del 19/01/2018 di Repertorio, relativo all'apertura delle offerte economiche
 2. n. 1 della Commissione Giudicatrice del 18/10/2017
 3. n. 2 della Commissione Giudicatrice del 30/10/2017
 4. n. 3 della Commissione Giudicatrice del 08/11/2018
 5. n. 4 della Commissione Giudicatrice del 10/11/2017
 6. n. 5 della Commissione Giudicatrice del 27/11/2017
 7. n. 6 della Commissione Giudicatrice del 29/11/2017
 8. del 22/03/2018 del RUP, relativo al procedimento di verifica dell'anomalia
- di aggiudicare definitivamente alle seguenti ditte, la fornitura oggetto del presente provvedimento indetta con determina n. 14 del 23/12/2016, alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara ed economiche riportate nelle relative offerte:

LOTTO 1	RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a	al valore complessivo di € 1.750.359,75 + Iva 22%, per un periodo di 3 anni + 2 di rinnovo, a fronte di base di gara di € 3.500.000,00 e quindi con un ribasso del 49,9897%;
LOTTO 2	ArjoHuntleigh S.p.A.	al valore complessivo di € 50.708,00 + Iva 22%, per un periodo di 3 anni + 2 di rinnovo, a fronte di base di gara di € 53.000 e quindi con un ribasso del 4,3245%;

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

- di escludere dalla gara le ditte MedicAir Italia S.r.l., Medi-H-Art.S.r.l., RTI Sapiolife S.r.l./Euro Ausili S.r.l. e R.T.I. Zuccato HC S.r.l. e Officina Ortopedica Ferrero, per non aver raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa prevista dal Capitolato speciale di gara all'art. 3.8.2 - Attribuzione del punteggio qualità (punti 50/100);
- di escludere dalla gara la ditta Sanacilia in quanto i prodotti offerti per il Lotto 1) sottolotti A e B non sono in possesso della caratteristica tecnica minima prevista a pena di esclusione dall'art. 3.8.2 del Capitolato Speciale di gara (punto 1A-3 dell'Allegato 7.1A –sottolotto A e punto 1B-3 dell'Allegato 7.1B –sottolotto B), come risultante dal verbale n° 5 del 27/11/2017 della Commissione Giudicatrice;
- di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla ditte aggiudicatrici ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016 ha dato esito positivo mentre è in corso la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti ai sensi dell'art. 80 del citato decreto;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di prendere atto ed approvare il verbale dell'Ufficiale Rogante n. 2777 del 19/01/2018 di Repertorio (Allegato n. 1), relativo all'apertura delle offerte economiche nella procedura di gara oggetto del presente provvedimento, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto ed approvare i verbali della competente Commissione Giudicatrice, relativi alle sedute del 18/10/2017, 30/10/2017, 08/11/2018, 10/11/2017, 27/11/2017 e 29/11/2017, (Allegati n. 2,3, 4, 5, 6, 7) e del RUP del 22/03/2018 (Allegato 8), relativo al procedimento di verifica della congruità dell'offerte che presentano carattere anormalmente basso, tutti allegati a parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di aggiudicare definitivamente in capo alle Ditte RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a, per il Lotto 1 CIG 663917655°, e ArjoHuntleigh S.p.A., per il Lotto 2 CIG 6639181979, la "Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, all'A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3", indetta con determina n. 14 del 23/12/2016, in quanto offerenti all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016, per i seguenti valori complessivi:

LOTTO 1	RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a	per un valore complessivo di € 1.750.359,75 + Iva 22%;
LOTTO 2	ArjoHuntleigh S.p.A.	per un valore complessivo di € 50.708,00 + Iva 22%;

- 4) di affidare la sopra citata fornitura per un periodo di 3 anni, alle condizioni contrattuali previste dagli atti di gara ed economiche di cui alle offerte già allegate al verbale dell'Ufficiale Rogante del 09/01/2018 n°

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

repertorio 2777, che qui si intendono richiamate integralmente, di seguito riepilogate:

LOTTO 1		
Sotto lotto A)	Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. continuativi	€ 3,25
	Costo giornata noleggio periodi di lunga durata, superiore a 30 gg. continuativi	€ 2,30
Sotto lotto B)	Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. continuativi	€ 3,30
-	Totale noleggio triennale (A)	€ 605.424,60
-	Oneri interferenziali per la sicurezza (B)	€ 1.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 606.424,60
	Iva 22%	€ 133.413,412
	IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA	€ 739.838,012
LOTTO 2	Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. continuativi	€ 8,60
-	Totale noleggio triennale (A)	€ 29.824,80
-	Oneri interferenziali per la sicurezza (B)	€ 1.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 50.708,00
	Iva 22%	€ 11.155,76
	IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA	€ 61.863,76

- 5) di escludere dalla gara, relativamente al Lotto 1, le seguenti ditte:
- MedicAir Italia S.r.l., Medi-H-Art.S.r.l., RTI Sapiolife S.r.l./Euro Ausili S.r.l. e R.T.I. Zuccato HC S.r.l. e Officina Ortopedica Ferrero, in quanto i prodotti offerti per il Lotto 1 non hanno raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa prevista dal Capitolato speciale di gara all'art. 3.8.2 - Attribuzione del punteggio qualità (punti 50/100);
 - Sanacilia S.r.l., in quanto i prodotti offerti per il Lotto 1) sottoalotti A e B non sono in possesso della caratteristica tecnica minima prevista a pena di esclusione dall'art. 3.8.2 del Capitolato Speciale di gara (punto 1A-3 dell'Allegato 7.1A –sottoalotto A e punto 1B-3 dell'Allegato 7.1B – sottoalotto B), come risultante dal verbale n° 5 del 27/11/2017 della Commissione Giudicatrice;
- 6) di dare atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, in capo all'A.S.L. BI, pari ad Euro 247.305,59 (Iva inclusa) per un periodo contrattuale di 3 anni, trova copertura nel budget finanziario n. 3 Amministrazione e Controllo dei seguenti conti per i relativi bilanci d'esercizio:

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

ANNO 2018 (GIUGNO - DICEMBRE):

03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari)	€ 47.992,31	Aut. 3
03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi vari di Conto)	€ 488,00	Aut. 3

ANNI: 2019, 2020 (importo annuo):

03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari)	€ 82.272,53	Aut. 3 che verrà registrato sui rispettivi bilanci di competenza
--	-------------	--

ANNO 2021 (GENNAIO – MAGGIO)

03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari)	€ 34.280,22	Aut. 3 che verrà registrato sul rispettivo bilancio di competenza
--	-------------	---

- 7) di dare atto che la fornitura in parola, della durata di 3 anni, avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto, come previsto all'art. 5.3 - Durata e decorrenza del servizio del Capitolato di gara in seguito ad esito favorevole dei controlli di legge in corso, previsto in via presuntiva dal mese di giugno 2018;
- 8) di riservarsi la facoltà, al termine del periodo contrattuale, di procedere al rinnovo di ulteriori 2 anni – e quindi fino ad un massimo di anni 5- previo gradimento dell'esecutore e verifica dell'interesse pubblico, come stabilito all'art. 5.3 - del Capitolato Speciale di gara;
- 9) di dare atto che se allo scadere del termine naturale del contratto le Aziende Sanitarie/Ospedaliere non avranno ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura per il periodo successivo, la ditta affidataria ha l'obbligo di continuarla alle condizioni convenute, per il periodo di 6 mesi e comunque per il periodo necessario a consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara.
- 10) di individuare nella Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, il Responsabile del Procedimento Aziendale (R.U.P. Aziendale) e nella Dott.ssa Antonella Croso, Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Aziendale (D.E.C. Aziendale), cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto ai sensi di legge;
- 11) di disporre la comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell'art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165;
- 12) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione "Bandi di gara/Bandi";
- 13) di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.SS.LL. NO - VC – VCO e all'AOU Maggiore della Carità di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3;
- 14) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 545 in data 28/05/2018

IL DIRETTORE

SCARPETTA STEFANO

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

GARA DI AIC: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3

VERBALE 1^ seduta del 18 ottobre 2017
Commissione giudicatrice

In data 18 ottobre 2017 alle ore 10,15 presso i locali della S.S. Logistica e Acquisti siti in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano, la Commissione giudicatrice, competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura aperta in oggetto, si riunisce in seduta riservata per dare inizio alla fase istruttoria.

La Commissione giudicatrice, individuata con determinazione dirigenziale della S.C. Amministrazione e Controllo n° 17 del 25.07.2017, risulta così composta:

- Sig.ra Roberta Pesce – CPSE S.S. Unità Spinale SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione- Componente
- Sig.ra Antonella Pastore- CPSE S.C. Ortopedia Traumatologia- Componente
- Dott.ssa Cristiana Masuero– CPSE S.C. Medicina e Nefrologia- Componente
- Dott.ssa Daniela Ricotti- Coordinatore U.O. Medicina Presidio di Domodossola- Componente
- Dott.ssa Chiara Pignolo- CPSE di Medicina Interna- Componente

Svolge funzioni di segreteria la Sig.ra Elena Maestrelli – Collaboratore della S.S. Logistica e Acquisti

Alla seduta odierna interviene il RUP della procedura di gara, Dott.ssa Leila Rossi, per comunicare alla Commissione l'esigenza di concludere le valutazioni tecniche entro la fine dell'anno in corso. Al termine delle comunicazioni il RUP lascia la sala riunioni e la Commissione inizia i lavori.

Prima di dare avvio ai lavori i predetti commissari, individuano nella Sig.ra Roberta Pesce, il Presidente della Commissione, in considerazione degli anni di esperienza maturati.

La Commissione dà avvio ai lavori e a tal fine prende atto di quanto segue:

1. del Verbale redatto dall'Ufficiale Rogante n° 2737 di Repertorio del 21/02/2017 di apertura dei plichi principali, delle buste contenenti la "Documentazione amministrativa" e "Documentazione Tecnica" e verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalla ditte concorrenti;
2. sono state ammesse al prosieguo della gara, come risulta dal citato verbale, le ditte: MedicAir Italia S.r.l. di Pogliano Milanese e l'RTI - Service Med S.p.A. (Mandataria) di Milano e Plurima S.p.a. (Mandante) di Milano,
3. mentre sono state ammesse con riserva le ditte: ArjoHuntleigh S.p.A. di Roma, Medi-H_Art S.r.l. di Peschiera Borromeo, RTI - Sapio Life S.r.l. (Mandataria) di Monza e Euro Ausili (Mandante) di Legnano, RTI - Zuccato HC S.r.l. (Mandataria) di Verona e OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.r.l. (Mandante) di Venaria Reale e Sanacilia S.r.l. di Roma, per irregolarità formali;
4. dei chiarimenti forniti in sede di gara con nota prot. Prot. n. 2923 del 07/02/2017, approvati e pubblicati sul sito della stazione appaltante;

A questo punto la Commissione Giudicatrice, prima di procedere all'analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti, procede alla lettura degli atti di gara, in particolare di quanto disposto dal Capitolato Speciale che di seguito si riporta in stralcio.

"... [Omissis]

Handwritten signatures and initials: RP, CP, RD, and others.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it


**AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA**
3.8 Modalità di aggiudicazione

La presente fornitura **sarà aggiudicata, a Lotti separati, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016), risultante dall'esame comparato di elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed economica espressa in centesimi come segue:

			punti	soglia di sufficienza
QUALITÀ			50/100	
Lotto 1 (Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio per pazienti a medio ed alto rischio)	sottolotto A	per paziente a medio rischio	25/100	13/25
	sottolotto B	per paziente ad alto rischio	25/100	13/25
Lotto 2 (Sistema antidecubito a cessione d'aria per pazienti ad alto rischio con lesioni iperessudanti)			50/100	26/50
PREZZO			50/100	
			100/100	

Si precisa che il Lotto 1 verrà aggiudicato in presenza di offerta congiunta per entrambi i sottolotti A e B. Pertanto verranno prese in considerazione solo offerte per entrambi i sottolotti e si procederà ad esclusione del candidato che presenterà offerta per un solo sottolotto.

Lo svolgimento delle attività procedurali sarà demandato al **Seggio di gara** e – per il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** – alla **Commissione giudicatrice**.

... [Omissis]

La **Commissione giudicatrice**, unica per entrambi i lotti e composta da 5 membri esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto del contratto, sarà individuata e costituita mediante adozione di specifico atto e opererà a collegio perfetto in sedute riservate, le cui risultanze verranno formalizzate in verbali sottoscritti da tutti i suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice potrà essere chiamata a svolgere funzioni di ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

... [Omissis]

3.8.2. Attribuzione del punteggio qualità (punti 50/100)

Durante tale fase procedurale la Commissione giudicatrice procederà, in sedute riservate, all'esame nel merito della documentazione tecnica.

Verranno prese in considerazione le seguenti categorie di caratteristiche:

o **Caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione.**

La Commissione giudicatrice verificherà che la fornitura abbia le **caratteristiche tecniche minime** indicate all'art. 5.6; laddove tali caratteristiche non siano presenti, la Ditta sarà **esclusa** dal prosieguo della gara.

Prima di procedere all'esclusione delle apparecchiature che risulteranno non avere anche una sola delle caratteristiche tecniche minime, potranno essere chiesti chiarimenti alla Ditta in merito alla documentazione presentata.

Le Ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 68, comma 7, D.Lgs. 50/2016, potranno proporre soluzioni che corrispondano in maniera equivalente ai requisiti funzionali definiti dalle caratteristiche tecniche minime; di ciò la Ditta dovrà fornire prova in sede di offerta.

o **Caratteristiche oggetto di valutazione.**

L'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, fino ad un massimo complessivo di **punti 50**, sarà effettuata dalla Commissione

LR/EM

Giudicatrice\LAVORI\Verb_1 - 18_10_2017.doc

P:\APB\AIC GARE\ASL BI\sistemi antidecubito\ATTI DI GARA\Commissione

Pagina 2 di 10

ASL BI

 Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
 Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

 La tua **Salute**,
 il nostro **Impegno**

Handwritten signatures and initials: CP, RS, AP, GP, RP, and a large '200' at the bottom right.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti
Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi
Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516
leila.rossi@aslbi.piemonte.it

**AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA**

giudicatrice mediante una valutazione dei parametri riportati nella Tabella sottostante, connessi all'oggetto dell'appalto e attinenti alle caratteristiche ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze oggetto del presente Capitolato. Relativamente al Lotto 1, il punteggio di 50 sarà dato dalla somma dei punti ottenuti da ciascun sottoalotto ciascuno del peso di 25/50 punti.

Tabella 1 - Lotto 1 (Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio) Sottoalotto A (per paziente a medio rischio). Caratteristiche oggetto di valutazione

Cod.	Caratteristiche tecniche da valutare in fase di aggiudicazione	Modalità di attribuzione	Punteggio
V1A-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e parte statica e il rapporto fra di loro	10
V1A-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 8), relativamente agli articoli 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 del Capitolato Speciale, oltre alle proposte migliorative rispetto alle prestazioni previste dal Capitolato di gara	7
V1A-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata	3
V1A-4	Confort e sicurezza	Verrà valutato: valvola CPR facilmente individuabile ed accessibile, telo di copertura confortevole al contatto con la cute del paziente	5
TOTALE			25
SOGLIA SUFFICIENZA			13

Tabella 2 - Lotto 1 (Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio) Sottoalotto B (per paziente ad alto rischio). Caratteristiche oggetto di valutazione

Cod.	Caratteristiche tecniche da valutare in fase di aggiudicazione	Modalità di attribuzione	Punteggio
V1B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e parte statica e il rapporto fra di loro	10
V1B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 8), relativamente agli articoli 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 del Capitolato Speciale, oltre alle proposte migliorative rispetto alle prestazioni previste dal Capitolato di gara	7
V1B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata	3
V1B-4	Confort e sicurezza	Verrà valutato: valvola CPR facilmente individuabile ed accessibile, telo di copertura confortevole al contatto con la cute del paziente	5
TOTALE			25
SOGLIA SUFFICIENZA			13

GP
RD
DA
CA
JP
Zee

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

**Tabella 3 – Lotto 2 (Sistema antidecubito a Cessione d'aria per pazienti ad alto rischio con lesioni iperessudanti).
Caratteristiche oggetto di valutazione**

Cod.	Caratteristiche tecniche da valutare in fase di aggiudicazione	Modalità di attribuzione	Punteggio
V2-1	Indice di MVTR e permeabilità all'aria della superficie	Verrà valutato il maggior indice MVTR e la maggiore superficie di distribuzione dell'aria;	14
V2-2	Modalità di gestione della macerazione cutanea nei casi di lesioni altamente essudanti	Verrà valutata l'efficacia del presidio, in termini di trattamento e riduzione della macerazione cutanea (Allegato 10) in soggetti con lesioni iperessudanti. Tale valutazione sarà effettuata con riferimento a studi clinici e pubblicazioni valutate in base all' <i>impact factor</i> sull'efficacia clinica del dispositivo.	12
V2-3	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 8), relativamente agli articoli 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 del Capitolato Speciale, oltre alle proposte migliorative rispetto alle prestazioni previste dal Capitolato di gara	11
V2-4	Altezza parte dinamica/parte statica	Verrà valutata congiuntamente l'altezza della parte dinamica, l'altezza della parte statica	8
V2-5	Confort e sicurezza	Verrà valutato: valvola CPR facilmente individuabile ed accessibile, telo di copertura confortevole al contatto con la cute del paziente	5
TOTALE			50
SOGLIA SUFFICIENZA			26

Al fine di poter valutare equamente e in modo efficace la fornitura offerta, la Commissione Giudicatrice potrà chiedere chiarimenti e precisazioni sui contenuti tecnici presentati.

Per la verifica della rispondenza ai requisiti minimi di idoneità e per l'assegnazione dei 50 punti relativi alla qualità, la Commissione Giudicatrice si baserà sulla documentazione richiesta all'art. 3.6.2 (schede tecniche, progetto tecnico, studi clinici, ecc.), su ogni altra documentazione prodotta in sede di offerta e sulla prova visione (art. 3.8.2.1).

L'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità sarà effettuata attraverso il metodo aggregativo compensatore con il seguente algoritmo:

$$Q_a = \sum_n [W_i * V_{a(i)}]$$

dove:

Q_a = indice di valutazione qualitativa dell'offerta "a", approssimato per difetto al terzo decimale;

Σ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito "i";

$V_{a(i)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta "a" rispetto al requisito "i", variabile tra 0 e 1.

I coefficienti definitivi $V_{a(i)}$ saranno determinati mediante ricorso al "confronto a coppie".

L'attribuzione delle preferenze si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti e assegnando un valore da 1 a 6 nel seguente modo:

Punteggio	Descrizione
1	nessuna preferenza
2	preferenza minima
3	preferenza piccola
4	preferenza media

LR/EM
Giudicatrice\LAVORI\Verb_1 - 18_10_2017.doc

P:\APB\AIC GARE\ASL BI\sistemi antidecubito\ATTI DI GARA\Commissione
Pagina 4 di 10

Handwritten signatures and initials:
CP, RD, RT, AA, GP, Jau

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

5	preferenza grande
6	preferenza massima

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi $Va(i)$, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, si procederà all'attribuzione discrezionale, da parte di ciascun commissario, dei coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa; i coefficienti definitivi saranno determinati dalla media dei coefficienti provvisori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, assegnando il valore 1 all'offerente che avrà ottenuto la media con il valore più elevato e alle rimanenti un valore direttamente proporzionale.

L'ammissione alla fase finale della gara (apertura delle buste economiche ed aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa) è vincolata alla presentazione in offerta di un diverso modello per ciascun Lotto e sottolotto.

Saranno pertanto **escluse** dal prosieguo della gara le Ditte che:

- avranno presentato sistemi che risulteranno non avere anche una sola delle caratteristiche tecniche minime previste all'art. 5.6;
- non aver raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa sotto riportata:
 - per il **Lotto 1: 26 punti**, così distribuiti:
sottolotto A: 13 punti,
sottolotto B: 13 punti,
 - per il **Lotto 2: 26 punti**.
- avranno presentato in offerta lo stesso modello per i diversi Lotti e sottolotti.

L'indice di valutazione qualitativa Q_a , per le sole Ditte che abbiano raggiunto la sufficienza di cui sopra, sarà infine normalizzato a 50 punti secondo la seguente formula:

$$Q_{fa} = Q_a / Q_{MAX} \times 50$$

dove:

Q_{fa} = indice di valutazione qualitativa finale dell'offerta "a", approssimato per difetto al terzo decimale;

Q_a = indice di valutazione qualitativa dell'offerta "a".

Q_{MAX} = indice di valutazione qualitativa più alto tra tutte le offerte presentate;

In caso di un solo partecipante alla gara, la Commissione Giudicatrice assegnerà direttamente i punteggi relativi alla qualità senza l'attribuzione di coefficienti previsti dal metodo aggregativo compensatore.

La Commissione giudicatrice, al fine di poter valutare equamente ed in modo efficace le offerte, potrà chiedere chiarimenti/approfondimenti alle Ditte in merito a quanto dichiarato e/o risultante dalla documentazione presentata.

3.8.2.1. Sessione di prova/visione (obbligatoria)

La Commissione giudicatrice, al fine di verificare la rispondenza di quanto offerto alle caratteristiche minimali richieste e alle caratteristiche oggetto di valutazione, procederà a prova/visione dei sistemi (senza paziente) nella configurazione offerta.

Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare alle Ditte concorrenti data e luogo di detta prova/visione, che si svolgerà con le seguenti modalità:

- installazione del sistema;
- durata prova/visione: 1 / 2 giorni circa;
- data: verrà data comunicazione a posta elettronica da parte della S.S. Logistica e Acquisti dell'Azienda capofila, da definirsi sulla base di un calendario che verrà stilato posteriormente al termine scadenza per la presentazione delle offerte;

regole prova/visione:

- ogni offerente dovrà presentare in prova/visione il sistema nella configurazione proposta in offerta;
- ogni offerente dovrà inoltre presentare in "demo" la gestione informatizzata del servizio proposto (art. 5.12 del Capitolato Speciale); la mancata presentazione non potrà permettere una completa valutazione;

CP
RD
RP
al
RP
Jee

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

modalità prova visione:

- a) controllo rispondenza alle caratteristiche minimali richieste a pena di esclusione;
- b) verifica/valutazione delle caratteristiche oggetto di valutazione: in particolare la presenza della modalità di controllo della differenziazione della pressione nelle diverse zone del corpo ove previsto dai requisiti tecnici.
- c) luogo: presso l'ASL BI, Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via Dei Ponderanesi n. 2.

La mancata presentazione degli articoli in prova/visione comporterà l'**esclusione** della Ditta concorrente dalla procedura di gara.

... [Omissis]

5 CAPITOLATO TECNICO**5.1 Obiettivi**

Il presente Capitolato disciplina la fornitura in noleggio temporaneo di sistemi antidecubito per la gestione di pazienti a rischio di lesione da pressione e/o con lesioni da pressione, atti a ridurre o scaricare la pressione di contatto esercitata dal corpo su di una superficie attraverso un materasso ad aria, che sostituisce il materasso *standard*, con annesso compressore, occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali BI di Biella, VC di Vercelli, NO di Novara, VCO di Omegna e all'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento 3.

Il noleggio comprende la pronta consegna dei sistemi e la loro installazione, il loro ritiro, la relativa assistenza tecnica, nonché le necessarie procedure di decontaminazione, pulizia e sanificazione. Dovrà inoltre comprendere l'addestramento del personale, la relativa assistenza all'utilizzo e fornitura di relativa reportistica.

A tal fine è prevista la fornitura delle seguenti due tipologie di sistemi:

Lotto 1) PRESSIONE ALTERNATA E/O BASSA PRESSIONE D'APPOGGIO: differenziati su due diversi livelli qualitativi in relazione ai seguenti due aspetti:

- Lato paziente: per rispondere alle diverse criticità dei pazienti da trattare in riferimento ai diversi punteggi (*score*) della "Scala di Braden";
- Lato operatore: per fornire al personale infermieristico strumenti con diversa tecnologia/qualità (ed implicitamente di diverso costo) per poter gestire le differenti situazioni clinico/assistenziali nel modo tecnicamente ed economicamente più adeguato.

Sistemi (motore + materasso) a pressione alternata e/o bassa pressione d'appoggio, con differenziazione in due sottoalotti A e B, facenti riferimento a pazienti con "*score*" di rischio lesione rispettivamente medio e alto;

Lotto 2) CESSIONE D'ARIA: sistemi (motore + materasso) a cessione d'aria per la gestione di pazienti ad altissimo rischio o con lesioni iperessudanti.

In considerazione di quanto sopra, ciascuna Ditta concorrente è vincolata alla presentazione in offerta di un diverso modello per ciascun Lotto e sottoalotto.

... [Omissis]

5.6 Caratteristiche tecniche dei presidi

I sistemi oggetto della presente procedura dovranno essere dotati delle caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione, indicate nelle Schede tecniche allegate al presente Capitolato Speciale (Lotto 1: Allegato 7.1A e Allegato 7.1B; Lotto 2: Allegato 7.2) – di cui costituiscono parte integrante e sostanziale – nella sezione "Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste", di seguito riassunte:

Lotto 1) Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio per pazienti a medio ed alto rischio:

Sottoalotto A) per paziente a medio rischio: p.ti da 1A-1 a 1A-21 dell'Allegato 7.1A;

Sottoalotto B) per paziente ad alto rischio: p.ti da 1B-1 a 1B-21 dell'Allegato 7.1B;

Lotto 2) Sistema antidecubito a cessione d'aria per pazienti ad alto rischio con lesioni iperessudanti: p.ti da 2-1 a 2-21 dell'Allegato 7.2.


LR/EM

P:\APB\AIC GARE\ASL BI\sistemi antidecubito\ATTI DI GARA\Commissione

Giudicatrice\LAVORI\Verb_1 - 18_10_2017.doc

Pagina 6 di 10

ASL BI

Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.itLa tua **Salute**,
il nostro **Impegno**

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

I sistemi forniti dovranno essere comprensivi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, conformi alle attuali normative e corredate della Certificazione CE per la direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. sui Dispositivi Medici. A tal fine le Ditte dovranno produrre dichiarazione di conformità alla normativa secondo il modello Allegato 9.

Qualora i prodotti forniti non fossero conformi alle prescrizioni del presente documento l'Azienda può richiedere l'immediata sostituzione a cura e a spese della Ditta.

... [Omissis]

Allegato 7.1A, Allegato 7.1B e Allegato 7.2.


Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste:

Lotto 1) Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio per pazienti a medio ed alto rischio**Sottolotto A)** per paziente a medio rischio: p.ti da 1A-1 a 1A-21 dell'Allegato 7.1A;

- 1A-1 Riduzione dello scarico pressorio tramite alternanza ciclica di gonfiaggio di celle contigue con ciclo di durata non superiore a 10 minuti e/o con modalità di bassa pressione continua di appoggio
- 1A-2 Presenza di allarmi acustici (SILENZIABILI), udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente e visivi per segnalazione di anomalie di funzionamento, posizionati in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi
- 1A-3 Presenza di sistema di passaggio del cavo elettrico che eviti cadute accidentali e pericolose del paziente e dell'operatore
- 1A-4 Sgonfiaggio con possibilità di effettuazione di manovra CPR nel tempo massimo di 15" (secondi)
- 1A-5 Disponibilità gamma di materassi compatibili con letti di larghezza da 80 a 90 cm e lunghezza da 190 a 200 cm. in condizioni di gonfiaggio standard.
- 1A-6 Compatibilità con i letti articolati
- 1A-7 Presenza di un sistema di aggancio del motore al letto
- 1A-8 Radiotrasparenza su tutta la superficie
- 1A-9 Materasso lavabile e sanificabile secondo normativa UNI EN ISO o equivalente o procedura certificata
- 1A-10 Mantenimento gonfiaggio in mancanza dell'alimentazione per almeno (2 ore)
- 1A-11 Rumorosità massima 40 [db] ad 1 metro
- 1A-12 Portata terapeutica non inferiore a 130 kg
- 1A-13 **PRESSIONE DI CONTATTO** in ogni punto del corpo **INFERIORE ALLA POC (32 mmHg) PER ALMENO IL 60% DEL CICLO** indipendentemente dal peso e dalla posizione del paziente.
- 1A-14 Presenza di modalità per l'effettuazione delle attività di nursing
- 1A-15 Materasso dotato di sensori o sistemi equivalenti per la rilevazione della pressione nella zona anatomica lombosacrale; il sistema deve essere in grado di gestire automaticamente lo scarico pressorio in tale zona
- 1A-16 Dotato di automatismo di funzionamento del sistema, operante su tutta la superficie antidecubito in grado di adattarsi a pazienti di peso differente "accogliendoli" al meglio anche a partire da una regolazione di "comfort" effettuata dall'operatore
- 1A-17 Presenza di teli di copertura intercambiabili lavabili e sanificabili, ignifughi. Elasticità bidirezionale, permeabili al vapore acqueo, impermeabili ai liquidi, repellenti a macchie, trattamento antibatterico ed antimicotico certificato (fornire dichiarazione relativa al materiale utilizzato)
- 1A-18 Altezza della parte dinamica del materasso almeno 10 cm
- 1A-19 Spina di alimentazione compatibile con le prese del punto di utilizzo
- 1A-20 Marcature CE secondo Direttiva Dispositivi Medici
- 1A-21 Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

Sottolotto B) per paziente ad alto rischio: p.ti da 1B-1 a 1B-21 dell'Allegato 7.1B

- 1B-1 Riduzione dello scarico pressorio tramite alternanza ciclica di gonfiaggio di celle contigue con ciclo di durata non superiore a 10 minuti e/o con modalità di bassa pressione continua di appoggio



Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

- 1B-2 Presenza di allarmi acustici (SILENZIABILI), udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente e visivi per segnalazione di anomalie di funzionamento, posizionati in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi
- 1B-3 Presenza di sistema di passaggio del cavo elettrico che eviti cadute accidentali e pericolose del paziente e dell'operatore
- 1B-4 Sgonfiaggio con possibilità di effettuazione di manovra CPR nel tempo massimo di 15" (secondi)
- 1B-5 Disponibilità gamma di materassi compatibili con letti di larghezza da 80 a 90 cm e lunghezza da 190 a 200 cm. in condizioni di gonfiaggio standard.
- 1B-6 Compatibilità con i letti articolati
- 1B-7 Presenza di un sistema di aggancio del motore al letto
- 1B-8 Radiotrasparenza su tutta la superficie
- 1B-9 Materasso lavabile e sanificabile secondo normativa UNI EN ISO o equivalente o procedura certificata
- 1B-10 Mantenimento gonfiaggio in mancanza dell'alimentazione per almeno (2 ore)
- 1B-11 Rumorosità massima 40 [db] ad 1 metro
- 1B-12 Portata terapeutica non inferiore a 150 kg
- 1B-13 **PRESSIONE DI CONTATTO** in ogni punto del corpo **INFERIORE ALLA POC (32 mmHg) PER ALMENO IL 60% DEL CICLO** indipendentemente dal peso e dalla posizione del paziente.
- 1B-14 Presenza di modalità per l'effettuazione delle attività di nursing
- 1B-15 materasso dotato di sensori o sistemi equivalenti per la rilevazione differenziata della pressione nelle tre zone anatomiche (testa, sacro e talloni) del paziente; il sistema deve essere in grado di gestire automaticamente e in modo differenziato lo scarico pressorio nei tre distretti anatomici per meglio adattarsi, mediante compensazioni nel gonfiaggio, ai cambi di posizione ed in particolare a quella semiseduta e seduta evitando assolutamente la condizione di contatto con la parte statica del materasso
- 1B-16 Possibilità di scarico delle pressioni di contatto nella zona dei talloni
- 1B-17 Presenza di teli di copertura intercambiabili lavabili e sanificabili, dotati di basso coefficiente di attrito e di frizione, ignifughi. Elasticità bidirezionale, permeabili al vapore acqueo, impermeabili ai liquidi, repellenti a macchie, trattamento antibatterico ed antimicotico certificato (fornire dichiarazione relativa al materiale utilizzato)
- 1B-18 Altezza della parte dinamica del materasso almeno 14 cm
- 1B-19 Spina di alimentazione compatibile con le prese del punto di utilizzo
- 1B-20 Marcature CE secondo Direttiva Dispositivi Medici
- 1B-21 Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

Lotto 2) Sistema antidecubito a cessione d'aria per pazienti ad alto rischio con lesioni iperessudanti: p.ti da 2-1 a 2-21 dell'Allegato 7.2.


- 2-1 Superficie idonee per il tramento e la riduzione della macerazione cutanea, in particolare, nei casi di lesioni altamente essudanti.
- 2-2 Pressione di contatto costantemente inferiore alla POC su tutto il corpo del paziente (indipendentemente dal peso e dalla posizione del paziente)
- 2-3 "Permeabilità all'aria della superficie del materasso (fornire dichiarazione ed attestazione relativa al materiale utilizzato)"
- 2-4 Presenza di allarmi acustici (SILENZIABILI), udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente e visivi per segnalazione di anomalie di funzionamento, posizionati in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi
- 2-5 Presenza di sistema di passaggio del cavo elettrico che eviti cadute accidentali e pericolose del paziente e dell'operatore
- 2-6 Portata terapeutica non inferiore a 130 kg
- 2-7 Sgonfiaggio con possibilità di effettuazione di manovra CPR nel tempo massimo di 15" (secondi)
- 2-8 Disponibilità gamma di materassi compatibili con letti di larghezza da 80 a 90 cm e lunghezza da 190 a 200 cm. in condizioni di gonfiaggio standard.
- 2-9 Compatibilità con i letti articolati
- 2-10 Radiotrasparenza su tutta la superficie
- 2-11 Materasso lavabile e sanificabile secondo normativa UNI EN ISO o equivalente o procedura certificata
- 2-12 Rumorosità massima 40 [db] ad 1 metro
- 2-13 Altezza della parte dinamica del materasso almeno 14 cm
- 2-14 Dotato di automatismo di funzionamento (interattivo)
- 2-15 Presenza di sottomaterasso



Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

- 2-16 Presenza di modalità per l'effettuazione delle attività di nursing
2-17 Presenza di teli di copertura, ignifughi, lavabili e sanificabili, dotati di permeabilità ad aria e vapori (dichiarare indice di Moisture Vapor Transport Rate espresso in grammi/metro quadro nelle 24 ore), basso coefficiente di attrito e di frizione, impermeabili ai liquidi, repellenti a macchie, trattamento antibatterico ed antimicotico certificato (fornire dichiarazione relativa al materiale utilizzato).
2-18 Presenza di un sistema di aggancio del motore al letto
2-19 Spina di alimentazione compatibile con le prese del punto di utilizzo
2-20 Marcature CE secondo Direttiva Dispositivi Medici
2-21 Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana
... [Omissis]

Terminata la lettura, la Commissione procede al controllo puntuale della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti, contenuta nelle buste "Documentazione Tecnica" aperte nella seduta pubblica del 21/02/2017, e dà inizio alla fase istruttoria.

La Commissione procede all'analisi della documentazione tecnica, con particolare riferimento al possesso, da parte dei prodotti offerti, delle "Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste", previsti negli Allegati 7.1A, 7.1B per il Lotto 1) e 7.2 per il Lotto 2), procedendo dalle offerte tecniche presentate per il Lotto 1 nel seguente ordine:

- ArjoHuntleigh: sottolotto A mod. Autologic 200, sottolotto B mod. Nimbus 4;
- RTI - Sapio Life S.r.l./Euro Ausili: Sottolotto A mod. Euro Soft Sensor, sottolotto B mod. Euro Soft Pro Sensor;
- RTI Zuccato HC/OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO: Sottolotto A mod. Domus 4, sottolotto B mod. Quattro Plus;
- MedicAir Italia: sottolotto A mod. Air System Pro 3000, sottolotto B mod. Air System Pro 5000.

La Commissione infine stabilisce di fissare il seguente calendario dei lavori:

- 30/10/2017: incontro di condivisione istruttoria con inizio alle ore 9,30;
- 08/11/2017: sessione di prova visione, secondo quanto stabilito dal Capitolato di gara, della durata di 0,45 minuti, circa, per ciascun presidio, con inizio alle ore 10,00 con il seguente ordine e tempistiche:
 1. MedicAir Italia S.r.l. di Pogliano Milanese (Lotto1): dalle ore 10,00 alle ore 11,30
 2. RTI - Sapio Life S.r.l. /Euro Ausili (Lotto 1): dalle 11,30 alle 13,00
 3. RTI - Service Med S.p.A. / Plurima S.p.a. (Lotto 1): dalle 13,30 alle 15,00
 4. RTI - Zuccato HC S.r.l. / OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.r.l. (Lotto 1): dalle 15,00 alle 16,30
- 10/11/2017: sessione prova visione, secondo quanto stabilito dal Capitolato di gara, con inizio alle ore 10,00 secondo il seguente cronoprogramma:
 1. Sanacilia S.r.l. di Roma (Lotto 1): dalle 10,00 alle ore 11,30
 2. ArjoHuntleigh S.p.A. di Roma (Lotto 1 e 2): dalle ore 11,30 alle ore 13,45
 3. Medi-H_Art S.r.l. di Peschiera Borromeo (Lotto 1 e 2): dalle ore 13,45 alle ore 16,00
- 27/11/2017: con inizio alle ore 9,30, riepilogo delle considerazioni raccolte nelle sedute precedenti;
- 29/11/2017: con inizio alle ore 9,30, inizio valutazione;
- 18/12/2017: con inizio alle ore 9,30, conclusione valutazione.

La Commissione giudicatrice, quindi, incarica il RUP della gara per la convocazione delle ditte alla prova visione secondo il calendario stabilito;

La Commissione Giudicatrice chiude la seduta alle ore 16,30 aggiornandola al prossimo 30/10/2017 dando atto che la documentazione tecnica verrà conservata e custodita in sicurezza, in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici della S.S. Logistica e Acquisti.

CP
RT
ce
Rece

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI **BIELLA**

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto

- Sig.ra Roberta Pesce Roberta Pesce
- Sig.ra Antonella Pastore Antonella Pastore
- Dott.ssa Cristiana Masuero Cristiana Masuero
- Dott.ssa Daniela Ricotti Daniela Ricotti
- Dott.ssa Chiara Pignolo Chiara Pignolo


La segretaria verbalizzante Elena Maestrelli

Elena Maestrelli

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

GARA DI AIC: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3

VERBALE 2^ seduta del 30 ottobre 2017
Commissione giudicatrice

In data 30 ottobre 2017 alle ore 09,30 presso i locali della S.S. Logistica e Acquisti siti in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura aperta in oggetto.

Sono presenti i commissari:

- Sig.ra Roberta Pesce – CPSE S.S. Unità Spinale SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione- Presidente
- Sig.ra Antonella Pastore- CPSE S.C. Ortopedia Traumatologia- Componente
- Dott.ssa Cristiana Masuero– CPSE S.C. Medicina e Nefrologia- Componente
- Dott.ssa Daniela Ricotti- Coordinatore U.O. Medicina Presidio di Domodossola- Componente
- Dott.ssa Chiara Pignolo- CPSE di Medicina Interna- Componente

Svolge funzioni di segreteria la Sig.ra Elena Maestrelli – Collaboratore della S.S. Logistica e Acquisti

La Commissione in data odierna prosegue la fase di controllo della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti con particolare riferimento al possesso, da parte dei prodotti offerti, delle "Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste" previste dagli atti di gara negli Allegati 7.1A, 7.1B per il Lotto 1) e 7.2 per il Lotto 2), iniziata nella precedente seduta del 18/10/2017.

In particolare per il Lotto 1 proseguendo con le offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte:





- RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a.: sottolotto A mod.Eco Star Auto Active, sottolotto B mod. UP Air;
- Sanacilia S.r.l. di Roma: sottolotto A mod.Eole DC2871, sottolotto B mod. ISO Air;
- Medi-H_Art S.r.l. di Peschiera Borromeo: sottolotto A mod. Revo Plus, sottolotto B mod. Revo Plus D;

e per il Lotto 2 dalle seguenti ditte:

- ArjoHuntleigh: mod. Therakair Visio
- Medi-H_Art: mod. Theraflo Ap

La Commissione Giudicatrice conclude i lavori e chiude la seduta alle ore 15,15 aggiornandola al prossimo 08/11/2017 dando atto che la documentazione tecnica verrà conservata e custodita in sicurezza, in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici della S.O.C. Approvvigionamento di Beni.

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto


- Sig.ra Roberta Pesce 
- Sig.ra Antonella Pastore 
- Dott.ssa Cristiana Masuero 
- Dott.ssa Daniela Ricotti 
- Dott.ssa Chiara Pignolo 

La segretaria verbalizzante Elena Maestrelli LR/EM
Giudicatrice\LAVORI\Verb_2 - 30_10_2017.docP:\APB\AIC GARE\ASL BI\sistemi antidecubito\ATTI DI GARA\Commissione
Pagina 1 di 1

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

GARA DI AIC: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3

VERBALE 3^a seduta del 08 novembre 2017
Commissione giudicatrice

In data 8 novembre 2017 alle ore 09,30 presso i locali della S.S. Logistica e Acquisti siti in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura aperta in oggetto.

Sono presenti i commissari:

- Sig.ra Roberta Pesce – CPSE S.S. Unità Spinale SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione- Presidente
- Sig.ra Antonella Pastore- CPSE S.C. Ortopedia Traumatologia- Componente
- Dott.ssa Cristiana Masuero– CPSE S.C. Medicina e Nefrologia- Componente
- Dott.ssa Daniela Ricotti- Coordinatore U.O. Medicina Presidio di Domodossola- Componente
- Dott.ssa Chiara Pignolo- CPSE di Medicina Interna- Componente

Svolge funzioni di segreteria la Sig.ra Elena Maestrelli – Collaboratore della S.S. Logistica e Acquisti

Nella data odierna, come previsto dalla calendarizzazione delle attività stabilita nella seduta del 18/10/2017 si svolge la prima delle due giornate dedicate alla prova/visione dei dispositivi offerti in gara dalle ditte.

Al riguardo la Commissione prende atto che con nota prot. 23015 del 27/10/2017 il RUP della gara ha proceduto, su richiesta della Commissione medesima, alla convocazione per la data odierna delle seguenti ditte, secondo la calendarizzazione stabilita nel verbale n° 1 del 18/10/2017:

1. MedicAir Italia S.r.l. di Pogliano Milanese (Lotto1): dalle ore 10,00 alle ore 11,30
2. RTI - Sapio Life S.r.l. / Euro Ausili (Lotto 1): dalle 11,30 alle 13,00
3. RTI - Service Med S.p.A. / Plurima S.p.a. (Lotto 1): dalle 13,30 alle 15,00
4. RTI - Zuccato HC S.r.l. / OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.r.l. (Lotto 1): dalle 15,00 alle 16,30.

Si dà atto che tutte le ditte convocate hanno presentato in prova il modello offerto in particolare:

- la ditta MedicAir Italia S.r.l. ha presentato per il lotto 1 sottolotto A il modello AIR SYSTEM PRO 3000 e per il sottolotto B il modello AIR SYSTEM PRO 5000;
- l'RTI Sapio Life S.r.l. /Euro Ausili per il lotto 1 sottolotto A il modello EURO SOFT SENSOR e per il sottolotto B il modello EURO SOFT PRO SENSOR;
- l'RTI - Service Med S.p.A. /Plurima S.p.a. per il lotto 1 sottolotto A il modello ECO STAR AUTO ACTIVE e per il sottolotto B il modello UP AIR
- l'RTI - Zuccato HC S.r.l. /OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.r.l. per il lotto 1 sottolotto A il modello DOMUS 4 e per il sottolotto B il modello QUATTRO PLUS

La Commissione Giudicatrice conclude le prove/visioni programmate per la data odierna, in esito alle quali è possibile dichiarare che tutti i prodotti presentati sono in possesso delle "Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste" previste negli Allegati 7.1A, 7.1B per il Lotto 1.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti






Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

La Commissione chiude la seduta alle ore 17,00 circa, aggiornandola al prossimo 10/11/2017 dando atto che la documentazione tecnica verrà conservata e custodita in sicurezza, in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici della S.S. Logistica e Acquisti.

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto


- Sig.ra Roberta Pesce 
- Sig.ra Antonella Pastore 
- Dott.ssa Cristiana Masuero 
- Dott.ssa Daniela Ricotti 
- Dott.ssa Chiara Pignolo 

La segretaria verbalizzante Elena Maestrelli 

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

GARA DI AIC: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3

VERBALE 4^a seduta del 10 novembre 2017
Commissione giudicatrice

In data 10 novembre 2017 alle ore 09,15 presso i locali della S.S. Logistica e Acquisti siti in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura aperta in oggetto.

Sono presenti i commissari:

- Sig.ra Roberta Pesce – CPSE S.S. Unità Spinale SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione- Presidente
- Sig.ra Antonella Pastore- CPSE S.C. Ortopedia Traumatologia- Componente
- Dott.ssa Cristiana Masuero– CPSE S.C. Medicina e Nefrologia- Componente
- Dott.ssa Daniela Ricotti- Coordinatore U.O. Medicina Presidio di Domodossola- Componente
- Dott.ssa Chiara Pignolo- CPSE di Medicina Interna- Componente

Svolge funzioni di segreteria la Sig.ra Elena Maestrelli – Collaboratore della S.S. Logistica e Acquisti

Nella data odierna, come previsto dalla calendarizzazione delle attività stabilita nella seduta del 18/10/2017 si svolge la seconda delle due giornate dedicate alla prova/visione dei dispositivi offerti in gara dalle ditte.

Al riguardo la Commissione prende atto che con nota prot. 23015 del 27/10/2017 il RUP della gara ha proceduto, su richiesta della Commissione medesima, alla convocazione per la data odierna delle seguenti ditte, secondo la calendarizzazione stabilita nel verbale n° 1 del 18/10/2017:

1. Sanacilia S.r.l. di Roma (Lotto 1): dalle 10,00 alle ore 11,30
2. ArjoHuntleigh S.p.A. di Roma (Lotto 1 e 2): dalle ore 11,30 alle ore 13,45
3. Medi-H_Art S.r.l. di Peschiera Borromeo (Lotto 1 e 2): dalle ore 13,45 alle ore 16,00

Si dà atto che tutte le ditte convocate hanno presentato in prova il modello offerto in particolare:

- la ditta Sanacilia S.r.l. ha presentato per il lotto 1 sotto lotto A il modello EOLE DC2871 e per il sotto lotto B il modello ISO AIR;
- la ditta ArjoHuntleigh S.p.A. ha presentato per il lotto 1 sotto lotto A il modello AUTOLOGIC 200 e per il sotto lotto B il modello NIMBUS 4; per il lotto 2 il modello THERAKAIR VISIO;
- la ditta Medi-H_Art S.r.l. ha presentato per il lotto 1 sotto lotto A il modello REVO PLUS e per il sotto lotto B il modello REVO PLUS D; per il lotto 2 il modello THERAFLO AP;

La Commissione Giudicatrice a conclusione delle prove/visioni programmate per la data odierna, conferma il possesso delle "Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste" previste negli Allegati 7.1A, 7.1B per il Lotto 1), da parte dei prodotti presentati dalle ditte ArjoHuntleigh S.p.A e Medi-H_Art S.r.l. per entrambi i lotti 1) e 2).

Relativamente ai prodotti presentati dalla ditta Sanacilia S.r.l. per il lotto 1) sotto lotti A e B, la Commissione, anche a seguito della prova/visione odierna, constata il non possesso da parte di entrambi i modelli presentati, rispettivamente EOLE DC2871 (sotto lotto A) e

LR/EM

Giudicatrice\LAVORI\Verb_4 - 10_11_2017.doc


P:\APB\AIC GARE\ASL BI\sistemi antidecubito\ATTI DI GARA\Commissione

Pagina 1 di 2

ASL BI

Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

La tua **Salute**,
il nostro **Impegno**



Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516






leila.rossi@aslbi.piemonte.it


ISO AIR (sottolotto B), della caratteristica essenziale richiesta dagli atti di gara "Presenza di sistema di passaggio del cavo elettrico che eviti cadute accidentali e pericolose del paziente e dell'operatore" prevista ai punti 1A-3 e 1B-3 degli Allegati rispettivamente 7.1A, 7.1B.

Al riguardo la Commissione ritiene che la presenza di un cavo spiralato non soddisfi in modo adeguato il principio di equivalenza rispetto al requisito funzionale richiesto dagli atti di gara ovvero "assicurare la sicurezza del paziente e degli operatori". Il cavo spiralato, infatti, nel momento in cui lo stesso sia scollegato dalla presa a parete rimarrà penzolante a terra costituendo causa di inciampo e di cadute accidentali di pazienti, operatori e visitatori eventuali.

La Commissione Giudicatrice conclude le prove/visioni programmate per la data odierna, chiude la seduta alle ore 16,30 aggiornandola al prossimo 27/11/2017 dando atto che la documentazione tecnica verrà conservata e custodita in sicurezza, in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici della S.S. Logistica e Acquisti.

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto

- Sig.ra Roberta Pesce 
- Sig.ra Antonella Pastore 
- Dott.ssa Cristiana Masuero 
- Dott.ssa Daniela Ricotti 
- Dott.ssa Chiara Pignolo 

La segretaria verbalizzante Elena Maestrelli 

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

GARA DI AIC: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3

VERBALE 5^ seduta del 27 novembre 2017
Commissione giudicatrice

In data 27 novembre 2017 alle ore 09,15 presso i locali della S.S. Logistica e Acquisti siti in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura aperta in oggetto.

Sono presenti i commissari:

- Sig.ra Roberta Pesce – CPSE S.S. Unità Spinale SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione- Presidente
- Sig.ra Antonella Pastore- CPSE S.C. Ortopedia Traumatologia- Componente
- Dott.ssa Cristiana Masuero– CPSE S.C. Medicina e Nefrologia- Componente
- Dott.ssa Daniela Ricotti- Coordinatore U.O. Medicina Presidio di Domodossola- Componente
- Dott.ssa Chiara Pignolo- CPSE di Medicina Interna- Componente

Svolge funzioni di segreteria la Sig.ra Elena Maestrelli – Collaboratore della S.S. Logistica e Acquisti.

In data odierna la Commissione, conclusa la fase istruttoria, richiamati i verbali delle sedute 18 e 30/10/2017, 8 e 10/11/2017 inizia la fase valutativa in senso stretto e decisoria delle offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte partecipanti per il Lotto 1):

LOTTO 1: Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio**Sotto lotto A: per paziente a medio rischio**

1. ArjoHuntleigh: AutoLogic 200
2. MedicAir Italia: Air System Pro 3000
3. Medi-H_Art : Revo Plus
4. RTI - Sapio Life/Euro Ausil: Euro Soft Sensor
5. RTI - Service Med/Plurima: Eco Star Auto Active
6. RTI - Zuccato HC S.r.l./OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO: Domus 4

Sotto lotto B: per paziente ad alto rischio

1. ArjoHuntleigh: Nimbus 4
2. MedicAir Italia: Air System Pro 5000
3. Medi-H_Art : Revo Plus D
4. RTI - Sapio Life/Euro Ausil: Euro Soft Pro Sensor
5. RTI - Service Med/Plurima: UP AIR
6. RTI - Zuccato HC S.r.l./OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO: QUATTRO PLUS



Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516






leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

La Commissione non procede invece alla valutazione dei prodotti offerti per il Lotto 1) dalla ditta Sanacilia S.r.l. di Roma, modello Eole DC 2871 per il sotto lotto A) e ISO AIR per il sotto lotto B), in quanto gli stessi, non sono in possesso della caratteristica tecnica minima a pena di esclusione, prevista ai punti 1A-3 e 1B-3 dell'Allegato 7.1A (per il sotto lotto A) e dell'Allegato 7.1B (per il sotto lotto B), come stabilito all'art. 3.8.2 del Capitolato speciale di gara.

La Commissione, procede quindi all'attribuzione delle preferenze e conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità attraverso il metodo aggregativo compensatore e conseguente ricorso al "confronto a coppie", come stabilito dal Capitolato Speciale di gara, come risulta dalle schede di valutazione di ogni singolo componente, allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, individuate come All.ti 1, 2, 3, 4 e 5.

La Commissione Giudicatrice alle ore 16,15 sospende e chiude i lavori rinviando le valutazioni relative al lotto 2) e l'attribuzione dei punteggi finali (normalizzati a 50/100), alla prossima seduta fissata per il 29/11/2017 dando atto che la documentazione tecnica verrà conservata e custodita in sicurezza, in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici della S.S. Logistica e Acquisti.

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto

- Sig.ra Roberta Pesce 
- Sig.ra Antonella Pastore 
- Dott.ssa Cristiana Masuero 
- Dott.ssa Daniela Ricotti 
- Dott.ssa Chiara Pignolo 

La segretaria verbalizzante Elena Maestrelli 

Arjo Hun Medicaire | Medi-H-Ar RTI Sapic RTI Sei RTI Zuc | 0

CARATTERISTICA B1			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGIO
Arjo Huntleigh		6	5	5	1	5	0	22
Medicaire Italia	0		0	0	6	0	0	6
Medi-H-Ar	0	3		0	0	2	0	5
RTI Sapio Life - Eurausili	0	4	3		0	1	0	8
RTI Service Med - Plurima	1	0	6	6		6	0	19
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0	2	0	1	0		0	3
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Hun Medicaire | Medi-H-Ar RTI Sapic RTI Sei RTI Zuc | 0

PRE CARATTERISTICA B2			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGIO
Arjo Huntleigh		1	3	6	0	6	0	16
Medicaire Italia	1		3	6	0	6	0	16
Medi-H-Ar	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	2	3	4	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Hun Medicaire | Medi-H-Ar RTI Sapic RTI Sei RTI Zuc | 0

PRE CARATTERISTICA B3			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGIO
Arjo Huntleigh		3	5	3	0	3	0	14
Medicaire Italia	0		4	1	0	1	0	6
Medi-H-Ar	0	0		0	0	4	0	4
RTI Sapio Life - Eurausili	0	1	4		0	1	0	6
RTI Service Med - Plurima	6	6	6	6		6	0	30
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0	1	0	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Hun Medicaire | Medi-H-Ar RTI Sapic RTI Sei RTI Zuc | 0

PRE CARATTERISTICA B4			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGIO
Arjo Huntleigh		5	1	6	1	6	0	19
Medicaire Italia	0		0	3	0	5	0	8
Medi-H-Ar	1	4		5	0	6	0	16
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	0	0	0
RTI Service Med - Plurima	1	4	4	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0	0	0	2	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Roberta Peres

Arjo Hun Medicaire | Medi-H-Ar RTI Sapio RTI Sei RTI Zuc:0

PRE CARATTERISTICA B5			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGIO
Arjo Huntleigh		1	1	2	1	3	0	8
Medicaire Italia	1		0	1	0	1	0	3
Medi-H-Ar	1	2		1	1	3	0	8
RTI Sapio Life - Eurausili	0	1	1		1	2	0	5
RTI Service Med - Plurima	1	2	1	1		4	0	9
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0	1	0	0	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Hun Medicaire | Medi-H-Ar RTI Sapio RTI Sei RTI Zuc:0

PRE CARATTERISTICA B6			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGIO
Arjo Huntleigh		1	3	6	0	6	0	16
Medicaire Italia	1		3	6	0	6	0	16
Medi-H-Ar	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	2	3	4	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Hun Medicaire | Medi-H-Ar RTI Sapio RTI Sei RTI Zuc:0

PRE CARATTERISTICA B7			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGIO
Arjo Huntleigh		1	4	4	0	4	0	13
Medicaire Italia	1		4	4	0	4	0	13
Medi-H-Ar	0	0		1	0	1	0	2
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	1		0	1	0	2
RTI Service Med - Plurima	4	4	6	6		6	0	26
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0	0	1	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Hun Medicaire | Medi-H-Ar RTI Sapio RTI Sei RTI Zuc:0

PRE CARATTERISTICA B8			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGIO
Arjo Huntleigh		5	1	6	1	6	0	19
Medicaire Italia	0		0	3	0	5	0	8
Medi-H-Ar	1	4		5	0	6	0	16
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	0	0	0
RTI Service Med - Plurima	1	4	4	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0	0	0	2	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Roberta Pese

SOMMA
TOTALE
PUNTI
QUALITA' 50

COEFFICIENTI								
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	1	0,7619	0,466667	0,90476	0,889	0,7619	0,5	0,904761905
Medicair Italia	0,2727	0,7619	0,2	0,38095	0,333	0,7619	0,5	0,380952381
Medi-H-Art	0,2273	0,57143	0,133333	0,7619	0,889	0,5714	0,077	0,761904762
RTI Sapio Life - Eurausili	0,3636	0,04762	0,2	0	0,556	0,0476	0,077	0
RTI Service Med - Plurima	0,8636	1	1	1	1	1	1	1
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	0,1364	0,04762	0,066667	0,09524	0,111	0,0476	0,077	0,095238095
0	0	0	0	0	0	0	0	0

PUNTEGGI PARZIALI								
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	10	5,33333	1,4	4,52381	8,889	5,3333	1,5	4,523809524
Medicair Italia	2,7273	5,33333	0,6	1,90476	3,333	5,3333	1,5	1,904761905
Medi-H-Art	2,2727	4	0,4	3,80952	8,889	4	0,231	3,80952381
RTI Sapio Life - Eurausili	3,6364	0,33333	0,6	0	5,556	0,3333	0,231	0
RTI Service Med - Plurima	8,6364	7	3	5	10	7	3	5
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	1,3636	0,33333	0,2	0,47619	1,111	0,3333	0,231	0,476190476
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ditte	Totale
Arjo Huntleigh	41,503
Medicair Italia	22,637
Medi-H-Art	27,411
RTI Sapio Life - Eurausili	10,689
RTI Service Med - Plurima	48,636
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrer	4,5246
0	0

Roberta Pesele

Arjo Huntlei Medicaire Itali. Medi-H-Art RTI Sapio Lif RTI Servit RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B1			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	6	6	2	6	0	25
Medicaire Italia	0		0	0	0	0	0	0
Medi-H-Art	0	3		0	0	2	0	5
RTI Sapio Life - Eurausili	0	4	3		0	2	0	9
RTI Service Med - Plurima	0	6	6	6		6	0	24
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	2	0	0	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntlei Medicaire Itali. Medi-H-Art RTI Sapio Lif RTI Servit RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B2			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	6	0	6	0	17
Medicaire Italia	1		4	6	0	6	0	17
Medi-H-Art	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	2	5	3	6		6	0	22
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntlei Medicaire Itali. Medi-H-Art RTI Sapio Lif RTI Servit RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B3			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		3	5	3	0	3	0	14
Medicaire Italia	0		4	1	0	1	0	6
Medi-H-Art	0	0		0	0	4	0	4
RTI Sapio Life - Eurausili	0	1	4		0	1	0	6
RTI Service Med - Plurima	6	6	6	6		6	0	30
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	1	0	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntlei Medicaire Itali. Medi-H-Art RTI Sapio Lif RTI Servit RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B4			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	2	6	0	6	0	19
Medicaire Italia	0		0	3	0	6	0	9
Medi-H-Art	0	3		6	0	6	0	15
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	2	4	5	6		6	0	23
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntlei Medicaire Itali. Medi-H-Art RTI Sapio Lif RTI Servit RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B5			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		2	1	2	0	4	0	9
Medicaire Italia	0		1	0	0	1	0	2
Medi-H-Art	1	1		1	1	3	0	7
RTI Sapio Life - Eurausili	0	2	1		1	2	0	6
RTI Service Med - Plurima	2	2	1	1		4	0	10
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	1	0	0	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntlei Medicaire Itali. Medi-H-Art RTI Sapio Lif RTI Servic RTI Zuccato

PRE CARATTERISTICA B6			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	6	0	6	0	17
Medicaire Italia	1		4	6	0	6	0	17
Medi-H-Art	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	2	5	3	6		6	0	22
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntlei Medicaire Itali. Medi-H-Art RTI Sapio Lif RTI Servic RTI Zuccato

PRE CARATTERISTICA B7			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	4	0	4	0	13
Medicaire Italia	1		4	4	0	4	0	13
Medi-H-Art	0	0		1	0	1	0	2
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	1		0	1	0	2
RTI Service Med - Plurima	4	4	6	6		6	0	26
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	1	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntlei Medicaire Itali. Medi-H-Art RTI Sapio Lif RTI Servic RTI Zuccato

PRE CARATTERISTICA B8			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	2	6	0	6	0	19
Medicaire Italia	0		0	3	0	6	0	9
Medi-H-Art	0	3		6	0	6	0	15
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	2	4	5	6		6	0	23
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

SOMMA
TOTALE
PUNTI
QUALITA' 50

COEFFICIENTI								
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	1	0,77272727	0,46666667	0,82608696	0,9	0,7727273	0,5	0,826086957
Medicaire Italia	0	0,77272727	0,2	0,39130435	0,2	0,7727273	0,5	0,391304348
Medi-H-Art	0,2	0,54545455	0,13333333	0,65217391	0,7	0,5454545	0,076923	0,652173913
RTI Sapio Life - Eurausili	0,36	0,04545455	0,2	0,04347826	0,6	0,0454545	0,076923	0,043478261
RTI Service Med - Plurima	0,96	1	1	1	1	1	1	1
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0,08	0,04545455	0,06666667	0,04347826	0,1	0,0454545	0,076923	0,043478261
0	0	0	0	0	0	0	0	0

PUNTEGGI PARZIALI								
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	10	5,40909091	1,4	4,13043478	9	5,4090909	1,5	4,130434783
Medicaire Italia	0	5,40909091	0,6	1,95652174	2	5,4090909	1,5	1,956521739
Medi-H-Art	2	3,81818182	0,4	3,26086957	7	3,8181818	0,230769	3,260869565
RTI Sapio Life - Eurausili	3,6	0,31818182	0,6	0,2173913	6	0,3181818	0,230769	0,217391304
RTI Service Med - Plurima	9,6	7	3	5	10	7	3	5
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0,8	0,31818182	0,2	0,2173913	1	0,3181818	0,230769	0,217391304
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Chardel

Ditte	Totale
Arjo Huntleigh	40,979051
Medicair Italia	18,831225
Medi-H-Art	23,788872
RTI Sapio Life - Eurausili	11,501915
RTI Service Med - Plurima	49,6
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	3,3019155



	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
CARATTERISTICA B1			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	5	6	1	6	0	23
Medicair Italia	0		0	0	0	0	0	0
Medi-H-Art	0	3		0	0	2	0	5
RTI Sapio Life - Eurausili	0	4	3		0	2	0	9
RTI Service Med - Plurima	1	6	6	6		6	0	25
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	3	0	0	0		0	3
0	0	0	0	0	0	0		0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B2			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	6	1	6	0	18
Medicair Italia	1		4	6	0	6	0	17
Medi-H-Art	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	1	4	4	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B3			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		3	5	3	0	3	0	14
Medicair Italia	0		4	1	0	1	0	6
Medi-H-Art	0	0		0	0	4	0	4
RTI Sapio Life - Eurausili	0	1	4		0	1	0	6
RTI Service Med - Plurima	6	6	6	6		6	0	30
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	1	0	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B4			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	2	6	1	6	0	20
Medicair Italia	0		0	3	0	6	0	9
Medi-H-Art	0	4		6	0	6	0	16
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	1	5	3	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B5			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	4	2	2	4	0	17
Medicair Italia	0		2	1	0	2	0	5
Medi-H-Art	0	0		1	1	3	0	5
RTI Sapio Life - Eurausili	0	1	1		1	2	0	5
RTI Service Med - Plurima	0	2	1	1		4	0	8
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0		0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B6			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	6	1	6	0	18
Medicair Italia	1		4	6	0	6	0	17

Aldiana Foxe

Medi-H-Art	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	1	4	4	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life - RTI Service RTI Zuccato - 0								
PRE CARATTERISTICA B7			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	4	0	4	0	13
Medicaire Italia	1		4	4	0	4	0	13
Medi-H-Art	0	0		1	0	1	0	2
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	1		0	1	0	2
RTI Service Med - Plurima	4	4	6	6		6	0	26
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	1	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life - RTI Service RTI Zuccato - 0								
PRE CARATTERISTICA B8			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	2	6	1	6	0	20
Medicaire Italia	0		0	3	0	6	0	9
Medi-H-Art	0	4		6	0	6	0	16
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	1	5	3	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOMMA
TOTALE
PUNTI
QUALITA' 50

COEFFICIENTI	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	0,92	0,857142857	0,466666667	0,952380952	1	0,85714286	0,5	0,952380952
Medicaire Italia	0	0,80952381	0,2	0,428571429	0,2941176	0,80952381	0,5	0,428571429
Medi-H-Art	0,2	0,571428571	0,133333333	0,761904762	0,2941176	0,57142857	0,07692308	0,761904762
RTI Sapio Life - Eurausili	0,36	0,047619048	0,2	0,047619048	0,2941176	0,04761905	0,07692308	0,047619048
RTI Service Med - Plurima	1	1	1	1	0,4705882	1	1	1
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0,12	0,047619048	0,066666667	0,047619048	0	0,04761905	0,07692308	0,047619048
0	0	0	0	0	0	0	0	0

PUNTEGGI PARZIALI	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	9,2	6	1,4	4,761904762	10	6	1,5	4,761904762
Medicaire Italia	0	5,666666667	0,6	2,142857143	2,9411765	5,66666667	1,5	2,142857143
Medi-H-Art	2	4	0,4	3,80952381	2,9411765	4	0,23076923	3,80952381
RTI Sapio Life - Eurausili	3,6	0,333333333	0,6	0,238095238	2,9411765	0,333333333	0,23076923	0,238095238
RTI Service Med - Plurima	10	7	3	5	4,7058824	7	3	5
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	1,2	0,333333333	0,2	0,238095238	0	0,333333333	0,23076923	0,238095238
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ditte	Totale
Arjo Huntleigh	43,62380952
Medicaire Italia	20,66022409
Medi-H-Art	21,19099332
RTI Sapio Life - Eurausili	8,514802844
RTI Service Med - Plurima	44,70588235
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	2,773626374

Giuliana Spina

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life RTI Servizio RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B1			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	5	5	1	6	0	22
Medicaire Italia	0		0	0	0	0	0	0
Medi-H-Art	0	3		0	0	2	0	5
RTI Sapio Life - Eurausili	0	4	3		0	1	0	8
RTI Servizio Med - Plurima	1	6	6	6		6	0	25
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	3	0	1	0		0	4
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life RTI Servizio RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B2			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	6	0	6	0	17
Medicaire Italia	1		3	6	0	6	0	16
Medi-H-Art	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Servizio Med - Plurima	2	2	4	6		6	0	20
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life RTI Servizio RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B3			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		3	5	3	0	3	0	14
Medicaire Italia	0		4	1	0	1	0	6
Medi-H-Art	0	0		0	0	4	0	4
RTI Sapio Life - Eurausili	0	1	4		0	1	0	6
RTI Servizio Med - Plurima	6	6	6	6		6	0	30
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	1	0	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life RTI Servizio RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B4			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		6	0	6	1	6	0	19
Medicaire Italia	0		0	3	0	6	0	9
Medi-H-Art	2	3		5	0	6	0	16
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Servizio Med - Plurima	1	4	4	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life RTI Servizio RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B5			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	1	2	1	3	0	8
Medicaire Italia	1		1	0	0	1	0	3
Medi-H-Art	1	1		1	1	3	0	7
RTI Sapio Life - Eurausili	0	2	1		1	2	0	6
RTI Servizio Med - Plurima	1	2	1	1		4	0	9
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	1	0	0	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Barcel Pauto uelle

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life RTI Service RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B6			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	6	0	6	0	17
Medicaire Italia	1		3	6	0	6	0	16
Medi-H-Art	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	2	2	4	6		6	0	20
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life RTI Service RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B7			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	4	0	4	0	13
Medicaire Italia	1		4	4	0	4	0	13
Medi-H-Art	0	0		1	0	1	0	2
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	1		0	1	0	2
RTI Service Med - Plurima	4	4	6	6		6	0	26
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	1	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life RTI Service RTI Zuccato 0

PRE CARATTERISTICA B8			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		6	0	6	1	6	0	19
Medicaire Italia	0		0	3	0	6	0	9
Medi-H-Art	2	3		5	0	6	0	16
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	1	4	4	6		6	0	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

SOMMA
TOTALE
PUNTI
QUALITA' 50

COEFFICIENTI								
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	0,88	0,85	0,466666667	0,904761905	0,888889	0,85	0,5	0,904761905
Medicaire Italia	0	0,8	0,2	0,428571429	0,333333	0,8	0,5	0,428571429
Medi-H-Art	0,2	0,6	0,133333333	0,761904762	0,777778	0,6	0,0769231	0,761904762
RTI Sapio Life - Eurausili	0,32	0,05	0,2	0,047619048	0,666667	0,05	0,0769231	0,047619048
RTI Service Med - Plurima	1	1	1	1	1	1	1	1
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0,16	0,05	0,066666667	0,047619048	0,111111	0,05	0,0769231	0,047619048
0	0	0	0	0	0	0	0	0

PUNTEGGI PARZIALI								
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	8,8	5,95	1,4	4,523809524	8,88889	5,95	1,5	4,523809524
Medicaire Italia	0	5,6	0,6	2,142857143	3,333333	5,6	1,5	2,142857143
Medi-H-Art	2	4,2	0,4	3,80952381	7,777778	4,2	0,2307692	3,80952381
RTI Sapio Life - Eurausili	3,2	0,35	0,6	0,238095238	6,666667	0,35	0,2307692	0,238095238

Handwritten signature: Zuccato

RTI Service Med - Plurima	10	7	3	5	10	7	3	5
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	1,6	0,35	0,2	0,238095238	1,111111	0,35	0,2307692	0,238095238
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ditte	Totale
Arjo Huntleigh	41,536508
Medicair Italia	20,919048
Medi-H-Art	26,427595
RTI Sapio Life - Eurausili	11,873626
RTI Service Med - Plurima	50
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	4,3180708

Handwritten signature: Zuccato

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
CARATTERISTICA B1			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh			5	5	6	1	6	0
Medicair Italia		0			0	0	0	0
Medi-H-Art		0	3		0	0	2	0
RTI Sapio Life - Eurausili		0	4	3		0	1	0
RTI Service Med - Plurima		1	6	6	6		6	0
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero		0	3	0	1	0		0
0		0	0	0	0	0	0	0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B2			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh			1	4	6	0	6	0
Medicair Italia		1		3	6	0	6	0
Medi-H-Art		0	0		6	0	6	0
RTI Sapio Life - Eurausili		0	0	0		0	1	0
RTI Service Med - Plurima		2	5	4	6		6	0
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero		0	0	0	1	0		0
0		0	0	0	0	0	0	0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B3			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh			3	5	3	0	3	0
Medicair Italia		0		4	1	0	1	0
Medi-H-Art		0	0		0	0	4	0
RTI Sapio Life - Eurausili		0	1	4		0	1	0
RTI Service Med - Plurima		6	6	6	6		6	0
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero		0	1	0	1	0		0
0		0	0	0	0	0	0	0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B4			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh			5	2	6	1	6	0
Medicair Italia		0		0	3	0	6	0
Medi-H-Art		0	3		5	0	6	0
RTI Sapio Life - Eurausili		0	0	0		0	1	0
RTI Service Med - Plurima		1	5	5	6		6	0
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero		0	0	0	1	0		0
0		0	0	0	0	0	0	0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B5			PUNTI: 10					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh			2	1	2	0	4	0
Medicair Italia		0		1	0	0	1	0
Medi-H-Art		1	1		1	1	3	0
RTI Sapio Life - Eurausili		0	2	1		1	2	0
RTI Service Med - Plurima		2	2	1	1		4	0
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero		0	1	0	0	0		0
0		0	0	0	0	0	0	0

	Arjo Huntleigh	Medicair Italia	Medi-H-Art	RTI Sapio Life	RTI Service	RTI Zuccato	0	
PRE CARATTERISTICA B6			PUNTI: 7					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh			1	4	6	0	6	0
Medicair Italia		1		3	6	0	6	0

Redduno

Medi-H-Art	0	0		6	0	6	0	12
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	2	5	4	6		6	0	23
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life - RTI Service RTI Zuccato - 0								
PRE CARATTERISTICA B7			PUNTI: 3					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		1	4	4	0	4	0	13
Medicaire Italia	1		4	4	0	4	0	13
Medi-H-Art	0	0		1	0	1	0	2
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	1		0	1	0	2
RTI Service Med - Plurima	4	4	6	6		6	0	26
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	1	1	0		0	2
0	0	0	0	0	0	0		0

Arjo Huntleigh Medicaire Italia Medi-H-Art RTI Sapio Life - RTI Service RTI Zuccato - 0								
PRE CARATTERISTICA B8			PUNTI: 5					SOMMA PUNTEGGI
Arjo Huntleigh		5	2	6	1	6	0	20
Medicaire Italia	0		0	3	0	6	0	9
Medi-H-Art	0	3		5	0	6	0	14
RTI Sapio Life - Eurausili	0	0	0		0	1	0	1
RTI Service Med - Plurima	1	5	5	6		6	0	23
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0	0	0	1	0		0	1
0	0	0	0	0	0	0		0

SOMMA
TOTALE
PUNTI
QUALITA' 50

COEFFICIENTI	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Ditte								
Arjo Huntleigh	0,92	0,739130435	0,466666667	0,869565217	0,9	0,73913043	0,5	0,869565217
Medicaire Italia	0	0,695652174	0,2	0,391304348	0,2	0,69565217	0,5	0,391304348
Medi-H-Art	0,2	0,52173913	0,133333333	0,608695652	0,7	0,52173913	0,07692308	0,608695652
RTI Sapio Life - Eurausili	0,32	0,043478261	0,2	0,043478261	0,6	0,04347826	0,07692308	0,043478261
RTI Service Med - Plurima	1	1	1	1	1	1	1	1
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0,16	0,043478261	0,066666667	0,043478261	0,1	0,04347826	0,07692308	0,043478261
0	0	0	0	0	0	0	0	0

PUNTEGGI PARZIALI	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	9,2	5,173913043	1,4	4,347826087	9	5,17391304	1,5	4,347826087
Medicaire Italia	0	4,869565217	0,6	1,956521739	2	4,86956522	1,5	1,956521739
Medi-H-Art	2	3,652173913	0,4	3,043478261	7	3,65217391	0,23076923	3,043478261
RTI Sapio Life - Eurausili	3,2	0,304347826	0,6	0,217391304	6	0,30434783	0,23076923	0,217391304
RTI Service Med - Plurima	10	7	3	5	10	7	3	5
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	1,6	0,304347826	0,2	0,217391304	1	0,30434783	0,23076923	0,217391304
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ditte	Totale
Arjo Huntleigh	40,14347826
Medicaire Italia	17,75217391
Medi-H-Art	23,02207358
RTI Sapio Life - Eurausili	11,07424749
RTI Service Med - Plurima	50
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	4,074247492

Proff. Develo

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

GARA DI AIC: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3

VERBALE 6^ seduta del 29 novembre 2017
Commissione giudicatrice

In data 29 novembre 2017 alle ore 09,15 presso i locali della S.S. Logistica e Acquisti siti in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura aperta in oggetto.

Sono presenti i commissari:

Sig.ra Roberta Pesce – CPSE S.S. Unità Spinale SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione- Presidente

- Sig.ra Antonella Pastore- CPSE S.C. Ortopedia Traumatologia- Componente
- Dott.ssa Cristiana Masuero– CPSE S.C. Medicina e Nefrologia- Componente
- Dott.ssa Daniela Ricotti- Coordinatore U.O. Medicina Presidio di Domodossola- Componente
- Dott.ssa Chiara Pignolo- CPSE di Medicina Interna- Componente

Svolge funzioni di segreteria la Sig.ra Elena Maestrelli – Collaboratore della S.S. Logistica e Acquisti

La Commissione in data odierna, richiamati i verbali delle sedute precedenti e in particolare dell'ultima del 27/11/2017, come in questo stabilito prosegue la fase valutativa in senso stretto e decisoria delle offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte partecipanti per il Lotto 2):

LOTTO 2: Sistema a cessione d'aria

1. ArjoHuntleigh: THERAKAIR VISIO
2. Medi-H_Art : THERAFLO AP

La Commissione, procede quindi all'assegnazione delle preferenze e conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità attraverso il metodo aggregativo compensatore mediante il ricorso al "confronto a coppie", come stabilito dal Capitolato Speciale di gara, come risultante dalle schede di valutazione di ogni singolo componente, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La Commissione procede quindi collegialmente alla sintesi delle valutazioni e all'attribuzione dei punteggi finali (normalizzati a 50/100), come risultante dalle schede di valutazione finale allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, il cui esito si riassume nel seguito:


LOTTO 1: Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio

DITTE	Sottolotto A	Sottolotto B	Totale Lotto
Arjo Huntleigh	21,156	21,510	42,666
Medicaire Italia	8,491	11,824	20,315

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

**AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA**

DITTE	Sottolotto A	Sottolotto B	Totale Lotto
Medi-H-Art	9,976	14,355	24,331
RTI Sapio Life - Eurausili	4,670	6,232	10,901
RTI Service Med - Plurima	25,000	24,020	49,020
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	2,158	1,617	3,776

Ditte	PUNTEGGIO NORMALIZZATO A 50 punti
Arjo Huntleigh	43,520
RTI Service Med - Plurima	50,000

La Commissione Giudicatrice rileva che relativamente il Lotto 1) le Ditte di seguito elencate non hanno raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa fissata all'art. 3.8.2 del Capitolato speciale di gara (13 punti per il sottolotto A e 13 punti per il sottolotto B) per l'ammissione al prosieguo della gara e quindi all'apertura delle offerte economiche:

- Medicaire Italia
- Medi-H-Art
- RTI Sapio Life - Eurausili
- RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero

LOTTO 2: Sistema a cessione d'aria

Ditte	Punteggio complessivo
Arjo Huntleigh	45,000
Medi-H-Art	28,200


Ditte	PUNTEGGIO NORMALIZZATO a 50 punti
Arjo Huntleigh	50,000
Medi-H-Art	31,333

Handwritten signatures and initials: RD, CP, CH, AD.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

La Commissione Giudicatrice termina i lavori e chiude la seduta alle ore 14,30 dando atto che la documentazione tecnica verrà conservata e custodita in sicurezza, in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici della S.S. Logistica e Acquisti.

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto

- Sig.ra Roberta Pesce Roberta Pesce
- Sig.ra Antonella Pastore Antonella Pastore
- Dott.ssa Cristiana Masuero Cristiana Masuero
- Dott.ssa Daniela Ricotti Daniela Ricotti
- Dott.ssa Chiara Pignolo Chiara Pignolo

La segretaria verbalizzante Elena Maestrelli Elena Maestrelli

Lodo A

COMMISSARIO 1 Roberta Pesce

Punti

COEFFICIENTI	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	22	16	14	19	8	16	13	19
Medicair Italia	6	16	6	8	3	16	13	8
Medi-H-Art	5	12	4	16	8	12	2	16
RTI Sapio Life - Eurausili	8	1	6	0	5	1	2	0
RTI Service Med - Plurima	19	21	30	21	9	21	26	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	3	1	2	2	1	1	2	2

COMMISSARIO 2 Chiara Pignolo

Punti

Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	25	17	14	19	9	17	13	19
Medicair Italia	0	17	6	9	2	17	13	9
Medi-H-Art	5	12	4	15	7	12	2	15
RTI Sapio Life - Eurausili	9	1	6	1	6	1	2	1
RTI Service Med - Plurima	24	22	30	23	10	22	26	23
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	2	1	2	1	1	1	2	1

COMMISSARIO 3 Cristiana Masuero

Punti

Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	23	18	14	20	17	18	13	20
Medicair Italia	0	17	6	9	5	17	13	9
Medi-H-Art	5	12	4	16	5	12	2	16
RTI Sapio Life - Eurausili	9	1	6	1	5	1	2	1
RTI Service Med - Plurima	25	21	30	21	8	21	26	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	3	1	2	1	0	1	2	1

COMMISSARIO 4 Antonella Pastore

Punti

Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	22	17	14	19	8	17	13	19
Medicair Italia	0	16	6	9	3	16	13	9
Medi-H-Art	5	12	4	16	7	12	2	16
RTI Sapio Life - Eurausili	8	1	6	1	6	1	2	1
RTI Service Med - Plurima	25	20	30	21	9	20	26	21
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	4	1	2	1	1	1	2	1

COMMISSARIO 5 Daniela Ricotti

Punti

Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	23	17	14	20	9	17	13	20
Medicair Italia	0	16	6	9	2	16	13	9
Medi-H-Art	5	12	4	14	7	12	2	14
RTI Sapio Life - Eurausili	8	1	6	1	6	1	2	1
RTI Service Med - Plurima	25	23	30	23	10	23	26	23
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	4	1	2	1	1	1	2	1

TABELLA PUNTI TOTALI

DITTE	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	115	85	70	97	51	85	65	97
Medicair Italia	6	82	30	44	15	82	65	44
Medi-H-Art	25	60	20	77	34	60	10	77
RTI Sapio Life - Eurausili	42	5	30	4	28	5	10	4
RTI Service Med - Plurima	118	107	150	109	46	107	130	109
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	16	5	10	6	4	5	10	6

Coefficienti 0-1 (riparametrizzato)

DITTE	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Ditte								
Arjo Huntleigh	0,974576271	0,794392523	0,466666667	0,889908257	1	0,7944	0,5	0,89
Medicair Italia	0,050847458	0,76635514	0,2	0,403669725	0,294117647	0,7664	0,5	0,404
Medi-H-Art	0,211864407	0,560747664	0,133333333	0,706422018	0,666666667	0,5607	0,077	0,706
RTI Sapio Life - Eurausili	0,355932203	0,046728972	0,2	0,036697248	0,549019608	0,0467	0,077	0,037
RTI Service Med - Plurima	1	1	1	1	0,901960784	1	1	1
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	0,13559322	0,046728972	0,066666667	0,055045872	0,078431373	0,0467	0,077	0,055

Punteggio massimo per caratteristica (completare)

Punteggi parziali	10	7	3	5	10	7	3	5
DITTE	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Ditte								
Arjo Huntleigh	9,745762712	5,560747664	1,4	4,449541284	10	5,5607	1,5	4,45
Medicair Italia	0,508474576	5,364485981	0,6	2,018348624	2,941176471	5,3645	1,5	2,018
Medi-H-Art	2,118644068	3,925233645	0,4	3,532110092	6,666666667	3,9252	0,231	3,532
RTI Sapio Life - Eurausili	3,559322034	0,327102804	0,6	0,183486239	5,490196078	0,3271	0,231	0,183
RTI Service Med - Plurima	10	7	3	5	9,019607843	7	3	5
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	1,355932203	0,327102804	0,2	0,275229358	0,784313725	0,3271	0,231	0,275

Punteggi complessivi

DITTE	Sottolotto A	Sottolotto B	Totale
Ditte			
Arjo Huntleigh	21,156	21,510	42,666
Medicair Italia	8,491	11,824	20,315
Medi-H-Art	9,976	14,355	24,331
RTI Sapio Life - Eurausili	4,670	6,232	10,901
RTI Service Med - Plurima	25,000	24,020	49,020
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	2,158	1,617	3,775

Punteggi complessivi riproporzionati a 50

DITTE	
Ditte	0
Arjo Huntleigh	43,520
Medicair Italia	
Medi-H-Art	
RTI Sapio Life - Eurausili	
RTI Service Med - Plurima	50,000
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	

Teresa De Santis
 Riccardo De Santis
 Roberta Pesce
 Cristiana Masuero
 Chiara Pignolo

Punteggi complessivi			
DITTE	Sottolotto A	Sottolotto B	Totale
Ditte			
Arjo Huntleigh	21,156	21,510	42,666
Medicaïr Italia	8,491	11,824	20,315
Medi-H-Art	9,976	14,355	24,331
RTI Sapio Life - Eurausili	4,670	6,232	10,901
RTI Service Med - Plurima	25,000	24,020	49,020
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	2,158	1,617	3,776

Punteggi complessivi riproporzionati a 50

DITTE	
Ditte	0
Arjo Huntleigh	43,520
Medicaïr Italia	
Medi-H-Art	
RTI Sapio Life - Eurausili	
RTI Service Med - Plurima	50,000
RTI Zuccato - Ortopedia Ferrero	

Federico D'Amico
Luca D'Amico
Roberta D'Amico
Cristina D'Amico

Lotto 2

COMMISSARIO 1 Roberta Pesce

Coefficienti								
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	1	1	1	1	1	1		
Medi-H-Art	0,5	0,5	0,8	0,8	0,4			

COMMISSARIO 2 Chiara Pignolo

Coefficienti								
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	1	1	1	1	1	1		
Medi-H-Art	0,5	0,5	0,8	0,8	0,4			

COMMISSARIO 3 Cristiana Masuero

Coefficienti								
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	1	1	1	1	1	1		
Medi-H-Art	0,5	0,5	0,8	0,8	0,4			

COMMISSARIO 4 Antonella Pastore

Coefficienti								
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	1	1	1	1	1	1		
Medi-H-Art	0,5	0,5	0,8	0,8	0,4			

COMMISSARIO 5 Daniela Ricotti

Coefficienti								
Ditte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	1	1	1	1	1	1		
Medi-H-Art	0,5	0,5	0,8	0,8	0,3			

TABELLA COEFFICIENTI TOTALI

DITTE	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Arjo Huntleigh	5	5	5	5	5	5	0	0
Medi-H-Art	2,5	2,5	4	4	1,9	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Coefficienti 0-1 (riparametrizzato)

DITTE	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Ditte								
Arjo Huntleigh	1	1	1	1	1	1	0	0
Medi-H-Art	0,5	0,5	0,8	0,8	0,39	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Punteggi parziali Punteggio massimo per caratteristica (completare)

DITTE	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Ditte								
Arjo Huntleigh	14	12	11	8	5			
Medi-H-Art	7	6	8,8	6,4	1,9	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Punteggi complessivi

DITTE	Sottototale
Ditte	
Arjo Huntleigh	45,000
Medi-H-Art	28,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

Punteggi complessivi riproporzionati

DITTE	
Ditte	0,000
Arjo Huntleigh	50,000
Medi-H-Art	31,333
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Torrell Antonella
 Ricotti Daniela
 Roberta Pesce
 Chiara Pignolo
 Cristiana Masuero

Numero 2777 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA COMUNITARIA, IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 50/2016, AD OGGETTO: "FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. COD. GARA AVCP 6377212.

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 19 (Diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 10,37, presso la Sala Riunioni della Struttura Semplice Logistica e Acquisti, sita al 4° Piano, Lato Est, dell'Ospedale "Degli Infermi" di Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi, n. 2, avanti a me Dr.ssa Attilia SQUILLARIO, Collaboratore Amministrativo Esperto, nella funzione di Ufficiale Rogante della Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella, in qualità di Ufficiale Rogante nominata con Deliberazioni n. 98 del 18.04.2007 e n. 467 del 9.08.2017 e, come tale, autorizzata a rogare il presente atto assistita dai testimoni, la cui presenza si ritiene necessaria: Rag. Elena MAESTRELLI, nata a Vercelli il 07.01.1965 e residente al Villaggio Primavera n. 17/B - Candelo (BI), Collaboratore Amministrativo dell'A.S.L. BI; Sig.ra Marisa COMPAGNIN, nata a Candelo (BI) il 13.3.1964 e residente in Via Lombardia n. 14 - Biella (BI), Assistente Amministrativo dell'A.S.L. BI - Biella. E' comparsa la Dr.ssa Leila ROSSI, nata a Biella il 04.09.1963 e residente in Via M. Libertà, n. 7/B - Tollegno (BI), Responsabile della Struttura Semplice Logistica e Acquisti dell'Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella, Via dei Ponderanesi, n. 2, Partita I.V.A. n. 01810260024, titolata ad assumere le funzioni di Presidente di Gara ai sensi della Deliberazione n. 187 del 17.05.2016.




Detto comparente, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certa, attesta che:

-in data 21.02.2017 con Verbale n. 2737 si è proceduto ad aprire i plichi principali e le buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte MedicAir Italia S.r.l. con Sede in Pogliano Milanese (MI) e Costituendo R.T.I. SERVICE MED S.p.A. di Milano (Capogruppo) e PLURIMA S.p.A. di Milano (Mandante), che avendo presentato tutta la documentazione richiesta sono state ammesse al prosieguo della Gara mentre le Ditte ARJOHUNTLEIGH S.p.A. con Sede in Roma, Medi-H-art con sede in Peschiera Borromeo (MI), Costituendo R.T.I. SAPIOLIFE S.r.l. di Monza (MB) (Capogruppo) - Ditta EURO AUSILI S.r.l. di Legnano (MI) (Mandante) e Costituendo R.T.I. ZUCCATO HC S.r.l. di Verona (Mandataria) e OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO di Venaria Reale (TO) (Mandante), Ditta SANACILIA S.r.l., con Sede in Roma, ammesse con riserva al prosieguo della gara, hanno regolarizzato la loro posizione nei termini previsti a seguito di richiesta comunicata con nota inviata a mezzo pec in data 16.03.2017 e con Determinazione dirigenziale della S.C. Amministrazione e Controllo n. 36 del 13/11/2017 sono state ammesse al prosieguo della gara;

-con determinazione del Direttore della SC Amministrazione e Controllo dell'A.S.L. "BI" di Biella n. 17 del 25.07.2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice competente a valutare dal punto di vista tecnico/qualitativo le offerte presentate nella procedura aperta, suddivisa per Lotti, che si è riunita nei giorni 18.10.2017, 30.10.2017, 08.11.2018, 10.11.2017, 27.11.2017 e 29.11.2017, procedendo alla formulazione del punteggio finale in merito alle offerte tecniche presentate dalle Ditte partecipanti, come di seguito specificato:

LOTTO 1 – Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appog-



gio – (Sotto Lotto A: per paziente a medio rischio + Sotto Lotto B: per paziente ad alto rischio):

-Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.A. - Roma (Numero 1):

Punteggio qualità attribuito punti: 42,666 – Punteggio qualità normalizzato Punti 43,520/50;

-R.T.I. Service Med S.p.A. – Milano e PLURIMA S.p.A. - Milano:

Punteggio qualità attribuito punti: 49,020 – Punteggio qualità normalizzato Punti 50,000/50;

Il Presidente comunica altresì che la Commissione Giudicatrice ha assegnato alle Ditte di seguito elencate un punteggio al di sotto della soglia di sufficienza qualitativa prevista dal Capitolato Speciale di Gara e precisamente:

MedicAir Italia S.r.l. – Pogliano Milanese (MI) punti 20,315; Medi-H-Art – Peschiera Borromeo (MI) punti 24,331; RTI SAPIOLIFE S.r.l. – Monza (MB) e EURO AUSILI S.r.l. – Legnano (MI) punti 10,901; R.T.I. ZUCCATO HC S.r.l. – Verona e OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO – Venaria Reale (TO) punti 3,776 mentre la Ditta SANACILIA S.r.l. – Roma non è stata valutata in quanto ha presentato un prodotto non in possesso di caratteristica tecnica minima a pena di esclusione;

LOTTO 2 – Sistema a cessione d'aria:

-Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.A. - Roma (Numero 1):

Punteggio qualità attribuito punti: 45,000 – Punteggio qualità normalizzato Punti 50,000/50;

-Medi-H-art – Peschiera Borromeo (MI):

Punteggio qualità attribuito punti: 28,200 – Punteggio qualità normalizzato Punti 31,333/50;



-l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche è prevista in data odierna alle ore 10,30, come comunicato con nota inviata a mezzo pec Prot. n. 910, in data 15/01/2018 e pubblicato sul Sito Aziendale dell'A.S.L. "BI".

* * * * *

Sono presenti alle operazioni di gara i Componenti della Commissione Giudicatrice, Sigg.:

-Sig.ra Roberta PESCE, CPSE S.S. Unità Spinale SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione dell'AOU "Maggiore della Carità" di Novara - Presidente;

-Sig.ra Antonella PASTORE, CPSE S.C. Ortopedia e Traumatologia dell'A.S.L. "NO" di Novara - Componente;

-Dr.ssa Cristiana MASUERO, CPSE S.C. Medicina e Nefrologia dell'A.S.L. "VC" di Vercelli - Componente;

-Dr.ssa Daniela RICOTTI, Coordinatore U.O. Medicina Presidio di Domodossola - A.S.L. "VCO" - Componente;

-Dr.ssa Chiara PIGNOLO, CPSE di Medicina Interna dell'A.S.L. "BI" di Biella - Componente;

e con facoltà di assistere alla seduta i Sigg. Luca FORTINI, Emanuele BESANA, Mattia CHIOCCHETTI, Vincenzo GIORDANO, Fabio Giacomo TOSCANO, Stefano PAGLIARANI, Cristiano BANFI, Marco SALGARELLI, Daniel GIUSTI e la Sig.ra Mariantonietta BRUNENGO.

* * * * *

A questo punto il Presidente dichiara che, in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Gara, l'affidamento della fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. BI – NO – VC – VCO e all'A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 sarà

aggiudicata, a Lotti separati, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dall'esame comparato di elementi di valutazione tecnico-qualitativa (punti 50/100) ed economica (punti 50/100) e procede ad aprire le buste "C" delle offerte economiche delle Ditte ammesse, dichiarando quanto segue:

LOTTO 1 – Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio – (Sotto Lotto A: per paziente a medio rischio + Sotto Lotto B: per paziente ad alto rischio):

-Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.A. - Roma (Numero 1):

La Ditta offre l'importo complessivo pari ad Euro 1.800.727,25.==;

-R.T.I. Service Med S.p.A. – Milano e PLURIMA S.p.A. - Milano:

La Ditta offre l'importo complessivo pari ad Euro 1.750.359,75.==;

LOTTO 2 – Sistema a cessione d'aria:

-Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.A. - Roma (Numero 1):

La Ditta offre l'importo complessivo pari ad Euro 50.708,00.==;

-Medi-H-art – Peschiera Borromeo (MI):

La Ditta offre l'importo complessivo pari ad Euro 40.882,00.==.

Dopo aver letto ai presenti le offerte economiche presentate il Presidente assegna i punteggi economici, e procede alla formulazione della graduatoria seguente:

LOTTO 1 – Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio – (Sotto Lotto A: per paziente a medio rischio + Sotto Lotto B: per paziente ad alto rischio):

1° - R.T.I. Service Med S.p.A. – Milano e PLURIMA S.p.A. - Milano:

Punteggio economico punti 50 - punteggio complessivo punti 100;

2° Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.A. - Roma:

Punteggio economico punti 48,601 - punteggio complessivo punti 92,121;

LOTTO 2 – Sistema a cessione d'aria:

1° Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.A. - Roma:

Punteggio economico punti 40,311 - punteggio complessivo punti 90,311;

2° Ditta -Medi-H-art – Peschiera Borromeo (MI):

Punteggio economico punti 50 - punteggio complessivo punti 81,333;

e propone l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.SS.LL. BI – NO – VC – VCO e all'A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, secondo le risultanze del presente verbale, nel seguente modo:

LOTTO 1 – Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio – (Sotto Lotto A: per paziente a medio rischio + Sotto Lotto B: per paziente ad alto rischio):

al R.T.I. Service Med S.p.A. – Milano e PLURIMA S.p.A. – Milano di cui si allega al presente verbale l'offerta economica. (Allegato n. 1);

LOTTO 2 – Sistema a cessione d'aria:

alla Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.A. - Roma di cui si allega al presente verbale l'offerta economica. (Allegato n. 2).

* * * * *

Il Presidente dichiara infine che sulle offerte presentate verranno effettuati tutti i controlli propedeutici all'aggiudicazione e che la documentazione relativa alla presente gara verrà trasmessa alla Struttura Complessa Amministrazione e Controllo dell'A.S.L. BI di Biella, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti e successivamente conservata presso la Struttura Semplice Logistica e Acquisti dell'Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho letto presenti i testi, questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero sei pagine intere e fino qui sulla settima ai comparenti che lo dichiarano conforme alla propria volontà e a verità e come me lo sottoscrivono.

La seduta si chiude alle ore 10,53.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Leila ROSSI)



I TESTIMONI:

(Rag. Elena MAESTRELLI)

(Sig.ra Marisa COMPAGNIN)


COLLABORATORE AMM.VO

ASSISTENTE AMM.VO



L'UFFICIALE ROGANTE

(Dr.ssa Attilia SQUILLARIO)



Ditta offerente:

RTI Costituendo SERVICE MED SPA/PLURIMA SPA

rif. offerta:

Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle
AA.SS.LL. BI-NO-VC-VCO e all'A.O.U. "Maggiore della Carità"
afferenti all'area interaziendale di coordinamento n.3

SERVICE MED S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Viale Bianca Maria n. 25 e sede amministrativa in Bussolengo (VR), Via dell'Agricoltura n. 38, C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10782860158 – P.IVA 10782860158, tel. 045.6717441 – fax 045.7156992, iscritta al R.E.A. - C.C.I.A.A. di Milano al n° 1406896

PLURIMA S.p.A. con sede legale in piazza Santo Stefano, n. 6 – 20122 Milano (MI) e sede amministrativa in via Marie Curie, n. 15 – 06073 Corciano (PG), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita I.V.A. 01698960547, R.e.a. MI-1894639

Lotto 1

CIG 663917655A

Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)

A) Noleggio

	CND / Repertorio	costo giornata noleggio (a)	GIORNATE/anno AIC 3 (b)	GIORNATE periodo: 3 anni (c)	GIORNATE periodo: ulteriori 2 anni (d)	GIORNATE periodo: 3 + 2 anni (c+d)	IMPORTO FORNITURA ANNUO AIC 3 (e) [(a x b)]	IMPORTO FORNITURA 3 ANNI AIC 3 (f) [(a x c)]	IMPORTO FORNITURA ulteriori 2 ANNI AIC 3 (g) [(a x d)]	VALORE COMPLESSIVO 3 + 2 ANNI =(f+g)
Sottolotto A - paziente a medio rischio										
per periodi di breve durata, sino a 30 gg. continuativi	Y033399/1519019	€ 3,25	38.835	116.505	77.670	194.175	€ 126.213,75	€ 378.641,25	€ 252.427,50	€ 631.068,75
per periodi di lunga durata, superiori a 30 gg. continuativi	Y033399/1519019	€ 2,30	9.500	28.500	19.000	47.500	€ 21.850,00	€ 65.550,00	€ 43.700,00	€ 109.250,00
Sottolotto B - paziente ad alto rischio										
per periodi di breve durata, sino a 30 gg. continuativi	Y033399/1517464	€ 3,30	61.154	183.462	122.308	305.770	€ 201.808,20	€ 605.424,60	€ 403.616,40	€ 1.009.041,00
Totale canone 5 (=3+2) anni (A)										€ 1.749.359,75

B) Oneri per la sicurezza da interferenza (B)
(non soggetti a ribasso)

€ 1.000,00

% IVA

22

Importo complessivo offerto [(A) + (B)]

€ 1.750.359,75

di cui:

Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto:
(obbligatorio a pena di inammissibilità dell'offerta)

€ 17.493,60

Bussolengo, 10 Febbraio 2017

Firma del legale rappresentante del RTI
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)Validità dell'offerta: come da art. 3.6.4 del Capitolato Speciale
di garaSilvio Prof. Gherardi
Amministratore Delegato di
Service Med S.p.A. (Mandatario)Prof. Tito Marconi
Legale Rappresentante di
Plurima S.p.A. (Mandante)

Ulteriori quotazioni (di cui non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo)

descrizione	CND / Repertorio	importo unitario	% IVA
quotazione acquisto di apparecchiature ricondizionate per le seguenti tipologie:			
- sottolotto A - paziente a medio rischio	Z12040280/138848	€ 2.000,00	22
- sottolotto B - paziente ad alto rischio	Y033399/846667	€ 4.000,00	22
servizio di sanificazione (compreso il ritiro e la consegna) per sistemi di proprietà delle singole Aziende		€ 250,00	22
giornata/noleggio per sistemi antidecubito per grandi obesi	Y033399	€ 15,00	22
giornata/noleggio per sistemi antidecubito pediatrici	Y033306/1361152	€ 12,00	22
quotazione per acquisto di cuscini antidecubito	Y033303/285754R	€ 500,00	22



AOU				ASL VC				ASL VCO				ASL BI				ASL NO			
giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni
17.071	€ 55.480,75	€ 166.442,25	€ 110.961,50	1.120	€ 3.640,00	€ 10.920,00	€ 7.280,00	6.532	€ 21.229,00	€ 63.687,00	€ 42.458,00	13.530	€ 43.972,50	€ 131.917,50	€ 87.945,00	582	€ 1.891,50	€ 5.674,50	€ 3.783,00
0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.500	€ 3.450,00	€ 10.350,00	€ 6.900,00	1.500	€ 3.450,00	€ 10.350,00	€ 6.900,00	5.000	€ 11.500,00	€ 34.500,00	€ 23.000,00	1.500	€ 3.450,00	€ 10.350,00	€ 6.900,00
21.892	€ 72.243,60	€ 216.730,80	€ 144.487,20	27.350	€ 90.255,00	€ 270.765,00	€ 180.510,00	6.284	€ 20.737,20	€ 62.211,60	€ 41.474,40	3.000	€ 9.900,00	€ 29.700,00	€ 19.800,00	2.628	€ 8.672,40	€ 26.017,20	€ 17.344,80
	€ 127.724,35	€ 383.173,05	€ 255.448,70		€ 97.345,00	€ 292.035,00	€ 194.690,00		€ 45.416,20	€ 136.248,60	€ 90.832,40		€ 65.372,50	€ 196.117,50	€ 130.745,00		€ 14.013,90	€ 42.041,70	€ 28.027,80


Service Med S.p.A.
Amministratore Delegato
Silvio Dott. Gherardi


Plurima S.p.A.
Il Presidente / Leg. Rappresentante
Dott. Tito Marconi

A 4x4 grid of dots. The dots are arranged in a sparse pattern, with some cells containing multiple dots. The pattern is as follows:

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

[illegible]

100

P<I
Y=7

100



GERALD E. VALIANT

Tipo. Type. Type. Codice Paese. Code of issuing State. Code du Pays émetteur. -Passaporto N. Passport No. Passeport N°.

Tip. Type. Type. Codice Paese. Code of issuing State. Code du Pays émetteur. -Passaporto N. Passport No. Passeport N°.

YA7791200

GHERARDI

SILVIO

ITALIANA

22 FEB/FEB 1952

M ROMA (RM)

30 SET/SEP 2015

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'

Signature / Signature du

[illegible]

YA77912006ITA5202223M2509297<<<<<<<<<<<<<00

Ditta offerente: ARJOHUNTLEIGH SPA

rif. offerta: 71700287

Lotto 2

CIG 6639181979

Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)

A) Noleggio											AOU				ASL VC			ASL VCO			ASL BI			ASL NO							
	CND / Repertorio	costo giornata noleggio (a)	GIORNATE/anno AIC 3 (b)	GIORNATE periodo: 3 anni (c)	GIORNATE periodo: ulteriori 2 anni (d)	GIORNATE periodo: 3 + 2 anni (c+d)	IMPORTO FORNITURA ANNUO AIC 3 (e) [=a x b]]	IMPORTO FORNITURA 3 ANNI AIC 3 (f) [=a x c]]	IMPORTO FORNITURA ulteriori 2 ANNI AIC 3 (g) [=a x d]]	VALORE COMPLESSIVO 3 + 2 ANNI = (f+g)	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	giornate/anno	canone annuale complessivo	canone 3 anni	canone ulteriori 2 anni	
per periodi di breve durata, sino a 30 gg. continuativi		Y033306 997788/R	€ 8,60	1.156	3.468	2.312	5.780	€ 9.941,60	€ 29.824,80	€ 19.883,20	€ 49.708,00	178	€ 1.530,80	€ 4.592,40	€ 3.061,60	10	€ 86,00	€ 258,00	€ 172,00	718	€ 6.174,80	€ 18.524,40	€ 12.349,60	240	€ 2.064,00	€ 6.192,00	€ 4.128,00	10	€ 86,00	€ 258,00	€ 172,00
											€ 49.708,00		€ 7.654,00			€ 430,00			€ 30.874,00			€ 10.320,00			€ 430,00						

B) Oneri per la sicurezza da interferenza (B) (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	% IVA 22%
--	------------	--------------

Importo complessivo offerto [= (A) + (B)]	€ 50.708,00
---	-------------

di cui:

Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto: (obbligatorio a pena di inammissibilità dell'offerta)	€ 497,08
---	----------

Firma del legale rappresentante della Ditta
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

ArjoHuntleigh S.r.l.
Sales Director
Procuratore Speciale
Giuseppe Arena


Ulteriori quotazioni (di cui non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo)

descrizione	CND / Repertorio	importo unitario	% IVA
quotazione acquisto di apparecchiature ricondizionate per le seguenti tipologie:			
- sottolotto A - paziente a medio rischio	Y033306 - Y033399 793441/R - 793440/R	€ 5.962,00	22%
- sottolotto B - paziente ad alto rischio	Y033306 - Y033399 846649/R - 846667/R	€ 7.648,00	22%
servizio di sanificazione (compreso il ritiro e la consegna) per sistemi di proprietà delle singole Aziende	Non applicabile	€ 60,00	22%
giornata/noleggio per sistemi antidecubito per grandi obesi	Y181299 1287977/R	€ 140,00	22%
giornata/noleggio per sistemi antidecubito pediatrici	Y033306	€ 15,00	22%
quotazione per acquisto di cuscini antidecubito	Y033303 997852/R	€ 613,00	22%

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

PROCEDIMENTO DI VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E DI CONGRUITÀ EX ARTT. 97 D.LGS. 50/2016 – Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS. LL. BI, VC, VCO e NO e all'AOU Maggiore della Carità di Novara afferenti all'Area di Coordinamento Interaziendale n° 3– N. gara ANAC 6377212

VERBALE DI VERIFICA

In data 22 marzo 2018 alle ore 11,00 presso i locali della S.S. Logistica e Acquisti, siti in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano, ai sensi dell'art. 97 ("Offerte anormalmente basse") del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il RUP della procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS. LL. BI, VC, VCO e NO e all'AOU Maggiore della Carità di Novara afferenti all'Area di Coordinamento Interaziendale n° 3– N. gara ANAC 6377212", Dott.ssa Leila Rossi, con il supporto della Commissione Giudicatrice di detta gara, nominata con determinazione dirigenziale della S.C. Amministrazione e Controllo n° 17 del 25.07.2017, in seduta riservata procede alla verifica della congruità delle offerte presentate dalla Ditte seguenti ditte che, come risulta dal verbale di apertura delle offerte economiche del 19/01/2018 numero 2777 di Repertorio, hanno ottenuto il migliore punteggio prezzo/qualità (50/50):

LOTTO 1- Sistema a pressione alternata e/o a bassa pressione continua d'appoggio - CIG 663917655A

RTI Service Med S.p.a./ Plurima S.p.a.: punti totali 100
Punti qualità 50/50
Punti prezzo 50/50

LOTTO 2 - Sistema a cessione d'aria – CIG 6639181979
Ditta ArjoHuntleigh S.p.a.: punti totali 92,121
Punti qualità: 43,52/50
Punti prezzo: 48,601/50

DATO ATTO CHE:

- in data 19/01/2018, con verbale n° 2777 di Repertorio, le ditte Service Med S.p.a./ Plurima S.p.a riunitesi in RTI costituendo e la ditta ArjoHuntleigh S.p.a venivano individuate aggiudicatriche nella gara in oggetto rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2 da proporre per l'aggiudicazione definitiva all'organo competente in seguito all'effettuazione dei propedeutici controlli;

LR/EM
anomalia.docP:\APB\AIC GARE\ASL BI\sistemi antidecubito\ATTI DI GARA\Offerta anomala\Verbale verifica
Pagina 1 di 2Referente pratica: Elena Maestrelli
Tel 015/15153449 e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.itASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.itLa tua **Salute**,
il nostro **Impegno**

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

- il procedimento di verifica della congruità delle offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, è stato avviato nei confronti delle suddette Ditte rispettivamente con note prot. 2356 e prot. 2355 del 31/01/2018;

PRESO ATTO delle giustificazioni prodotte dalle citate Ditte con note depositate agli atti della Struttura, con le quali le medesime forniscono spiegazioni sui quesiti posti:

RILEVATO CHE:

- offerte nel loro complesso sono attendibili e gli elementi di giustificazione forniti sono ragionevoli;
- non si ravvisano palesi errori di fatto, né aspetti di manifesta irrazionalità, né evidenti contraddizioni logiche;

alla luce di quanto sopra, **le giustificazioni fornite dal costituendo RTI Service Med S.p.a./ Plurima S.p.a. per il Lotto 1 e ArjoHuntleigh S.p.a per il Lotto 2 appaiono nel complesso accoglibili e sufficienti a giustificare le offerte, per cui le stesse possono essere dichiarate congrue e sostenibili.**

La seduta si chiude alle ore 11,35

Letto, confermato e sottoscritto.

Biella 22/03/2018

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Sig.ra Roberta Pesce

Sig.ra Antonella Pastore

Dott.ssa Cristiana Masuero

Dott.ssa Daniela Ricotti

Dott.ssa Chiara Pignolo

IL RUP

Dott.ssa Leila Rossi