

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 574 in data 29/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA COMPLETI DI SONDA WIRELESS OCCORRENTE ALLA S.C. MEDICINA NUCLEARE. CIG 7602217BEB. IMPORTO PRESUNTO € 90.500,00 (IVA DI LEGGE ESCLUSA). ESITI VALUTAZIONE

Determinazione n. 574 in data 29/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA COMPLETI DI SONDA WIRELESS OCCORRENTE ALLA S.C. MEDICINA NUCLEARE. CIG 7602217BEB. IMPORTO PRESUNTO € 90.500,00 (IVA DI LEGGE ESCLUSA). ESITI VALUTAZIONE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n° 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L.BI, in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con determina n° 824 del 23/08/2018, in applicazione del D.Lgs. 50/2016, è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n° 2 sistemi per chirurgia radioguidata completi di sonda wireless occorrenti alla S.C. Medicina Nucleare CIG 7602217BEB, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA;
- con lo stesso provvedimento è stato disposto l'invito alla procedura in questione di n. 5 operatori economici individuati dalla S.S. Ingegneria Clinica in seguito ad indagine di mercato, fermo restando la loro registrazione nella piattaforma MEPA;
- detta procedura è stata pubblicata sul sito aziendale dell'ASL BI in data 27/08/2018;
- con determina n. 1076 del 26/10/2018, a conclusione dell'iter relativo all'apertura dei plichi principali e della Documentazione amministrativa, si è proceduto ad ammettere al prosieguo della gara la ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma, unica offerente, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara all'artt. 2 – “*Requisiti di partecipazione*” e 2.1- “*Requisiti di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016)*” a pena di esclusione;
- con determina 1166 del 22/11/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice competente per la valutazione tecnico/qualitativa dell'offerta tecnica prodotta in gara;

PRESO ATTO

- della valutazione operata dalla Commissione Giudicatrice che, a conclusione dei lavori svolti nelle sedute del 12 e 13 febbraio 2019, ha espresso il parere di non conformità dell'apparecchiatura offerta dalla ditta Nucleomed alle caratteristiche tecniche minime previste, a pena di esclusione, all'art. 5.4 del Capitolato di gara, per le seguenti motivazioni:
 1. l'apparecchiatura non assolvesse al requisito minimo previsto a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico al punto A-1.4: “Sonda con modalità di trasmissione dati wireless verso la centralina di acquisizione” della *tabella 1*) in quanto “La sonda proposta è collegata tramite cavo ad una centralina di acquisizione della dimensione di 30 x 15 cm circa (piuttosto ingombrante e non indossabile nel camice sterile) ed è quest'ultima a dialogare in modalità

Determinazione n. 574 in data 29/05/2019

wireless con il sistema di elaborazione e presentazione dei dati. Non viene pertanto data la possibilità di avere una sonda indipendente (senza il vincolo del cavo) facilmente gestibile in particolare in sala operatoria;

2. né è possibile affermare che la soluzione proposta risponde in maniera equivalente o superiore al requisito funzionale, definito dalla caratteristica tecnica minima sopra richiamata A-1.4, in quanto risulta comunque presente un cavo che collega la sonda all'unità che la connette wireless alla console. La presenza del cavo risulta disagiata in maniera sovrapponibile al sistema attualmente in utilizzo mentre il principale obiettivo della nuova fornitura era proprio di superare tale situazione con sonde che non presentassero alcun cavo di collegamento.
- di quanto disposto dal citato Capitolato di gara all'art. 4.2 e all'art. 5.4. –Caratteristiche tecniche minime della fornitura” che stabilisce l'esclusione dalla gara delle apparecchiature non in possesso delle caratteristiche tecniche minime elencate nella *Tabella 1*, fra cui al punto A-14 “Sonda con modalità di trasmissione dati wireless verso la centralina di acquisizione”;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere come segue:

- escludere dalla gara l'apparecchiatura offerta dalla ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma, unica offerente, in quanto non in possesso della caratteristica tecnica minima prevista dal Capitolato di gara e precisata ai precedenti paragrafi;
- di attivare nuova procedura di fornitura nella forma della procedura aperta mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA a favore delle ditte regolarmente registrate;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore F.F. della S.C. Amministrazione e Controllo Dott.ssa Elvira Zampese;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. “BI” di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di prendere atto ed approvare il verbale della competente Commissione Giudicatrice del 13/02/2019 relativo alle sedute del 12 e 13/02/2019 (Allegato n. 1);
- 2) di escludere dalla gara l'offerta della ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma, unica offerente, in quanto non in possesso della caratteristica tecnica minima prevista dal Capitolato di gara e precisamente al punto A1.4 della *tabella 1*): “Sonda con modalità di trasmissione dati wireless verso la centralina di acquisizione”, relativa dei requisiti minimi essenziali previsti all'art. 5.4 “Caratteristiche minime della fornitura”;

Determinazione n. 574 in data 29/05/2019


- 3) di disporre la comunicazione alla ditta interessata ai sensi dell'art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi”;
- 5) di disporre l'avvio di nuova procedura di gara per la fornitura in questione nella forma della procedura aperta mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA a favore delle ditte regolarmente registrate;
- 6) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 574 in data 29/05/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 – Ponderano BI

Tel. 015-15152300 Fax. 015-15153545

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

www.aslbi.piemonte.it

**S.S. LOGISTICA
E ACQUISTI**

- 10419

ARRIVO

Ponderano, 13/02/2019

SC Logistica ed Acquisti
c.a. Sig.ra Elena Maestrelli

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA - TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DEL ART. 36 D. LGS 50/2016, DI N° 2 SISTEMI PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA PER RICERCA LINFONODO SENTINELLA COMPLETO DI ACCESSORI. CIG 7602217BEB

- Verbale della commissione - Valutazione dell'offerta -

In data 13/02/2019 la Commissione riunita presso i locali della Medicina Nucleare dell'Ospedale degli Infermi di Biella, ha proceduto all'esame dell'offerta di cui all'oggetto.

Come previsto dagli atti di gara, questa Commissione di valutazione ha richiesto alla visione dell'apparecchiatura offerta dalla ditta Nucleomed.

Nelle date 12/02/2019 e 13/02/2019 l'apparecchiatura è stata portata in prova ed è stata utilizzata per le attività di routine connesse all'esigenza di acquisto; in particolare la prova che prevedeva l'utilizzo clinico su pazienti inseriti in sedute operatorie presso la Medicina Nucleare ed il Blocco Operatorio, si è svolta con riferimento ad:

- attività di ricerca e tracciabilità del linfonodo sentinella in ambulatorio di Medicina Nucleare
- attività di ricerca ed individuazione del linfonodo sentinella durante l'attività chirurgica per il trattamento del carcinoma mammario

Sia nella fase preliminare di spiegazione dell'apparecchiatura da parte del tecnico della ditta Nucleomed, che durante l'attività clinico sanitaria, è risultato evidente come l'apparecchiatura non assolvesse al requisito minimo previsto a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico al punto A-1.4: "Sonda con modalità di trasmissione dati wireless verso la centralina di acquisizione".

La sonda proposta infatti è collegata tramite cavo ad una centralina di acquisizione della dimensione di 30 x 15 cm circa (piuttosto ingombrante e non indossabile nel camice sterile) ed è quest'ultima che dialoga in modalità wireless con il sistema di elaborazione e presentazione dei dati.

Non viene pertanto data la possibilità di avere una sonda indipendente (senza il vincolo del cavo) facilmente gestibile in particolare in sala operatoria .

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 - Ponderano BI

Tel. 015-15152300 Fax. 015-15153545

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

www.aslbi.piemonte.it

Si evidenzia quindi la non conformità dell'offerta alle caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione all'art. 5.4 del Capitolato di gara né è possibile affermare che la soluzione proposta risponde in maniera equivalente o superiore al requisito funzionale, definito dalla caratteristica tecnica minima sopra richiamata A-1.4, in quanto risulta comunque presente un cavo che collega la sonda all'unità che la connette wireless alla console. La presenza del cavo risulta disagiata in maniera sovrapponibile al sistema attualmente in utilizzo mentre il principale obiettivo della nuova fornitura era proprio di superare tale situazione con sonde che non presentassero alcun cavo di collegamento.

Per le motivazioni sopra espresse la Commissione Giudicatrice chiede pertanto al RUP di procedere alla esclusione dell'offerta presentata dalla ditta Nucleomed.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Enrico Calandri

Dott. Bruno Farina

Dott. Paolo Pramaggiore

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC C5FF145609D5E122FE950531C4D8C59857EA9293918CFE2EF5AF93C1CE69E5E6

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Data Determina 29/05/2019
Numero Determina 574

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL
IDENTIFICATIVO KWKB7-2934

PASSWORD syoXL

DATA SCADENZA Senza scadenza