

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI **BIELLA**

Ponderano, li 30/06/2020

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Prot. n. 19940/20 del 30/06/2020

OGGETTO: Procedura aperta - tramite MePA di CONSIP S.p.A. per l'acquisizione, ai sensi del art. 36 D. Lgs 50/2016, di N° 2 SISTEMI PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA PER RICERCA LINFONODO SENTINELLA COMPLETO DI ACCESSORI. CIG 8321617F93. Chiarimenti

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati alla procedura in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni.

Chiarimenti di natura amministrativa

Quesito n. 1: *[Nota del 22/06/2020] chiediamo se sia possibile usufruire della scontistica prevista per le Piccole Medie Imprese ai sensi art. 93 e art. 103 D.Lgs 50/2016 e se sia sufficiente la dichiarazione presente nel DGUE o se sia necessario produrre autodichiarazione di appartenenza al semente PMI?*

Risposta: Si conferma che all'importo della garanzia fideiussoria sono applicabili le riduzioni previste al comma 7 dell'art. 93 del D Lgs 50/2016 e che a tal fine, a fronte della documentazione richiesta con la nota prot. 0017189/20 del 04/06/2020, è sufficiente una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (da allegare).

Quesito n. 2: *[Nota del 22/06/2020] chiediamo il significato delle seguenti voci per l'assegnazione dei punteggi Tabella A pagina 7 del disciplinare: PUNTI D MAX, PUNTI Q MAX, PUNTI T MAX.*

Risposta: Si precisa che **con la lettera "D"** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice/organo tecnico. Nella colonna identificata **con la lettera "Q"** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla **lettera "T"** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

LR/EM

Referente pratica: Elena Maestrelli

Tel 015/15153449 e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it

Risp_rich_del_30-06-2020.doc

Pagina 1 di 2

Chiarimenti di natura tecnica

sentito il settore tecnico competente si forniscono le seguenti precisazioni:

Quesito n. 3: *[Nota del 09/06/2020] Si chiede di specificare cosa si intende per kit e quali sono i componenti di vostro interesse.*

Risposta: In relazione al requisito di valutazione B.3-2 – “Presenza del Kit per quality assurance (e.g. distanziatori, PMMA, sorgente puntiforme di Co-57- secondo il protocollo AIFM-AIMN-GISCRIS-FONCAM)” si chiarisce che le sonde di captazione devono rendere una prestazione omogenea e riproducibile, pertanto possono necessitare di calibrazione e corrispondente controllo qualità. Conseguentemente:

- se il sistema offerto prevede una calibrazione e conseguente controllo di qualità, il kit (inteso come insieme di attrezzature necessarie e sufficienti all'attività del controllo della qualità della misura del sistema) dovrà essere adeguato alle esigenze del sistema stesso in rispetto delle linee guida citate (AIFM-AIMN-GISCRIS-FONCAM) o parte di esse;
- se il sistema invece è autocalibrante o non necessita di calibrazione si applicherà il principio dell'equivalenza delle prestazioni ed il si terrà conto nel punteggio dell'assolvimento della caratteristica;
- se il sistema invece prevede l'esigenza di calibrazione, ma il kit di controllo qualità non viene offerto, il punteggio non verrà assegnato

Quesito n. 4: *[Nota del 17/06/2020] siamo a chiederVi se valutereste anche la fornitura della sonda con cavo?*

Risposta: Non è possibile in quanto inficerebbe la necessaria ergonomia nell'operatività chirurgica per assolvere alla quale è stato espressamente richiesto un sistema con sonda wireless.

Quesito n. 5: *[Nota del 22/06/2020] chiediamo di indicare se la voce “peso” nel seguente criterio di valutazione sia un rifiuto: Dimensione del display grafico (miglior punteggio alle maggiori dimensioni e peso).*

Risposta: Si precisa che per mero errore materiale il sub criterio di valutazione rif. “B-4.3 - Dimensione del display grafico: miglior punteggio alle maggiori dimensioni e peso” riporta una imprecisione; per cui la descrizione del sub criterio “B-4.3” in questione è così rettificata:

Laddove si legge “Dimensione del display grafico: miglior punteggio alle maggiori dimensioni e peso”

LEGGASI “Dimensione del display grafico: miglior punteggio alle maggiori dimensioni e al minor peso”.

IL RESPONSABILE
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI E RUP
Dott.ssa Leila Rossi

