

**Struttura Semplice Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

[leila.rossi@aslbi.piemonte.it](mailto:leila.rossi@aslbi.piemonte.it)

Ponderano, li 25/07/2018

ASL BI BIELLA



Prot. 0017009/18 del 25/07/2018

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

**OGGETTO:** Procedura aperta in appalto congiunto per l'affidamento della fornitura in modalità "Full Service" di "Sistemi di gruppaggio e diagnostica di immunoematologia e relative apparecchiature" per le Aziende Sanitarie dell'AIC n. 3 (CIG 7528985AF6 - 75290207D9). **Chiarimenti 2.**

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Ditte interessate, sentiti i componenti tecnici, si forniscono le seguenti precisazioni.

Chiarimenti di natura tecnica

**Quesito n. 1:** [Nota del 24/07/2018] Con riferimento alla procedura aperta in oggetto ed in particolare ai chiarimenti pubblicati in data 23/07/2018, per i quesiti n. 33 e n. 34, riferiti al Lotto 1, fa presente che le risposte così formulate precludono alla nostra ed alle altre aziende di settore con tecnologia in micropiastra la partecipazione alla gara per il succitato Lotto, restringendo la partecipazione alla sola azienda di settore che possiede tutte le caratteristiche minime richieste (si veda anche, in proposito, risposta fornita al quesito pubblicato n. 46). Restiamo basiti che per un numero così esiguo di determinazioni, per un Lotto che oltretutto è di back up a quello in microcolonna (Lotto 2), e per il quale già sono previste identiche indagini, codesta Spettabile Amministrazione non si avvalga della possibilità di un più ampio confronto competitivo, tanto auspicato dalle normative vigenti in tema di appalti pubblici. Venendo meno il confronto competitivo, si vedrebbe solo un'azienda partecipare, per le caratteristiche restrittive del Lotto 1. Si chiede pertanto che vengano differiti i termini per la partecipazione al Lotto 1 e modificate le risposte relativamente ai chiarimenti n. 33 e n. 34, rendendo le determinazioni richieste per la voce n. 7 e n. 10 di cui alla Tabella n. 2 pag. 10 del Capitolato Speciale, facoltative, al fine di poter consentire la più ampia partecipazione alle aziende di settore.

**Risposta:** Si confermano le risposte ai quesiti 33 e 34 fornite con nota prot. 16873 del 23/07/2018. In particolare si precisa che la metodica in "Enzima o similari" permette di evidenziare anticorpi la cui presenza può essere potenziata dall'azione dell'Enzima e similari. La metodica in Coombs, pur con lotti diversi, non permetterebbe di evidenziare situazioni anticorpali complesse mentre con una metodica DIFFERENTE E' POSSIBILE (in

“Enzima o similari” è possibile perché l’azione dell’“Enzima e similari” potenzia l’anticorpo). Si precisa che per assicurare il massimo della garanzia diagnostica è richiesta una metodica diagnostica immunoematologica complementare. Pertanto la definizione di metodica con “Enzima o similari” lascia spazio a qualsivoglia altra metodica o tecnologia che favorisca la risoluzione di situazioni anticorpali complesse.

Rimangono fermi i termini stabiliti nel disciplinare di gara.

LR/EM

IL RESPONSABILE DELLA  
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI  
E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi

