

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

**ha assunto la seguente determinazione:**

Determinazione n. 1043 in data 08/10/2019

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI DA ANESTESIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - CIG 7791191634 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GETINGE ITALIA SRL DI CINISELLO BALSAMO. IMPORTO EURO 202.566,00 OLTRE IVA.

Determinazione n. 1043 in data 08/10/2019

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI DA ANESTESIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - CIG 7791191634 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GETINGE ITALIA SRL DI CINISELLO BALSAMO. IMPORTO EURO 202.566,00 OLTRE IVA.

### **IL RESPONSABILE**

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti nell'Atto Aziendale 2015;
- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- con Deliberazione n. 318 del 02/08/2018 sono stati autorizzati gli investimenti 2018 finanziati con contributi in conto esercizio e con fondo di riserva per plusvalenze da reinvestire;
- con Determinazione n. 254 del 04/03/2019 è stata indetta procedura aperta tramite RdO a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip per l'affidamento della fornitura di n. 3 sistemi pensili completi di aggancio al pensile ( e n. 1 carrello service totale) con braccetto porta monitor, n. 3 sistemi carrellati o pensililabili con braccetto porta monitor e relativo materiale di consumo: sensori di flusso, contenitori monouso con calce sodata, tubo di campionamento gas, raccogli condensa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di Euro 217.000,00 oltre IVA – CIG 7791191634;

PRESO ATTO che:

- entro il termine previsto, ore 16,00 del giorno 25/03/2019, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

DRAEGER MEDICAL ITALIA – Corsico (MI)

GETINGE ITALIA – Cinisello Balsamo (MI)

ON.OFF – Torino

Determinazione n. 1043 in data 08/10/2019

- il giorno 15/04/2019, in seduta pubblica telematica, alle ore 10, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti, si è proceduto all'apertura delle offerte, come da verbale "Apertura plichi principali" allegato alla presente in parte integrante e sostanziale;
- tutta la documentazione amministrativa risulta conforme a quanto richiesto nei documenti di gara;
- il giorno 16/04/2019, alle ore 8:20, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti, si è proceduto all'apertura della buste contenenti la documentazione tecnica, come da verbale allegato alla presente in parte integrante e sostanziale;
- con determinazione n. 461 del 03/05/2019 è stato costituito l'organo tecnico incaricato delle valutazioni qualitative e di conformità dell'offerta tecnica per la fornitura dei ventilatori da anestesia;
- l'Organo Tecnico si è riunito, come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in data 15/05/2019 per stabilire le tempistiche e le modalità di svolgimento delle prove;
- con note inviate a mezzo pec alle Ditte partecipanti e conservate agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, così come previsto nella lettera d'invito al paragrafo 4.2, è stata chiesta la consegna in prova/visione delle apparecchiature complete del relativo materiale di consumo e nella medesima configurazione d'offerta;
- l'Organo Tecnico, come da verbali allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, si è riunito nelle seguenti date: 15/05/2019, 12/07/2019 e 13/09/2019;
- la soglia di sufficienza qualitativa era fissata a punti 35/70;
- i punteggi definitivi relativi alla valutazione qualitativa risultano essere i seguenti:

	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.A	GETINGE ITALIA s.r.l.	ON.OFF s.r.l
Totale punti	42,921	57,365	54,961
Punteggio riparametrato a 70 punti	52,375	70	67,067

- con nota protocollo 24062 del 16/09/2019 è stata comunicata la data dello svolgimento delle operazioni previste al paragrafo 4.4 della lettera di invito;

---

**Determinazione n. 1043 in data 08/10/2019**

- il giorno 23/09/2019, alle ore 14,45, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti, in seduta pubblica telematica, si è proceduto allo svolgimento delle seguenti operazioni come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- 1- lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come da verbale del 13/0/9/2019 dell'Organo Tecnico;
- 2- apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche:

ON.OFF	Euro 184.957,30
GETINGE ITALIA	Euro 202.566,00
DRAEGER MEDICAL ITALIA	Euro 163.151,60

- 3- attribuzione dei punteggi attribuiti al prezzo:

ON. OFF	Euro 184.957,30	Punti 26,46
GETINGE ITALIA	Euro 202.566,00	Punti 24,16
DRAEGER MEDICAL ITALIA	Euro 163.151,60	Punti 30

- 4- formazione della graduatoria come segue:

	ON. OFF	GETINGE ITALIA	DRAEGER MEDICAL ITALIA
Punteggio qualità riparato a 70 punti	67,067	70	52,375
Punteggio economico	26,46	24,16	30
TOTALE	93,527	94,16	82,375

**RITENUTO pertanto:**

- di aggiudicare alla Ditta GETINGE ITALIA di Cinisello Balsamo che ha raggiunto il punteggio complessivo (qualità + prezzo) più alto, la fornitura di che trattasi, come da offerta dell' 11/04/2019, per complessivi Euro 202.566,00 oltre IVA;

Determinazione n. 1043 in data 08/10/2019

VISTE le note pervenute a mezzo e.mail dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica in data 30/09/2019 e successiva del 07/10/2019 con le quali è stata evidenziata l'urgenza dell'acquisto per permettere alle sale operatorie l'attività ordinaria senza soluzioni di continuità;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

**DETERMINA:**

- 1) di approvare i verbali del 15/05/2019, 12/07/2019 e 13/09/2019 dell'Organo Tecnico allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il verbale del 15/04/2019 di apertura della documentazione amministrativa allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il verbale del 16/04/2019 di apertura della documentazione tecnica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare il verbale del 23/09/2019 di apertura delle offerte economiche allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare la seguente graduatoria dalla quale risulta che la Ditta GETINGE ITALIA di Cinisello Balsamo ha totalizzato il punteggio complessivo (qualità + prezzo) più alto:

Ditta	Punteggio tecnico	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio complessivo
ON.OFF	67,067	€ 171.000,00 offerta del 21/03/2019	26,46	93,527
GETINGE ITALIA	70	€ 202.566,00 offerta dell'11/04/2019	24,16	94,16
DRAEGER MEDICAL ITALIA	52,375	€ 163.151,60 offerta 212/2019 NC/gv del 20/03/2019	30	82,375

- 6) di affidare conseguentemente alla Ditta GETINGE ITALIA s.r.l. d Cinisello Balsamo (MI) la fornitura dei ventilatori da anestesia e del relativo materiale di consumo per 30 mesi descritti nell'offerta dell'11/04/2019, agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, come segue:

Q.tà	Descrizione	Codice	Prezzo unitario	Prezzo totale
------	-------------	--------	-----------------	---------------

Determinazione n. 1043 in data 08/10/2019

3	Apparecchio Anestesia MAQUET FLOW-I C 20 CND Z1203010101 Repertorio 344517/R	6677200	€ 31.000,00	€ 93.000,00
3	Apparecchio Anestesia MAQUET FLOW-I C 40 CND Z1203010101 Repertorio 344517/R	6677400	€ 32.000,00	€ 96.000,00
156	Contenitori monouso con calce sodata	6677845	€ 240,00 la conf. da 12 pz.	€ 3.120,00
750	Tubo di campionamento gas (adulto)	6692212	€ 175,00 la conf. da 25 pz.	€ 5.250,00
200	Raccogli condensa (waterlock)	6522474	€ 259,80 la conf. da 10 pz.	€ 5.196,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 202.566,00</b>

- CIG 7791191634;
  - Importo complessivo della fornitura Euro 202.566,00 oltre IVA, di cui oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto pari ad Euro 2.025,66;
  - Garanzia: 24 mesi dalla data di collaudo positivo;
  - Prestazioni incluse nella garanzia: full risk con esclusione di tutti i materiali soggetti in genere ad usura e del materiale di consumo;
  - Manutenzione preventiva inclusa in garanzia: 1 anno;
  - Disponibilità ricambi: 10 anni dalla data di collaudo positivo;
  - Tempi di intervento in garanzia: entro 8 ore lavorative dalla chiamata;
  - Tempi di risoluzione del guasto in garanzia: entro 24 ore lavorative dalla chiamata;
  - Percentuale di sconto sul listino prezzi di ricambio depositato: 10%;
  - Tariffa ore normali (8:18 giorni feriali) su chiamate fuori contratto manutenzione: Euro 165,00/ora – da scontare del 10%;
  - Tariffa ore straordinarie su chiamate fuori contratto manutenzione: Euro 186,00/ora – da scontare del 10%;
  - Diritto fisso di chiamata: Euro 191,00 - da scontare del 10%
  - Formazione del personale come previsto al paragrafo 5.12 della lettera di invito;
  - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi come previsto al paragrafo 5.13 della lettera di invito.
- 7) di dare atto che alla scadenza del periodo di garanzia (24 mesi) l'A.S.L. si riserva la facoltà di attivazione del contratto di manutenzione full risk (comprendente la disponibilità di un muletto entro le 48 ore), per un periodo di 7 anni per Euro 2.640,00;
- 8) di attribuire l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 202.566,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 44.564,52) ed in totale Euro 247.130,52 come segue:  
Euro 230.580,00 - conto 1.12.04.11 "Attrezzature sanitarie";

---

Determinazione n. 1043 in data 08/10/2019

Euro 1.103,37 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici”

al budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 2019 –

Euro 6.620,21 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2020– budget finanziario n.3;

Euro 6.620,21 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2021– budget finanziario n.3;

Euro 2.206,74 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2022– budget finanziario n.3;

- 9) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei beni nel patrimonio dell’Azienda e alla S.S. Ingegneria Clinica per le attività di competenza;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it) – sezione “Bandi di gara/Bandi”;
- 11) di provvedere agli adempimenti consequenziali;
- 12) di dare immediata esecuzione, stante l’urgenza della fornitura.

**DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI**

Determinazione n. 1043 in data 08/10/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

**SEDE LEGALE**

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)  
*Ospedale degli Infermi*  
Tel. 015-15151 Fax. 015-15153914  
[www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it)  
P.I./Cod. Fisc. 01810260024

Ponderano li, 12/07/2019

**S.S. Logistica e acquisti**

c.a. Dr.ssa Leila Rossi

c.a. sig.ra Monica Baldi

**OGGETTO:** "Procedura aperta tramite MePA di CONSIP S.p.A. per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs 50/2016, di ventilatori da anestesia – CIG 7791191634.."

**- VERBALE DI ANALISI DOCUMENTAZIONE TECNICA OFFERTE -**

In riferimento alla procedura in oggetto il giorno 12/07/2019 l'Organo Tecnico formato dal dott. Luca Gramaglia, dal dott. Luca De Col e dalla sig.ra Elena Garella, si è riunito presso i locali del Blocco Operatorio all'interno dell'Ospedale degli Infermi.

La seduta è iniziata alle ore 10:00 con l'analisi della documentazione tecnica e degli esiti delle prove delle apparecchiature presentate in gara; sono state portate in prova le apparecchiature offerte dalle seguenti ditte:

- **DRAEGER** modello **PERSEUS A500**
- **MAQUET** modello **Flow-I** prodotto da Maquet
- **ON-OFF** modello **AISYS-CS2** prodotto da GE Healthcare

In collaborazione con gli specialist ed il personale della ditta offerente, la prova si è svolta per ciascuna apparecchiatura con le seguenti modalità:

- è stata verificata la presenza di tutti gli elementi portati in prova rispetto a quanto richiesto alle offerenti


- Tutte le apparecchiature sono state utilizzate nella routine clinica presso le sale operatorie dell'Ospedale degli Infermi cercando di stressare le caratteristiche per individuare limiti e punti di forza di ciascun ventilatore per anestesia.

La sessione si è conclusa alle 12:00.


Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I membri dell'Organo Tecnico.

Dott. Luca Gramaglia



Dott. Luca De Col



Sig.ra Elena Garella



**SEDE LEGALE**

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)

*Ospedale degli Infermi*

Tel. 015-15151 Fax. 015-15153914

[www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it)

P.I./Cod. Fisc. 01810260024

Ponderano li, 13/09/2019

**S.S. Logistica e acquisti**

c.a. Dr.ssa Leila Rossi

c.a. sig.ra Monica Baldi

**OGGETTO: "Procedura aperta tramite MePA di CONSIP S.p.A. per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs 50/2016, di ventilatori da anestesia - CIG 7791191634."**

**- VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI -**

In riferimento alla procedura in oggetto il giorno 13/09/2019 l'Organo Tecnico formato dal dott. Luca Gramaglia, dal dott. Luca De Col e dalla sig.a Elena Garella, si è riunito presso i locali del Blocco Operatorio all'interno dell'Ospedale degli Infermi.

La seduta è iniziata alle ore 11:00 con l'analisi qualitativa e l'attribuzione dei punteggi delle apparecchiature presentate in gara partendo dalla documentazione tecnica e dagli esiti delle prove cliniche effettuate presso le sale operatorie dell'Ospedale;

sono state presentate dalle ditte offerenti le seguenti apparecchiature:

- **DRAEGER** modello **PERSEUS A500**
- **MAQUET** modello **Flow-I** prodotto da Maquet
- **ON-OFF** modello **AISYS-CS2** prodotto da GE Healthcare

Di seguito si riporta l'esito dell'analisi dei parametri di qualità definiti nel Capitolato Speciale di Gara in relazione alla documentazione tecnica ed alle prove effettuate.

<b><u>Caratteristiche tecnico - funzionali - P.ti: 70</u></b>		<b>Punteggio Discrezionale</b>	<b>Punteggio Quantitativo</b>	<b>Punteggio Tabellare</b>
<b>B-1</b>	<b>Funzioni ventilatorie</b>			
B-1.1	livello del flusso minimo (massimo punteggio al minimo flusso, gli altri in proporzione)		5	
B-1.2	ottimizzazione del flusso del gas anestetico (sulla base delle caratteristiche del paziente e del target di MAC)	6		
B-1.3	qualità delle modalità di ventilazione (semplicità di accesso e regolazione della funzione)	7		
B-1.4	Sensibilità dei trigger (massimo punteggio alla minima variazione provocata dal paziente, gli altri in proporzione)		3	
B-1.5	Grado di automazione/ergonomia del sistema assistito di gestione del target di concentrazione di O2 ed alogenati	4		
<b>B-2</b>	<b>Funzioni di monitoraggio</b>			
B-2.1	qualità dei parametri ventilatori monitorati (organizzazione dei dati sullo schermo)	7		
B-2.2	qualità dei parametri ventilatori monitorati (chiarezza dei grafici e delle curve)	8		
<b>B-3</b>	<b>Qualità Generali</b>			
B-3.1	Sistema di utilizzo intuitivo sia sulle funzioni di base che sulle modalità più avanzate	7		
B-3.2	Presenza di ausili sia sulla gestione dei livelli di allarme ed alert che di help legato alla funzione in utilizzo			8
<b>B-4</b>	<b>Ergonomia</b>			
B-4.1	Sistema di dimensioni ridotte (massimo punteggio alle minime dimensioni, gli altri in proporzione)		3	
B-4.2	Sistema caratterizzato da bassa rumorosità, (massimo punteggio alla minima rumorosità, gli altri in proporzione)		5	
B-4.3	Semplicità nella mobilità del carrello e del caricamento a pensile	3		
B-4.4	Sistema di facile manutenzione (ordinaria) pulizia e disinfezione con Blocco Paziente Facile da smontare e rimontare e un minimo numero di parti da disassemblare e riassemble	4		

Per ciascun offerente rispondente ai requisiti minimi di idoneità, le valutazioni hanno previsto l'attribuzione per ciascun parametri dei seguenti giudizi sintetici e la conseguente individuazione del peso corrispondente.

Si evidenzia che i tre commissari hanno formulato all'unanimità i giudizi da attribuire a ciascun parametro per le differenti offerte.

Coefficiente Giudizio sintetico	
Ottimo (O)	1
Più che adeguato (AA)	0,8
Adeguato (A)	0,6
Parzialmente adeguato (PA)	0,4
Scarsamente adeguato (SA)	0,2
Non adeguato (NA)	0

Di seguito si riportano le tabelle con i giudizi ed i pesi espressi per ciascuna parametro e ciascuna offerta.

Caratteristiche oggetto di valutazione	B-1.1 livello del flusso minimo	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio al minimo flusso utilizzabile, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>		0,5
<b>MAQUET</b>		1
<b>ON-OFF</b>		0,667

Caratteristiche oggetto di valutazione	B-1.2 ottimizzazione del flusso del gas anestetico (sulla base delle caratteristiche del paziente e del target di MAC)	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Miglior punteggio al massimo grado di ottimizzazione, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>	Ottimizzazione indaginosa / sistema manuale.	0,2
<b>MAQUET</b>	Ottimizzazione rapida del flusso /sistema automatico.	0,8
<b>ON-OFF</b>	Ottimizzazione rapida del flusso /sistema automatico.	0,8

Caratteristiche oggetto di valutazione	B-1.3 qualità delle modalità di ventilazione (semplicità di accesso e regolazione della funzione)	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Miglior punteggio al sistema di ventilazione di più semplice utilizzo, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>	Modalità ventilazione di elevata qualità e semplicità.	0,8
<b>MAQUET</b>	Modalità ventilazione di elevata qualità e discreta semplicità.	0,6
<b>ON-OFF</b>	Modalità ventilazione di elevata qualità e semplicità.	0,8

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-1.4 Sensibilità dei trigger (azione attivata dal tentativo inspiratorio/espilatorio del paziente)	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio trigger piu sensibile, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>		0,567
<b>MAQUET</b>		1
<b>ON-OFF</b>		0,85

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-1.5 Grado di automazione/ergonomia del sistema assistito di gestione del target di concentrazione di O2 ed alogenati	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio al massimo grado di autonomia, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>	Ottimizzazione indaginosa / sistema manuale.	0,2
<b>MAQUET</b>	Ottimizzazione rapida del target /sistema automatico.	0,8
<b>ON-OFF</b>	Ottimizzazione rapida del target /sistema automatico.	0,8

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-2.1 organizzazione sullo schermo dei dati dei parametri ventilatori monitorati	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio alla migliore organizzazione dei dati, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>	Raggiunge ampiamente il livello richiesto.	0,8
<b>MAQUET</b>	Raggiunge ampiamente il livello richiesto.	0,8
<b>ON-OFF</b>	Raggiunge il livello richiesto.	0,6

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-2.2 qualità dei parametri ventilatori monitorati (chiarezza dei grafici e delle curve)	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio ai grafici ed alle curve piu fruibili e facilmente interpretabili, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>	Raggiunge ampiamente il livello richiesto.	0,8
<b>MAQUET</b>	Eccellente	1
<b>ON-OFF</b>	Raggiunge ampiamente il livello richiesto.	0,8

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-3.1 Sistema di utilizzo intuitivo sia sulle funzioni di base che sulle modalità più avanzate	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio al sistema maggiormente intuitivo, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>	Sistema scarsamente intuitivo	0,4
<b>MAQUET</b>	sistema molto intuitivo	0,9
<b>ON-OFF</b>	sistema molto intuitivo	0,9

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-3.2 Presenza di ausili sia sulla gestione dei livelli di allarme ed alert che di help legato alla funzione in utilizzo	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio al sistema con il maggior numero di tool specifici, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>	(Presenza di ausili sufficiente)	0,6
<b>MAQUET</b>	(Presenza di ausili sufficiente)	0,6
<b>ON-OFF</b>	(Presenza di ausili buona)	1

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-4.1 Sistema di dimensioni ridotte (massimo punteggio alle minime dimensioni, gli altri in proporzione)	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio alle minime dimensioni, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>		0,44
<b>MAQUET</b>		1
<b>ON-OFF</b>		0,787

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-4.2 Sistema caratterizzato da bassa rumorosità, (massimo punteggio alla minima rumorosità, gli altri in proporzione)	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio alla minima rumorosità, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>		1
<b>MAQUET</b>		0,933
<b>ON-OFF</b>		0,963

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-4.3 Semplicità nella mobilità del carrello e del caricamento a pensile	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio al sistema più facilmente gestibile, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>

<b>DRAEGER</b>	Mobilità sufficiente	0,4
<b>MAQUET</b>	Mobilità ottimale	0,8
<b>ON-OFF</b>	Mobilità buona	0,6

<b>Caratteristiche oggetto di valutazione</b>	B-4.4 Sistema di facile manutenzione (ordinaria) pulizia e disinfezione con Blocco Paziente Facile da smontare e rimontare e un minimo numero di parti da disassemblare e riassemblare	
<b>Criterio di attribuzione</b>	Massimo punteggio al sistema piu facilmente gestibile, gli altri in proporzione	<b>Peso</b>
<b>DRAEGER</b>	Raggiunge ampiamente il livelllo richiesto.	1
<b>MAQUET</b>	Raggiunge moderatamente il livelllo richiesto.	0,6
<b>ON-OFF</b>	Raggiunge sufficientemente il livelllo richiesto.	0,4

A fronte dei pesi per ciascun parametro discrezionale sono stati calcolati i punteggi attribuiti a ciascun offerente; per i parametri tabellari sono stati attribuiti direttamente i punteggi sulla base dei criteri.

La somma dei punteggi è infine stato rapportata a 70 ed approssimata alla terza cifra decimale.

I punteggi definitivi risultano come da schema inserito di seguito.

	<b>Caratteristiche tecnico - funzionali - P.ti: 70</b>	Totale assegnabile	Coefficiente Draeger	Punteggio Draeger	Coefficiente Maquet	Punteggio Maquet	Coefficiente ON-OFF	Punteggio ON-OFF
B-1.1	livello del flusso minimo	5	0,5	2,5	1	5	0,667	3,335
B-1.2	ottimizzazione del flusso del gas anestetico (sulla base delle caratteristiche del paziente e del target di MAC)	6	0,2	1,2	0,8	4,8	0,8	4,8
B-1.3	qualità delle modalità di ventilazione (semplicità di accesso e regolazione della funzione)	7	0,8	5,6	0,6	4,2	0,8	5,6
B-1.4	Sensibilità dei trigger (massimo punteggio alla minima variazione provocata dal paziente, gli altri in proporzione)	3	0,567	1,701	1	3	0,85	2,55
B-1.5	Grado di automazione/ergonomia	4	0,2	0,8	0,8	3,2	0,8	3,2


	del sistema assistito di gestione del target di concentrazione di O2 ed alogenati							
B-2.1	qualità dei parametri ventilatori monitorati (organizzazione dei dati sullo schermo)	7	0,8	5,6	0,8	5,6	0,6	4,2
B-2.2	qualità dei parametri ventilatori monitorati (chiarezza dei grafici e delle curve)	8	0,8	6,4	1	8	0,8	6,4
B-3.1	Sistema di utilizzo intuitivo sia sulle funzioni di base che sulle modalità più avanzate	7	0,4	2,8	0,9	6,3	0,9	6,3
B-3.2	Presenza di ausili sia sulla gestione dei livelli di allarme ed alert che di help legato alla funzione in utilizzo	8	0,6	4,8	0,6	4,8	1	8
B-4.1	Sistema di dimensioni ridotte	3	0,44	1,32	1	3	0,787	2,361
B-4.2	Sistema caratterizzato da bassa rumorosità	5	1	5	0,933	4,665	0,963	4,815
B-4.3	Semplicità nella mobilità del carrello e del caricamento a pensile	3	0,4	1,2	0,8	2,4	0,6	1,8
B-4.4	Sistema di facile manutenzione (ordinaria) pulizia e disinfezione con Blocco Paziente Facile da smontare e rimontare e un minimo numero di parti da disassemblare e riassemble	4	1	4	0,6	2,4	0,4	1,6
	<b>Totale</b>	<b>70</b>		<b>42,921</b>		<b>57,365</b>		<b>54,961</b>
	<b>Totale riparametro a 70 punti</b>	<b>70</b>		<b>52,375</b>		<b>70</b>		<b>67,067</b>

La sessione si è conclusa alle 11:30.


Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I membri dell'Organo Tecnico.


Dott. Luca Gramaglia



Dott. Luca De Col



Sig.ra Elena Garella




**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI BIELLA

**PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI  
DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016, DI VENTILATORI DA ANESTESIA – CIG 7791191634  
APERTURA PLICHI PRINCIPALI**

In data 15/04/2019 alle ore 10, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, si procede all'apertura dei plichi principali contenenti la documentazione amministrativa presentati dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto.


Sono presenti:

Per l'ASL BI:

- Sig.a Monica Baldi – Collaboratore amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti,
- Dott. Fabrizio Crestani – Collaboratore amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti,
- Sig.a Nadia Nobile – Assistente Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti

**PREMESSO CHE:**

- 1- con determinazione n. 254 del 04/03/2019 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36 del D.LGS. 50/2016, procedura aperta tramite RdO a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip per l'affidamento della fornitura di n. 3 sistemi pensili completi di aggancio al pensile (e n. 1 carrello service totale) con braccetto porta monitor, n. 3 sistemi carrellati o pensilabili con braccetto porta monitor e relativo materiale di consumo: sensori di flusso, contenitori monouso con calce sodata, tubo di campionamento gas, raccogli condensa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. LGS. 50/2016, per un importo a base di gara di Euro 217.000,00 oltre IVA, CIG 7791191634;
- 2- in data 05/03/2019 è stata pubblicata sul portale MePa di Consip l'RdO n. 2239934 per la fornitura in oggetto con termine ultimo di presentazione offerte il 25/03/2019, ore 16:00;
- 3- il provvedimento di indizione, in ossequio al principio di trasparenza, è stato pubblicato sul sito aziendale [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it) nella sezione "Bandi di gara/Avvisi" in data 05/03/2019;
- 4- in data 22/03/2019 è stato modificato, sulla piattaforma MePa di Consip, il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissandolo per il giorno 05/04/2019 – ore 16:00;
- 5- in data 26/03/2019, con lettera protocollo 8223, sono state pubblicate sul MePa di Consip, le risposte ai chiarimenti;
- 6- alla scadenza del termine previsto dagli atti di gara per la presentazione delle offerte sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte:
  - DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.A. – Corsico (MI);
  - GETINGE ITALIA s.r.l. – Cinisello Balsamo (MI);
  - ON.OFF s.r.l. – Givoletto (TO)



7- la documentazione richiesta al paragrafo 3, è la seguente:

**A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" composta da:**


- 1) **Dichiarazione** attestante il permanere delle condizioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00) in capo a tutti i soggetti previsti al comma 3 del citato articolo, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata) già dichiarata in sedi di adesione al bando MEPA.
- 2) **Copia** della presente lettera d'invito firmata per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata).
- 3) **Dichiarazione** allegata alla presente lettera d'invito di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 D.lgs. 81/08 - (Allegato\_1-Dichiarazione\_DLgs\_81-2008\_art. 26).
- 4) **Dichiarazione** sulla disponibilità a presentare i modelli proposti in prova/visione, ai sensi dell'art. 4.2.
- 5) **Copia della** certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo certificazione ISO 13485 o simili.
- 6) **Dichiarazione di conformità** secondo la direttiva CE 2007/47 (o direttiva CE 93/42) dell'intero sistema offerto.
- 7) **garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, di € 4.340,00, con validità di almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta, da prestarsi a scelta dell'offerente:
  - in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'ASL BI,
  - nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 1/09/1993, n. 385.Qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere corredata **a pena di esclusione** dall'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.  
In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di fideiussione, essa dovrà contenere:
  - **a pena di esclusione** l'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo aggiudicato, IVA esclusa, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

- l'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Si applicano le disposizioni dell'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016 per la riduzione della cauzione; in tal caso l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia alternativamente:

- copia semplice della certificazione di qualità in corso di validità corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

- 8) **Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta - (Allegato\_2- Patto\_integrita).
- 9) **PASSOE (se previsto)** rilasciato dall'ANAC ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC.
- 10) **Relativamente** al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla

L. N° 217 del 17/12/2010, la ditta offerente è tenuta a comunicare, secondo il modello allegato - (Allegato\_03- Dichiarazione\_flussi\_finanziari):

- Il nr. di conto dedicato;
- Le relative coordinate bancarie;
- Le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare sul conto.

La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.

Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.

**B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA" comprendente:**


- 1) **Dichiarazione** di possesso delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti da fornire (Allegato\_04\_Dich\_caratt\_tecniche\_minime).
- 2) **Relazione**, resa in forma di dichiarazione, in cui vengono evidenziate e dettagliate le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione.
- 3) **Dichiarazione di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici** in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 20/02/2007 (Allegato\_05\_Dichiarazione\_registrazione\_Repertorio\_dispositivi\_medici).

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

- 4) **Copia delle certificazioni previste dalle direttive comunitarie in vigore sui dispositivi medici** (Direttiva CE 2007/47 o direttiva 14/06/1993, n. 93/42/CEE e ss.mm.ii.), se non reperibili nel Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della Salute.
- 5) **Questionario tecnico, timbrato e firmato** (Allegato\_06\_Questinario Tecnico).
- 6) **Materiale illustrativo e tecnico** dei prodotti offerti.

- 8- si procede quindi all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, ma causa malfunzionamento della piattaforma le operazioni vengono sospese alle ore 10:45;
- 9- alle ore 14:30 si riprende l'apertura della documentazione amministrativa;
- 10- tutta la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto, pertanto viene approvata.


La seduta termina alle ore 15:50.


La documentazione sarà riposta in un armadio chiuso a chiave c/o la S.S. Logistica e Acquisti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ponderano, 15 aprile 2019

Monica Baldi 

Fabrizio Crestani 


Nadia Nobile 

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

**PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI  
DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016, DI VENTILATORI DA ANESTESIA - CIG 7791191634**

In data 15/05/2019 alle ore 10, presso la Sala riunioni della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, si è riunito l'Organo Tecnico nominato con determinazione dirigenziale n. 461 del 03/05/2019.

Sono presenti tutti i componenti:

Dott. Luca Gramaglia- Dirigente Medico

Dott.ssa Luca De Col - Dirigente Medico

Dott.ssa Elena Garella - CPSI Infermiera

E' altresì presente l'Ing. Alberto Petti Responsabile dell'Ingegneria Clinica.

Così come previsto dalle condizioni di fornitura al paragrafo 4, le valutazioni qualitative o di conformità saranno effettuate da apposito organo tecnico.

E' stata brevemente illustrata all'Organo Tecnico la procedura di gara indetta per l'affidamento della fornitura di che trattasi, ponendo particolare attenzione al paragrafo 4 della lettera di invito riguardante la modalità di aggiudicazione e le valutazioni qualitative o di conformità che dovranno essere effettuate.

Inoltre, come indicato al paragrafo 4.2 della lettera di invito, l'organo tecnico procederà alla prova/visione delle apparecchiature complete degli accessori richiesti e nella medesima configurazione d'offerta.

Sono pertanto state stabilite le tempistiche delle prove e le modalità di svolgimento, alla presenza dello specialist.

A seguire sono state comunicate all'Organo Tecnico le caratteristiche oggetto di valutazione e la ripartizione dei punteggi come segue:

- **Caratteristiche oggetto di valutazione.**

L'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, fino ad un massimo complessivo di **punti 70**, sarà effettuata dall'organo tecnico mediante una valutazione dei parametri riportati nella tabella sottostante, connessi all'oggetto dell'appalto e attinenti alle caratteristiche ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze oggetto del presente Capitolato.


	<u>Caratteristiche tecnico - funzionali - P.ti: 70</u>	Punt. Parz.	(breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	Punt. Discr.	Punt. Quant.	Punt. Tabel.
B-1	<b>Funzioni ventilatorie</b>	25				
B-1.1	livello del flusso minimo		Massimo punteggio al minimo flusso utilizzabile, gli altri in proporzione		5	
B-1.2	ottimizzazione del flusso del gas anestetico (sulla base delle caratteristiche del paziente e del target di MAC)		Miglior punteggio al massimo grado di ottimizzazione, gli altri in proporzione	6		
B-1.3	qualità delle modalità di ventilazione (semplicità di accesso e regolazione della funzione)		Miglior punteggio al sistema di ventilazione di più semplice utilizzo, gli altri in proporzione	7		
B-1.4	Sensibilità dei trigger (azione attivata dal tentativo inspiratorio/espilatorio del paziente)		Massimo punteggio trigger più sensibile, gli altri in proporzione		3	
B-1.5	Grado di automazione/ergonomia del sistema assistito di gestione del target di concentrazione di O2 ed alogenati		Massimo punteggio al massimo grado di autonomia, gli altri in proporzione	4		
B-2	<b>Funzioni di monitoraggio</b>	15				
B-2.1	organizzazione sullo schermo dei dati dei parametri ventilatori monitorati		Massimo punteggio alla migliore organizzazione dei dati, gli altri in proporzione	7		
B-2.2	qualità dei parametri ventilatori monitorati (chiarezza dei grafici e delle curve)		Massimo punteggio ai grafici ed alle curve più fruibili e facilmente interpretabili, gli altri in proporzione	8		
B-3	<b>Qualità Generali</b>	15				
B-3.1	Sistema di utilizzo intuitivo sia sulle funzioni di base che sulle modalità più avanzate		Massimo punteggio al sistema maggiormente intuitivo, gli altri in proporzione	7		
B-3.2	Presenza di ausili sia sulla gestione dei livelli di allarme ed alert che di help legato alla funzione in utilizzo		Massimo punteggio al sistema con il maggior numero di tool specifici, gli altri in proporzione		8	
B-4	<b>Ergonomia</b>	15				
B-4.1	Sistema di dimensioni ridotte		Massimo punteggio alle minime dimensioni, gli altri in proporzione		3	
B-4.2	Sistema caratterizzato da bassa rumorosità		Massimo punteggio alla minima rumorosità, gli altri in proporzione		5	
B-4.3	Semplicità nella mobilità del carrello e del caricamento a pensile		Massimo punteggio al sistema più facilmente gestibile, gli altri in proporzione	3		

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it


**AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI BIELLA**

B-4.4	Sistema di facile manutenzione (ordinaria) pulizia e disinfezione con Blocco Paziente facile da smontare e rimontare e un minimo numero di parti da disassemblare e riassemblare		Massimo punteggio al sistema più facilmente gestibile, gli altri in proporzione		
	Totale	70		4	

Soglia di sufficienza qualitativa: 35 punti.

Al termine è stata consegnata la documentazione tecnica pervenuta.

La seduta si è conclusa alle ore 10,00.

Letto approvato e sottoscritto:

Dott. Luca Gramaglia \_\_\_\_\_

Dott.ssa Luca De Col \_\_\_\_\_

Dott.ssa Elena Garella \_\_\_\_\_


REGIONE PIEMONTE  
 ASL 112 BIELLA  
 OSPEDALE DEGLI INFERMI - 0100  
 (U.O. Anestesia e Rianimazione - 4 90)  
 Dr. LUCA DE COL  
 4394DL

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

**PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI  
DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016, DI VENTILATORI DA ANESTESIA - CIG 7791191634  
APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

In data 16/04/2019 alle ore 08:20, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, si procede all'apertura dei plichi principali contenenti la documentazione tecnica presentati dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto.

Sono presenti:

Per l'ASL BI:

- Sig.a Monica Baldi - Collaboratore amministrativo - S.S. Logistica e Acquisti,
- Sig. a Nadia Nobile - Assistente Amministrativo - S.S. Logistica e Acquisti
- Sig.a Gabriella Sordi - Assistente Amministrativo - S.S. Logistica e Acquisti

PREMESSO CHE:

- 1- in data 15/04/2019 ha avuto luogo l'apertura della documentazione amministrativa della procedura di che trattasi come da relativo verbale;
- 2- si procede all'apertura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti.


La seduta termina alle ore 09:10.

La documentazione sarà riposta in un armadio chiuso a chiave c/o la S.S. Logistica e Acquisti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Ponderano, 16 aprile 2019


Monica Baldi



Nadia Nobile



Gabriella Sordi




**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA****PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI  
DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016, DI VENTILATORI DA ANESTESIA – CIG 7791191634  
APERTURA Busta "C" – Offerta economica**

In data 23/09/2019 alle ore 14:45, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, si procede alle operazioni previste al paragrafo 4.4 della lettera di invito per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Per l'ASL BI:

- Sig.a Elena Maestrelli – Collaboratore amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti, delegata dalla Dott.ssa Leila Rossi - RUP della gara;
- Sig.a Monica Baldi – Collaboratore amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti,
- Sig.a Luisa Guglielminotti Contin – Collaboratore amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti

Sono altresì presenti:

- per la Ditta GETINGE ITALIA s.r.l.:

dott. Carlo Carnelli (munito di Mandato Speciale)

Sig. Emiliano Pagani (munito di Mandato Speciale)

- per la Ditta ON OFF s.r.l.:

sig. Davide Borri (munito di delega)

Si procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche di cui al verbale del 13/0/9/2019 dell'Organo Tecnico come segue:

	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.A	GETINGE ITALIA s.r.l.	ON.OFF s.r.l
Totale punti	42,921	57,365	54,961
Punteggio riparametrato a 70 punti	52,375	70	67,067

A seguire vengono aperte telematicamente, sulla piattaforma Mepa di Consip, le buste contenenti le offerte economiche le cui risultanze di seguito si riassumono:


ON.OFF	Euro 171.000,00
GETINGE ITALIA	Euro 202.566,00
DRAEGER MEDICAL ITALIA	Euro 163.151,60

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

Dall'esame del documento "Allegato\_08\_offerta\_economica", contenente i prezzi delle attrezzature e del relativo materiale di consumo, risulta quanto segue:

- la Ditta ON OFF s.r.l. ha indicato un Totale Fornitura pari ad Euro 184.957,30 determinato, dalla sommatoria dei 6 sistemi da anestesia per complessivi Euro 171.000,00 e del relativo materiale di consumo per 30 mesi per complessivi Euro 13.957,30;
- le Ditte GETINGE ITALIA e DRAEGER MEDICAL ITALIA hanno riportato il medesimo importo indicato sull'offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma MePa, ossia rispettivamente Euro 202.566,00 ed Euro 163.151,60.

La lettera d'invito, al paragrafo 4.4, prevedeva che: "Ai fini della valutazione economica verrà presa in considerazione la voce "Totale Fornitura (A) dell'offerta economica (Allegato-Offerta Economica), al netto di IVA."

A conferma di ciò, con lettera protocollo 8223 del 26/03/2019 erano state pubblicate sulla piattaforma MePa di Consip le risposte alle richieste di chiarimenti (di cui se ne riporta stralcio) in cui si precisava che ... "L'allegato 8 crea il prezzo totale di fornitura su cui si basa l'aggiudicazione" ...

In considerazione di quanto sopra, al fine dell'attribuzione dei 30 punti riferiti alla componente "prezzo" verranno pertanto presi in considerazione i seguenti importi:

ON.OFF	Euro 184.957,30
GETINGE ITALIA	Euro 202.566,00
DRAEGER MEDICAL ITALIA	Euro 163.151,60

Applicando la formula indicata al paragrafo 4.4 della lettera di invito i 30 punti relativi al prezzo vengono attribuiti come segue:

ON. OFF	Euro 184.957,30	Punti 26,46
GETINGE ITALIA	Euro 202.566,00	Punti 24,16
DRAEGER MEDICAL ITALIA	Euro 163.151,60	Punti 30


Dalla sommatoria dei 70 punti attribuiti in sede di valutazione tecnico-qualitativa e dei 30 punti attribuiti in sede di valutazione dell'offerta economica risulta la seguente graduatoria:

**S.S. Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015.15153433 Fax. 015.15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI **BIELLA**

	ON. OFF	GETINGE ITALIA	DRAEGER MEDICAL ITALIA
Punteggio qualità riparametrato a 70 punti	67,067	70	52,375
Punteggio economico	26,46	24,16	30
<b>TOTALE</b>	<b>93,527</b>	<b>94,16</b>	<b>82,375</b>

La seduta termina alle ore 15:18.


Letto, confermato e sottoscritto.

Ponderano, 23 settembre 2019

Elena Maestrelli \_\_\_\_\_



Monica Baldi \_\_\_\_\_



Luisa Guglielminotti Contin \_\_\_\_\_

