

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Prot. 33500 /21 del ²⁰19/10/2021

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

Ponderano, li 19/10/2021

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (art.66 D.Lgs. 50/2016)

Per la fornitura in noleggio (apparecchiatura + materiale di consumo) di N. 2 (più N. 1 opzionale) sistemi di aspirazione e lavaggio con liquidi riscaldati per laparoscopia ed endoscopia, compreso il materiale di consumo, per Chirurgia Generale ed Urologia (più 1 opzionale per Ginecologia), per una durata di 8 anni

L'ASL BI ha la necessità di procedere alla fornitura in noleggio di N° 2 (+ n. 1 opzionale) Sistemi di aspirazione e lavaggio con liquidi riscaldati per interventi di laparoscopia ed endoscopia, compreso il materiale di consumo, per Chirurgia Generale, Urologia e Ginecologia (quest'ultimo opzionale), per una durata di n. 8 anni, aventi le caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato 1.

In vista della prossima indizione della gara, L'ASL BI effettua una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara, conciliando le esigenze dell'Azienda con l'offerta del mercato.

La consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs.50/2016, è volta ad instaurare una fase preparatoria della procedura di gara, e consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di natura tecnica inerenti alla pianificazione e preparazione dell'appalto in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni, anche tecnologicamente alternative, che rispondano alle necessità dell'Azienda.

Con il presente avviso, pertanto, questa Azienda, al fine di garantire il principio di trasparenza nell'ambito della procedura in questione, intende acquisire da parte degli operatori interessati conoscenze e soluzioni tecniche ed informazioni, che possano essere funzionali a progettare e pianificare la successiva procedura di gara al fine di eliminare ogni possibile ostacolo alla più ampia partecipazione e di soddisfare gli obiettivi ed i fabbisogni dell'amministrazione, in coerenza con le risorse disponibili e le reali potenzialità di offerta del mercato.

La definizione delle specifiche tecniche è stata effettuata sulla scorta delle conoscenze tecniche presenti in Azienda e che, stante la specificità merceologica della fornitura, si reputa utile un supporto tecnico preliminare da parte degli operatori economici.

LR/EM

Referente pratica: Elena Maestrelli

Tel. 015/15153449 e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it

Pagina 1 di 4

In tale contesto, la consultazione del mercato è quindi funzionale al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:

- a) approfondire la conoscenza del mercato e dei possibili fornitori interessati;
- b) acquisire gli elementi e le informazioni necessari a definire i requisiti minimi che possano favorire la massima partecipazione degli operatori.

La presente procedura non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto.

L'importo presunto della fornitura in oggetto, per il periodo di otto anni, è stimato in € 362.880,00 (Iva e opzioni escluse).

Sono ammessi a inviare la manifestazione di interesse ed a partecipare alla consultazione preliminare di mercato tutti i soggetti potenzialmente interessati e/o in grado di fornire le informazioni richieste.

I requisiti specifici di ordine generale, di capacità tecnica e professionale e/o di natura finanziaria, per la partecipazione alla successiva gara d'appalto, saranno oggetto di successiva definizione anche alla luce di quanto emergerà dalla presente consultazione di mercato, anche al fine di garantire la massima concorrenza e partecipazione degli operatori.

L'Azienda può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

La partecipazione degli operatori economici alla consultazione e l'eventuale contributo tecnico è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi e spese.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente, ossia non assicura e non preclude, rispetto alla partecipazione alla successiva gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e l'Azienda si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara e sempre *"a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza"*.

A tal fine L'ASL BI mette a disposizione dei operatori economici partecipanti alla presente procedura i seguenti documenti che potranno essere scaricati dal sito internet www.aslbi.piemonte.it alla sezione "Bandi di gara" a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso:

1. Allegato 1 Questionario sistemi di lavaggio e aspirazione

Si precisa che le suddette specifiche tecniche sono da considerarsi utili solo al fine della consultazione di mercato e che, in sede di preparazione degli atti di gara, potranno essere modificate, integrate, sostituite dall'Azienda, sempre con riferimento al raggiungimento dell'obiettivo di migliorare il soddisfacimento delle esigenze cliniche.

I contributi presentati devono fare riferimento alle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato 1, avendo cura di seguire le indicazioni riportate nell'Allegato 2, e dovranno evidenziare:

- eventuali migliorie da apportare alla definizione delle specifiche tecniche dell'apparecchio;
- ogni altro elemento informativo o criticità che l'operatore economico ritenga necessario o opportuno segnalare, ivi compresa la determinazione della base d'asta e condizioni.

Si precisa che ogni altro contributo, presentato al di fuori dei predetti questionari, non verrà tenuto in considerazione ai fini delle valutazioni per la redazione di atti di gara.

I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privati o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione.

I singoli partecipanti alla consultazione dovranno indicare le eventuali informazioni e/o le parti della documentazione tecnica presentata coperte da segreto tecnico-commerciale che la stazione appaltante non condividerà né divulgherà contenuti della documentazione segretata.

La stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre "a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza".

Gli operatori economici interessati dovranno formulare per iscritto, rispondendo al questionario di cui Allegati 1, le proprie osservazioni ed inviarle via posta elettronica certificata all'indirizzo approvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it **entro il giorno 05.11.2021.**

La comunicazione dovrà recare la seguente dicitura: "Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di apparecchiature varie" nonché la denominazione e la ragione sociale del partecipante.

La documentazione inviata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato il quale dovrà allegare copia di documento di identità.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate alla medesima PEC.

La stazione appaltante recepisce le risultanze del procedimento di consultazione ai fini della predisposizione degli atti del procedimento selettivo e per il suo migliore svolgimento, evitando che l'apporto, comunque fornito, sia posto, senza propria elaborazione, a base del procedimento individuato. In modo particolare, la stazione appaltante elabora il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti attraverso la consultazione preliminare nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti posti dall'articolo 68 del D. Lgs.50/2016. In tal senso, la stazione


appaltante adotta tutte le misure volte a garantire parità di trattamento e di accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e ad evitare ogni effetto escludente.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:

- Responsabile SS Logistica e acquisti dott.ssa Leila ROSSI
- Referente per la pratica sig.ra Elena MAESTRELLI
- contatti: e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it - tel. 015-1515 3449

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi



Fornitura in service di N. 2 (più N. 1 sistema opzionale per ginecologia) sistemi di aspirazione e lavaggio con liquidi riscaldati per interventi di laparoscopia ed endoscopia compreso il materiale di consumo per Chirurgia Generale ed Urologia (ed opzionalmente Ginecologia) della durata di 8 anni.

CND
RDM
Fornitore
Produttore
Modello
Tempo di consegna
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Eventuali componenti del sistema

Caratteristiche tecniche	Rispondere SI/NO (Indicare riferimento alla documentazione tecnica nella colonna "D")	Note - Eventuali considerazioni
Strumentazione		
1 Apparecchiature di ultima generazione.		
2 Utilizzabile in procedure laparoscopiche ed endoscopiche urologiche, ginecologiche e di chirurgia generale.		
3 Il sistema dovrà mettere in pressione i liquidi tramite aria compressa di sala operatoria, sistema di pompe, o sistema a caduta ad altezza variabile motorizzata o pompa (specificare la tecnologia).		
4 Il sistema dovrà consentire di gestire n. 2 sacche di infusione contemporaneamente.		
5 Il sistema fornito dovrà essere carricabile, dovrà permettere aspirazione e irrigazione a flusso costante e controllato, con regolazione sia del sistema del riscaldamento della soluzione sia del sistema di regolazione della pressione del flusso di irrigazione.		
6 Dotato di ampio range di pressioni per urologia endoscopica, ginecologia (isteroscopia, laparoscopia) e chirurgia generale (laparoscopia).		
7 Dotato di controllo e regolazione dei flussi.		
8 Dotato di controllo e regolazione della temperatura per garantire il mantenimento costante della temperatura impostata.		
9 Dotato di controllo e regolazione delle pressioni di distensione degli organi (isteroscopia e urologia endoscopica).		
10 Completo di allarmi acustici e visivi.		
11 Caratterizzato da peso e ingombro ridotti.		
12 Caratterizzato da bassa rumorosità.		
13 Completo degli accessori per il corretto funzionamento.		
14 Ogni strumento deve essere dotato, nella configurazione fornita, del materiale di consumo necessario al suo funzionamento come previsto dal manuale di utilizzo dell'apparecchiatura (elencare il materiale).		
15 Set completo di tutti i materiali necessari per il collegamento alla pompa e per un corretto funzionamento (elencare il materiale).		
16 Dotato/i del materiale/accessori necessari al corretto e sicuro utilizzo eventualmente non indicati ai punti precedenti (elencare il materiale/accessori).		
17 La fornitura dovrà comprendere tutto il materiale e accessori necessari all'esecuzione delle seguenti procedure:		
17.1 N. 250 procedure/anno HOLEP o TURBT (elencare il materiale necessario);		
17.2 N. 200 procedure/anno ureteroscopia RIRS (elencare il materiale necessario);		
17.3 N. 30 procedure/anno nefrolitotissia percutanea (elencare il materiale necessario);		
17.4 N. 100 procedure/anno di chirurgia generale (elencare il materiale necessario);		
17.5 N. 50 procedure/anno (opzionali) di chirurgia ginecologica (elencare il materiale necessario).		

