

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 946 in data 12/08/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 SISTEMI DOPPIO PENSILE DOPPIO BRACCIO CON LAMPADA SCIALITICA DA DESTINARE ALLA NUOVA RIANIMAZIONE ED EVENTUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK POST GARANZIA DI DURATA PARI A 6 ANNI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO EURO 402.960,00 (IVA ESCLUSA) – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALLA PROCEDURA DI GARA. - CIG: 91222964CD–CUP C25F20000390001

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Determinazione n. 946 in data 12/08/2022

Determinazione n. 946 in data 12/08/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 SISTEMI DOPPIO PENSILE DOPPIO BRACCIO CON LAMPADA SCIALITICA DA DESTINARE ALLA NUOVA RIANIMAZIONE ED EVENTUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK POST GARANZIA DI DURATA PARI A 6 ANNI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO EURO 402.960,00 (IVA ESCLUSA) – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALLA PROCEDURA DI GARA. - CIG: 91222964CD–CUP C25F20000390001

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31 maggio 2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con determinazione a contrarre del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 338 del 24/03/2022 è stata indetta procedura negoziata sulla Piattaforma Aria SinTel per l'affidamento, al prezzo più basso, della fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi doppio pensile doppio braccio con lampada scialitica ed eventuale contratto di manutenzione full-risk post garanzia di durata pari a 6 anni per un importo complessivo presunto massimo stimato pari ad Euro 402.960,00, oltre IVA;
- l'art. 20 della Lettera di invito Prot. N. 9296 del 24/03/2022 prevede l'aggiudicazione della fornitura alla ditta che avrà presentato la propria offerta al prezzo più basso, previa verifica della corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi di cui all'Allegato_03;
- l'art. 4 del Capitolato Speciale descrive le caratteristiche tecniche minime che devono essere possedute dalle attrezzature offerte in sede di gara, a pena di esclusione.

PRESO ATTO CHE:

- in data 28/04/2022 è stata aperta sulla Piattaforma Sintel la Busta Amministrativa degli Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara ed in data 06/06/2022 la Busta Tecnica creata sulla Piattaforma, senza attribuzione di punteggi, per consentire ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica rispetto a quanto già allegato nella Busta Amministrativa;

Determinazione n. 946 in data 12/08/2022

- la verifica di conformità di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti a pena di esclusione è stata demandata al Servizio di competenza S.S. Ingegneria Clinica;
- dalla Relazione di idoneità delle offerte tecniche del 28/07/2022 del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto, emergono la conferma della rispondenza ai requisiti minimi per le offerte degli Operatori Economici Altamed S.r.l., Draeger Italia S.p.a. e Mindray Medical Italy S.r.l. e la proposta di esclusione di Item Oxygen S.r.l. e Sostel S.r.l., le cui offerte non rispondono ai requisiti minimi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto ed in particolare:
 - ITEM OXYGEN SRL – mancata rispondenza ai seguenti requisiti minimi:
 - Requisito A-1.1 “Braccio con N. 3 snodi per raggiungere ogni punto dell’area coperta”
 - Requisito A-1.2 “Estensione complessiva di circa 240 cm e rotazione sul piano orizzontale pari a circa 300° di ciascuno snodo”.
 - SOSTEL SRL – mancata rispondenza al seguente requisito minimo:
 - Requisito A-1.5 “Si richiede un carico netto sulla colonna in condizioni di massima estensione di almeno 150 kg per singolo lato”;
- in data 10/08/2022 il RUP ha disposto informaticamente sulla Piattaforma Sintel l’ammissione di Altamed S.r.l., Draeger Italia S.p.a. e Mindray Medical Italy S.r.l. e l’esclusione di Item Oxygen S.r.l. e Sostel S.r.l., per i motivi di cui sopra, provvedendo all’apertura delle Buste economiche dei concorrenti ammessi.

VISTI:

- l’art. 31 D.Lgs. 50/2016, che individua il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- gli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016.

TUTTO CIO’ PREMESSO

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

Determinazione n. 946 in data 12/08/2022

DETERMINA:

- 1) di approvare la Relazione di idoneità delle offerte tecniche del 28/07/2022 del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di approvare l'ammissione degli Operatori Economici Altamed S.r.l., Draeger Italia S.p.a. e Mindray Medical Italy S.r.l. alla prosecuzione della gara;
- 3) di approvare l'esclusione dei seguenti Operatori Economici, le cui offerte non rispondono ai requisiti minimi del Capitolato Speciale di Appalto per i motivi sinteticamente riportati e meglio specificati nella Relazione del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto:
 - ITEM OXYGEN SRL – mancata rispondenza ai seguenti requisiti minimi:
 - Requisito A-1.1 “Braccio con N. 3 snodi per raggiungere ogni punto dell’area coperta”
 - Requisito A-1.2 “Estensione complessiva di circa 240 cm e rotazione sul piano orizzontale pari a circa 300° di ciascuno snodo”.
 - SOSTEL SRL – mancata rispondenza al seguente requisito minimo:
 - Requisito A-1.5 “Si richiede un carico netto sulla colonna in condizioni di massima estensione di almeno 150 kg per singolo lato”;
- 4) di rimandare a successivi provvedimenti il prosieguo della procedura;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it- sezione “bandi di gara/Bandi”;
- 6) di dare mandato alla S.S. Logistica ed Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 946 in data 12/08/2022

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

S.S. ING. CLINICA

Responsabile: Ing. Alberto Petti

Ospedale degli Infermi

Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano - BI

Tel. 015-1515 3818 – fax 015 1515 3817

alberto.petti@aslbi.piemonte.it

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano
Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545

www.aslbi.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 01810260024

Ponderano 28/07/2022
Prot_SIC_OUT 30/2022

Al Dirigente della S.C. Logistica e
Acquisti
Dott.ssa Leila Rossi

Oggetto: Procedura negoziata per fornitura e posa in opera di n. 8 doppio pensile doppio braccio con lampada scialitica n. 152488413 effettuata da ASL BI - Idoneità offerte tecniche

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica prodotta in fase di gara e delle risposte ricevute alle richieste di precisazione, con la presente si riportano di seguito le risultanze della valutazione di rispondenza ai requisiti minimi.

Si riporta di seguito una sintesi degli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto e dei relativi prodotti offerti:

- 1) ALTAMED S.R.L.:
Pensile: Mod. Truport 7000 - 2430/2430, marca Trumpf Medizine Systeme GmbH
Lampada scialitica: Mod. Trulight 1000, marca Trumpf Medizine Systeme GmbH
- 2) DRAEGER ITALIA SPA
Pensile: Mod. AMBIA, marca DRAEGER
Lampada scialitica: Mod. POLARIS 50, marca DERUNGS
- 3) ITEM OXYGEN SRL
Pensile: Mod. ISOLA, marca LM MEDICAL DIVISION
Lampada scialitica: Mod. PENTALED 12 SO, marca RIMSA SRL
- 4) Mindray Medical Italy srl



Pensile: Mod. HyPort 3000/HyPort 3000, marca MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. NANJING

Lampada scialitica: Mod. HyLED 200, marca MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. NANJING

5) SOSTEL SRL

Pensile: Mod. LISSA Classic (tandem), marca INMED S.A.

Lampada scialitica: Mod. SOS-AC, marca Acem

A fronte della verifica di conformità ai requisiti minimi richiesti nell'ambito del capitolato speciale, le offerte proposte dai seguenti Operatori Economici, risultano non rispondenti:

1) ITEM OXYGEN SRL - mancata rispondenza ai seguenti requisiti minimi:

- Requisito A-1.1 *"Braccio con N. 3 snodi per raggiungere ogni punto dell'area coperta (vd. Schema allegato)"*.

Come si evince dalla documentazione presentata, in particolare a pag. 1 pdf. "LAYOUT MD22-0647-001", il pensile offerto presenta un braccio a N. 3 snodi e un braccio a N. 2 snodi. Pertanto, non risulta conforme a tale requisito.

- Requisito A-1.2 *"Estensione complessiva di circa 240 cm e rotazione sul piano orizzontale pari a circa 300° di ciascuno snodo"*.


A seguito dell'analisi della documentazione tecnica presentata, e in particolare da quanto si evince da pag. 1 pdf. "LAYOUT MD22-0647-001", ed in base a quanto dichiarato nell'ambito del questionario tecnico, l'estensione di ogni lato del pensile presentato è pari a 120 cm per lato invece dei 240 cm per ogni lato richiesti. L'estensione pari a 240 cm circa richiesta dal requisito minimo A-1.2 è stata, inoltre, oggetto di richiesta di chiarimenti precedentemente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in occasione della quale si è specificato *"La misura di 240 cm è relativa al raggio di copertura del pensile, pertanto 240 cm è da intendersi riferita alla massima estensione ottenibile lato monitoraggio/ventilazione e alla massima estensione ottenibile lato infusione. Per maggiore chiarezza, si veda schema allegato (Pdf "Disegno per risposta ai chiarimenti)"*.

2) SOSTEL SRL - mancata rispondenza al seguente requisito minimo:

- Requisito A-1.5 *"Si richiede un carico netto sulla colonna in condizioni di massima estensione di almeno 150 kg per singolo lato"*.

La rispondenza a tale requisito non risulta soddisfatta in quanto è stato offerto un prodotto, in base a quanto dichiarato nell'ambito del questionario tecnico ed in base a quanto si evince dall'analisi della documentazione tecnica presentata (in particolare si veda pag. 1 pdf "Layout_SostelBiella"), recante una portata per lato pari a 100 kg per lato.

Inoltre, in fase di valutazione tecnica, è emersa la necessità di sottoporre alle Società rimanenti, quindi ALTAMED S.R.L., DRAEGER ITALIA SPA, Mindray Medical Italy srl, la seguente richiesta di chiarimenti: *"Tramite la presente richiesta di chiarimenti si richiede di confermare che per il requisito A-2.4 (Prese gas medicinali: N. 2 aria compressa medicinale a 5 atm, N. 2 vuoto, N. 2 ossigeno, N. 2 evacuazione gas tipo UNI 9507 - marca Rivoira) verranno offerte tutte prese di gas medicinali tipo UNI 9507 aventi marca Rivoira"*.



Il requisito minimo A-2.4 è stato oggetto di ulteriore richiesta di chiarimenti inoltrate agli operatori economici ALTAMED S.R.L., DRAEGER ITALIA SPA e Mindray Medical Italy srl, la cui risposta è da ritenersi conforme a quanto richiesto.

A seguito dell'esame, svolto dalla S.S. Ingegneria Clinica, delle offerte tecniche presentate dai partecipanti alla procedura in oggetto e delle risposte ai chiarimenti, con la presente nota si conferma la rispondenza ai requisiti minimi per le offerte delle ditte:

- ALTAMED S.R.L.,
- DRAEGER ITALIA SPA,
- Mindray Medical Italy srl

mentre si propone alla S.C. Logistica l'esclusione degli operatori economici

- ITEM OXYGEN SRL
- SOSTEL SRL

non rispondenti ai requisiti minimi del CSA.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Ponderano, 28/07/2022

**Il Responsabile della S.S.
Ingegneria Clinica**

Ing. Alberto Petti



