

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Prot. 0009481/23

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

Ponderano, li 22/03/23

**AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER PROCEDURA SOTTO-SOGLIA**

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella

INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N 2 SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI POCT PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI COAGULAZIONE ATTIVATO (ACT) CON ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO- RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella (di seguito, "ASL BI") intende avviare un'indagine di mercato preordinata a conoscere gli Operatori economici interessati a partecipare alla seguente procedura di selezione:

| | |
|--|---|
| OGGETTO | Fornitura in noleggio (comprensiva di full risk) di n. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) con acquisto del materiale di consumo |
| DURATA | 60 mesi oltre ad eventuale rinnovo di 36 mesi |
| TIPOLOGIA PROCEDURA | Affidamento ex art. 36, comma 2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 previo invito a presentare offerta rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti |
| MODALITA' DI SVOLGIMENTO | In forma elettronica mediante la Piattaforma Sintel di Aria S.p.a. |
| CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | Minor prezzo (art. 95 comma 3, lett.b) D.Lgs. 50/2016 |
| VALORE PRESUNTO DELLA FORNITURA | € 69.600,00 |

L'esigenza che l'ASL BI deve soddisfare è l'utilizzo in sala Emodinamica e di Elettrofisiologia di apparecchi per ACT, n. 1 in sostituzione di attrezzatura vetusta e di difficile riparazione e n. 1 ad integrazione dell'attuale dotazione, aventi le seguenti caratteristiche minime:

| Caratteristiche tecniche |
|--|
| Sistema in grado di eseguire almeno i seguenti test "tempo di coagulazione attivato/ACT". |
| Apparecchiatura idonea all'utilizzo in Sala di Emodinamica e di Elettrofisiologia per la valutazione dello stato coagulativo intraoperatorio del paziente. |
| Sistema dotato di test di controllo di qualità ematico ed elettronico. |
| Sistema dotato di memorizzazione del test paziente e del controllo di qualità. |
| Sistema dotato di misurazione diretta del coagulo di fibrina. |
| Dovranno essere forniti dei reattivi e delle cartucce con stabilità di 24 ore per le cartucce aperte. |

Resta inteso che l'ASL BI si riserva di meglio precisare le proprie esigenze al momento dell'avvio della procedura di gara sotto soglia.

La selezione dei cinque operatori economici, ove esistenti, avverrà nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e sulla base dei seguenti criteri:

- regolare iscrizione e registrazione alla Piattaforma Sintel di Aria S.p.a., nella categoria oggetto della fornitura;
- possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, che dovranno essere attestati secondo il modello Allegato_1.

Gli operatori economici interessati possono presentare istanza, redatta in conformità al modello Allegato 1, unicamente mediante la piattaforma telematica Sintel **entro le ore 18.00 del giorno 06/04/2023**.


Si precisa che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non comporta per l'ASL BI l'assunzione di alcun obbligo nei confronti dell'operatore economico partecipante. L'ASL BI si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ASL BI nella sezione "avvisi bandi di gara" e sulla piattaforma telematica SINTEL.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Elisa Rolando Perino (e-mail: elisa.rolando@aslbi.piemonte.it -tel. 01515153459).

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Dott.ssa Leila Rossi



Pagina 2 di 3

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In ragione dell'oggetto della presente procedura, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente e, pertanto, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, a tal fine, esso si impegnerà ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slabmsrl.it.

Allegati

1. Modello di domanda di iscrizione nell'elenco fornitori

LR/er

